

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΟΥ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟΥ

1. Να είναι συσκευή φορητή με βάση για ηλεκτρική τροφοδότηση της μπαταρίας.
2. Να διαθέτει σύστημα μέτρησης πάχους του κερατοειδούς με μεγάλη ακρίβεια.
3. Να έχει ρυθμίσεις του Probe για ειδικές περιπτώσεις, σύστημα τοποθέτησής του ασφαλές και οι μετρήσεις να αρχίζουν αμέσως με την επαφή του κερατοειδή.
4. Να διαθέτει δυνατότητα μέτρησης κεντρικού και περιφερειακού πάχους του κερατοειδή που θα καταγράφεται σε οθόνη ψηφιακή λειτουργικά εύκολης.
5. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη, και άμεσο και αποτελεσματικό Service όταν χρειασθεί.
6. Οποιοσδήποτε επί πλέον λειτουργίες κριθούν αναγκαίες θα εκτιμηθούν και αξιολογηθούν ανάλογα.