



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ : 37/2013

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ CPV 33141000-0
ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΝΑΟΥΣΑΣ)
ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Γενικές πληροφορίες

1.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια «Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά» (αναλώσιμα για αναλυτές αερίων αίματος & ηλεκτρολυτών με συνοδό εξοπλισμό αναλυτές αερίων) CPV 33141000-0, για τις ανάγκες των Νοσοκομείων Βέροιας και Νάουσας, με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, κατόπιν της:

Α. την αριθμ. 6567/09.05.2012/ΦΕΚ 1585/Β/10.05.2012 Κ.Υ.Α. «Έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων έτους 2012»

Β. την αριθμ. 5805/ΦΕΚ 2309/Β/08.08.2012 Υπουργική απόφαση «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ έτους 2012, πιστώσεις 2012-2013»

Γ. την αριθμ. 6881/03.10.2012 απόφαση της Ε.Π.Υ. «Οδηγίες εκτέλεσης κ' εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 κ' 2013»

Δ. της αριθμ. 23/10.07.2013 (θέμα Ε.Η.Δ. 1^ο) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του, για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού.

Ε. Την αριθμ. 618/8278/23.07.2013 (Α.Δ.Α. ΒΛ454690Β7 – Φ1Ω) απόφαση περί δέσμευσης πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (Αφορά το Νοσοκομείο Βέροιας)

ΣΤ. Την αριθμ. Πρωτ. 5514/02.08.2013 (Α.Δ.Α. ΒΛΩ74690Β7 – ΞΔ6) απόφαση περί δέσμευσης πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (Αφορά το Νοσοκομείο Νάουσας)

1.2 Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 50.196,23€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

(Προϋπολογισμός Ν. Βέροιας: 31.943,06€)

(Προϋπολογισμός Νάουσας : 18.253,18€)

1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μ. Βέροιας) της 3^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), το οποίο διενεργεί τον κοινό πρόχειρο διαγωνισμό και θα υπογράψει με τον προμηθευτή σχετική σύμβαση.

Πληροφορίες και παραλαβή τευχών της προκήρυξης δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.verhospi.gr.

Διεύθυνση έδρας: Περιοχή Ασωμάτων, Τ.Κ. 591 00 Βέροια

Τηλέφωνο: 2331 3 51314/ 51157

Fax: 2331 0 59315

e-mail: prom3@verhospi.gr

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών, Τοπούζης Κων/νος

1.4 Νομικό και θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα από:

- Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη
- Το Ν.2286/1995 Περί Προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
- Το Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) όπως ισχύει σήμερα.

1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 24 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30' στην έδρα του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μ. Βέροιας), Περιοχή Ασωμάτων, Τ.Κ. 591 00 Βέροια, στο Γραφείο Προμηθειών.

Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

2. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχουν επομένως κηρυχθεί έκπτωτοι, ή αποκλειστεί από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα, ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών τους εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα, ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία:

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.

β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς,

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (ούτε και για
(α). συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
(β). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26^{ης} Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, (γ). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (δ). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10^{ης} Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,

- δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
- είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις,
- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους,
- δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

3. Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών

3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα του Νοσοκομείου Βέροιας.

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στον Οργανισμό έγκαιρα.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεση παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

3.2 Περιεχόμενο προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Πρόχειρος κοινός διαγωνισμός για την Προμήθεια «Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά» (αναλώσιμα για αναλυτές αερίων αίματος & ηλεκτρολυτών με συνοδό εξοπλισμό αναλυτές αερίων), για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Ημαθίας (Μ. Βέροιας και Νάουσας)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 37/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 24 Σεπτεμβρίου 2013

Ο φάκελος αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου, τον τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα έντυπα, σχέδια, prospectus και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, τα ξενόγλωσσα έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, επιστολές) πρέπει να είναι και νομίμως μεταφρασμένα.

Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

α) Τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

β) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε δύο αντίγραφα. Στην τεχνική περιγράφει του είδους με ποινή αποκλεισμού του είδους θα αναφέρεται:

ο κωδικός του είδους (REF. NUMBER), και το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου είδους καθώς και τόπος (χώρα) εγκατάστασης, καθώς και ο αριθμός CE.

Στον ίδιο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, τοποθετείται και η δισκέτα με την τεχνική προσφορά η οποία θα περιέχει τα στοιχεία της προσφοράς, κατάλληλα συσκευασμένη προς αποφυγή φθοράς της.

• Επιπλέον η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται με οδηγίες χρήσης και συντήρησης των μηχανημάτων (αναλυτές) στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή. Να παρέχει κατά την παράδοση των μηχανημάτων (αναλυτές) εκπαίδευση στο ιατρικό, παραϊατρικό και τεχνικό προσωπικό για την χρήση, συντήρηση και επισκευή του (άρθρο 2 παράγραφος 5 του Ν. 2955)

Δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα που σχετίζονται με την προσφορά θα υποβληθούν μία φορά.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Συσκευές – Συντήρηση

Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των αναλυτών και θα επωμίζεται κάθε είδους δαπάνη σχετική με τις συντηρήσεις – επισκευές, καθώς και με κάθε είδους ανταλλακτικά.

Οι προληπτικές συντηρήσεις (εβδομαδιαίες – μηνιαίες – ετήσιες κ.λ.π.) θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας των συσκευών.

Στο τέλος κάθε επέμβασης (προληπτικής καθώς και έκτακτης) θα πραγματοποιεί ο Προμηθευτής τις απαραίτητες μετρήσεις (Ποιοτικός Έλεγχος), πράγμα που θα καταγράφεται σε έντυπο του Προμηθευτή και θα πιστοποιείται από τον παριστάμενο στην διαδικασία Τεχνικό των Νοσοκομείων.

Η ανταπόκριση για τις περιπτώσεις έκτακτης συντήρησης – επισκευής θα πρέπει να γίνεται μέσα σε τέσσερις (4) ώρες από την ειδοποίηση, η δε βλάβη να αποκαθίσταται μέσα στις δύο (2) επόμενες ώρες.

Εάν κατά την κρίση του Προμηθευτή, ο χρόνος των δύο (2) ωρών δεν επαρκεί, η συσκευή θα αντικαθίσταται, με ευθύνη του, από άλλη εξ' ίσου αξιόπιστη και ιδίων δυνατοτήτων / προδιαγραφών.

Μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος χωρίς αποκατάσταση της βλάβης, καθορίζονται τα εξής :

α) Εάν η βλάβη αποκατασταθεί μεταξύ τεσσάρων (4) και οκτώ (8) ωρών μετά την ειδοποίηση, καταλογίζεται στον προμηθευτή ένας (1) Βαθμός Ασυνέπειας (Β.Α.).

β) Εάν η αποκατάσταση γίνει μεταξύ οκτώ (8) και εικοσιτεσσέρων (24) ωρών, καταλογίζονται δύο (2) Β.Α.

γ) Εάν η αποκατάσταση γίνει μεταξύ εικοσιτεσσέρων (24) και σαρανταοκτώ (48) ωρών, καταλογίζονται τέσσερις (4) Β.Α.

δ) Μετά την παρέλευση των 48 ωρών, το Νοσοκομείο μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή, με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του και να αναθέσει το έργο σε έναν από τους άλλους προμηθευτές.

Η πιθανή διαφορά δαπάνης που θα προκύψει με τον νέο προμηθευτή, θα καλυφθεί καθ'

ολοκληρία από τον προηγούμενο, για όλη της διάρκεια της σύμβασης.

ε) Εάν συμβούν, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών, 3 βλάβες της ίδιας συσκευής, ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με 1 Β.Α., μέχρι 6 βλάβες με 3 Β.Α., μέχρι 9 βλάβες με 6 Β.Α., παρ' ότι ο Προμηθευτής ανταποκρίθηκε θετικά στους χρόνους της παραγράφου 3.

Για πάνω από εννέα (9) κλήσεις, κατά την διάρκεια της σύμβασης, ζητείται η άμεση αντικατάσταση της συσκευής με άλλη αχρησιμοποίητη ιδίων δυνατοτήτων – προδιαγραφών (καινούργια). Εάν μέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίηση για αντικατάσταση ο Προμηθευτής δεν έχει ανταποκριθεί θετικά, εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 3δ.

στ) Για κάθε τρεις (3) Βαθμούς Ασυνέπειας μπορεί να καταλογισθεί στον προμηθευτή πρόστιμο 150 euro

Οι παραπάνω όροι είναι δεσμευτικοί.

Χαρακτηριστικά Προσφέρουσας Επιχείρησης

Οι προσφέρουσες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τη δέουσα στελέχωση και οργάνωση τεχνικού τμήματος στη Θεσσαλονίκη, το οποίο να εξασφαλίζει την ταχεία και αποτελεσματική τεχνική εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου (αποκατάσταση βλαβών, συντήρηση συσκευών) με Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ISO, EN κλπ) τουλάχιστον όσον αφορά το τμήμα Service.

Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη (ή τουλάχιστον στην Κεντρική Μακεδονία), οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες των Νοσοκομείων.

Εάν ζητηθεί, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν τον βαθμό, τη συχνότητα και τον τρόπο εκπαίδευσης του τεχνικού τους προσωπικού.

Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων, ώστε να βεβαιωθεί για τη δυνατότητα ανταπόκρισης αυτών στα ζητούμενα.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυάται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα διαθέτει επαρκή αριθμό συσκευών, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των αντίστοιχων τμημάτων ή μονάδων, σε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης που επιβάλλει τη διακοπή λειτουργίας ή την απομάκρυνση κάποιας από τις υπάρχουσες συσκευές, έως ότου αποκατασταθεί η καλή της λειτουργία.

Τα κατατιθέμενα prospectus, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (όχι απλά φωτοαντίγραφα) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες του

κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία.

Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο με τρόπο σύμφωνο προς την Κ.Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648/30.08.2009 Φ.Ε.Κ. Β2198/02.10.2009.

Η προσφορά των ειδών θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από Πιστοποιητικό σήμανσης CE, σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ, και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Σεπτεμβρίου 2007, με τον αριθμό αναγνώρισης του εμπλεκόμενου Κοινοποιημένου Οργανισμού, καθώς και από Πιστοποιητικό ISO του εργοστασίου κατασκευής.

Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, τα ξενόγλωσσα έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, επιστολές) πρέπει να είναι και νομίμως μεταφρασμένα.

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντας, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, με την οποία θα αναφέρει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Όταν ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, οφείλει να δηλώσει την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης αυτής στο εργοστάσιο της οποίας θα κατασκευασθούν τα υλικά, με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. Η δήλωση θα κατατεθεί πρωτότυπη ή νομίμως επικυρωμένη.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

γ) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα, και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα προς προμήθεια είδη και θα βαρύνει το φορέα, καθώς και την ισχύ της προσφοράς όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.3.

Οι τιμές που θα δοθούν για τις εξετάσεις των Νοσοκομείων, που αναφέρονται παρακάτω, θα είναι ίδιες και για τα δύο Ιδρύματα, διαφορετικά η προσφορά δεν θα γίνει αποδεκτή και θα επιφέρει την απόρριψη της.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.

3.3 Ισχύς των Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για πέντε μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται

ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Νοσοκομείο Βέροιας πριν από τη λήξη της, για διάστημα πέντε (5) μηνών κατά ανώτατο όριο.

4. Διενέργεια Διαγωνισμού-Αξιολόγηση Προσφορών

4.1 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού-Διαδικασία Αξιολόγησης

4.1.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού-Αποσφράγιση προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού στις 24 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:30' στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Βέροιας. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 11:00' της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ των διαγωνιζόμενων που πληρούν απαραίτητα τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο μέρος Β της παρούσας. Για την επιλογή της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή, η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

-Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων

-Αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά των έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών.

4.2 Απόρριψη προσφορών

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών.

Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Το Νοσοκομείο επιφυλάσσει του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζόμενου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.

4.3 Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση διαγωνισμού.

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1 του παρόντος άρθρου. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Ημαθίας ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η αξιολόγηση των προσφορών και οι κρίσεις των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνου σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για τον Οργανισμό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόμενων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με τα είδη που έχουν προκηρυχθεί. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ' αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

5. Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης

5.1 Κατάρτιση, υπογραφή σύμβασης – Εγγυήσεις

Μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας και του προμηθευτή θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο 5 της διακήρυξης. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασιδήλων παραδρομών.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους και αφού προσκομισθεί η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας .

Αν περάσει η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που ορίζεται παραπάνω, χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Οργανισμού.

5.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης.

Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν η θα επιβληθούν, τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και εκφόρτωσης τούτων στον τόπο προορισμού των και κάθε δαπάνη απαιτούμενη για ολοκλήρωση της προμήθειάς τους πλην του αναλογούντα Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο.

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις επί του συμβατικού τμήματος χωρίς Φ.Π.Α.:

1. Ποσοστό 1,5% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., χαρτόσημο 2% επ' αυτού και ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου
2. Ποσοστό 2% σε εφαρμογή του αρ.3 του Ν.3580/07
3. Ποσοστό 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ποσοστό 4% επί της καθαρής πληρωτέας αξίας (αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις) ως παρακράτηση – προκαταβολή φόρου

5.3 Διαδικασία παραλαβής

Η παράδοση των ειδών θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή στο χώρο που θα υποδειχθεί από τα Νοσοκομεία. Η παράδοση στα Νοσοκομεία των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του Προμηθευτή. Σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης των ειδών θα επιβληθούν στον Προμηθευτή κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου των Νοσοκομείων.

Ο προμηθευτής θα στείλει ή θα φέρει τα είδη καλά συσκευασμένα, με δική του μέριμνα, ευθύνη και έξοδα μεταφοράς, στην προθεσμία παράδοσης και μέσα στις αποθήκες των Ιδρυμάτων, η δε δαπάνη εκφορτωτικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ίδιο.

5.4 Υποχρεώσεις αναδόχου

Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του προμηθευτή που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου. Κατ' εξαίρεση των προαναφερομένων, ο προμηθευτής δύναται να εκχωρήσει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οποιεσδήποτε από τις δικαιούμενες πληρωμές του από την παρούσα σύμβαση, σε Τραπεζικά Ιδρύματα της επιλογής του, ενημερώνοντας το Νοσοκομείο σύμφωνα με το Νόμο.

5.5 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία

Ο προμηθευτής και το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος σύμβασης.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Βέροιας εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δυο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Ακολουθεί παράρτημα με τις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ-ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΡΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

α/α	ΤΜΗΜΑ	ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΔΕΙΓΜΑΤΑ/ΕΤΟΣ
1	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	pH, pO ₂ , pCO ₂ , K, Na, Ca, Cl, Glu, Lac, tHb, COHb MetHb, HHb, O ₂ Hb	3.000
2	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ	pH, pO ₂ , pCO ₂ , K, Na, Ca, Cl, Glu, Lac, tHb, COHb MetHb, HHb, O ₂ Hb	4.000
3	ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	pH, pO ₂ , pCO ₂ , K, Na, Ca, Cl, Glu, Lac, tHb, COHb MetHb, HHb, O ₂ Hb	3.000

ΤΜΗΜΑΤΑ-ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΥΟ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

α/α	ΤΜΗΜΑ	ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΔΕΙΓΜΑΤΑ/ΕΤΟΣ (ΤΕΣΤ)
1	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ	pH, pO ₂ , pCO ₂ , K, Na, Ca, Cl, Glu, Lac, tHb, COHb MetHb, HHb, O ₂ Hb	4000
2	ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ	pH, pO ₂ , pCO ₂ , K, Na, Ca, Cl, Glu, Lac, tHb, COHb MetHb, HHb, O ₂ Hb	4000

ΓΕΝΙΚΑ

Τα ζητούμενα είδη πρέπει θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με τον προμηθευτή. Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στις αποθήκες των Νοσοκομείων ή στο Τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από τα Νοσοκομεία, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει μαζί με τα υλικά εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης ή άλλο κατάλληλο έντυπο με οδηγίες χρήσης και συντήρησης αυτών στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή βοήθημα, το οποίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να συνοδεύει τα είδη της προμήθειας.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Θα γίνουν δεκτές μόνο οι προσφορές που αφορούν στο σύνολο των ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η ΤΜΗΜΑΤΩΝ Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

Η ΤΙΜΗ/ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Επιπλέον η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται (με ποινή αποκλεισμού) με οδηγίες χρήσης και συντήρησης των μηχανημάτων (αναλυτές) στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή. Να παρέχει κατά την παράδοση των μηχανημάτων (αναλυτές) εκπαίδευση στο ιατρικό, παραϊατρικό και τεχνικό προσωπικό για την χρήση, συντήρηση και επισκευή του (άρθρο 2 παράγραφος 5 του Ν. 2955)

Δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα που σχετίζονται με την προσφορά θα υποβληθούν μία φορά.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη.

Οι προσφορές, οι τυχόν οικονομικές κυρώσεις, οι αξιολογήσεις, οι κατακυρώσεις και οιασδήποτε μορφής αξία θα δίδεται μόνο σε EURO.

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΑΙ Ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΤΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΑΛΛΩΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ CONTROLS ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ CONTROL ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

2. ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ Ή ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.

ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ Ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ 365 ΗΜΕΡΕΣ.

Οι προμηθευτές θα πρέπει να υπολογίσουν την προσφορά τους τιμή ανά εξέταση (από την οποία θα προκύψει η χαμηλότερη τιμή) στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα επί μέρους κόστη όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια των αντιστοίχων εξετάσεων (υλικά βαθμονόμησης και ελέγχου, αναλώσιμα υλικά (αραιωτικά δειγμάτων, αντιδραστήρια επεξεργασίας δειγμάτων, ρυθμιστικά διαλύματα, πλυστικά διαλύματα κ.λ.π.), παροχή μηχανημάτων, συντήρηση, SERVICE, εκπαίδευση κ.α.) και η οποία θα είναι αυτή.

Οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν επίσης:

Τις τιμές των προσφερομένων βιολογικών και χημικών αντιδραστηρίων, καθώς και των επιπρόσθετων υλικών, όπως υλικά βαθμονόμησης και ελέγχου (controls, Calibrators) και λοιπών αναλωσίμων, ανά συσκευασία, που απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω εξετάσεων.

Τον αριθμό των ακέραιων συσκευασιών για αντιδραστήρια, controls, calibrators και παντός είδους αναλωσίμων τα οποία θα απαιτηθούν για την διενέργεια των εξετάσεων.

Καμία αναπροσαρμογή τιμών δεν επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης δηλαδή για ένα (1) έτος και της τρίμηνης παράτασης ισχύος αυτής. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών, απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υποχρεούται, με ποινή απόρριψης, μαζί με την προσφορά του να υποβάλει και φύλλο συμμόρφωσης, (να κατατεθεί και σε ηλεκτρονική μορφή). Αυτό είναι φύλλο συσχέτισεως της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα.

Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις, σε σχέση με τα αναφερόμενα σημείο προς σημείο και με παραπομπές στα prospectus και στα τεχνικά εγχειρίδια που οφείλει να καταθέσει ο Προμηθευτής μαζί με την τεχνική του προσφορά. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει, εν αμφιβολία, κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Αναλυτές για το Αναισθησιολογικό τμήμα, Εξωτερικά Ιατρεία Παθολογικού, Παθολογικό Τμήμα Ν. Βέροιας σύνολο τρεις (3) αναλυτές).

Αναλυτές για τον Χειρουργικό και τον Παθολογικό τομέα, Ν. Νάουσας σύνολο δύο (2) αναλυτές).

1.Ο αναλυτής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής με ευδιάκριτα εικονίδια και να ελέγχεται από υπολογιστή

2. Να διαθέτει αυξημένες δυνατότητες και να μετρά αλλά και να υπολογίζει τουλάχιστον τις παραμέτρους:

α. Αερίων αίματος

pH, pO₂, pCO₂, κορεσμό αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο (sO₂) μέσω ενσωματωμένης μονάδας οξυμετρίας .

- Μεταβολικές:
 - Περίσσεια βάσεων – BE
 - Διττανθρακικά – HCO₃
 - Ολικό Διοξείδιο του Άνθρακα – ctCO₂.
- Διορθωμένες στη θερμοκρασία του ασθενή με την απλή εισαγωγή της στον αναλυτή:
 - Αερίων αίματος: pH, pO₂, pCO₂
 - Αναπνευστικός δείκτης – RI(T)
 - Αρτηριοκυψελιδικές διαφορές και κλάσμα – pO₂(A-a)(T), pO₂(a/A)(T).
- Παραμέτρους αρτηριοφλεβικών μελετών:
 - Περιεχόμενο οξυγόνου – ctO₂
 - Περιεχόμενο διοξειδίου - ctCO₂.

β. Ηλεκτρολυτών:

- Na⁺
- K⁺
- Ca⁺⁺ και φυσιολογοποιημένο ασβέστιο Ca⁺ + (7,4)
- Cl και Anion gap (χάσμα ανιόντων)

γ. Μεταβολίτες:

- Γλυκόζη

- ο Γαλακτικό οξύ.

δ.Αιμοσφαιρίνη (tHb)και κλάσματα αυτής

3. Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής τουλάχιστον των στοιχείων:

- Θερμοκρασίας, για εμφάνιση παραμέτρων διορθωμένων στη θερμοκρασία του ασθενή.
- FiO_2 , για υπολογισμό παραμέτρων οξυγόνωσης
- Δημογραφικών στοιχείων ασθενή (όνομα, ηλικία, φύλο, κ.λ.π.) για τήρηση αρχείου και ανάκληση όποια στιγμή χρειαστεί μέσω ενσωματωμένου πληκτρολογίου.

4. Να είναι ασφαλής για τους χειριστές. Γι αυτό το λόγο:

- Η εισαγωγή του δείγματος να γίνεται με αναρρόφηση και χωρίς έκταση της βελόνης πριν την εισαγωγή του δείγματος.
- Να δέχεται δείγματα απευθείας από κοινές σύριγγες και τριχοειδή χωρίς τη χρήση προσαρμογέων
- Να διαθέτει δοχείο αποβλήτων για τη στάθμη του οποίου ο χειριστής να ειδοποιείται αυτόματα αλλά και να μπορεί να ελεγχθεί η ακριβής περιεκτικότητα του με μια απλή κίνηση του χειριστή επί του αναλυτή, αποφεύγοντας έτσι τυχόν υπερχείλιση των αποβλήτων.

5. Να είναι γρήγορος και διαθέσιμος όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρόνο για ανάλυση δειγμάτων. Για το λόγο αυτό:

- Να είναι συνεχώς έτοιμος και να μην απαιτεί βαθμονόμηση πριν την εισαγωγή του δείγματος
 - Ο συνολικός χρόνος μέτρησης δείγματος(εισαγωγή δείγματος με εκτύπωση αποτελέσματος) να είναι ο μικρότερος δυνατός, και να μετράει τουλάχιστον 24 δείγματα την ώρα.
- Ο χρόνος βαθμονόμησης ενός(1) σημείου να μην υπερβαίνει τα 5 min και των δύο(2) σημείων να μην υπερβαίνει τα 13 min .Επίσης να δηλωθεί, ο συνολικός ημερήσιος χρόνος που ο αναλυτής δεν είναι διαθέσιμος λόγω βαθμονομήσεων.

6. Να διασφαλίζει την αξιοπιστία της μέτρησης και να μην επηρεάζεται από ενέργειες χειριστή κατά την εισαγωγή του δείγματος. Γι αυτό το λόγο:

- Να αναρροφά αυτόματα την αναγκαία ποσότητα δείγματος και να ελέγχει την επάρκεια σε αυτό ειδοποιώντας το χειριστή και να διαθέτει ειδοποίηση για φυσαλίδες στο δείγμα
- Ο όγκος του απαιτούμενου δείγματος σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει τα 210μL για να μην απαιτείται επανάληψη της λήψης δείγματος από τον ασθενή
- Κατά τη διαδικασία εισαγωγής δείγματος ο χειριστής να μην έρχεται σε επαφή με το δείγμα όχι μόνο για λόγους ασφαλείας αλλά και για να διασφαλιστεί η σωστή δειγματοληψία μέσω των αυτοματοποιημένων ενεργειών του αναλυτή
- Οι μετρήσεις να διενεργούνται με διεθνώς τεκμηριωμένες και αξιόπιστες μεθόδους.

7. Να απαιτεί την ελάχιστη δυνατή συντήρηση και να διευκολύνει το χειριστή για τις απαιτούμενες ενέργειες. Για το λόγο αυτό:

- Να χρησιμοποιεί ηλεκτρόδια που να απαιτούν την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. Να αναφερθεί ο τρόπος συντήρησης.
- Να λειτουργεί με μικρό αριθμό υλικών βαθμονόμησης, έκπλυσης, αναλωσίμων κ.τ.λ.Να αναφερθούν η συχνότητα και το είδος της απαιτούμενης παρέμβασης επί του αναλυτή από το προσωπικό που χειρίζεται τη συσκευή.

- Να διευκολύνει το χειριστή (εάν είναι δυνατόν) με οδηγίες video για τις απαιτούμενες ενέργειες επί του αναλυτή.
8. Να διαθέτει αυξημένες δυνατότητες αντιμετώπισης προβλημάτων. Γι αυτό το λόγο:
- Να διαθέτει πρόγραμμα αυτοδιάγνωσης με μηνύματα επί της οθόνης του αναλυτή και να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης αυτοδιαγνωστικών ελέγχων
 - Να διαθέτει ενσωματωμένο οδηγό επίλυσης των προβλημάτων .
 - Να περιγραφεί ,προκειμένου να αξιολογηθεί, ο τρόπος αντιμετώπισης πηγματος από τον χειριστή χωρίς να απαιτείται προσέλευση τεχνικού για την αντιμετώπισή του.
9. Να διαθέτει αυξημένες δυνατότητες επικοινωνίας και διαχείρισης αποτελεσμάτων. Για το λόγο αυτό:
- Τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στην οθόνη και να εκτυπώνονται αυτόματα σε ενσωματωμένο καταγραφικό
 - Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης αποτελεσμάτων και ποιοτικού ελέγχου(QC) και να έχει τη δυνατότητα πλήρους ανάκλησης
 - Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των Νοσοκομείων (LIS, HIS)
 - Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με πρόγραμμα διαχείρισης δεδομένων
 - Να διαθέτει μετρητή των πραγματοποιούμενων εξετάσεων .
 - Να διαθέτει οδηγό δισκέτας ή άλλο μέσο για μεταφορά δεδομένων ή αποτελεσμάτων εκτός του αναλυτή για αποθήκευση και επεξεργασία σε Η/Υ.
- 10.Να διαθέτει τη δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου τουλάχιστον δύο(2) επιπέδων.Να προσφερθούν τα αντίστοιχα υλικά για 52 μετρήσεις ετησίως (δύο επίπεδα μια φορά ανά εβδομάδα).
- 11.Να αναφερθεί αν ο αναλυτής δυνατότητα μέτρησης μόνο των αερίων αίματος.
- 12.Να αναφερθούν επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά του αναλυτή.
- 13.Όλα τα αναγραφόμενα να αποδεικνύονται επί ποινή απόρριψης με παραπομπές σε εργοστασιακά φυλλάδια ή prospectus. Σε περίπτωση απόκλισης των αναγραφόμενων στο φύλλο συμμόρφωσης από τα εργοστασιακά έντυπα η προσφορά θα απορρίπτεται.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ (Να συμπληρωθεί στην οικονομική προσφορά ο παρακάτω πίνακας από τους συμμετέχοντες)

ΤΜΗΜΑΤΑ	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ / ΔΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ / ΔΕΙΓΜΑ CONTROLS	ΚΟΣΤΟΣ / ΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Υ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ / ΔΕΙΓΜΑ	ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ	pH, pO ₂ , pCO ₂ , K, Na, Ca, Cl, Glu, Lac, tHb, COHb MetHb, HHb, O ₂ Hb	3.000					
Ε.Ι. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ	pH, pO ₂ , pCO ₂ , K, Na, Ca, Cl, Glu, Lac, tHb, COHb MetHb, HHb, O ₂ Hb	4.000					
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ	pH, pO ₂ , pCO ₂ , K, Na, Ca, Cl, Glu, Lac, tHb, COHb MetHb, HHb, O ₂ Hb	3.000					

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	10.000					
--	---------------	--	--	--	--	--

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ (Να συμπληρωθεί στην οικονομική προσφορά ο παρακάτω πίνακας από τους συμμετέχοντες)

ΤΜΗΜΑΤΑ	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ / ΔΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ / ΔΕΙΓΜΑ CONTROLS	ΚΟΣΤΟΣ / ΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Υ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ / ΔΕΙΓΜΑ	ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ	pH, pO ₂ , pCO ₂ , K, Na, Ca, Cl, Glu, Lac, tHb, COHb MetHb, HHb, O ₂ Hb	4000					
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ	pH, pO ₂ , pCO ₂ , K, Na, Ca, Cl, Glu, Lac, tHb, COHb MetHb, HHb, O ₂ Hb	4000					
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ		8.000					

Ο παρακάτω κοινός πίνακας θα συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά, και το τελικό ποσό βάση των απαιτούμενων εξετάσεων, θα είναι αυτό που θα ληφθεί υπόψη για την κατακύρωση του διαγωνισμού

ΤΜΗΜΑΤΑ	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ / ΔΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟΥ	ΚΟΣΤΟΣ / ΔΕΙΓΜΑ CONTROLS	ΚΟΣΤΟΣ / ΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Υ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ / ΔΕΙΓΜΑ	ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ	pH, pO ₂ , pCO ₂ , K, Na, Ca, Cl, Glu, Lac, tHb, COHb MetHb, HHb, O ₂ Hb	3.000 + 4000					
Ε.Ι. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ	pH, pO ₂ , pCO ₂ , K, Na, Ca, Cl, Glu, Lac, tHb, COHb MetHb, HHb, O ₂ Hb	4.000					
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ	pH, pO ₂ , pCO ₂ , K, Na, Ca, Cl, Glu, Lac, tHb, COHb MetHb, HHb, O ₂ Hb	3.000 + 4000					
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ		18.000					