

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	(01) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.	(02) ΟΧΥΜΕΔ	(03) Ε. & Χ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	(04) Ι.Μ.ΡΑΚΚ.Τ. Ε.Π.Ε.	(05) SANECO SURGICAL	(06) HOSPITAL DYNAMICS A.E.	(07) CANA A.E.	(08) JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.	(09) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.	(10) ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
1	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 30ΜΜ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CLIP ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: ΑΓΓΕΙΑΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ.											
1α	ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟ	1					PSLS30W3 δεν είναι με μία χειρολαβή			TLV30		TA30V3S
1β	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ				DLS30LU δε ζητήθηκε προσφορά στη διάσταση αυτή					TL30 δε ζητήθηκε προσφορά στη διάσταση αυτή		
1γ	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1		SZH-30-4 δεν είναι με μία χειρολαβή	DLS30HU	DLS-30HU	PSLS30G2 δεν είναι με μία χειρολαβή		ILS30G	TLH30		TA3048S
2	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	1		A) SZH303 B) SZH304 δε γίνεται δεκτό το αντίστοιχο εργαλείο	DLSC30LU δε ζητήθηκε προσφορά στη διάσταση αυτή	DLSC-30HU	PSLR30W3 δε γίνεται δεκτό το αντίστοιχο εργαλείο		ILR30B (κανονικό ιστό) - ILR30G (παχύ ιστό)	TRH30		TA30V3L
					DLSC30HU		PSLR30G2 δε γίνεται δεκτό το αντίστοιχο εργαλείο			TR30 δε ζητήθηκε προσφορά στη διάσταση αυτή		TA3048L
										TRV30		
3	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 30ΜΜ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 30ΜΜ ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ . ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΥΡΟΥΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 1.25mm											
3α	ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟ	1					PSLS30W3 δεν είναι με μία χειρολαβή			TLV30		TA30V3S
3β	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1	LS3035	SZH-30-3 δεν είναι με μία χειρολαβή	DLS30LU	DLS-30LU	PSLS30B2 δεν είναι με μία χειρολαβή	HS 30	ILS30B	TL30		TA3035S
3γ	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1	LS3048	SZH-30-4 δεν είναι με μία χειρολαβή	DLS30HU	DLS-30HU	PSLS30G2 δεν είναι με μία χειρολαβή	HS 30 δεν είναι για παχύ ιστό	ILS30G	TLH30		TA3048S
4	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	1	LSC3035	A) SZH303 B) SZH304 δε γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα εργαλεία	DLSC30LU	DLSC-30LU & DLSC-30HU	PSLR30W3 δε γίνεται δεκτό το αντίστοιχο εργαλείο	HSZ 30	ILR30B (κανονικό ιστό) - ILR30G (παχύ ιστό)	TRH30		TA30V3L
			LSC3048		DLSC30HU		PSLR30B2 δε γίνεται δεκτό το αντίστοιχο εργαλείο			TR30		TA3035L
							PSLR30G2 δε γίνεται δεκτό το αντίστοιχο εργαλείο			TRV30		TA3048L
5	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 30ΜΜ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CLIP ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: ΑΓΓΕΙΑΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ.											
5α	ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟ									TX30V δε ζητήθηκε προσφορά στη διάσταση αυτή		
5β	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1	LS3035	SZH-30-3	DLS30LU	DLS-30LU	PSLS30B2	HSN-30L	ILS30B	TX30B	FLSLF30-3.5 (κανονικός ιστός)	TA3035S
5γ	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ							HSN-30H δε ζητήθηκε προσφορά στη διάσταση αυτή		TX30G δε ζητήθηκε προσφορά στη διάσταση αυτή		

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	(01) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.	(02) ΟΧΥΜΕΔ	(03) Ε. & Χ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	(04) Ι.Μ.ΡΑΚ.Τ. Ε.Π.Ε.	(05) SANECO SURGICAL	(06) HOSPITAL DYNAMICS A.E.	(07) CANA A.E.	(08) JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.	(09) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.	(10) ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
6	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	1	LSC3035	A) SZH303 B) SZH304	DLSC30LU	DLSC-30LU	PSLR30B2	HSNZ-30L	ILR30B (κανονικό ιστό) - ILR30G (παχύ ιστό)	XR30B	FLSLH3.5A	TA3035L
								HSNZ-30H δε ζητήθηκε προσφορά στη διάσταση αυτή για το αντίστοιχο εργαλείο		XR30G		
										XR30V δε ζητήθηκε προσφορά στη διάσταση αυτή για το αντίστοιχο εργαλείο		
7	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 60MM ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CLIP ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ.											
7α	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1		SZH-60-3 δεν είναι με μία χειρολαβή	DLS60LU	DLCS-60L ο προσφερόμενος κωδικός δεν αντιστοιχεί στο ζητούμενο εργαλείο σύμφωνα με το prospectus	PSLS60B2 δεν είναι με μία χειρολαβή		ILS60B	TL60		TA6035S
7β	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1		SZH-60-4 δεν είναι με μία χειρολαβή	DLS60HU	DLCS-60H ο προσφερόμενος κωδικός δεν αντιστοιχεί στο ζητούμενο εργαλείο σύμφωνα με το prospectus	PSLS60G2 δεν είναι με μία χειρολαβή		ILS60G	TLH60		TA6048S
8	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	1		A) SZH603 B) SZH604 δε γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα εργαλεία	DLSC60LU	DLCS-60L & DLCS-60H δε γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα εργαλεία	PSLR60B2 δε γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα εργαλεία		ILR60B (κανονικό ιστό) - ILR60G (παχύ ιστό)	TRH60		TA6035L
					DLSC60HU					TR60		TA6048L
9	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 30MM ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 60MM ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ . ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΥΡΟΥΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΛΙΠ 1-2.5mm											
9α	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1	LS3035 δεν είναι 60mm	SZH-60-3 δεν είναι με μία χειρολαβή		DLS-60LU		HS 60	ILS60B	TL60		TA6035S
			LS6035 δεν προσφέρθηκε αντίστοιχη αποδεκτή ανταλλακτική κεφαλή									
9β	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1	LS3048 δεν είναι 60mm	SZH-60-4 δεν είναι με μία χειρολαβή		DLS-60HU		HS 60 δεν είναι για παχύ ιστό	ILS60G	TLH60		TA6048S
10	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	1	LSC3048 είναι για εργαλείο 30mm κι όχι για 60mm	A) SZH603 B) SZH604 δε γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα εργαλεία		DLSC-60LU & DLSC-60HU		HSZ 60	ILR60B (κανονικό ιστό) - ILR60G (παχύ ιστό)	TRH60		TA6035L
										TR60		TA6048L

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	(01) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.	(02) ΟΧΥΜΕΔ	(03) Ε. & Χ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	(04) Ι.Μ.ΡΑΚ.Τ. Ε.Π.Ε.	(05) SANECO SURGICAL	(06) HOSPITAL DYNAMICS A.E.	(07) CANA A.E.	(08) JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.	(09) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.	(10) ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
11	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 60MM ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CLIP ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ											
11α	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1	LS6035	SZH-60-3	DLS60LU δεν προσφέρθηκε αντίστοιχη αποδεκτή ανταλλακτική κεφαλή	DLS-60LU	PSLS60B2	HSN-60L	ILS60B	TX60B	FLSLF60-3.5 (ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ)	TA6035S
11β	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ				DLSC60LU είναι ανατλακτική κεφαλή κι όχι εργαλείο			HSN-60H δε ζητήθηκε προσφορά για τη διάσταση αυτή		TX60G δε ζητήθηκε προσφορά για τη διάσταση αυτή		
12	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	1	LSC6035	A) SZH603 B) SZH604		DLSC-60LU	PSLR60B2	HSNZ-60L	ILR60B (κανονικό ιστό) - ILR60G (παχύ ιστό)	XR60G	FLSLH3.5C	TA6035L
								HSNZ-60H δε ζητήθηκε προσφορά στη διάσταση αυτή για το αντίστοιχο εργαλείο		XR60B		
13	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 90MM ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ . ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΥΡΟΥΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΛΙΠ 1-2.5mm.											
13α	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1		SZH-90-3	DLS90LU	DLS-90LU		HS 90	ILS90B	TL90		TA9035S
13β	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1		SZH-90-4	DLS90HU	DLS-90HU		HS 90 δεν είναι για παχύ ιστό	ILS90G	TLH90		TA9048S
14	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	1		A) SZH903 B) SZH904	DLSC90LU	DLSC-90LU & DLSC-90HU		HSZ 90	ILR90B (κανονικό ιστό) - ILR90G (παχύ ιστό)	TRH90		TA9035L
					DLSC90HU					TR90		TA9048L
15	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 90MM ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CLIP ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ											
15α	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1		SZH-90-3 δεν είναι με μία χειρολαβή	DLS90LU	DLCS-100LU δεν είναι 90mm/ ο προσφερόμενος κωδικός δεν αντιστοιχεί στο ζητούμενο εργαλείο σύμφωνα με το prospectus			ILS90B	TL90		TA9035S
15β	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1		SZH-90-4 δεν είναι με μία χειρολαβή	DLS90HU	DLCS-100HU δεν είναι 90mm/ ο προσφερόμενος κωδικός δεν αντιστοιχεί στο ζητούμενο εργαλείο σύμφωνα με το prospectus			ILS90G	TLH90		TA9048S
16	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	1		A) SZH903 B) SZH904 δε γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα εργαλεία	DLSC90LU	DLCS-100LU & DLCS-100HU δε γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα εργαλεία			ILR90B (κανονικό ιστό) - ILR90G (παχύ ιστό)	TRH90		TA9035L

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	(01) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.	(02) ΟΧΥΜΕΔ	(03) Ε. & Χ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	(04) Ι.Μ.ΡΑΚ.Τ. Ε.Π.Ε.	(05) SANECO SURGICAL	(06) HOSPITAL DYNAMICS A.E.	(07) CANA A.E.	(08) JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.	(09) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.	(10) ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
					DLSC90HU					TR90		TA9048L
17	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 90ΜΜ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CLIP ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ											
17α	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1		SZH-90-3	DLS90LU	DLS-90LU		HSN-90L	ILS90B	TL90	FLSLF90-3.5 (κανονικός ιστός)	TA9035S
17β	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1		SZH-90-4	DLS90HU	DLS-90HU		HSN-90H	ILS90G	TLH90	FLSLF90-4.8 παχύς ιστός	TA9048S
18	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ			A) SZH903 B) SZH904	DLSC90LU	DLSC-90LU & DLSC-90HU		HSNZ-90L	ILR90B (κανονικό ιστό) - ILR90G (παχύ ιστό)	TRH90	FLSLH3.5E κανονικός ιστός	TA9035L
		1			DLSC90HU			HSNZ-90H		TR90	FLSLH4.8E παχύς ιστός	TA9048L
19	ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 30ΜΜ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΩΝΙΩΣΕΩΣ 120°, ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 320°, ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΡΟΧΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΘΕΣΗ, ΜΕ CLIPS ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ											
19α	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1										17615
19β	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1										17617
20	ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 55mm ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ, ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ, ΚΛΙΣΗΣ 30 ΜΟΙΡΩΝ									AX55G		17614
		2								AX55B		
21	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 60ΜΜ, Μ.Χ., ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΣΕΙΡΑΣ CLIP ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΠΗΣ, ΜΕ ΝΕΑ ΛΑΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: ΛΕΠΤΟ, ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ											
21α	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ			YQ-55-3 δεν έχει νέα λάμα σε κάθε φόρτιση/ δεν είναι 60mm		DLCS-60L	SLC60B			ILC60B		GIA6038S
21β	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ			YQ-55-4 δεν έχει νέα λάμα σε κάθε φόρτιση/ δεν είναι 60mm		DLCS-60H				ILC60G		GIA6048S
23	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ			A) YQ553 B) YQ554 δε γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα εργαλεία		DLCS-60L & DLCS-60H	LCR60B			ILCR60B (κανονικό ιστό) - ILCR60G (παχύ ιστό)		GIA6038L
		1										GIA6048L
25	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 55 mm ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΛΙΠ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΣΣΕΤΑ. ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΜΕ ΕΞΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ.									ILC60B (κανονικό ιστό) - ILC60G (παχύ ιστό) δε δέχεται κασέτες με 6 γραμμές συρραφής/ δεν είναι 55mm	NTLC55	
		1										
26	ΚΑΣΣΕΤΕΣ 55 ΜΜ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΧΗ ΙΣΤΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ, ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ 6 ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ.									ILCR60B (κανονικό ιστό) - ILCR60G (παχύ ιστό) δε γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα εργαλεία	SR55	
		3										

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	(01) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.	(02) ΟΧΥΜΕΔ	(03) Ε. & Χ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	(04) Ι.Μ.ΡΑΚ.Τ. Ε.Π.Ε.	(05) SANECO SURGICAL	(06) HOSPITAL DYNAMICS A.E.	(07) CANA A.E.	(08) JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.	(09) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.	(10) ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
27	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 55-60mm ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ .	1	LC6045	A) YQ-55-3 B) YQ-55-4	DLCS55LU	DLCS-55LU, DLCS-60L, DLCS-55HU & DLCS-60H	SLC60B	HQ-60M	ILC60B (κανονικό ιστό) - ILC60G (παχύ ιστό)	TVC55	SSAB-60/3.8 (Κανονικός ιστός)	GIA6038S
					DLCS55HU			HQ-60H		TCT55	SSAB-60/4.8 (ΠΑΧΥΣ ΙΣΤΟΣ)	GIA6048S
										TLC55		
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	1	LCC6045	A) YQ553 B) YQ554	DLCSC55LU	DLCSC-55LU, DLCSC-60L, DLCSC-55HU & DLCSC-60H	LCR60B	HQZ-60M	ILCR60B (κανονικό ιστό) - ILCR60G (παχύ ιστό)	TRT55	SADB-60N (κανονικός ιστός)	GIA6038L
					DLCS55HU			HQZ-60H		TVR55	SADB-60D (παχυσ ιστός)	GIA6048L
										TCR55		
28	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 75mm ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΛΙΠ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΣΣΕΤΑ. ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΜΕ ΕΞΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ.	1							ILC80B (κανονικό ιστό) - ILC80G (παχύ ιστό) δε δέχεται κασέτες με 6 γραμμές συρραφής/ δεν είναι 75mm	NTLC75		
29	ΚΑΣΣΕΤΑ 75 ΜΜ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΧΗ ΙΣΤΟΥ , ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ, ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ 6 ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ.	3							ILCR80B (κανονικό ιστό) - ILCR80G (παχύ ιστό) δε γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα εργαλεία	SR75		
30	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 75 - 80mm ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ .	1		A) YQ-75-3 B) YQ-75-4		DLCS-75LU, DLCS-80L, DLCS-75HU & DLCS-80H	SLC80B	HQ-80M	ILC80B (κανονικό ιστό) - ILC80G (παχύ ιστό)	TCD75	SSAB-80/3.8 (ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ)	GIA8038S
								HQ-80H		TCT75	SSAB-80/4.8 (ΠΑΧΥΣ ΙΣΤΟΣ)	GIA8048S
										TLC75		
31	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.	1		A) YQ753 B) YQ754		DLCSC-75LU, DLCSC-80L, DLCSC-75HU & DLCSC-80H	LCR80B	HQZ-80M	ILCR80B (κανονικό ιστό) - ILCR80G (παχύ ιστό)	TRD75	SADB-80N (ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ)	GIA8038L
								HQZ-80H		TRT75	SADB-80D (ΠΑΧΥΣ ΙΣΤΟΣ)	GIA8048L
										TCR75		
32	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 80ΜΜ, Μ.Χ., ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΣΕΙΡΑΣ CLIP ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΠΗΣ, ΜΕ ΝΕΑ ΛΑΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ											
32α	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1		YQ-75-3 δεν είναι 80mm		DLCS-80L	SLC80B		ILC80B			GIA8038S
32β	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1		YQ-75-4 δεν είναι 80mm		DLCS-80H	SLC80G		ILC80G			GIA8048S
33	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.	1		A) YQ753 B) YQ754 δε γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα εργαλεία		DLCSC-80L & DLCSC-80H	LCR80B		ILCR80B (κανονικό ιστό) - ILCR80G (παχύ ιστό)			GIA8038L
							LCR80G					GIA8048L

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	(01) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.	(02) ΟΧΥΜΕΔ	(03) Ε. & Χ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	(04) Ι.Μ.ΡΑΚ.Τ. Ε.Π.Ε.	(05) SANECO SURGICAL	(06) HOSPITAL DYNAMICS A.E.	(07) CANA A.E.	(08) JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.	(09) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.	(10) ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
34	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ, (ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ 55 mm ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 440 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ											
34α	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1		YQ-55-3 δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440		DLCS-55LU δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440			ILC60B δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440 ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου/ δεν είναι 55mm	TLC55	QYQ-55A δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440 ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου	GIA6038S δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440 ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου/ δεν είναι 55mm
34β	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1		YQ-55-4 δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440		DLCS-55HU δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440			ILC60G δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440 ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου/ δεν είναι 55mm	TCT55	QYQ-55C δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440 ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου	GIA6048S δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440 ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου/ δεν είναι 55mm
34γ	ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟ	1								TVC55		GIA6025S δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440 ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου/ δεν είναι 55mm
35	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 55mm	3		A) YQ553 B) YQ554 δε γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα εργαλεία		DLCS-55LU & DLCS-55HU δε γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα εργαλεία			ILCR60B (κανονικό ιστό) - ILCR60G (παχύ ιστό) δε γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα εργαλεία	TRT55	ZQYQ -55A (ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ) δε γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα εργαλεία	GIA6038L δε γίνεται δεκτό το αντίστοιχο εργαλείο
										TVR55	ZQYQ -55C (ΠΑΧΥΣ ΙΣΤΟΣ) δε γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα εργαλεία	GIA6048L δε γίνεται δεκτό το αντίστοιχο εργαλείο
										TCR55		GIA6025L δε γίνεται δεκτό το αντίστοιχο εργαλείο
36	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ, (ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ 75 mm ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 440 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ											
36α	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1		YQ-75-3 δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440		DLCS-75LU δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440			ILC80B δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440 ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου/ δεν είναι 75mm	TLC75	QYQ-75A δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440 ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου	GIA8038S δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440 ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου/ δεν είναι 75mm

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	(01) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.	(02) ΟΧΥΜΕΔ	(03) Ε. & Χ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	(04) Ι.Μ.ΡΑΚ.Τ. Ε.Π.Ε.	(05) SANECO SURGICAL	(06) HOSPITAL DYNAMICS A.E.	(07) CANA A.E.	(08) JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.	(09) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.	(10) ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
36β	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1		YQ-75-4 δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440		DLCS-75HU δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440			ILC80G δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440 ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου/ δεν είναι 75mm	TCT75	QYQ-75C δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440 ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου	GIA8048S δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440 ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου/ δεν είναι 75mm
36γ	ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΙΣΤΟ	1				DLCS-75LU δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440/ δεν είναι για ενδιάμεσο ιστό				TCD75		
37	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 75mm	3		A) YQ753 B) YQ754 δε γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα εργαλεία		DLCS-75LU & DLCS-75HU δε γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα εργαλεία			ILCR80B (κανονικό ιστό) - ILCR80G (παχύ ιστό) δε γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα εργαλεία	TRD75	ZQYQ -75A δε γίνεται δεκτό το αντίστοιχο εργαλείο	GIA8038L δε γίνεται δεκτό το αντίστοιχο εργαλείο
										TRT75	ZQYQ -75C δε γίνεται δεκτό το αντίστοιχο εργαλείο	GIA8048L δε γίνεται δεκτό το αντίστοιχο εργαλείο
										TCR75		
38	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ, (ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ 100mm ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΣΑΛΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 440 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ											
38α	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1		YQ-100-4 δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440		DLCS-100LU & DLCS-100L δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440 ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου		HQ-100H δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440		TCT10		GIA10038S δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440 ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου
38β	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1		YQ-100-3 δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440		DLCS-100HU & DLCS-100H δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440 ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου		HQ-100M δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440		TLC10		GIA10048S δεν έχει κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ασάλι διαβάθμισης 440 ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου
39	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 100mm	1		A) YQ1003 B) YQ1004 δε γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα εργαλεία		DLCS-100LU, DLCS-100L, DLCS-100HU & DLCS-100H δε γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα εργαλεία		HQZ-100H δε γίνεται δεκτό το αντίστοιχο εργαλείο		TRT10		GIA10038L δε γίνεται δεκτό το αντίστοιχο εργαλείο
								HQZ-100M δε γίνεται δεκτό το αντίστοιχο εργαλείο		TCR10		GIA10048L δε γίνεται δεκτό το αντίστοιχο εργαλείο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	(01) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.	(02) ΟΧΥΜΕΔ	(03) Ε. & Χ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	(04) Ι.Μ.ΡΑΚ.Τ. Ε.Π.Ε.	(05) SANECO SURGICAL	(06) HOSPITAL DYNAMICS A.E.	(07) CANA A.E.	(08) JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.	(09) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.	(10) ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
40	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 100ΜΜ, Μ.Χ., ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΣΕΙΡΑΣ CLIP ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΠΗΣ, ΜΕ ΝΕΑ ΛΑΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ											
40α	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1		YQ-100-4 δε έχει νέα λάμα σε κάθε φόρτιση			DLCS-100LU & DLCS-100L					GIA10038S
40β	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1		YQ-100-3 δε έχει νέα λάμα σε κάθε φόρτιση			DLCS-100HU & DLCS-100H					GIA10048S
41	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	2		A) YQ1003 B) YQ1004 δε γίνονται δεκτά τα αντίστοιχα εργαλεία			DLCSC-100LU, DLCSC-100L, DLCSC-100HU & DLCSC-100H					GIA10038L
												GIA10048L
42	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 100mm ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ .	1		A) YQ-100-3 B) YQ-100-4			DLCS-100LU, DLCS-100L, DLCS-100HU & DLCS-100H	HQ-100M		TCT10	XQ-100-3.8 δεν κατατέθηκε prospectus	GIA10038S
								HQ-100H		TLC10	XQ-100-4.5 δεν κατατέθηκε prospectus	GIA10048S
43	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.	1		A) YQ1003 B) YQ1004			DLCSC-100LU, DLCSC-100L, DLCSC-100HU & DLCSC-100H	HQZ-100M		TRT10	XXQC-100-3.8 δεν κατατέθηκε prospectus	GIA10038L
								HQZ-100H		TCR10	XXQC-100-4.5 δεν κατατέθηκε prospectus	GIA10048L
44	ΣΕΤ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΥΘΥ ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑ ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 33ΜΜ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΛΙΠ ΑΠΟ 0,75mm-1,5mm ΚΑΙ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΠΡΩΚΤΟΥ, ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΙΟ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ.	1	PPH plus 33	YG-32 δεν είναι 33mm	DCSS33F είναι ευθύγραμμος κυκλικός αναστομωτήρας κι όχι το ζητούμενο σετ	DCSS-33F είναι ευθύγραμμος κυκλικός αναστομωτήρας κι όχι το ζητούμενο σετ	SHS32 δεν είναι 33mm	PPH 33	IHSP33	PPH03		
							SHS34 δεν είναι 33mm	HYG-33				
45	ΣΕΤ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΕΥΘΥ ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 33 ΧΙΛ (ΣΥΝ ΠΛΗΝ 0,5 ΧΙΛ.), ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΠΡΩΚΤΟΥ, ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΙΟ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ	1	PPH plus 33	YG-32 δεν είναι 33mm	DCSS33F είναι ευθύγραμμος κυκλικός αναστομωτήρας κι όχι το ζητούμενο σετ	DCSS-33F είναι ευθύγραμμος κυκλικός αναστομωτήρας κι όχι το ζητούμενο σετ		PPH 33	IHSP33	PPH03	FCSSWBE 33	HEM3335
							HYG-33					
46	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ 33ΜΜ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΚΤΟΜΗ ΚΑΤΑ "LONGO", Μ.Χ.,ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ, 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΜΟΝΑ, ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΥΠΟ ΑΜΕΣΗ ΟΡΑΣΗ. ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΙΣΧΥΡΑ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ.				DCSS33F είναι ευθύγραμμος κυκλικός αναστομωτήρας κι όχι το ζητούμενο σετ							
46α	ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1						PPH 33	IHSP33	PPH03		HEM3335
								HYG-33				
47	ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 1-2.5mm, ΜΕ ΜΗ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ, ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΛΙΠ 5.5mm ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ. ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ:											
47α	21mm	1	CSC21		DCSCN-21	DCSCN-21	SCS21	HC-21		CDH21A		

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	(01) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.	(02) ΟΧΥΜΕΔ	(03) Ε. & Χ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	(04) Ι.Μ.ΡΑΚ.Τ. Ε.Π.Ε.	(05) SANECO SURGICAL	(06) HOSPITAL DYNAMICS Α.Ε.	(07) CANA Α.Ε.	(08) JOHNSON & JOHNSON HELLAS Α.Ε.	(09) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.	(10) ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
47β	25mm	2	CSC25		DCSCN-25H	DCSCN-25H	SCS25	HC-24 δεν είναι 25mm	ICS26 δεν είναι 25mm	CDH25A	FCSLWBE26 δεν είναι 25mm	
								HC-26 δεν είναι 25mm				
								RCS 25C έχει ανακλινόμνη κεφαλή				
47γ	29mm	2	CSC29	YW-W29	DCSCN-29	DCSCN-28 δεν είναι 29mm	SCS29	HC-29	ICS29	CDH29A	FCSLWBE29	
47δ	33mm	2	CSC33	YW-W32 δεν είναι 33mm	DCSCN-33	DCSCN-33	SCS33	HC-33	ICS32 & ICS34 δεν είναι 25mm	CDH33A	FCSLWBE34 δεν είναι 25mm	
								RCS 34C δεν είναι 33mm/ έχει ανακλινόμνη κεφαλή				
48	ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΙΣΧΥΡΑ, ΑΣΦΑΛΗ ΚΛΙΠΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΑΚΜΟΝΑ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ:											
48α	21mm	1			DCSCN-21 δεν έχει ανακλινόμενο άκμονα		SCS21 δεν έχει ανακλινόμενο άκμονα					EEA2135
												EEA21
48β	25mm	1			DCSCN-25H δεν έχει ανακλινόμενο άκμονα		SCS25 δεν έχει ανακλινόμενο άκμονα		ICSP26 δεν είναι 25mm			EEA2535
												EEA25
48γ	28mm	1			DCSCN-28 δεν έχει ανακλινόμενο άκμονα		SCS29 δεν έχει ανακλινόμενο άκμονα		ICSP29 δεν είναι 28mm			EEA2835
												EEA28
48δ	31mm	3			DCSCN-31 δεν έχει ανακλινόμενο άκμονα		SCS31 δεν έχει ανακλινόμενο άκμονα		ICSP32 δεν είναι 31mm			EEA31
48ε	34mm	1			DCSCN-34 δεν έχει ανακλινόμενο άκμονα		SCS33 δεν έχει ανακλινόμενο άκμονα					111981
49	ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ή ΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ:											
49α	21mm ±1mm	1			DCSCN-21	DCSCN-21	SCS21	HC-21		CDH21A		EEAXL2135
												EEAXL21
49β	25mm ±1mm	1			DCSCN-25H	DCSCN-25H	SCS25	HC-24	ICS26	CDH25A	FCSME26	EEAXL2535
								HC-26				EEAXL25
								RCS 25C				
49γ	28mm ±1mm	1		YW-W29	DCSCN-28	DCSCN-28	SCS29	HC-29	ICS29	CDH29A	FCSME29	EEAXL2835
												EEAXL28
49δ	31mm ±1mm	1		YW-W32	DCSCN-31	DCSCN-31	SCS31	HC-31	ICS32	CDH33A	FCSME32	EEAXL31
								RCS 31C				
49ε	34mm ±1mm	1			DCSCN-34	DCSCN-34	SCS33	HC-34	ICS34	CDH33A	FCSLWBE34	111981
								RCS 34C				EEA33

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	(01) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.	(02) ΟΧΥΜΕΔ	(03) Ε. & Χ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	(04) Ι.Μ.ΡΑΚΚ.Τ. Ε.Π.Ε.	(05) SANECO SURGICAL	(06) HOSPITAL DYNAMICS A.E.	(07) CANA A.E.	(08) JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.	(09) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.	(10) ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
50	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΗΣ ΛΕΠΤΩΝ & ΠΑΧΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, 40 mm ΚΥΡΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΜΕ 2 ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΕΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ	3	CLC43 δεν έχει 2 χειρολαβές				SCC40 δεν κατατέθηκε prospectus	HHQ-45A δεν είναι 40mm		CS40B		
										CS40G		
51	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ.	1	CLCC43 δεν γίνεται δεκτό το αντίστοιχο εργαλείο							CR40G		
										CR40B		
52	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ, (ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ 60mm, ΜΕ 3 ή 4 ΣΤΑΔΙΑ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 440, ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ 45ο ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ 4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΧΗ ΙΣΤΩΝ (1mm, 1.5mm, 1.8mm & 2mm)	1								EC60A		030403 δεν έχει σπαστή κεφαλή/ δεν έχει 3 ή 4 στάδια πυροδότησης
										SC60A		
53	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	5								ECR60B		030457 δεν έχει σπαστή κεφαλή/ δεν έχει 3 ή 4 στάδια πυροδότησης
										ECR60W		030458 δεν έχει σπαστή κεφαλή/ δεν έχει 3 ή 4 στάδια πυροδότησης
										ECR60D		030459 δεν έχει σπαστή κεφαλή/ δεν έχει 3 ή 4 στάδια πυροδότησης
										ECR60G		
54	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ, (ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ 45mm, ΜΕ 3 ή 4 ΣΤΑΔΙΑ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 440, ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ 45ο ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ 4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΧΗ ΙΣΤΩΝ (0.75, 1mm, 1,5mm, 1,8mm & 2mm, 2.5mm)	1								EC45A		030449 δεν έχει σπαστή κεφαλή/ δεν έχει 3 ή 4 στάδια πυροδότησης
										CTS45		
										ATS45		
										SC45A		
55	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	3								ECR45W		030453 δεν γίνεται δεκτό το αντίστοιχο εργαλείο
										ECR45B		030454 δεν γίνεται δεκτό το αντίστοιχο εργαλείο
										ECR45D		030455 δεν γίνεται δεκτό το αντίστοιχο εργαλείο
										ECR45G		030456 δεν γίνεται δεκτό το αντίστοιχο εργαλείο
										ECR45M		

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	(01) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.	(02) ΟΧΥΜΕΔ	(03) Ε. & Χ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	(04) Ι.Μ.ΡΑΚΚ.Τ. Ε.Π.Ε.	(05) SANECO SURGICAL	(06) HOSPITAL DYNAMICS A.E.	(07) CANA A.E.	(08) JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.	(09) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.	(10) ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
										TR45W		
										TR45G		
										6R45B		
										6R45M		
56	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ, ΜΕΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΥΦΟΣ ΚΛΙΠ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 30mm, 45mm & 60mm ΜΕ ΝΕΑ ΚΟΡΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ	1										EGIAUSHORT
												EGIAUSTND
57	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ.	1										EGIA60AMT
												EGIA60AVM
												EGIA60AXT
												EGIA45AVM
												EGIA45AMT
												EGIA45AXT
58	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ, Μ.Χ., ΜΕ 20 ΜΕΣΑΙΟΥ&ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ CLIPS, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ (ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ)	1								MCL20		134051
										MCM20		
										MSM20		
59	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ, Μ.Χ., ΜΕ 30 ΜΕΣΑΙΟΥ&ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ CLIPS, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ (ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ)	1								MCM30		134053
60	ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 7 ΜΜ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΗΧΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Η ΜΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ α) ΣΤΥΛΕΟ ΜΗΚΟΥΣ 18ΕΚ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 13ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ, β) ΣΤΥΛΕΟ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 20mm (ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10mm), γ) ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 16.5mm ΣΕ ΚΥΡΤΟΥΣ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΣΤΟΠ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ.	4										LF4200T
												LS1020
												LF1212
61	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ, ΜΗΚΟΥΣ 9, 14 & 17 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 5mm, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΥΛΕΟΥ 360ο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ. ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ (ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ 55.5ΚΗΖ)	2								FCS9		
										FCS17		
										ACE14S		
62	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ-ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΣΤΕΙΛΕΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5ΜΜ ,ΜΗΚΟΥΣ 23&36CM ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360 ΜΟΙΡΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ). ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΕΠΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΚΥΡΤΟΥ ΑΚΡΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΜΗΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΣΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 55,5ΚΗΖ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ	5								ACE23E	DS4-400CD 2 δεν κατατέθηκε prospectus	

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	(01) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.	(02) ΟΧΥΜΕΔ	(03) Ε. & Χ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	(04) Ι.Μ.ΡΑΚΚ.Τ. Ε.Π.Ε.	(05) SANECO SURGICAL	(06) HOSPITAL DYNAMICS A.E.	(07) CANA A.E.	(08) JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.	(09) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.	(10) ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
										ACE36E		
										HAR36		
										HAR23		
63	ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 3600, ΣΕ ΜΗΚΗ ΣΤΕΙΛΕΟΥ 14,25,35&45CM, ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ 20MM ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Η ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΩΣ 7MM. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΘΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 3M, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ.	1								NSLG2C45		
										NSLG2C25		
										NSLG2C14		
										NSLG2C35		
64	ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12mm ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 3600, ΜΗΚΟΥΣ 220mm ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΕΙΣ ΣΙΑΓΩΝΕΣ 40 mm, ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΩΣ 7mm. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΔΙΑΚΟΡΤΗ	2								NSEALX22L		
	ΣΥΝΟΛΑ											
	Όπου ζητούνται εργαλεία και ανταλλακτικές κεφαλές ή κασσέτες για τα συγκεκριμένα εργαλεία διευκρινίζεται ότι η συγκρίσιμη τιμή για την κατακύρωση των ειδών θα είναι το άθροισμα της τιμής του εργαλείου με την τιμή της ανταλλακτικής κεφαλής ή κασσέτας											

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

				ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ. (ΣΕ €) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.											
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟ-ΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΗΣ	(01) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.	(02) ΟΧΥΜΕΔ	(03) Ε. & Χ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	(04) Ι.Μ.ΡΑΚΚ.Τ. Ε.Π.Ε.	(05) SANECO SURGICAL	(06) HOSPITAL DYNAMICS A.E.	(07) CANA A.E.	(08) JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.	(09) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.	(10) ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.	ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Τ.	ΤΙΜΗ Π.Τ.
1	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 30ΜΜ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CLIP ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: ΑΓΓΕΙΑΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ.														
1α	ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟ	1	0								TLV30 171,39		TA30V3S 222,00		
1β	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ														
1γ	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1	1			DLS30HU 162,00	DLS-30HU 144,00			ILS30G 157,32	TLH30 187,11		TA3048S 187,11	56.7.12	187,11 €
2	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ														
		1	1				DLSC-30HU 35,00			ILR30B (κανονικό ιστό) - ILR30G (παχύ ιστό) 48,21	TRH30 85,11		TA30V3L 85,90	56.7.25	80,00 €
						DLSC30HU 59,00					TR30 85,11		TA3048L 106,56		
											TRV30 80,00				
3	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 30ΜΜ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 30ΜΜ ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ . ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΥΡΟΥΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΛΙΠ 1-2.5mm														
3α	ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟ	1	1								TLV30 171,39		TA30V3S 222,00	56.7.16	171,39 €
3β	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1	1	LS3035 160,00		DLSC30LU 162,00	DLS-30LU 144,00		HS 30 186,00	ILS30B 157,32	TL30 187,11		TA3035S 187,11	56.7.8	187,11 €
3γ	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1	1	LS3048 160,00		DLSC30HU 162,00	DLS-30HU 144,00			ILS30G 157,32	TLH30 187,11		TA3048S 187,11	56.7.12	187,11 €
4	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ														
		1	2	LSC3035 55,00		DLSC30LU 59,00	DLSC-30LU & DLSC-30HU 35,00		HSZ 30 84,00	ILR30B (κανονικό ιστό) - ILR30G (παχύ ιστό) 48,21	TRH30 85,11		TA30V3L 85,90	56.7.17	85,11 €
				LSC3048 55,00		DLSC30HU 59,00					TR30 85,11		TA3035L 106,56		
											TRV30 80,00		TA3048L 106,56	56.7.25	80,00 €
5	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 30ΜΜ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CLIP ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: ΑΓΓΕΙΑΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ.														
5α	ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟ														
5β	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1	1	LS3035 160,00	SZH-30-3 145,00	DLSC30LU 162,00	DLS-30LU 144,00	PSLS30B2 161,56	HSN-30L 186,00	ILS30B 157,32	TX30B 187,11	FLSLF30-3.5 (κανονικός ιστός) 128,00	TA3035S 187,11	56.7.8	187,11 €
5γ	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ														
6	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ														
		1	1	LSC3035 55,00	A) SZH303 B) SZH304 45,00	DLSC30LU 59,00	DLSC-30LU 35,00	PSLR30B2 60,45	HSNZ-30L 84,00	ILR30B (κανονικό ιστό) - ILR30G (παχύ ιστό) 48,21	XR30B 85,11	FLSLH3.5A 38,00	TA3035L 106,56	56.7.17	85,11 €
											XR30G 85,11				
7	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 60ΜΜ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CLIP ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ.														
7α	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1	1			DLS60LU 165,00				ILS60B 150,14	TL60 180,00		TA6035S 198,10	56.7.10	180,00 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

			ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ. (ΣΕ €) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.												
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΗΣ	(01) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.	(02) ΟΧΥΜΕΔ	(03) Ε. & Χ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	(04) Ι.Μ.ΡΑΚ.Τ. Ε.Π.Ε.	(05) SANECO SURGICAL	(06) HOSPITAL DYNAMICS A.E.	(07) CANA A.E.	(08) JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.	(09) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.	(10) ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.	ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Τ.	ΤΙΜΗ Π.Τ.
7β	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1	1			DLS60HU 148,00				ILS60G 150,14	TLH60 180,00		TA6048S 198,10	56.7.14	150,00 €
8	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	1	2			DLSC60LU 49,00				ILR60B (κανονικό ιστό) - ILR60G (παχύ ιστό) 47,64	TRH60 85,11		TA6035L 106,56	56.7.19	60,00 €
						DLSC60HU 49,00					TR60 85,11		TA6048L 106,56	56.7.23	55,00 €
9	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 30ΜΜ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 60ΜΜ ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ . ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΥΡΟΥΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΛΙΠ 1-2.5mm														
9α	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1	1				DLS-60LU 144,00		HS 60 179,00	ILS60B 150,14	TL60 180,00		TA6035S 198,10	56.7.10	180,00 €
9β	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1	1				DLS-60HU 144,00			ILS60G 150,14	TLH60 180,00		TA6048S 198,10	56.7.14	150,00 €
10	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	1	2				DLSC-60LU & DLSC-60HU 35,00		HSZ 60 59,00	ILR60B (κανονικό ιστό) - ILR60G (παχύ ιστό) 47,64	TRH60 85,11		TA6035L 106,56	56.7.19	60,00 €
											TR60 85,11		TA6048L 106,56		
11	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 60ΜΜ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CLIP ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ.														
11α	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1	1	LS6035 150,00	SZH-60-3 138,00		DLS-60LU 144,00	PSLS60B2 136,75	HSN-60L 179,00	ILS60B 150,14	TX60B 180,00	FLSLF60-3.5 (ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ) 128,00	TA6035S 198,10	56.7.10	180,00 €
11β	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ														
12	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	1	1	LSC6035 50,00	A) SZH603 B) SZH604 41,00		DLSC-60LU 35,00	PSLR60B2 45,23	HSNZ-60L 59,00	ILR60B (κανονικό ιστό) - ILR60G (παχύ ιστό) 47,64	XR60G 85,11	FLSLH3.5C 38,00	TA6035L 106,56	56.7.19	60,00 €
											XR60B 85,11				
13	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 90ΜΜ ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ . ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΥΡΟΥΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΛΙΠ 1-2.5mm.														
13α	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1	1		SZH-90-3 140,00	DLS90LU 165,00	DLS-90LU 144,00		HS 90 152,00	ILS90B 151,12	TL90 195,00		TA9035S 251,27	56.7.11	195,00 €
13β	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1	1		SZH-90-4 140,00	DLSC90HU 149,00	DLS-90HU 144,00			ILS90G 151,12	TLH90 195,00		TA9048S 251,27	56.7.15	152,00 €
14	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	1	2		A) SZH903 B) SZH904 43,00	DLSC90LU 49,00	DLSC-90LU & DLSC-90HU 35,00		HSZ 90 86,00	ILR90B (κανονικό ιστό) - ILR90G (παχύ ιστό) 48,23	TRH90 87,93		TA9035L 106,56	56.7.20	87,93 €
						DLSC90HU 49,00					TR90 87,93		TA9048L 106,56		
15	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 90ΜΜ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CLIP ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ														
15α	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1	1			DLS90LU 165,00				ILS90B 151,12	TL90 195,00		TA9035S 251,27	56.7.11	195,00 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

				ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ. (ΣΕ €) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.											
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	(01) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.	(02) ΟΧΥΜΕΔ	(03) Ε. & Χ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	(04) Ι.Μ.ΡΑΚΚ.Τ. Ε.Π.Ε.	(05) SANECO SURGICAL	(06) HOSPITAL DYNAMICS A.E.	(07) CANA A.E.	(08) JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.	(09) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.	(10) ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.	ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Τ.	ΤΙΜΗ Π.Τ.
15β	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1	1			DLS90HU 149,00				ILS90G 151,12	TLH90 195,00		TA9048S 251,27	56.7.15	152,00 €
16	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	1	2			DLSC90LU 49,00				ILR90B (κανονικό ιστό) - ILR90G (παχύ ιστό) 48,23	TRH90 87,93		TA9035L 106,56	56.7.20	87,93 €
						DLSC90HU 49,00					TR90 87,93		TA9048L 106,56	56.7.24	55,00 €
17	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 90ΜΜ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CLIP ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ														
17α	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1	2		SZH-90-3 140,00	DLS90LU 165,00	DLS-90LU 144,00		HSN-90L 194,00	ILS90B 151,12	TL90 195,00	FLSLF90-3.5 (κανονικός ιστός) 135,00	TA9035S 251,27	56.7.11	195,00 €
17β	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1	1		SZH-90-4 140,00	DLS90HU 149,00	DLS-90HU 144,00		HSN-90H 152,00	ILS90G 151,12	TLH90 195,00	FLSLF90-4.8 παχύς ιστός 135,00	TA9048S 251,27	56.7.15	152,00 €
18	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	1	2		A) SZH903 B) SZH904 43,00	DLSC90LU 49,00	DLSC-90LU & DLSC-90HU 35,00		HSNZ-90L 86,00	ILR90B (κανονικό ιστό) - ILR90G (παχύ ιστό) 48,23	TRH90 87,93	FLSLH3.5E κανονικός ιστός 45,00	TA9035L 106,56	56.7.20	87,93 €
						DLSC90HU 49,00			HSNZ-90H 54,00		TR90 87,93	FLSLH4.8E παχύς ιστός 45,00	TA9048L 106,56	56.7.24	55,00 €
19	ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 30ΜΜ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΩΝΙΩΣΕΩΣ 120°, ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 320°, ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΡΟΧΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΘΕΣΗ, ΜΕ CLIPS ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ														
19α	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1	1										017615 460,00	δεν περιγράφεται	
19β	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1	3										017617 410,00	δεν περιγράφεται	
20	ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 55mm ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ, ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ, ΚΛΙΣΗΣ 30 ΜΟΙΡΩΝ	2	2								AX55G 460,00		017614 475,00	56.7.69	460,00 €
											AX55B 460,00			56.7.59	460,00 €
21	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 60ΜΜ, Μ.Χ., ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΣΕΙΡΑΣ CLIP ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΠΗΣ, ΜΕ ΝΕΑ ΛΑΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: ΛΕΠΤΟ, ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ														
21α	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1	2				DLCS-60L 180,00	SLC60B 128,36		ILC60B 143,22			GIA6038S 285,00	56.7.32	146,00 €
21β	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1	2				DLCS-60H 150,00			ILC60G 143,22			GIA6048S 285,00	56.7.32	155,00 €
23	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	1	4				DLCS-60L & DLCS-60H 55,00	LCR60B 41,23					GIA6038L 121,94	56.7.72	47,00 €
										ILCR60B (κανονικό ιστό) - ILCR60G (παχύ ιστό) 45,65				56.7.73	54,40 €
													GIA6048L 121,94		
25	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 55 mm ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΛΙΠ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΣΣΕΤΑ. ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΜΕ ΕΞΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ	1	1								NTLC55 270,00			56.7.88	270,00 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

				ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ. (ΣΕ €) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.											
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	(01) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.	(02) ΟΧΥΜΕΔ	(03) Ε. & Χ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	(04) Ι.Μ.ΡΑΚ.Τ. Ε.Π.Ε.	(05) SANECO SURGICAL	(06) HOSPITAL DYNAMICS A.E.	(07) CANA A.E.	(08) JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.	(09) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.	(10) ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.	ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Τ.	ΤΙΜΗ Π.Τ.
26	ΚΑΣΣΕΤΕΣ 55 ΜΜ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΧΗ ΙΣΤΟΥ , ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ, ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ 6 ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ.	3	3								SR55 120,00			56.7.89	120,00 €
27	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 55-60mm ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ .	1	2	LC6045 140,00	A) YQ-55-3 B) YQ-55-4 125,00	DLCS55LU 150,00	DLCS-55LU, DLCS-60L, DLCS-55HU & DLCS-60H 190,00	SLC60B 128,36	HQ-60M 159,00	ILC60B (κανονικό ιστό) - ILC60G (παχύ ιστό) 143,22	TVC55 280,00	SSAB-60/3.8 (Κανονικός ιστός) 128,00	GIA6038S 285,00	A) 56.7.31 B) 56.7.36 56.7.32	A) 155,00 B) 154,00 146,00
						DLCS55HU 150,00			HQ-60H 153,00		TCT55 280,00	SSAB-60/4.8 (ΠΑΧΥΣ ΙΣΤΟΣ) 128,00	GIA6048S 285,00	56.7.36	154,00 €
											TLC55 280,00				
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	1	2	LCC6045 45,00	A) YQ553 B) YQ554 41,00	DLCS55LU 52,00	DLCS-55LU, DLCS-60L, DLCS-55HU & DLCS-60H 110,00	LCR60B 41,23	HQZ-60M 49,00	ILCR60B (κανονικό ιστό) - ILCR60G (παχύ ιστό) 45,65	TRT55 153,90	SADB-60N (κανονικός ιστός) 38,00	GIA6038L 121,94	A) 56.7.72 B) 56.7.73 56.7.72	A) 47,00 B) 54,40 47,00
						DLCS55HU 52,00			HQZ-60H 53,00		TVR55 153,90	SADB-60D (παχυσ ιστός) 38,00	GIA6048L 121,94	56.7.73	54,40 €
											TCR55 153,90				
28	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 75mm ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΛΙΠ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΣΣΕΤΑ. ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΜΕ ΕΞΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ	1	1								NTLC75 310,00			56.7.90	310,00 €
29	ΚΑΣΣΕΤΑ 75 ΜΜ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΧΗ ΙΣΤΟΥ , ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ, ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ 6 ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ.	3	3								SR75 140,00			56.7.91	140,00 €
30	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 75 - 80mm ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ .	1	1		A) YQ-75-3 B) YQ-75-4 125,00		DLCS-75LU, DLCS-80L, DLCS-75HU & DLCS-80H 160,00	SLC80B 129,23	HQ-80M 142,00	ILC80B (κανονικό ιστό) - ILC80G (παχύ ιστό) 143,91	TCD75 319,27	SSAB-80/3.8 (ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ) 129,00	GIA8038S 310,00	A) 56.7.33 B) 56.7.37	A) 149,00 B) 150,00
									HQ-80H 145,00		TCT75 319,27	SSAB-80/4.8 (ΠΑΧΥΣ ΙΣΤΟΣ) 129,00	GIA8048S 310,00		
											TLC75 319,27				
31	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.	1	1		A) YQ753 B) YQ754 41,00		DLCS-75LU, DLCS-80L, DLCS-75HU & DLCS-80H 120,00	LCR80B 42,23	HQZ-80M 52,00	ILCR80B (κανονικό ιστό) - ILCR80G (παχύ ιστό) 46,76	TRD75 196,65	SADB-80N (ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ) 38,00	GIA8038L 182,00	A) 56.7.74 B) 56.7.75	A) 53,00 B) 53,00
									HQZ-80H 52,00		TRT75 196,65	SADB-80D (ΠΑΧΥΣ ΙΣΤΟΣ) 38,00	GIA8048L 182,00		
											TCR75 196,65				
32	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 80ΜΜ, Μ.Χ., ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΣΕΙΡΑΣ CLIP ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΠΗΣ, ΜΕ ΝΕΑ ΛΑΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ														
32α	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1	1				DLCS-80L 160,00	SLC80B 129,23		ILC80B 143,91			GIA8038S 310,00	56.7.34	143,92 €
32β	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1	1				DLCS-80H 160,00	SLC80G 129,34		ILC80G 143,91			GIA8048S 310,00	56.7.38	146,00 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

				ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ. (ΣΕ €) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.											
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	(01) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.	(02) ΟΧΥΜΕΔ	(03) Ε. & Χ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	(04) Ι.Μ.ΡΑΚ.Τ. Ε.Π.Ε.	(05) SANECO SURGICAL	(06) HOSPITAL DYNAMICS A.E.	(07) CANA A.E.	(08) JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.	(09) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.	(10) ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.	ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Τ.	ΤΙΜΗ Π.Τ.
33	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.	1	2				DLCSC-80L & DLCSC-80H 130,00	LCR80B 42,23		ILCR80B (κανονικό ιστό) - ILCR80G (παχύ ιστό) 46,76			GIA8038L 182,00	56.7.74	53,00 €
								LCR80G 42,23					GIA8048L 182,00	56.7.74	53,00 €
34	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ, (ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ 55 mm ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 440 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ.														
34α	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1	2								TLC55 280,00			δεν περιγράφεται	
34β	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1	2								TCT55 280,00			δεν περιγράφεται	
34γ	ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟ	1	1								TVC55 280,00			56.7.29	280,00 €
35	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 55mm	3	4								TRT55 153,90			δεν περιγράφεται	
											TVR55 153,90			δεν περιγράφεται	
											TCR55 153,90			δεν περιγράφεται	
36	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ, (ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ 75 mm ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 440 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ.														
36α	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1	1								TLC75 319,27			56.7.40	319,27 €
36β	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1	1								TCT75 319,27			56.7.40	319,27 €
36γ	ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΙΣΤΟ	1	1								TCD75 319,27			56.7.40	319,27 €
37	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 75mm	3	3								TRD75 196,65			δεν περιγράφεται	
											TRT75 196,65			δεν περιγράφεται	
											TCR75 196,65			δεν περιγράφεται	
38	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ, (ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ 100mm ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 440 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ.														
38α	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1	2								TCT10 319,85			δεν περιγράφεται	
38β	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1	1								TLC10 319,95			δεν περιγράφεται	
39	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 100mm	1	1								TRT10 224,00			δεν περιγράφεται	
											TCR10 224,00			δεν περιγράφεται	
40	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 100MM, Μ.Χ., ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΣΕΙΡΑΣ CLIP ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΠΗΣ, ΜΕ ΝΕΑ ΛΑΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ														

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

			ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ. (ΣΕ €) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.												
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟ-ΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΗΣ	(01) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.	(02) ΟΧΥΜΕΔ	(03) Ε. & Χ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	(04) Ι.Μ.ΡΑΚ.Τ. Ε.Π.Ε.	(05) SANECO SURGICAL	(06) HOSPITAL DYNAMICS A.E.	(07) CANA A.E.	(08) JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.	(09) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.	(10) ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.	ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Τ.	ΤΙΜΗ Π.Τ.
40α	ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ	1	1				DLCS-100LU & DLCS-100L 250,00						GIA10038S 386,00	56.7.35	319,95 €
40β	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1	1				DLCS-100HU & DLCS-100H 250,00						GIA10048S 386,00	56.7.59	319,38 €
41	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	2	2				DLCSC-100LU, DLCSC-100L, DLCSC-100HU & DLCSC-100H 210,00						GIA10038L 214,73	56.7.77	280,00 €
													GIA10048L 241,73		
42	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 100mm ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ .	1	1		A) YQ-100-3 B) YQ-100-4 135,00		DLCS-100LU, DLCS-100L, DLCS-100HU & DLCS-100H 250,00		HQ-100M 318,00		TCT10 319,85		GIA10038S 386,00	A) 56.7.35 B) 56.7.39	A) 319,85 B) 319,95
									HQ-100H 318,00		TLC10 319,95		GIA10048S 386,00		
43	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.	1	1		A) YQ1003 B) YQ1004 45,00		DLCSC-100LU, DLCSC-100L, DLCSC-100HU & DLCSC-100H 210,00		HQZ-100M 318,00		TRT10 224,00		GIA10038L 214,73	A) 56.7.76 B) 56.7.77	A) 319,85 B) 280,00
									HQZ-100H 279,00		TCR10 224,00		GIA10048L 214,73		
44	ΣΕΤ ΑΙΜΟΡΡΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΥΘΥ ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑ ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 33ΜΜ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΛΙΠ ΑΠΟ 0,75mm-1,5mm ΚΑΙ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΠΡΩΚΤΟΥ, ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΙΟ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ.	1	0			PPH plus 33 260,00			PPH 33 345,00	IHSP33 279,89	PPH03 460,00				
									HYG-33 345,00						
45	ΣΕΤ ΑΙΜΟΡΡΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΕΥΘΥ ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 33 ΧΙΛ (ΣΥΝ ΠΛΗΝ 0,5 ΧΙΛ.), ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΠΡΩΚΤΟΥ, ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΙΟ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ	1	1			PPH plus 33 260,00			PPH 33 345,00	IHSP33 279,89	PPH03 460,00	FCSSWBE 33 205,00	HEM3335 534,08	56.7.83	346,50 €
									HYG-33 345,00						
46	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ 33ΜΜ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΚΤΟΜΗ ΚΑΤΑ "LONGO", Μ.Χ.,ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ, 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΜΟΝΑ, ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΥΠΟ ΑΜΕΣΗ ΟΡΑΣΗ. ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΙΣΧΥΡΑ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ.														
46α	ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ	1	1						PPH 33 345,00	IHSP33 279,89	PPH03 460,00		HEM3335 534,08	56.7.83	346,50 €
									HYG-33 345,00						
47	ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 1-2.5mm, ΜΕ ΜΗ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ, ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΛΙΠ 5.5mm ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ. ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ:														
47α	21mm	1	1			CSC21 250,00	DCSCN-21 272,00	DCSCN-21 230,00	SCS21 235,23	HC-21 429,00		CDH21A 430,00		56.7.1	430,00 €
47β	25mm	2	2			CSC25 250,00	DCSCN-25H 268,00	DCSCN-25H 230,00	SCS25 223,12			CDH25A 430,00		56.7.2	270,00 €
47γ	29mm	2	2			CSC29 250,00	DCSCN-29 233,00		SCS29 229,29	HC-29 274,00	ICS29 235,00	CDH29A 403,00	FCSLWBE29 205,00	56.7.4	235,00 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

			ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ. (ΣΕ €) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.												
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΗΣ	(01) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.	(02) ΟΧΥΜΕΔ	(03) Ε. & Χ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	(04) Ι.Μ.ΡΑΚ.Τ. Ε.Π.Ε.	(05) SANECO SURGICAL	(06) HOSPITAL DYNAMICS A.E.	(07) CANA A.E.	(08) JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.	(09) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.	(10) ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.	ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Τ.	ΤΙΜΗ Π.Τ.
47δ	33mm	2	2	CSC33 250,00		DCSCN-33 272,00	DCSCN-33 230,00	SCS33 234,36	HC-33 349,00		CDH33A 440,00			56.7.6	350,00 €
48	ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΙΣΧΥΡΑ, ΑΣΦΑΛΗ ΚΛΙΠΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΑΚΜΟΝΑ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ:														
48α	21mm	1	1										EEA2135 466,83	δεν περιγράφεται	
													EEA21 466,83	δεν περιγράφεται	
48β	25mm	1	3										EEA2535 466,83	δεν περιγράφεται	
													EEA25 466,83	δεν περιγράφεται	
48γ	28mm	1	3										EEA2835 496,41	δεν περιγράφεται	
													EEA28 496,41	δεν περιγράφεται	
48δ	31mm	3	3										EEA31 596,63	δεν περιγράφεται	
48ε	34mm	1	1										111981 596,63	δεν περιγράφεται	
49	ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ή ΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ:														
49α	21mm ±1mm	1	1			DCSCN-21 272,00	DCSCN-21 230,00	SCS21 235,23	HC-21 429,00		CDH21A 430,00		EEAXL2135 451,36	56.7.1	430,00 €
													EEAXL21 430,00		
49β	25mm ±1mm	1	1			DCSCN-25H 268,00	DCSCN-25H 230,00	SCS25 223,12	HC-24 269,00	ICS26 243,11	CDH25A 430,00	FCSME26 205,00	EEAXL2535 430,00	56.7.57	430,00 €
									HC-26 269,00				EEAXL25 466,83		
									RCS 25C 429,00						
49γ	28mm ±1mm	1	1		YW-W29 210,00	DCSCN-28 270,00	DCSCN-28 230,00	SCS29 229,29	HC-29 274,00	ICS29 235,00	CDH29A 403,00	FCSME29 205,00	EEAXL2835 436,35	56.7.58	240,00 €
													EEAXL28 460,01		
49δ	31mm ±1mm	1	1		YW-W32 210,00	DCSCN-31 272,00	DCSCN-31 230,00	SCS31 235,96	HC-31 278,00	ICS32 243,66	CDH33A 440,00	FCSME32 205,00	EEAXL31 463,65	56.7.59	403,00 €
									RCS 31C 404,00						
49ε	34mm ±1mm	1	1			DCSCN-34 410,00	DCSCN-34 230,00	SCS33 234,36	HC-34 439,00	ICS34 267,22	CDH33A 440,00	FCSLWBE34 205,00	111981 596,63	56.7.6	350,00 €
									RCS 34C 404,00				EEA33 596,63		
50	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΗΣ ΛΕΠΤΩΝ & ΠΑΧΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, 40 mm ΚΥΡΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΜΕ 2 ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΕΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ.	3	3								CS40B 450,00			δεν περιγράφεται	
											CS40G 450,00			δεν περιγράφεται	
51	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ.	1	1								CR40G 171,00			δεν περιγράφεται	
											CR40B 171,00			δεν περιγράφεται	
52	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ, (ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ 60mm, ΜΕ 3 ή 4 ΣΤΑΔΙΑ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 440, ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ 45ο ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ 4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΧΗ ΙΣΤΩΝ (1mm, 1.5mm, 1.8mm & 2mm)	1	1								EC60A 399,00			55.7.27	399,00 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

			ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ. (ΣΕ €) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.												
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟ-ΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΗΣ	(01) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.	(02) ΟΧΥΜΕΔ	(03) Ε. & Χ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	(04) Ι.Μ.ΡΑΚ.Τ. Ε.Π.Ε.	(05) SANECO SURGICAL	(06) HOSPITAL DYNAMICS A.E.	(07) CANA A.E.	(08) JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.	(09) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.	(10) ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.	ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Τ.	ΤΙΜΗ Π.Τ.
											SC60A 399,00			55.7.27	399,00 €
53	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	5	5								ECR60B 225,25			55.7.66	225,25 €
											ECR60W 225,25			55.7.66	225,25 €
											ECR60D 225,25			55.7.66	225,25 €
											ECR60G 225,25			55.7.66	225,25 €
54	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ, (ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ 45mm, ΜΕ 3 ή 4 ΣΤΑΔΙΑ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 440, ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ 45ο ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ 4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΧΗ ΙΣΤΩΝ (0.75, 1mm, 1,5mm, 1,8mm & 2mm, 2,5mm)	1	1								EC45A 420,00			55.7.24	420,00 €
											CTS45 420,00			δεν περιγράφεται	
											ATS45 420,00			δεν περιγράφεται	
											SC45A 420,00			55.7.24	420,00 €
55	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	3	3								ECR45W 251,75			55.7.65	251,75 €
											ECR45B 251,75			55.7.65	251,75 €
											ECR45D 251,75			55.7.65	251,75 €
											ECR45G 251,75			55.7.65	251,75 €
											ECR45M 251,75			55.7.65	251,75 €
											TR45W 251,75			δεν περιγράφεται	
											TR45G 251,75			δεν περιγράφεται	
											6R45B 251,75			δεν περιγράφεται	
											6R45M 251,75			δεν περιγράφεται	
56	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ, ΜΕΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΛΙΠ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 30mm, 45mm & 60mm ΜΕ ΝΕΑ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ	1	1										EGIAUSHORT 321,90	δεν περιγράφεται	
													EGIAUSTND 321,90	δεν περιγράφεται	
57	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ.	1	2										EGIA60AMT 431,19	δεν περιγράφεται	
													EGIA60AVM 431,19	δεν περιγράφεται	
													EGIA60AXT 431,19	δεν περιγράφεται	
													EGIA45AVM 410,66	δεν περιγράφεται	
													EGIA45AMT 410,66	δεν περιγράφεται	
													EGIA45AXT 410,66	δεν περιγράφεται	
58	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ, Μ.Χ., ΜΕ 20 ΜΕΣΑΙΟΥ&ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ CLIPS, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ (ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ)	1	3								MCL20 108,00			56.7.49	108,00 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

				ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ. (ΣΕ €) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.											
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΗΣ	(01) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.	(02) ΟΧΥΜΕΔ	(03) Ε. & Χ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	(04) Ι.Μ.ΡΑΚΚ.Τ. Ε.Π.Ε.	(05) SANECO SURGICAL	(06) HOSPITAL DYNAMICS A.E.	(07) CANA A.E.	(08) JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.	(09) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.	(10) ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.	ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Τ.	ΤΙΜΗ Π.Τ.
											MCM20 105,50			56.7.47	105,50 €
											MSM20 105,50			56.7.47	105,50 €
													134051 105,50	56.7.47	105,50 €
59	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ, Μ.Χ., ΜΕ 30 ΜΕΣΑΙΟΥ&ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ CLIPS, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ (ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ)	1	1								MCM30 130,00		134053 107,36	δεν περιγράφεται	
60	ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 7 ΜΜ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΗΧΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Η ΜΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ α) ΣΤΥΛΕΟ ΜΗΚΟΥΣ 18ΕΚ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 13ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ, β) ΣΤΥΛΕΟ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 20mm (ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10mm), γ) ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 16.5mm ΣΕ ΚΥΡΤΟΥΣ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΣΤΟΠ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ.	4	4										LF4200T 840,64		
													LS1020 678,00	57.171	678,00 €
													LF1212 678,00	57.171	678,00 €
61	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ, ΜΗΚΟΥΣ 9, 14 & 17 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 5mm, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΥΛΕΟΥ 360ο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ. ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ (ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ 55.5ΚΗΖ)	2	2								FCS9 510,00			55.7.84	510,00 €
											FCS17 510,00			55.7.84	510,00 €
											ACE14S 510,00			55.7.84	510,00 €
62	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ-ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΣΤΕΙΛΕΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5ΜΜ ,ΜΗΚΟΥΣ 23&36CM ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360 ΜΟΙΡΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ). ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΕΠΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΚΥΡΤΟΥ ΑΚΡΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΜΗΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΣΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 55,5ΚΗΖ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	5	5								ACE23E 510,00			55.7.84	510,00 €
											ACE36E 510,00			55.7.84	510,00 €
											HAR36 585,00			δεν περιγράφεται	
											HAR23 585,00			δεν περιγράφεται	
63	ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5ΜΜ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 360Ο, ΣΕ ΜΗΚΗ ΣΤΕΙΛΕΟΥ 14,25,35&45CM, ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ 20ΜΜ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Η ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΩΣ 7ΜΜ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΤΗΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 3Μ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ.	1	1								NSLG2C45 620,00			57.69	620,00 €
											NSLG2C25 620,00			57.69	620,00 €
											NSLG2C14 620,00			57.69	620,00 €
											NSLG2C35 620,00			57.69	620,00 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

			ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ. (ΣΕ €) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.												
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟ- ΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ- ΚΥΡΩΣΗΣ	(01) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.	(02) ΟΧΥΜΕΔ	(03) Ε. & Χ. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	(04) Ι.Μ.ΡΑΚΚ.Τ. Ε.Π.Ε.	(05) SANECO SURGICAL	(06) HOSPITAL DYNAMICS Α.Ε.	(07) CANA Α.Ε.	(08) JOHNSON & JOHNSON HELLAS Α.Ε.	(09) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.	(10) ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.	ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Τ.	ΤΙΜΗ Π.Τ.
64	ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12mm ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360ο, ΜΗΚΟΥΣ 220mm ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΕΙΣ ΣΙΑΓΩΝΕΣ 40 mm, ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΩΣ 7mm. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΨΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗ	2	2								NSEALX22L 620,00			57.69	620,00 €
	ΣΥΝΟΛΑ														
	Όπου ζητούνται εργαλεία και ανταλλακτικές κεφαλές ή κασέτες για τα συγκεκριμένα εργαλεία διευκρινίζεται ότι η συγκρίσιμη τιμή για την κατακύρωση των ειδών θα είναι το άθροισμα της τιμής του εργαλείου με την τιμή της ανταλλακτικής κεφαλής ή κασέτας														