

Τεχνικές Προδιαγραφές
Σάκου συλλογής ούρων νεογνών / παιδών

- 1) Να είναι αποστειρωμένος, μιας χρήσης, αρίστης ποιότητας και απαλλαγμένος από Latex, Silicone και PVC.
- 2) Να αποτελεί την σωστή επιλογή για συλλογή δείγματος ούρων με την πρώτη εφαρμογή, για αξιολόγηση και έλεγχο (απαράβατος όρος).
- 3) Να διαθέτει διαφανές αυτοκόλλητο σε σχήμα πεταλούδας που κάνει την εφαρμογή εύκολη και ακριβή (απαράβατος όρος).
- 4) Να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να είναι άνετος και συμβατός τόσο με την αρσενική όσο και με τη θηλυκή ανατομία (απαράβατος όρος).
- 5) Να διαθέτει δύο θαλάμους με βαλβίδα μη επιστροφής που κρατάει τα ούρα μακριά από το δέρμα και βοηθά στην αποφυγή των ερεθισμών (απαράβατος όρος).
- 6) Το αυτοκόλλητο που διαθέτει να μπορεί να διπλωθεί στη μέση για την αποστολή του κλειστού δείγματος στο εργαστήριο.
- 7) Να διαθέτει ειδικό σημείο λήψης δείγματος ούρων.
- 8) Να διαθέτει αυτοκόλλητη επιφάνεια η οποία θα είναι υποαλλεργική και ισχυρή.
- 9) Να έχει χωρητικότητα 100 ml (νεογνικός) και 200 ml (παιδικός).
- 10) Να κατατεθεί δείγμα για την πλήρη γνώση του υλικού καθώς και της χρήσης, ούτως ώστε να γίνει επιλογή του κατάλληλου υλικού (απαράβατος όρος).
- 11) Να πληροί όλα τα διεθνή standard ασφαλείας και να φέρει σήμανση CE.