

Προς
Γραφείο Προμηθειών
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Περιοχή Ασωμάτων
591 00 ΒΕΡΟΙΑ

17 Σεπτεμβρίου 2015

Κύριοι,

**Αφορά την Ανακοίνωση για τις Τεχνικές Προδιαγραφές
«Υλικών Αιμοδυναμικού»**

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Νοσοκομείου με Αριθμ. Πρωτ. 8493-15/10-9-2015, η οποία αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές των δημόσιων διαγωνισμών, που προτίθεται να διενεργήσει το Νοσοκομείο σας, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, σας ενημερώνουμε, ότι ακολουθεί η πρότασή μας σε έντυπη και μαγνητική μορφή καθώς και τα ανάλογα πρότυπα :

A/A 5. Περιγραφή Διαγωνισμού : Υλικά Αιμοδυναμικού.
Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις - CPV : 33184500-8.

➤ **STENT στεφανιαίων αγγείων χωρίς πολυμερές**

- Stent με φάρμακο Amphilimus formulation (Sirolimus + Organic Acid).
- Χωρίς επικάλυψη πολυμερούς (Polymer free) .
- Συμβατό με μαγνητική τομογραφία (MRI), σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή
- Κατασκευασμένο από κράμα χρωμίου-κοβαλτίου με βιοεπαγωγική επιφάνεια άνθρακα (i Carbofilm, όπως στις μηχανικές βαλβίδες καρδιάς).
- Με τεχνολογία δεξαμενών στην εξωτερική επιφάνεια του stent (Abluminal Reservoir Technology).
- Διαθέτει στις άκρες του δύο ακτινοσκοπικά markers από πλάτινα.
- Με διάμετρο κελιών κατά την έκπτυξη 1.3mm.
- Πάχος stent 80μm.
- Διαθέτει χαμηλό entry profile (0.017") και χαμηλό crossing profile (0.039").
- Διατίθεται σε διαμέτρους 2.25mm, 2.50mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.50mm, 4.0mm, 4.5mm και σε μήκη 8mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 31mm, 38mm, 46mm.

Με εκτίμηση,


ΨΗΜΙΤΗ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΟΥΣΩΝ 29 - 115 24 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 7244562 / FAX: 210 7227222
ΑΦΜ: 099369990 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 3349101000

Μαρία Ζαχαριάδου
Υπεύθυνη Τμ. Προσφορών & Συμβάσεων