



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Βέροια, 29 Οκτωβρίου 2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Περιοχή Ασωμάτων, Βέροια
Τ.Κ. : 591 00

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας Ακτινογραφικών Φιλμ (CPV 32354100-0), του ΠΠΥΦΥ 2014

Σήμερα στις 29 Οκτωβρίου 2015 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας **Ακτινογραφικών Φιλμ** (CPV 32354100-0), προϋπολογισμού 276.674,26 €, σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014, η οποία έχει συγκροτηθεί δυνάμει της αριθμ. 581 και με αριθμ. πρωτ. 9797/15-10-2015 απόφαση Διοικήτριας του Γ.Ν. Ημαθίας αποτελούμενη από :

1. Παναγιώτης Γκούβης, Διευθυντής Ακτινολογίας
2. Σωτηρία Ζωνίτσα, Επιμελήτρια Α΄ Ακτινολογίας
3. Γεωργία Μελιοπούλου, Κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

προκειμένου να προχωρήσει στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών.

Διαπιστωθείσης απαρτίας η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη των εργασιών και κατέληξε στη σύνταξη των παρακάτω Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας **Ακτινογραφικών Φιλμ** (CPV 32354100-0), προϋπολογισμού 276.674,26 €, σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014.

Γενικά χαρακτηριστικά:

1. Να αποδίδουν άριστης ποιότητας απεικόνιση, να έχουν χαμηλή ομίχλωση, μεγάλη σαφήνεια, πολύ καλή αντίθεση και μεγάλο εύρος ευαισθησίας.
2. Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 18 μήνες από την παράδοση.
3. Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος.
4. Η συσκευασία των films θα πρέπει να είναι ανθεκτική, φωτοστεγανή, σε άθικτη σφράγιση.

Να συνυποβάλλονται prospectus με όλα τα φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά (όπως χαρακτηριστικές καμπύλες που προσδιορίζουν την ποιότητα και την απόδοση του film).

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗΣ :AGRA GR85-X (NX W/S) &

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ:AGFA DRYSTAR 5503

1. ΑΚΤΙΝ.ΦΙΑΜΣ ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (20,3X 25,4) 8'' X 10

Ακτινογραφικά φιλμ ξηρής εκτύπωσης, 8''X10'' για το εμφανιστήριο Drystar 5503 του συστήματος εμφάνισης ακτινογραφιών CR 85-X του οίκου AGFA Healthcare , σε συσκευασία 100 τεμαχίων.

2. ΑΚΤΙΝ.ΦΙΑΜΣ ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (35X43) 14'' X 17''

Ακτινογραφικά φιλμ ξηρής εκτύπωσης, 14''X17'' για το εμφανιστήριο Drystar 5503 του συστήματος εμφάνισης ακτινογραφιών CR 85-X του οίκου AGFA Healthcare , σε συσκευασία 100 τεμαχίων.

3. ΑΚΤΙΝ.ΦΙΑΜΣ ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (25,4X30,5) 10'' X 12''

Ακτινογραφικά φιλμ ξηρής εκτύπωσης, 10''X12'' για το εμφανιστήριο Drystar 5503 του συστήματος εμφάνισης ακτινογραφιών CR 85-X του οίκου AGFA Healthcare , σε συσκευασία 100 τεμαχίων

4. ΑΚΤΙΝ.ΦΙΑΜΣ ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (25,4X30,5) 10'' X 12'' ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ακτινογραφικά φιλμ ξηρής εκτύπωσης για μαστογράφο, 10''X12'' για το εμφανιστήριο Drystar 5503 του συστήματος εμφάνισης ακτινογραφιών CR 85-X του οίκου AGFA Healthcare , σε συσκευασία 100 τεμαχίων.

5. ΑΚΤΙΝ.ΦΙΑΜΣ ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (20,3X 25,4) 8'' X 10'' ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ακτινογραφικά φιλμ ξηρής εκτύπωσης για μαστογράφο, 8''X10'' για το εμφανιστήριο Drystar 5503 του συστήματος εμφάνισης ακτινογραφιών CR 85-X του οίκου AGFA Healthcare , σε συσκευασία 100 τεμαχίων.

▪ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ DRYVIEW 5850 του οίκου KODAK/CARESTREAM

- Να είναι μονής επίστρωσης (φωτοευαίσθητο υλικό επί της μίας επιφάνειας).
- Να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν ανάλογη σκιαγραφική αντίθεση (contrast) σε σχέση με τις διαφορετικές πυκνότητες εξεταζομένων περιοχών.
- Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος.

1. ΑΚΤΙΝ.ΦΙΑΜΣ ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (35 X 43)

Ακτινογραφικά φιλμ ξηρής εκτύπωσης τύπου DryView διαστάσεων (35 X 43) για το αυτόματο εμφανιστήριο DryView 5850 του οίκου Kodak/Carestream, σε συσκευασία των 100 φύλλων.

2. ΑΚΤΙΝ.ΦΙΑΜΣ ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (25 X 30)

Ακτινογραφικά φιλμ ξηρής εκτύπωσης τύπου DryView διαστάσεων (25 X 30) για το αυτόματο εμφανιστήριο DryView 5850 του οίκου Kodak/Carestream, σε συσκευασία των 100 φύλλων.

▪ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ DRYVIEW 5700 του οίκου KODAK/CARESTREAM

- Να είναι μονής επίστρωσης (φωτοευαίσθητο υλικό επί της μίας επιφάνειας).
- Να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν ανάλογη σκιαγραφική αντίθεση (contrast) σε σχέση με τις διαφορετικές πυκνότητες εξεταζομένων περιοχών.
- Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος.

1. ΑΚΤΙΝ.ΦΙΑΜΣ ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (35 X 43)

Ακτινογραφικά φιλμ ξηρής εκτύπωσης τύπου DryView διαστάσεων (35 X 43) για το αυτόματο εμφανιστήριο DryView 5700 του οίκου Kodak/Carestream που είναι συνδεδεμένο με τον Αξονικό τομογράφο της Y.M. Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας, σε συσκευασία των 125 φύλλων.

Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

1. Παναγιώτης Γκούβης
2. Σωτηρία Ζωνίτσα
3. Γεωργία Μελιπούλου