



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Βέροια, 12 Ιανουαρίου 2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Περιοχή Ασωμάτων, Βέροια
Τ.Κ. : 591 00

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης της Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ) (CPV 33194210-1), σε εκτέλεση του ΠΠΥΦΥ 2014

Σήμερα στις 12 Ιανουαρίου 2016 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ) (CPV 33194210-1), προϋπολογισμού 25.549,56 €, σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014, η οποία έχει συγκροτηθεί δυνάμει της αρ. 587 /αρ.πρ.9803/15-10-2015 απόφαση Διοικήτριας του Γ.Ν. Ημαθίας αποτελούμενη από τους :

1. Χρήστο Κούτρας, Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής
2. Χαράλαμπο Δεμερτζίδα Συντονιστής Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής
3. Ζωγράφου Μοσχιάνη Επιμελήτρια Α' Παθολόγος

προκειμένου να προχωρήσει στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών.

Διαπιστωθείσης απαρτίας η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη των εργασιών και κατέληξε στη σύνταξη των παρακάτω Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ) (CPV 33194210-1) προϋπολογισμού 25.549,56 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ έτους 2014.

(Κωδ νοσοκ. 49158) ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (ΠΑΡΑ ΤΗ ΚΛΙΝΗ)

- Φίλτρα λευκαφαίρεσης παρά την κλίνη για αιμοπετάλια (3 - 6 μονάδες αιμοπετάλια).
- Αποστειρωμένα απαλλαγμένα πυρετογόνων σε ατομική συσκευασία με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις κυκλοφορίας και ενδείξεις
- Μετά τη λευκαφαίρεση τα υπολειπόμενα λευκά αιμοσφαίρια να είναι λιγότερα από 2×10^5 (200.000).
- Να διαθέτει προφίλτρο κατακράτησης μικροπηγμάτων.
- Να είναι εύκολο και πρακτικό στη χρήση .
- Να μην απαιτείται έκπλυση του φίλτρου με φυσιολογικό ορό.
- Μικρός νεκρός χώρος φίλτρου ώστε να ελαχιστοποιείται η απώλεια ερυθρών αιμοσφαιρίων.
- Να έχουν CE, ISO,GMP.
- Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσεις στα ελληνικά.

**(Κωδ νοσοκ. 47964) ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΥΘΡΑ
(ΠΑΡΑ ΤΗ ΚΛΙΝΗ)**

- Φίλτρα λευκαφαίρεσης παρά τη κλίνη για μία μονάδα ερυθρών.
- Αποστειρωμένα, απαλλαγμένα πυρετογόνων σε ατομική συσκευασία με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις κυκλοφορίας και ενδείξεις .
- Μετά τη λευκαφαίρεση τα υπολειπόμενα λευκά αιμοσφαίρια να είναι λιγότερα από $0,05 \times 10^6$ (50.000).
- Να διαθέτει προφίλτρο κατακράτησης μικροπηγμάτων.
- Να είναι εύκολο και πρακτικό στη χρήση .
- Να μην απαιτείται έκπλυση του φίλτρου με φυσιολογικό ορό.
- Μικρός νεκρός χώρος φίλτρου ώστε να ελαχιστοποιείται η απώλεια ερυθρών αιμοσφαιρίων.
- Να έχουν CE, ISO,GMP
- Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσεις στα ελληνικά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1. Χρήστος Κούτρας
2. Χαράλαμπος Δεμερτζίδης
3. Ζωγράφου Μοσχιανή