

Αξιότιμη κα Καλιάνη,

Σε συνέχεια της διαβούλευσης Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού- 50421000-2, με Αριθμ. Πρωτ: 886 από 29/01/2016 και προϋπολογισμού 285.300,00€ με ΦΠΑ, με το παρόν email σας υποβάλλουμε τις κάτωθι παρατηρήσεις μας επί των προδιαγραφών που αφορούν στην συντήρηση των επτά (7) Ακτινολογικών Μηχανημάτων MERATE & SMAM (A/A:7), ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία τους:

1. Η συντήρηση και επισκευή να διεξάγεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου, βάσει των διεθνών προδιαγραφών των κατασκευαστών οίκων.
2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες να εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και να πληρούν τα προβλεπόμενα απ' τους αντίστοιχους Ελληνικούς ή Διεθνείς Κανονισμούς.
3. Η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον εκάστοτε μητρικό κατασκευαστικό οίκο, για την συντήρηση των συγκεκριμένων μοντέλων των μηχανημάτων.
4. Η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να διαθέτει βεβαίωση παροχής γνησίων ανταλλακτικών από τον εκάστοτε μητρικό κατασκευαστικό οίκο ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του.
5. Η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες, από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία, πιστοποιήσεις για την διαχείριση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και των ανταλλακτικών αυτών, **σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2008 & EN ISO 13485/2003 (ή μεταγενέστερα) με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη αυτών.**

Είμαστε πρόθυμοι για την παροχή κάθε άλλης πληροφορίας και διατελούμε,

Με εκτίμηση,

ΑΠ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Εμμανουέλλα Σαρτιπζή

Γραμματέας Τεχνικής Υπηρεσίας