

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Τμήμα : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Θέμα : ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αξιότιμοι κύριοι,


Σε συνέχεια της πρόσκλησης σας, σχετικά με την υποβολή προτάσεων για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών στις 11 – 03 – 2016, με αριθμό πρωτοκόλλου 10658/10.11.2015, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, για τις προδιαγραφές συντήρησης των αναισθησιολογικών μηχανημάτων και μόνιτορ του οίκου GE DATEX OHMEDA, με τις κάτωθι παρατηρήσεις :

- Στις προδιαγραφές αναφέρετε “Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού και να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών στα συγκεκριμένα μηχανήματα.”.

Προτεινόμενη αλλαγή : “Οι προληπτικοί έλεγχοι – συντηρήσεις και τυχόν επισκευές πιθανών βλαβών που θα διαπιστωθούν θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου, τις οποίες μπορούν να πραγματοποιούν πιστοποιημένοι τεχνικοί. Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αφενός για την τεκμηρίωση των ανωτέρω αφετέρου δε για λόγους ανταγωνισμού και ευρεία συμμετοχή, να κατατεθούν τα πιστοποιητικά ISO 13485:2003 και ISO 9001:2008 με πιστοποίηση την τεχνική υποστήριξη σε σχετικό πεδίο με την ζήτηση.

Με εκτίμηση,

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
SIAMOS MEDICAL



ΤΑΣΟΣ ΣΙΑΜΟΣ