

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΣ:

- Αξιότιμο Υπουργό Υγείας
Κον Ανδρέα Ξανθό
- Αξιότιμο Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
Κον Παύλο Πολάκη
- 3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διοικητή / Κο Κίρκο Γεώργιο
- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
 - Διοικητή Νοσοκομείου / Κο Αναστασία Μπούρτσου
 - Τμήμα Προμηθειών / Κα Ε. Καλιάνη
- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΨΗ: - Προέδρου / Κα Σαρτζετάκη Πετρούλα - Αναστασία
- Αντιπροέδρου / Κου Απόστολου Σίνη
- ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
- ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 - Κεντρική Υπηρεσία: Πειραιώς 205, 11853 Αθήνα
 - Περιφερειακό Γραφείο Μακεδονίας – Θράκης: Αγίας Σοφίας 46,
54622 Θεσσαλονίκη / Υπόψη Κού Σαβαΐδη Γεωργίου
- Κάθε άλλου Δημόσιου Οργάνου και εποπτικής αρχής για την
εξέταση της παρούσας

Θέμα: Συμμετοχή στην πρόσκληση για τη δεύτερη δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού Εξοπλισμού (50421000-2), α/α: 5. Συντήρηση έξι (6) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης του οίκου GAMBRO»

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΡΤΕΛ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣΤΕ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΗΡΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΥ

ΤΗΡΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΤΟΥ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΤΕΛ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΑ ΟΛΗΓΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

Αξιότιμοι Κύριοι,

A. Καταρχήν χαιρετίζουμε τη διαφαινόμενη προσπάθεια του Νοσοκομείου (μέσω της διενέργειας ανυπόκριτων, θέλουμε να πιστεύουμε, διαβουλεύσεων) να επιτευχθεί κατά τον επικείμενο δημόσιο διαγωνισμό *η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών με την ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών*, όπως επιβάλλει άλλωστε η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση οφείλει να εγγυάται κατά τους διεξαγόμενους δημόσιους διαγωνισμούς την προσέλκυση περισσότερων διαγωνιζομένων, τη θέσπιση αμερόληπτων και σαφών κριτηρίων συμμετοχής, την απάλειψη ξένων ως προς το αντικείμενο της σύμβασης λόγων αποκλεισμού ή κριτηρίων επιλογής και την τήρηση των αρχών του ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της διαφάνειας.

B. Αναλυτικά επί των όρων:

«5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΙ (6) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GAMBRO»

Όρος: *«Θα πρέπει να κατατεθούν οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του κατασκευαστικού οίκου για όλους τους τεχνικούς συντήρησης των συγκεκριμένων μηχανημάτων τεχνητού νεφρού.*

[...]

Η εταιρεία οφείλει να υποβάλει με την προσφορά της βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει ότι είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της για την παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των ειδών και να διαθέτει μόνιμο προσωπικό στην Ελλάδα το οποίο θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην Ε.Ε.»

Η απαίτηση εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστικό οίκο αντιμάχεται τον ανταγωνισμό, προϋποθέτει συμβατική σχέση με τον κατασκευαστικό οίκο και είναι αντίθετη με την Νομοθεσία Προμηθειών Δημοσίου.

Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων δεν σχετίζεται επ' ουδενί με την τυχόν συμβατική σχέση της αναδόχου εταιρίας με την κατασκευάστρια

εταιρία. Η εκτίμηση της τεχνικής επάρκειας μπορεί να γίνει με την υποβολή καταλόγων των εκτελεσθεισών εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών ή και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και πιστοποιητικών ISO για την πιστοποίηση της δυνατότητας του συντηρητή για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που έχει εκτελέσει η εκάστοτε υποψήφια συντηρήτρια εταιρεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών που υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, διότι με αυτόν τον τρόπο εισάγουν αδικαιολόγητους φραγμούς στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

Μάλιστα το άρθρο 48 της οδηγίας 18/2004, καθώς και το όμοιο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, που ενσωμάτωσε την ως άνω οδηγία στην ελληνική έννομο τάξη, απαριθμεί περιοριστικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου. Τα μόνα πιστοποιητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 48 είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας και σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή πιστοποιητικών από κατασκευαστικούς οίκους.

Συνακόλουθα οι όροι που υποθάλπουν και ευνοούν την εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών εκ μέρους του κατασκευαστή, είναι αντίθετοι με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, καθώς και το άρθρο 48 της Οδηγίας 18/2004 και είναι συνακόλουθα άκυροι και για το λόγο αυτό.

Σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω απαίτηση υποθάλλει πράγματι την παράνομη και αντι-ανταγωνιστική άρνηση του κατασκευαστικού οίκου Gambro να δίδει τέτοια πιστοποιητικά στην εταιρεία μας (καθώς είμαστε ανεξάρτητη επιχείρηση), παρά τις ευδόκιμες υπηρεσίες που παρέχουμε αδιαλείπτως επί τριάντα και πλέον χρόνια στην ελληνική αγορά.

Δίνει παρανόμως, την εξουσία στον κατασκευαστή οίκο να δρα παράνομα αθέμιτα και αντιανταγωνιστικά και μέσω καρτελικών μεθόδων, να κατακρεουργεί τον υγιή ανταγωνισμό στη σχετική αγορά και να λυμαίνεται τα δημόσια νοσοκομεία, όπως :

A) Με τα ανταλλακτικά των μηχανημάτων τεχνητού Νεφρού Gambro :

K40280001 AC/DC UNIT AK200S:

Σε άλλες χώρες πωλείται περίπου 350,00€ ενώ στην Ελλάδα πωλείται 2.069,65 €.

K11845A Level Transducer:

Σε άλλες χώρες πωλείται περίπου 36,00 € ενώ στην Ελλάδα πωλείται 246,72 €.

K40228003 Pressure transducer kit compl.:

Σε άλλες χώρες πωλείται περίπου 112,00 € ενώ στην Ελλάδα πωλείται 715,48 €.

B) Με τα φίλτρα αιμοκάθαρσης αφού πωλούνταν για δεκαετίες τα φίλτρα αιμοκάθαρσης Gambro στα ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία στα 60€ τιμή λιανικής παλιότερα, και μέχρι τα 28€ που έφτασαν την τιμή πρόσφατα, όταν η αντίστοιχη τιμή λιανικής σε ευρωπαϊκά Νοσοκομεία δεν υπερβαίνει τα 5-7 €.

Και εκτός των φίλτρων αιμοκάθαρσης αντίστοιχες πρακτικές εφαρμόζονταν και σε άλλα αναλώσιμα υλικά αιμοκάθαρσης Gambro, όπως τα «CLEAN CART A» και «CLEAN CART C» τα οποία διαχρονικά πωλούσαν στα ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία από 16€ παλιότερα και έως 7,80€ πρόσφατα, όταν η αντίστοιχη τιμή λιανικής σε ευρωπαϊκά Νοσοκομεία είναι μεταξύ 1-1,50 €.

Σημειώνουμε, δε, καταληκτικά ότι οι δημόσιες αρχές είναι υποχρεωμένες να διασφαλίζουν τη διενέργεια ανόθευτου ανταγωνισμού στις διαγωνιστικές ενώπιόν τους διαδικασίες, προκειμένου να απολαμβάνουν τα αγαθά του ελεύθερου ανταγωνισμού (καλύτερες τιμές, περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη ποιότητα παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών). Η απαίτηση εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστικό οίκο Gambro δημιουργεί εν τοις πράγμασι νόθευση του ανταγωνισμού, καθώς δεν διασφαλίζεται ότι ο εν λόγω οίκος δίδει πράγματι τις σχετικές πιστοποιήσεις σε όλους όσους πληρούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που αυτός θέτει.

Εν προκειμένω, ο εν λόγω οίκος όχι μόνο αρνείται να χορηγεί συλλήβδην και αδικαιολόγητα τέτοιες πιστοποιήσεις, αλλά δηλώνει απερίφραστα, μέσω της εταιρείας Μπάξτερ Ελλάς ΕΠΕ, (που διαδέχτηκε την **καταδικασμένη για παράβαση**

του Νόμου περί ελεύθερου ανταγωνισμού Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ, δυνάμει της υπ' αρ. 5667/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) ότι

«μετά την 1^η Ιανουαρίου 2016, στην Ελλάδα η [...] τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της Gambro θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά από την Baxter Ελλάς ΕΠΕ».

Κατόπι τούτων, καθίσταται απολύτως σαφές ότι τυχόν συμπερίληψη όρου περί προσκόμισης πιστοποιητικών από τον κατασκευαστικό οίκο (ο οποίος αρνείται συλλήβδην και αδικαιολόγητα τη χορήγηση πιστοποιητικών) θα καταστήσει τον επικείμενο δημόσιο διαγωνισμό **κεκαλυμμένη απευθείας ανάθεση** στην εταιρεία Μπάξτερ Ελλάς ΕΠΕ, καθώς καμία άλλη εταιρεία δεν δύναται εξ αντικειμένου να λάβει τέτοια πιστοποιητικά, αφού ο κατασκευαστικός οίκος επιθυμεί ομολογουμένως την μονοπώληση των δημόσιων διαγωνισμών!

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι σε αντίστοιχες διαβουλεύσεις τεχνικών προδιαγραφών που διενεργήθηκαν από δημόσια νοσοκομεία, οι αντίστοιχοι όροι δεν απαιτούσαν αποκλειστικά την ύπαρξη συμβατικής σχέσης της αναδόχου εταιρείας με τον κατασκευαστικό οίκο, αλλά παρείχαν ευρεία ευχέρεια στον υποψήφιο συντηρητή για την απόδειξη της τεχνικής του επάρκειας μέσω άλλων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Συγκεκριμένα σχετικός όρος σε διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών συντήρησης και επισκευής ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που διενήργησε το Γ.Ν. Ρεθύμνου, είχε ως εξής:

«Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την

τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Αντίστοιχα ο σχετικός όρος σε πρόσφατη διακήρυξη με αρ.5402/23-6-2015 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου (Σχετ. 1) οι οποίοι όροι της συγκεκριμένης διακήρυξης προήλθαν μέσα από Δημόσια Διαβούλευση και κατόπιν εγκρίθηκαν με το Πρακτικό της Ολομέλειας 64/14-5-2015 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας , έχει ως εξής:

«Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα μηχανήματα ΑΚ 200 ή να διαθέτουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης σε μηχανήματα αιμοκάθαρσης ΑΚ 200 του οίκου GAMBRO.»

Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα και από τη Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου, η απόδειξη της τεχνικής επάρκειας, χωρίς να υποθάλπεται και να ευνοείται η εφαρμογή περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών, οράτε τις διακηρύξεις των δύο τελευταίων διαγωνισμών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, αρ.πρωτ. 11484/1-12-2015 (Σχετ. 2) και αρ.πρωτ. 1491/10-2-2016 (Σχετ. 3) στις οποίες η τεχνική επάρκεια καλύπτονταν ως εξής :

«Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογίου .

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημοσίου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ. με τους οποίους ο συντηρητής είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Υπογραμμίζουμε δε, ότι, αν ελεγχθούν οι φάκελοι των συμβάσεων , όλων των ετών, σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, που αφορούν την συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Gambro, πολύ εύκολα θα διαπιστωθεί ότι, πριν το 2010 κανένας όρος περί βεβαιώσεων από τον κατασκευαστή τίθεντο, καθώς και καμία βεβαίωση από τον κατασκευαστή δεν διέθεταν οι σημερινοί περιούσιοι συντηρητές, που αντιπροσωπεύουν το εν λόγω ΚΑΡΤΕΛ. Τέτοιοι όροι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, και ξεκάθαρα τέθηκαν από κάποια νοσοκομεία με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ΚΑΡΤΕΛ.

Γ. Σύντομο ιστορικό της εταιρείας μας.

Η εταιρεία μας ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στην αγορά της επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού από το 1976. Μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2010 η εταιρεία μας ήταν το μοναδικό εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών της Gambro στην Ελλάδα, καθώς και ο αποκλειστικός διανομέας ανταλλακτικών. Ουδέποτε όμως χρησιμοποιήσαμε ή εκμεταλλευτήκαμε την ιδιότητα μας αυτή για να μονοπωλήσουμε και να εκμεταλλευτούμε αθέμιτα την Ελληνική Αγορά των επισκευών και συντηρήσεων των Μ.Τ.Ν. του οίκου Gambro. Αντιθέτως δίναμε απλόχερα σε όποιον μας ζητούσε τόσο τα ανταλλακτικά όσο και την τεχνολογία της Gambro, ως αποκλειστικά εξουσιοδοτημένη εταιρεία που ήμασταν, χωρίς να δημιουργούμε το παραμικρό εμπόδιο εισόδου και παραμονής σε κανέναν στην εν λόγω αγορά.

Η εταιρεία Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ (MEDICAL) έχει αποδυθεί σε απόλυτη σύμπτωση και συνεργασία με τον κατασκευαστικό οίκο Gambro Lundia AB (GAMBRO) επί τετραετία και πλέον, σε ανηλεή εμπορικό πόλεμο κατά της εταιρείας μας με αθέμιτες και αντιανταγωνιστικές πρακτικές, προκειμένου να πετύχει την μονοπώληση της ελληνικής αγοράς παροχής υπηρεσιών service στα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του ως άνω κατασκευαστικού οίκου, επί ζημιά του ανταγωνισμού και του δημοσίου συμφέροντος. Επί των ως άνω παράνομων πρακτικών και επιδιώξεων των δύο εταιριών έχουν ήδη επιληφθεί οι αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές.

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2011, η GAMBRO παράνομα και αντισυμβατικά έπαψε να μας τροφοδοτεί με ανταλλακτικά και μας παρέπεμψε στη Medical, τον νέο διανομέα της ανταλλακτικών στην ελληνική αγορά. Πλην, όμως αργότερα και η Medical διέκοψε την τροφοδοσία της ΣΕΡΚΟ, την οποία όπως μας δήλωσε (προσχηματικά όμως όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων) θα διατηρούσε μόνο για τις εκκρεμείς συμβάσεις μας. Εν συνεχεία, στις 16 Φεβρουαρίου του 2012 η GAMBRO, σε πλήρη σύμπλευση με τη MEDICAL κλιμακώνοντας τις αντιανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές τους, αιφνιδίως διέκοψε στη ΣΕΡΚΟ την πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματά της προκειμένου να δυναμτίσει την παροχή υπηρεσιών από μέρους μας.

Η εταιρεία μας προσέφυγε αμέσως στη Δικαιοσύνη, η οποία δια της υπ' αριθμ. 5667/2013 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απεφάνθη μεταξύ άλλων κατά το διατακτικό της (Σχετ. 4):

- ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και αντιανταγωνιστική πρακτική.
- ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ – Επιστημονικά – Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές – αντιπροσωπείες – Service) και το διακριτικό τίτλο «SER.CO LTD», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ

Επίσης το ίδιο το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι:

Η άρνηση πώλησης ανταλλακτικών στην εταιρεία μας από τη Medical Products Ltd [προσक्रούει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 (άρνηση πώλησης από επιχείρηση, που εισάγει αποκλειστικά τα προϊόντα του παραγωγού στη χώρα)]. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα σε απαγορευμένες συμπτώξεις, απαγόρευση όλων των εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Η εταιρεία μας είναι από τις λίγες εξαιρέσεις στην ελληνική αγορά της συντήρησης των Ιατρικών Μηχανημάτων που προσπαθεί να λειτουργήσει και να επιβιώσει στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού. Κάποια νοσοκομεία ενώ βλέπουν ότι στους περισσότερους διαγωνισμούς συντήρησης Ιατρικών Μηχανημάτων δεν αναπτύσσεται καθόλου ανταγωνισμός και λειτουργεί το απόλυτο μονοπώλιο προσπαθούν, αντί να

συνδράμουν στην ανάπτυξη ανταγωνισμού και στο άνοιγμα της αγοράς και σε μικρές εταιρείες όπως η εταιρεία μας, να προσφέρουν παρανόμως υπηρεσίες υπέρ της στεγανοποίησης της αγοράς, βοηθώντας και συμμετέχοντας στις εναρμονισμένες παράνομες αθέμιτες και αντιανταγωνιστικές πρακτικές των πολυεθνικών κατασκευαστών και των βραχιόνων τους.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι σε Διαγωνισμό Δημόσιου Νοσοκομείου για την συντήρηση μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού στον οποίο δεν συμμετείχαμε, λόγω του παράνομου μποϊκοτάζ προμήθειας ανταλλακτικών, που προαναφέραμε, και έχουμε ήδη δικαιωθεί, η διαφορά - ζημιά - για το Δημόσιο συμφέρον φθάνει τις 13.500 €, παραπάνω κόστος από τη μονοπωλιακή σύμβαση που υπέγραψε με την Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ.

Σε όλο τον κόσμο οι συντηρήσεις των ιατρικών μηχανημάτων γίνονται είτε από τις τεχνικές υπηρεσίες των κατασκευαστών των μηχανημάτων (OEMs) είτε από ανεξάρτητους οργανισμούς παροχής τεχνικών υπηρεσιών (ISOs) είτε από τεχνικό προσωπικό των πελατών των μηχανημάτων (internal ή inhouse). (βλ. αντίστοιχες εκδόσεις Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) (*Σχετ. 5*).

Κι ενώ σε όλο τον κόσμο αναπτύσσεται πολύ έντονος ανταγωνισμός στην αγορά της επισκευής και συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων καθώς και στην αγορά των ανταλλακτικών, με τεράστια οφέλη για τα νοσοκομεία και τις κλινικές, το ΚΑΡΤΕΛ της Μπάξτερ Ελλάς ΕΠΕ (διάδοχο της Ιατρικά Προϊόντα Ε.Π.Ε.) και της Gambro, θεωρώντας τη χώρα μας απόλυτη μπανανία επιμένει στην μονοπώληση της αγοράς στις εξωφρενικές τιμές που αυτή επιθυμεί και στην αμφίβολη ποιότητα που θέλει να επιβάλει.

Καταληκτικά, επισημαίνουμε ότι η εν λόγω απαίτηση της διαβούλευσης πριμοδοτεί άνευ αντικειμενικού λόγου (και φωτογραφίζει) την εταιρεία Μπάξτερ Ελλάς ΕΠΕ, η οποία έχοντας, **μόλις πρόσφατα**, εισέλθει στην σχετική αγορά επισκευής και συντήρησης των μηχανημάτων Gambro (διαθέτοντας αφειδώς χαρτιά από τον οίκο, αλλά εμπειρία μηδέν) διαλαλεί με περισσό θράσος προς τα νοσοκομεία (αδημονώντας να μονοπωλήσει τους επικείμενους δημόσιους διαγωνισμούς συντήρησης κι επισκευής μηχανημάτων τεχνητού νεφρού Gambro) ότι:

«μετά την 1^η Ιανουαρίου 2016, στην Ελλάδα η [...] τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της Gambro θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά από την Baxter Ελλάς ΕΠΕ».

Μήπως θα έπρεπε να κλείσουμε όλοι, και η εταιρεία μας που δραστηριοποιείται στην αγορά συντήρησης των μηχανημάτων Gambro επί 31 ολόκληρα χρόνια, έχοντας αποσπάσει όλα αυτά τα χρόνια τα εύσημα για την ποιότητα της δουλειάς μας, επειδή εισέρχεται πλέον στην σχετική αγορά η Μπάξτερ Ελλάς ΕΠΕ;;;

Προς αντίκρουση κάθε δύσπιστου αρμόδιου παραθέτουμε και τα ακόλουθα σχετικά με την «εξουσιοδότηση» και γενικότερα τις βεβαιώσεις από την κατασκευάστρια εταιρεία:

Ιδού τι δήλωνε μέχρι το 2014 η κατασκευάστρια εταιρεία Gambro Lundia AB στα Ελληνικά Δικαστήρια, όπου η εταιρεία μας κατέφυγε για τη δικαίωση της:

Στις 13/2/2012 στο σημείωμά της ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών:

«25.3 Ο μάρτυς της αιτούσας κατέθεσε ότι και μετά την καταγγελία της σύμβασης υπεργολαβίας της με την 2^η καθ' ης, η αιτούσα εξακολούθησε να μετέχει σε διαγωνισμούς Νοσοκομείων για τη συντήρηση και συνήψε πράγματι, όπως λέει, νέες τέτοιες συμβάσεις, που σημαίνει ότι και ανταλλακτικά έχει και βεβαιώσεις από εμάς δεν χρειάζεται αφού την επάρκειά της την γνωρίζουν ήδη τα Νοσοκομεία...».

Στις 19/8/2011 στο σημείωμά της ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών :

«Με αυτό το δεδομένο, η αιτούσα είχε (και έχει) απόλυτη ελευθερία να συντηρεί εκτός από τα προϊόντα της GAMBRO και οποιαδήποτε άλλα προϊόντα ακόμα και ανταγωνιστικά».

Ιδού τι αναφέρουν τα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια χρήσης της ίδιας της κατασκευάστριας εταιρείας Gambro Lundia AB:

«Εξουσιοδοτημένος Τεχνικός

Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός είναι ένας τεχνικός που έχει εκπαιδευτεί στη χρήση του μηχανήματος αιμοκάθαρσης AK 96 από τη Gambro και διαθέτει πιστοποίηση από τη Gambro ή έχει αποκτήσει ισάξια εμπειρία με παρόμοιο τρόπο.

(ορ. προσαγόμενο και επικαλούμενο εγχειρίδιο χειριστή Gambro για το μηχάνημα AK 96, Σχετ.6).

Για τον έμπειρο τεχνικό, υπάρχει διαθέσιμο το Εγχειρίδιο Επισκευής του μηχανήματος αιμοδιάλυσης AK 200 S. Το Εγχειρίδιο Επισκευής παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγκατάσταση και την ασφαλή και απαιτούμενη συντήρηση του μηχανήματος. (ορ. προσαγόμενο και επικαλούμενο εγχειρίδιο λειτουργίας (χειριστή) μηχανήματος τεχνητού νεφρού AK200S HCEL9882 Αναθεώρηση 04.2010. Έκδοση προγράμματος 10.xx σελ. 1:7 και 1:8, Σχετ. 7).

Εν κατακλείδι ενώ η ίδια κατασκευάστρια εταιρεία Gambro Lundia AB με τα πλέον επίσημα έγγραφα της ομολογεί ότι:

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ είναι είτε ο εκπαιδευμένος τεχνικός με πιστοποίηση από την Gambro είτε ο ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ.

ΚΙ ΕΝΩ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ:

- ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ GAMBRO
- ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΙΣΑΞΙΑ – ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

οι αρμόδιοι του νοσοκομείου Βέροιας εμφυτεύουν παράνομους φωτογραφικούς όρους περί «εξουσιοδοτημένης εταιρείας» και βεβαιώσεων από τον κατασκευαστικό οίκο, προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ΚΑΡΤΕΛ.

Με τη εμφύτευση των παράνομων αυτών όρων επιτρέπει στους υπηρέτες του ΚΑΡΤΕΛ, να απορρίπτουν τις προσφορές της εταιρείας μας και να εξασφαλίζουν στο ΚΑΡΤΕΛ τη διαιώνιση των παράνομων και ασύμφωνων μονοπωλιακών συνεργασιών με το Νοσοκομείο Βέροιας.

Οράτε πρακτικό του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας με αρ.34 της 2/12/2015 (Σχετ. 8)

«...Η απευθείας ανάθεση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/1995 άρθρο 2 παρ.13 εδ.αΠ «Όταν για τεχνικούς ή καλυτεχνικούς λόγους ή για λόγους που σχετίζονται με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, τα προς προμήθεια αγαθά κατασκευάζονται ή παραδίδονται μόνο από ορισμένο προμηθευτή».

[...]

και καταλήγοντας η Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της προαναφερόμενης ανάθεσης, στην εταιρεία *ΤΕΧΝΟΙΑΤΡΙΚΗ Κ.ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.*, η οποία είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος των εν λόγω προϊόντων στην Ελλάδα, για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και μέχρι τη διενέργεια & ολοκλήρωση της διαδικασίας της προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού από το ΠΠΥΥ έτους 2014.»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΟΥ;

Το Νοσοκομείο σας δώρισε τη σύμβαση στο ΚΑΡΤΕΛ με τιμές πολύ ακριβότερες, με παράνομη απευθείας ανάθεση .

Όλα τα παραπάνω τα έχουμε κοινοποιήσει και είναι εν γνώση του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, καθώς και μέσω των καταγγελιών μας και Αγωγών είναι εν γνώση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Οράτε ενδεικτικά:

Στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας: Αρ. πρωτ. 3706/15-5-2012, Αρ. πρωτ. 3930/21-5-2012, Αρ. πρωτ. 4506/8-6-2012, Αρ. πρωτ. 4796/20-6-2012, Αρ. πρωτ. 5500/19-7-2012, Αρ. πρωτ. 5593/25-7-2012, Αρ. πρωτ. 5685/30-7-2012, Αρ. πρωτ. 5705/31-7-2012, Αρ. πρωτ. 5950/10-8-2012, Αρ. πρωτ. 6136/23-8-2102, Αρ. πρωτ. 6175/28-8-2012, Αρ. πρωτ. 6656/24-9-2012, Αρ. πρωτ. 6763/1-10-2012, Αρ. πρωτ. 7003/10-10-2012, Αρ. πρωτ. 7377/24-10-2012, Αρ. πρωτ. 307/21-1-2013, Επιστολή της 24-1-2013, Αρ. πρωτ. 763/11-2-2013, Αρ. πρωτ. 764/11-2-2013, Αρ. πρωτ. 1059/25-2-2013, Αρ. πρωτ. 1272/4-3-2013, Αρ. πρωτ. 1494/12-3-2013, Αρ. πρωτ. 1696/20-3-2013, Αρ. πρωτ. 1695/20-3-2013, Αρ. πρωτ. 1889/27-2-2013, Αρ. πρωτ. 2618/9-5-2013, Αρ. πρωτ. 3321/12-6-2013, Αρ. πρωτ. 3391/17-6-2013, Αρ. πρωτ. 3553/25-6-2013, Αρ. πρωτ. 3630/28-6-2013, Αρ. πρωτ. 4051/22-7-2013, Αρ. πρωτ. 4052/22-7-2013, Αρ. πρωτ. 4102/25-7-2013, Αρ. πρωτ. 4137/30-7-2013, Αρ. πρωτ. 4373/20-8-2013, Αρ. πρωτ. 4374/20-8-2013, Αρ. πρωτ. 4426/23-8-2013, Αρ. πρωτ. 4427/23-8-2013, Αρ. πρωτ. 5000/25-9-2013, Αρ. πρωτ. 5027/27-9-2013, Αρ. πρωτ. 5028/27-9-2013, Αρ. πρωτ. 5457/17-10-2013, Αρ. πρωτ. 5564/23-10-2013, Αρ. πρωτ. 5565/23-10-2013, Αρ. πρωτ. 6264/27-11-2013, Αρ. πρωτ. 6617/17-12-2013, Αρ. πρωτ. 6618/17-12-2013, Αρ. πρωτ. 6781/31-12-2013, Αρ. πρωτ. 483/30-1-2014, Αρ. πρωτ. 717/11-2-2014, Αρ. πρωτ. 718/11-2-2014, Αρ. πρωτ. 889/19-2-2014, Αρ. πρωτ.

1697/2-4-2014, Αρ. πρωτ. 1726/3-4-2014, Αρ. πρωτ. 1836/9-4-2014, Αρ. πρωτ. 2228/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2229/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2230/7-5-2014, Αρ. πρωτ. 2275/9-5-2014, Αρ. πρωτ. 2276/9-5-2014, Αρ. πρωτ. 2487/25-5-2014, Αρ. πρωτ. 2631/28-5-2014, Αρ. πρωτ. 2632/28-5-2014, Αρ. πρωτ. 2748/3-6-2014, Αρ. πρωτ. 2854/5-6-2014, Αρ. πρωτ. 2902/10-6-2014, Αρ. πρωτ. 3072/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 3073/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 3304/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 3305/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 3433/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3434/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3919/1-8-2014, Αρ. πρωτ. 4755/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4756/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4757/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4758/29-9-2014, Αρ. πρωτ. 4986/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 5034/13-10-2014, Αρ. πρωτ. 5279/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5280/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5281/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 5548/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 6407/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 568/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 569/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 692/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 870/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 871/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 949/17-3-2015, Αρ. πρωτ. 1649/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1651/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1652/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1653/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1654/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1879/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1880/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1881/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 3211/20-8-2015, Αρ. πρωτ. 3212/20-8-2015, Αρ. πρωτ. 3225/21-8-2015, Αρ. πρωτ. 3296/31-8-2015, Αρ. πρωτ. 4854/9-12-2015, Αρ. πρωτ. 4855/9-12-2015, Αρ. πρωτ. 4856/9-12-2015, Αρ. πρωτ. 4857/9-12-2015, Αρ. πρωτ. 4858/9-12-2015, Αρ. πρωτ. 4859/9-12-2015, Αρ. πρωτ. 4860/9-12-2015, Αρ. πρωτ. 4999/17-12-2015, Αρ. πρωτ. 5000/17-12-2015, Αρ. πρωτ. 5001/17-12-2015, Αρ. πρωτ. 5002/17-12-2015, Αρ. πρωτ. 467/28-1-2016, Αρ. πρωτ. 468/28-1-2016, Αρ. πρωτ. 469/28-1-2016, Αρ. πρωτ. 1506/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 1507/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 1508/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 1509/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 1510/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 1511/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 1512/15-3-2016.

Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας - Κεντρική Υπηρεσία: Αρ. πρωτ. 2210/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 2211/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 2335/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 2336/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 321/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 406/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 621/16-3-2015, Αρ. πρωτ. 622/16-3-2015, Αρ. πρωτ. 1009/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1010/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1011/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1207/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1208/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 1209/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 2259/1-9-2015, Αρ. πρωτ. 3197/8-12-2015, Αρ. πρωτ. 3198/8-12-2015, Αρ. πρωτ. 3199/8-12-2015, Αρ. πρωτ. 3200/8-12-2015, Αρ. πρωτ. 3201/8-12-2015, Αρ. πρωτ. 3202/8-12-2015, Αρ. πρωτ. 3203/8-12-2015, Αρ. πρωτ. 3243/16-12-2015, Αρ. πρωτ. 3244/16-12-2015, Αρ. πρωτ.

3245/16-12-2015, Αρ. πρωτ. 3246/16-12-2015, Αρ. πρωτ. 170/28-1-2016, Αρ. πρωτ. 171/28-1-2016, Αρ. πρωτ. 172/28-1-2016, Αρ. πρωτ. 608/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 609/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 610/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 611/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 612/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 613/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 614/15-3-2016.

Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας – Περιφερειακό Γραφείο Μακεδονίας - Θράκης: Αρ. πρωτ. 1048/20-8-2015, Αρ. πρωτ. 1360/20-10-2015, Αρ. πρωτ. 1419/5-11-2015, Αρ. πρωτ. 1648/9-12-2015, Αρ. πρωτ. 1671/15-12-2015, Αρ. πρωτ. 1672/15-12-2015, Αρ. πρωτ. 1674/16-12-2015, Αρ. πρωτ. 1685/17-12-2015, Αρ. πρωτ. 1719/21-12-2015, Αρ. πρωτ. 75/22-1-2016, Αρ. πρωτ. 76/22-1-2016, Αρ. πρωτ. 306/9-3-2016, Αρ. πρωτ. 307/9-3-2016, Αρ. πρωτ. 308/9-3-2016, Αρ. πρωτ. 309/9-3-2016, Αρ. πρωτ. 318/10-3-2016.

Στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: Αρ. πρωτ. 2280/22-5-2014, Αρ. πρωτ. 2344/26-5-2014, Αρ. πρωτ. 2345/26-5-2014, Αρ. πρωτ. 2427/3-6-2014, Αρ. πρωτ. 2624/18-6-2014, Αρ. πρωτ. 2793/1-7-2014, Αρ. πρωτ. 2887/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 2888/8-7-2014, Αρ. πρωτ. 3222/30-7-2014, Αρ. πρωτ. 3255/1-8-2014, Αρ. πρωτ. 3588/4-9-2014, Αρ. πρωτ. 3938/24-9-2014, Αρ. πρωτ. 3993/26-9-2014, Αρ. πρωτ. 4086/2-10-2014, Αρ. πρωτ. 4170/7-10-2014, Αρ. πρωτ. 4169/7-10-2014, Αρ. πρωτ. 4218/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 4247/13-10-2014, Αρ. πρωτ. 4666/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 5401/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5402/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5403/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5404/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5405/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 5406/22-12-2014, Αρ. πρωτ. 658/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 659/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 842/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 1140/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 1142/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 1963/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1964/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1965/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1966/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 1967/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 2213/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 2214/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 2215/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 3742/1-9-2015, Αρ. πρωτ. 5443/8-12-2015, Αρ. πρωτ. 5444/8-12-2015, Αρ. πρωτ. 5445/8-12-2015, Αρ. πρωτ. 5446/8-12-2015, Αρ. πρωτ. 5447/8-12-2015, Αρ. πρωτ. 5448/8-12-2015, Αρ. πρωτ. 5449/8-12-2015, Αρ. πρωτ. 5616/16-12-2015, Αρ. πρωτ. 5617/16-12-2015, Αρ. πρωτ. 5618/16-12-2015, Αρ. πρωτ. 5619/16-12-2015, Αρ. πρωτ. 451/28-1-2016, Αρ. πρωτ. 452/28-1-2016, Αρ. πρωτ. 453/28-1-2016, Αρ. πρωτ. 1257/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 1258/15-3-2016,

Αρ. πρωτ. 1259/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 1260/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 1261/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 1262/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 1263/15-3-2016.

Στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης: Αρ. πρωτ. 23836/24-9-2014, Αρ. πρωτ. 25335/9-10-2014, Αρ. πρωτ. 26642/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 26643/22-10-2014, Αρ. πρωτ. 27771/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 27772/6-11-2014, Αρ. πρωτ. 3387/11-2-2015, Αρ. πρωτ. 4175/20-2-2015, Αρ. πρωτ. 5611/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 5613/11-3-2015, Αρ. πρωτ. 9919/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9920/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9922/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9923/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 9924/5-5-2015, Αρ. πρωτ. 11347/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 11348/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 11350/19-5-2015, Αρ. πρωτ. 19222/1-9-2015, Αρ. πρωτ. 26897/8-12-2015, Αρ. πρωτ. 26899/8-12-2015, Αρ. πρωτ. 26903/8-12-2015, Αρ. πρωτ. 26905/8-12-2015, Αρ. πρωτ. 26906/8-12-2015, Αρ. πρωτ. 26908/8-12-2015, Αρ. πρωτ. 26909/8-12-2015, Αρ. πρωτ. 27537/16-12-2015, Αρ. πρωτ. 27539/16-12-2015, Αρ. πρωτ. 27540/16-12-2015, Αρ. πρωτ. 27541/16-12-2015, Αρ. πρωτ. 1672/28-1-2016, Αρ. πρωτ. 1678/28-1-2016, Αρ. πρωτ. 1680/28-1-2016, Αρ. πρωτ. 4846/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 4849/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 4850/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 4851/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 4852/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 4853/15-3-2016, Αρ. πρωτ. 4854/15-3-2016.

Προς επιπλέον απόδειξη ότι τα Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία απαιτούν ποιοτικότερες και οικονομικότερες υπηρεσίες και δεν τάσσονται υπέρ του παράνομου ΚΑΡΤΕΛ της Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ αλλά υπέρ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ απορρίπτοντας τις παράνομες πρακτικές του ΚΑΡΤΕΛ, σας παραθέτουμε λίστα με τα Δημόσια Νοσοκομεία που προσφάτως έχει συνάψει συμβάσεις η εταιρεία μας, και είμαστε στη διάθεσή σας, μόλις μας ζητηθεί, να σας προσκομίσουμε και τα πρακτικά κατακύρωσης – συμβάσεις, παρόλο που αυτά είναι δημόσια διαθέσιμα από την εφαρμογή της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ :

- 1) Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
- 2) Γ. Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ
- 3) Γ. Νοσοκομείο –Κ.Υ. Κω
- 4) Γ. Νοσοκομείο Φιλιππών
- 5) Γ. Νοσοκομείο Αθηνών ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ
- 6) Γ. Νοσοκομείο Λευκάδας

- 7) Γ. Νοσοκομείο Καλύμνου
- 8) Γ. Νοσοκομείο Λιβαδειάς
- 9) Γ. Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
- 10) 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
- 11) Γ. Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
- 12) Γ. Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
- 13) Γ. Νοσοκομείο Αττικής ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΠΚ
- 14) Γ. Νοσοκομείο Χαλκίδας
- 15) Γ. Νοσοκομείο – Κ.Υ. Κύμης
- 16) Γ. Νοσοκομείο Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
- 17) Γ. Νοσοκομείο Μεσολογγίου
- 18) Γ. Νοσοκομείο Κεφαλονιάς
- 19) Γ. Νοσοκομείο Καλαμάτας
- 20) Γ. Νοσοκομείο Πύργου
- 21) Γ. Νοσοκομείο Αγρινίου
- 22) Γ. Νοσοκομείο Ρεθύμνου
- 23) Γ. Νοσοκομείο Πρέβεζας
- 24) Γ. Νοσοκομείο Λασιθίου
- 25) Γ. Νοσοκομείο – Κ.Υ. Λήμνου
- 26) Γ. Νοσοκομείο Χίου
- 27) Γ. Νοσοκομείο Σύρου
- 28) Γ. Νοσοκομείο Λαμίας
- 29) Γ. Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.

Κατόπιν τούτων, η συμβολή των Δημόσιων Νοσοκομείων και της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας οφείλει να είναι καθοριστική στην αποτροπή εγκαθίδρυσης παράνομων μονοπωλιακών καταστάσεων στις προμήθειες των Δημόσιων Νοσοκομείων, με κύριο γνώμονα τη διαφύλαξη του Δημόσιου Συμφέροντος μέσω της ανάπτυξης του ανταγωνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνονται απλοί παρατηρητές και ακόμη περισσότερο συμμετοχοί στο «τεράστιο πάρτυ» των προμηθειών των Δημόσιων Νοσοκομείων.

Παρά τους κανονισμούς, την νομοθεσία και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, σεις εμμένετε εντελώς αδικαιολόγητα να απαιτείται τέτοιες βεβαιώσεις, φοβούμενοι προφανώς μήπως τυχόν ξεφύγει ο διαγωνισμός από τα χέρια του αρεστού σε εσάς (καθώς φαίνεται) **ΚΑΡΤΕΛ συντήρησης των Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro.**

Ενώ είστε αποδεδειγμένα γνώστες για το τι επακριβώς ορίζει η σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του υποψηφίου συντηρητή, αλλά εσείς, θεωρείτε προφανώς το νοσοκομείο τσιφλίκι σας που μπορεί να συναλλάσσεται με όποιον του αρέσει.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται επιτυχώς στην αγορά της επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων τεχνητού νεφρού στην Ελλάδα από το 1976, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού με αποτέλεσμα την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών αλλά και πολύ πιο οικονομικότερων για το συμφέρον των νοσοκομείων και για το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ εν γένει, Τιμών.

Οράτε Σύμβαση υπ' αριθμ. 18419/1-09-15 (*Σχετ. 9*), που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου με ακριβώς ίδιους τύπους μηχανημάτων (20 μηχανήματα τύπου AK-200S και 9 μηχανήματα AK-200 ULTRA), όπως αυτά του Νοσοκομείου Βέροιας, στην τιμή των 170 € το μηχάνημα το μήνα και όχι στην τιμή των 240 € το μηχάνημα το μήνα που πληρώνει το Νοσοκομείο Βέροιας στον μονοπωλιακό επί πολλά χρόνια συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ.

Ομοίως οράτε Σύμβαση υπ' αριθμ. πρωτ. 8748/17-7-15 (*Σχετ. 10*), που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ, Κύμης με ίδιους τύπους μηχανημάτων (5 μηχανήματα τύπου AK-200S και 2 μηχανήματα AK-200 ULTRA), όπως αυτά του Νοσοκομείου Βέροιας, στην τιμή των 169,98 € το μηχάνημα το μήνα και όχι στην τιμή των 240 € το μηχάνημα το μήνα που πληρώνει το Νοσοκομείο Βέροιας στον μονοπωλιακό επί πολλά χρόνια συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ.

Ομοίως οράτε Σύμβαση υπ' αριθμ. 1/2016 (*Σχετ. 11*), που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών με ίδιους τύπους μηχανημάτων (10 μηχανήματα τύπου AK-200S και 1 μηχάνημα AK-200 ULTRA), όπως αυτά του

Νοσοκομείου Βέροιας, με μέση τιμή 149,58 € το μηχάνημα το μήνα και όχι στην τιμή των 240 € το μηχάνημα το μήνα που πληρώνει το Νοσοκομείο Βέροιας στον μονοπωλιακό επί πολλά χρόνια συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ.

Υπογραμμίζοντας δε ότι, αν ελεγχθούν οι φάκελοι των συμβάσεων, όλων των ετών συνεργασίας του Νοσοκομείου Βέροιας με τον επί πολλά χρόνια περιούσιο συντηρητή Κ. Δουλγκέρης & ΣΙΑ Ο.Ε., πολύ εύκολα θα διαπιστωθεί ότι, πριν το 2010 κανένας όρος περί βεβαιώσεων από τον κατασκευαστή τίθεντο, καθώς και καμία βεβαίωση από τον κατασκευαστή δεν διέθετε ο εν λόγω περιούσιος συντηρητής.

Συνεπώς για όλους τους παραπάνω λόγους ο εν λόγω όρος είναι μη νόμιμος και άκυρος.

Δ. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Επιπλέον για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχουν εκδοθεί συγκεκριμένες οδηγίες και αποφάσεις από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας τις οποίες τα Νοσοκομεία – Αναθέτουσες Αρχές υποχρεωτικά πρέπει να τηρούν, όπως :

«ΟΔΗΓΙΑ

Για την αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, την επίσπευση εκπόνησής τους και τη δημοσιότητά τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και 67/19.11.2015/24.11.2015 (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας Ολομέλειας που ελήφθη κατά τη με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14.12.2015 συνεδριάσή της (θέμα 6ο), (ΑΔΑΩ9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι) [...].»

Το Νοσοκομείο σας ενώ «προσπάθησε» να τηρήσει την απόφαση υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1ο), δεν τήρησε τις λοιπές οδηγίες – εγκυκλίους που εκδόθηκαν αναφορικά με αυτή.

Σας επισυνάπτουμε (Σχετ. 12) εγκυκλίους – οδηγίες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, οι οποίες αναφέρουν π.χ. ότι πρέπει να αποφεύγεται ο περιορισμός του ανταγωνισμού, ότι πρέπει να είναι οι όροι σύμφωνοι με τις διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές, ότι δεν πρέπει να ευνοούν οι προδιαγραφές έναν (1) συγκεκριμένο προμηθευτή, ότι πρέπει να υπάρχει πλήρη αιτιολογία και τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της επιλογής των τεχνικών προδιαγραφών, κλπ.

Το τελευταίο ειδικά κομμάτι το νοσοκομείο σας το τηρεί πλήρως με την εν λόγω διαβούλευση αλλά στο μέρος που ευνοεί τον έναν (1) συγκεκριμένο προμηθευτή, το μονοπώλιο, το ΚΑΡΤΕΛ, την ΤΕΧΝΟΙΑΤΡΙΚΗ Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και πιθανόν και την εταιρεία Μπάξτερ Ελλάς ΕΠΕ (!!)

Η επιτροπή προδιαγραφών του Νοσοκομείου Βέροιας δεν τήρησε τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τις εγκυκλίους της ΕΠΥ , όπως ήταν υποχρεωμένη να κάνει.

Η επιτροπή προδιαγραφών του Νοσοκομείου Βέροιας κινήθηκε αυθαίρετα και έθεσε παράνομες προδιαγραφές , που σε καμία περίπτωση, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εγκυκλίους , η ΕΠΥ δεν μπορεί και δεν πρέπει να εγκρίνει .

Σταματήστε τους παράνομους φωτογραφικούς όρους, ως έχετε ξεκάθαρη εντολή να κάνετε.

Τηρείστε τις Αποφάσεις και τις Οδηγίες της ΕΠΥ όπως έχετε υποχρέωση να κάνετε.

Σταματήστε να υπηρετείτε το ΚΑΡΤΕΛ και ΥΠΗΡΕΤΕΙΣΤΕ το συμφέρον του Νοσοκομείου.

Σταματήστε να θεωρείτε το Νοσοκομείο Βέροιας τσιφλίκι σας που μπορεί να συναλλάσσεται με όποιον σας αρέσει.

Ε. Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Μόλις πρόσφατα, στις 4/3/2016 η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ εξέδωσε την με αριθμό πρωτοκόλλου 1111 την **ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 13 (Απόφαση 303/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) (Σχετ. 13)** με θέμα :

«Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα»,

η οποία κοινοποιήθηκε και στο Νοσοκομείο Βέροιας , όπως και σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Στην οδηγία αυτή περιγράφονται ακριβώς όπως σας αναφέραμε και πιο πάνω, τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του αναδόχου, τα μόνα πιστοποιητικά που απαριθμούνται είναι πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας και **σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή πιστοποιητικών από κατασκευαστικούς οίκους.**

Η συγκεκριμένη οδηγία μεταξύ άλλων αναφέρει:

«4. Μολονότι το άρθρο 44, παράγραφος 2, της Οδηγίας 2004/18/EK (άρθρο 42 παρ. 2 πδ 60/2007) παρέχει στην αναθέτουσα αρχή τη δυνατότητα να ορίζει ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων, στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται ο διαγωνιζόμενος προκειμένου η προσφορά του να μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ανάθεση της σύμβασης, εντούτοις, τα επίπεδα αυτά πρέπει να κρίνονται με βάση τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 48 (άρθρο 46 πδ 60/2007) όσον αφορά τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες.

Το άρθρο 48 της Οδηγίας **απαριθμεί εξαντλητικά,** όπως ήδη προαναφέρθηκε, τα στοιχεία βάσει των οποίων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αξιολογεί και να ελέγχει τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες των διαγωνιζομένων, επομένως καθιερώνει ένα κλειστό σύστημα περιορίζοντας τους τρόπους αξιολόγησης και ελέγχου που διαθέτουν οι ως άνω αρχές ως προς τις απαιτήσεις για τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες.»

Σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή πιστοποιητικών από κατασκευαστικούς οίκους.

Έτσι η παρούσα δημόσια διαβούλευση είναι πλήρως προσχηματική και πάντα υπέρ του ΚΑΡΤΕΛ αφού οι αρμόδιοι του νοσοκομείου είχαν το θράσος να ΕΜΦΥΤΕΥΣΟΥΝ παράνομους όρους ζητώντας πλέον «εξουσιοδοτήσεις» και βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν το παράνομο μονοπώλιο της συντήρησης των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού Gambro.

Εντελώς αυθαίρετα και αδικαιολόγητα προσθέτουν και αφαιρούν κατά το δοκούν όρους και τεχνικές προδιαγραφές προς εξυπηρέτηση του ΚΑΡΤΕΛ.

Γράφοντας μάλιστα και στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τόσο τις εγκυκλίους και τις οδηγίες της ΕΠΥ, όσο και την παρούσα (ΟΔΗΓΙΑ 13) της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Σχετ. 13).

Η επιτροπή προδιαγραφών του Νοσοκομείου Βέροιας δεν τήρησε την οδηγία 13, της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, όπως ήταν υποχρεωμένη να κάνει.

Σταματήστε τους παράνομους φωτογραφικούς όρους, ως έχετε ξεκάθαρη εντολή να κάνετε.

Τηρείστε τις Αποφάσεις και τις Οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ όπως έχετε υποχρέωση να κάνετε.

Σταματήστε να υπηρετείτε το ΚΑΡΤΕΛ και ΥΠΗΡΕΤΕΙΣΤΕ το συμφέρον του Νοσοκομείου.

Σταματήστε να θεωρείτε το Νοσοκομείο Βέροιας τσιφλίκι σας που μπορεί να συναλλάσσεται με οποιόν σας αρέσει.

Το Νοσοκομείο Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας

Όπως αναλύσαμε και πιο πάνω οι «Αρμόδιοι του Νοσοκομείου Βέροιας» ζημίωσαν τα συμφέροντα του Νοσοκομείου με τις παράνομες απευθείας αναθέσεις, προτιμώντας να χαρίσουν τη σύμβαση στον περιούσιο συντηρητή.

Οράτε πρακτικό του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας με αρ.34 της 2/12/2015 (Σχετ. 8)

«...Η απευθείας ανάθεση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/1995 άρθρο 2 παρ.13 εδ.αΠ «Όταν για τεχνικούς ή καλυτεχνικούς λόγους ή για λόγους που σχετίζονται με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, τα προς προμήθεια αγαθά κατασκευάζονται ή παραδίδονται μόνο από ορισμένο προμηθευτή».

[...]

και καταλήγοντας η Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της προαναφερόμενης ανάθεσης, στην εταιρεία ΤΕΧΝΟΙΑΤΡΙΚΗ Κ.ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία είναι

αποκλειστική αντιπρόσωπος των εν λόγω προϊόντων στην Ελλάδα, για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους , για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και μέχρι τη διενέργεια & ολοκλήρωση της διαδικασίας της προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού από το ΠΠΥΥ έτους 2014.»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΟΥ;

Το Νοσοκομείο σας δώρισε τη σύμβαση στο ΚΑΡΤΕΛ με τιμές πολύ ακριβότερες , με παράνομη απευθείας ανάθεση .

Και τελικά ποιος άραγε είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των προϊόντων και υπηρεσιών των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού Gambro ;;;

Η εταιρεία Μπάξτερ Ελλάς ΕΠΕ ;;;(οράτε επιστολή της Σχετ. 14 «μετά την 1^η Ιανουαρίου 2016, στην Ελλάδα η [...] τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της Gambro θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά από την Baxter Ελλάς ΕΠΕ».)

Η

Η εταιρεία Τεχνοιατρική Κ. Λουγκέρης και Σια Ο.Ε. ;;; (οράτε πρακτικό 34/2-12-2015 Σχετ. 8 «στην εταιρεία ΤΕΧΝΟΙΑΤΡΙΚΗ Κ.ΛΟΥΓΚΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος των εν λόγω προϊόντων στην Ελλάδα...για χρονικό διάστημα δώδεκα(12)μηνών με έναρξη την 01.01.2016...»)

Πιθανότατα για το Νοσοκομείο Βέροιας να μην έχει ιδιαίτερη σημασία, αρκεί οι συμβάσεις να δίνονται με απευθείας ανάθεση ΠΑΡΑΝΟΜΑ στο ΚΑΡΤΕΛ !!!

Η εμφύτευση των παράνομων όρων από τους «αρμόδιους» του Νοσοκομείου.

Οι ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ όροι που υπάρχουν στην παρούσα διαβούλευση στο πρακτικό της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών της 11/3/2016 (Σχετ. 15) δεν υπήρχαν στο αντίστοιχο πρακτικό της ίδιας επιτροπής της 25/1/2016 (Σχετ. 16).

Οι παρατηρήσεις που δέχθηκε η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, και σύμφωνα με τις οδηγίες και εγκυκλίους της ΕΠΥ, θα μπορούσαν να μεταβάλουν ή να

προσθέσουν όρους στις Τεχνικές Προδιαγραφές για τη συντήρηση των έξι (6) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης του οίκου Gambro, είναι οι παρατηρήσεις της εταιρείας Τεχνοιατρική Κ. Δουλγκέρης και Σια Ο.Ε της 1/2/2016 (Σχετ. 17) οι οποίες όμως, ως δια μαγείας, δεν εμπεριέχουν πρόταση για όρους περί «εξουσιοδότησης» από τον κατασκευαστικό οίκο, σε αντίθεση με παρατηρήσεις της ίδιας εταιρείας που κατέθεσε στις 2/10/2015 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης:

«[..]

«Στο άρθρο 2, απαιτείται ο συντηρητής «Να καταθέσει βεβαίωση της Κατασκευάστριας εταιρεία ότι οι τεχνικοί του έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση μηχανήματα». Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι δεν αρκεί η «εγγύηση» εκπαίδευσης των τεχνικών για την αρτιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά η δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης – ως ελάχιστο κριτήριο τεχνικής επάρκειας – πρέπει να αποδεικνύεται και από τον ίδιο τον κατασκευαστικό Οίκο των μηχανημάτων. Η ειδική υποχρέωση να διαθέτει ο συντηρητής “Βεβαίωση εξουσιοδότησης από τον Κατασκευαστικό Οίκο για την τεχνική υποστήριξη των υπό ανάθεση συντήρησης μηχανημάτων τεχνητού νεφρού” θέλει να εξασφαλίσει ότι ο συμμετέχων σε διαγωνισμό και μη πληρών τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές προϋποθέσεις θα μπορεί κατ’ ελάχιστον να χρησιμοποιεί τις ικανότητες και δεξιότητες τρίτων, οι οποίοι τις διαθέτουν και στους οποίους θα προσφύγει εάν του ανατεθεί η σύμβαση. Η Βεβαίωση εξουσιοδότησης του τρίτου – ο οποίος συνήθως είναι ο κατασκευαστικός οίκος των συντηρούμενων μηχανημάτων – είναι απαραίτητη και αποτελεί το μοναδικό μέσο απόδειξης της δυνατότητας του συμμετέχοντα να μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποστηρίξει τεχνικά τα μηχανήματα δια του κατασκευαστή τους.

.....

Τέλος στο άρθρο 2 προτείνουμε την προσθήκη: Να κατατεθεί Δήλωση του Κατασκευαστή σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης του συντηρητή στη βάση δεδομένων της Gambro και συνεπώς την απ’ ευθείας και έγκυρη ενημέρωση του Νοσοκομείου σχετικά με τις βελτιώσεις, μετατροπές και αναβαθμίσεις των υπό ανάθεση σε συντήρηση μηχανημάτων, που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. Όλες οι βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές, τα ανταλλακτικά για την βελτίωση υπάρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, καθώς και οι νέες ενημερώσεις λογισμικού (software updates) που προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο θα εγκαθίστανται άμεσα στα υπό συντήρηση μηχανήματα και θα συμπεριλαμβάνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας».

Η στο νοσοκομείο Καρδίτσας στις 2/11/2015 :

«ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ»

Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να διαθέτει:

1. ΕΞΟΥΔΙΟΣΟΤΗΣΗ: Βεβαίωση εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστικό οίκο με ποινή απόρριψης για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης Gambro.

.....

6. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ: Δήλωση του Κατασκευαστή σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στη βάση δεδομένων της Gambro, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση σχετικά με τις βελτιώσεις, μετατροπές και αναβαθμίσεις των μηχανημάτων που προτείνει ο κατασκευαστής».

Προκειμένου να μη χρειάζεται να εκτίθεται το ΚΑΡΤΕΛ οι «αρμόδιοι» του νοσοκομείου Βέροιας γράφοντας ούτως ή άλλως νόμους, κανονισμούς και οδηγίες στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, παρέχουν πλέον αναβαθμισμένες υπηρεσίες στο ΚΑΡΤΕΛ , εμφυτεύοντας τους παράνομους όρους υπέρ του ΚΑΡΤΕΛ χωρίς καν την ύπαρξη αντίστοιχων παρατηρήσεων στη διαδικασία της διαβούλευσης. Δεν χρειάζονται πλέον ούτε παρατηρήσεις στη διαβούλευση, τα «ΚΑΝΟΝΙΖΟΥΝ » όλα «ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ» ;

Κατακρεουργώντας τον ανταγωνισμό, επιβαρύνοντας τα οικονομικά του νοσοκομείου , πετώντας και κατασπαταλώντας τα χρήματα του ελληνικού λαού, χαρίζουν τις συμβάσεις στο ΚΑΡΤΕΛ .

Η Ελλάδα, η χώρα μας, αποτελεί απόλυτα ευνοούμενη πολιτεία και όχι **μπανανία**, οι νόμοι και οι κανονισμοί ισχύουν το ίδιο για όλους και δεν παρακάμπτονται, «ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ» του νοσοκομείου Βέροιας θα πρέπει να οδηγηθούν στη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

Κύριοι «αρμόδιοι» του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας με τα χρήματα που βγάξετε από την τσέπη σας μπορείτε να συναλλάσσεσθε με όποιον σας κάνει κέφι, όμως με τα χρήματα του ελληνικού λαού, είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε το νόμο, επιδιώκοντας τον ανταγωνισμό και όχι κατακρεουργώντας τον με ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ φωτογραφικούς όρους.

Οι «αρμόδιου» του Νοσοκομείου Βέροιας έκριναν ότι τα συμφέροντα του ΚΑΡΤΕΛ συντήρησης των Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro είναι πάνω από τα συμφέροντα του νοσοκομείου;

Για τους «αρμόδιους» του Νοσοκομείου Βέροιας οι ανάγκες του Νοσοκομείου:

Δεν είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού;

Δεν είναι η επίτευξη καλύτερων τιμών και ποιοτικότερων υπηρεσιών;

Δεν είναι η αποφυγή περιορισμού του ανταγωνισμού μέσω τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που ευνοούν έναν συγκεκριμένο προμηθευτή; (ΤΟ ΚΑΡΤΕΛ)

Δεν είναι η συντήρηση των μηχανημάτων με λιγότερο από 170,00 € το μηχάνημα το μήνα αντί των 240,00 ευρώ το μηχάνημα το μήνα που πληρώνει σήμερα στο ΚΑΡΤΕΛ; Πετώντας στην κυριολεξία χιλιάδες ευρώ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ;

Επομένως και για το λόγο αυτό η όλη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης των «αρμόδιων» του Νοσοκομείου Βέροιας είναι πέρα για πέρα παράνομη υποκριτική και προσχηματική και εξυπηρετεί καταφανέστατα τον μέχρι και σήμερα έναν και μοναδικό (περιούσιο) συντηρητή (ΤΟ ΚΑΡΤΕΛ).

Αντί να αποφεύγουν τον περιορισμό του ανταγωνισμού, τον κατακρεουργούν δρώντας με κάθε τρόπο προκειμένου να εδραιώσουν τα παράνομα πολυετή και ασύμφορα, για το Νοσοκομείο, μονοπώλια.

Κατόπιν τούτων, και με την πικρή αίσθηση που μας αφήνει η παρούσα διαδικασία, τονίζουμε με έμφαση την ανάγκη να επιληφθούν οι αρμόδιες ελεγκτικές και εποπτικές αρχές και η παρούσα διαβούλευση να φύγει από τους αρμόδιους «υπηρέτες» του ΚΑΡΤΕΛ συντήρησης των Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro του Νοσοκομείου Βέροιας και να πάει στα χέρια της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

Το Νοσοκομείο της Βέροιας πρέπει να οδεύσει σύμφωνα με τις εγκυκλίους και τις οδηγίες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, να τις εκτελεί και να λαμβάνει υπόψη της τα κριτήρια που

αναγράφονται έτσι ώστε να συντάσσονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές ορθά και χωρίς πρακτικές οι οποίες περιορίζουν τον ανταγωνισμό.

Καμία νόμιμη αιτιολογία της τεχνικής προδιαγραφής περί «εξουσιοδοτημένης εταιρείας» και βεβαιώσεων κατασκευαστή δεν μπορεί να υπάρξει, παραβιάζοντας κατάφορα τις αντίστοιχες οδηγίες της ΕΠΥ και της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ(!)

Επειδή η εταιρεία μας, όπως έχει διαπιστώσει και υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, βιώνει τις σκληρές πρακτικές ενός αδίστακτου καρτέλ που επιδιώκει τη μονοπώληση των δημόσιων διαγωνισμών επί μεγίστη βλάβη του δημοσίου συμφέροντος.

Επειδή οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες των υπό ανάθεση συμβάσεων και πρέπει να δρουν υπέρ του ανταγωνισμού, έτσι ώστε να απολαμβάνουν ποιοτικότερες υπηρεσίες με περισσότερο από 30% χαμηλότερες τιμές.

Επειδή οι δημόσιες συμβάσεις και οι σχετικοί διαγωνισμοί απαγορεύεται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία να αποτελούν κεκαλυμμένη απευθείας ανάθεση, αλλά αντιθέτως πρέπει να σέβονται κατά τις διεξαγόμενες διαδικασίες τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού.

Επειδή πρέπει να τηρηθούν οι εγκύκλιοι και οι ανακοινώσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, τις οποίες σας επισυνάπτουμε στην παρούσα (Σχετ. 12), όπου απαριθμούνται συγκεκριμένα κριτήρια για τις Τεχνικές Προδιαγραφές με πλήρη αιτιολογία τους κλπ., με συνέπεια όλα τα νοσοκομεία και το Νοσοκομείο της Βέροιας να πρέπει να ακολουθήσουν.

Επειδή πρέπει να τηρηθούν οι Οδηγίες (ΟΔΗΓΙΑ 13) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, τις οποίες σας επισυνάπτουμε στην παρούσα (Σχετ. 13), όπου **«απαριθμούνται εξαντλητικά»**, τα στοιχεία βάσει των οποίων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αξιολογεί και να ελέγχει τις τεχνικές και

επαγγελματικές ικανότητες των διαγωνιζομένων και **Σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπεται η προσκομιδή πιστοποιητικών από κατασκευαστικούς οίκους**, με συνέπεια όλα τα νοσοκομεία και το Νοσοκομείο της Βέροιας να πρέπει να ακολουθήσουν.

Επειδή τα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι τσιφλίκι κανενός, δεν πρέπει να πετούν τα χρήματα του Ελληνικού Λαού προκειμένου να υποστηρίξουν το KAPTEL της Medical, της Τεχνοϊατρική, της Gambro και πλέον και της Baxter Hellas ΕΠΕ.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να κάνετε δεκτές τις Παρατηρήσεις μας και να απαλείψετε τον παράνομο όρο των τεχνικών προδιαγραφών περί «εξουσιοδοτημένης εταιρείας», πετυχαίνοντας έτσι :

- το σταμάτημα των ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ, ασύμφορων μονοπωλιακών συνεργασιών του Νοσοκομείου Βέροιας.
- την προσέλκυση περισσότερων διαγωνιζομένων, τη θέσπιση αμερόληπτων και σαφών κριτηρίων συμμετοχής, την απόσυρση ξένων ως προς το αντικείμενο των συμβάσεων λόγων αποκλεισμού ή κριτηρίων επιλογής και την τήρηση των αρχών του ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της διαφάνειας.
- ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στην συντήρηση των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Gambro.
- εξοικονόμηση αρκετών χιλιάδων ευρώ από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Βέροιας – ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Επισυναπτόμενα σχετικά:

- 1) Διακήρυξη υπ' αριθμ. 5402/23-06-2015 του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου– Γ.Ν.- Κ.Υ. Νεαπόλεως «ΔΙΑΔΥΝΑΚΕΙΟ»
- 2) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ν.Μ. Μεσολογγίου υπ' αριθμ. πρωτ. 11484/1-12-2015
- 3) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ν.Μ. Μεσολογγίου υπ' αριθμ. πρωτ. 1491/10-2-2016
- 4) Απόσπασμα της υπ' αριθμ. 5667/2013 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου

- 5) Έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για συντηρήσεις ιατρικών μηχανημάτων με αποσπασματική μετάφραση
- 6) Εγχειρίδιο χειριστή Gambro για το μηχάνημα AK 96
- 7) Εγχειρίδιο λειτουργίας (χειριστή) μηχανήματος τεχνητού νεφρού AK200S HCEL9882 Αναθεώρηση 04.2010. Έκδοση προγράμματος 10.xx σελ. 1:7 και 1:8
- 8) Απόφαση 34/2-12-2015 θ:3ο με ΑΔΑ: ΩΓΑΔ4690Β7-ΘΛΑ του ΔΣ του νοσοκομείου Βέροιας, σύναψη απ' ευθείας σύμβασης με την Τεχνοϊατρική Κ. Δουλγκέρης
- 9) Σύμβαση που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με το Γ.Νοσοκομείο Πύργου υπ' αριθμ. 18419/1-09-15
- 10) Σύμβαση που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με το Γ.Νοσοκομείο Κύμης υπ' αριθμ. 8748/17-7-15
- 11) Σύμβαση που έχει υπογράψει η εταιρεία μας με το Γ.Νοσοκομείο Φιλιατών υπ' αριθμ. 1/2016
- 12) Οδηγίες - Εγκύκλιοι της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
- 13) Κατευθυντήρια Οδηγία 13 υπ' με αριθμ. πρωτ.1111/4-3-2016 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
- 14) Επιστολή Μπάτζερ Ελλάς ΕΠΕ προς Δημόσια Νοσοκομεία της 17/12/2015.
- 15) Πρακτικό της 11-03-2016 της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών του Νοσοκομείου Βέροιας
- 16) Πρακτικό της 25-01-2016 της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών του Νοσοκομείου Βέροιας
- 17) Παρατηρήσεις της εταιρείας Τεχνοϊατρική Κ. Δουλγκέρης και Σια Ο.Ε της 1/2/2016 στην πρώτη διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών συντήρησης Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Gambro του Νοσοκομείου Βέροιας.

Για τη ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ


Μπάλτσας Ιωάννης

ΣΕΡ.ΚΟ Ε.Π.Ε.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ - SERVICE)
ΑΓΗΣΑΝΔΡΟΥ 3 - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ΑΘΗΝΑ 116 32
ΤΗΛ. 210 7013582 - FAX: 210 7519343
ΑΦΜ: 095221353 - ΔΟΥ: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ


Στεριώτης Κων/νος

Διαχειριστές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΚΡΗΤΗΣ)
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-
 ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
 Α.Φ.Μ 999070198
 Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ
 ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 ΚΝΩΣΣΟΥ 4 Τ.Κ 72100
 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΡΗΤΗΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΚΟΞΑΡΑ
 ΤΗΛ:2841343174
 FAX:284108328
 www.agnhosp.gr
 e-mail: gkoxara@agnhosp.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 5402/23-6-2015	
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	
Για την παροχή υπηρεσιών :	Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού
Κωδικός CPV	50421000-2
Με κριτήριο κατακύρωσης :	ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη (με Φ.Π.Α.) :	73.000,00 ευρώ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 28 Ιουλίου 2015 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 11 πμ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γραφείο Προμηθειών Οργανικής Μονάδας Έδρας Άγιος Νικόλαος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014	50421000-2
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.	ΚΑΕ 887
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	73.000,00 € (συμπ/νου του ΦΠΑ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ	26/6/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.	26/6/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ	26/6/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	26/6/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.agnhosp.gr)	26/6/2015

Έχοντας υπόψη:**1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:**

- Του **Ν. 2286/1995** (ΦΕΚ Α' 19/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/1995 (Φ.Ε.Κ. Α' 145/1995) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .
- Του **Π.Δ. 118/2007** (ΦΕΚ Α' 150/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Κ.Π.Δ.».
- Του **Ν. 2362/95** (ΦΕΚ Α' 247/1995) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
- Του **Ν. 2741/1999** (ΦΕΚ Α' 199/1999), άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες».
- Του **Ν. 2955/2001** (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και

λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»), όπως ισχύει σήμερα.

6. Του **N. 3329/2005** (ΦΕΚ Α' 81/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
7. Του **N. 3527/2007** (ΦΕΚ Α' 25/9.2.2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
8. Του **N. 3580/2007** (ΦΕΚ Α' 134/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
9. Του **Π.Δ. 166/2003** (ΦΕΚ Α' 138/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
10. Του **N. 3846/2010** (ΦΕΚ Α' 66/11-5-2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24.
11. Του **N 3861/2010** (ΦΕΚ Α' 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
12. Του **N. 3867/2010** (ΦΕΚ Α' 128/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών», άρθρο 27.
13. Του **N. 3868/2010** (ΦΕΚ Α' 129/3-8-2010) τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
14. Του **N. 3918/2011** (ΦΕΚ Α' 31/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
15. Το **N. 4013/2011** (ΦΕΚ Α 204/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.

1. **Το Ν. 4052/2012** (ΦΕΚ Α 41/1.3.2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις».
2. **Τον Ν. 4281/2014** (ΦΕΚ Α 160/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

2. Τις αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθμ. 5804/24-11-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3261Β/4-12-2014) περί Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων έτους 2014, πιστώσεις 2014-2015 με χρηματοδότηση από τον τακτικό πρ/σμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές».
2. Την υπ' αριθμ. 6484/30-12-2014 Υ.Α (ΦΕΚ 3693Β/31-12-2014 «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014 πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών – Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) των ετών 2010, 2011 και 2013.)
3. Την υπ' αριθμ. 352/8-6-2015 Απόφαση του Διοικητή 7^{ης} Υ.Πε. Κρήτης.
4. Την με αρ. 11081/14.12.2011 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων, για τη διεξαγωγή διαγωνισμών, των φορέων του αρ. 9 παρ. 1 του Ν. 3580/07» (ΦΕΚ

2957B/23.12.2011).

5. Το με ΑΠ 2397/21.3.2012 έγγραφο της ΕΠΥ περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
6. Το Πρακτικό της Ολομέλειας 64/14-5-2015 της ΕΠΥ περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
7. Την υπ' αριθμ. 335/27-5-2015 απόφαση του Δ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημόσιο τακτικό ανοικτό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση των

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα Α' με κωδ. **50421000-2** του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 Πιστώσεις 2015 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 887 και αναλυτικά :

1. **ΤΜΗΜΑ Α:** ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΟΙΚΟΥ FRESenius
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: ΜΕΡΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 37.000,00 ΕΥΡΩ
2. **ΤΜΗΜΑ Β:** ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΟΙΚΟΥ GAMBRO
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: ΜΕΡΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 24.000,00 ΕΥΡΩ
3. **ΤΜΗΜΑ Γ:** ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: ΜΕΡΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 12.000,00 ΕΥΡΩ

Άρθρο 1^ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από κανονική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στον τύπο και στο τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση/ανάρτηση:

- Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημ. Συμβάσεων» της Εφημερ. της Κυβέρνησης στις 23/6/2015 όπου θα δημοσιευθεί στις 26/6/2015
- Στον ελληνικό τύπο στις 23/6/2015 όπου και θα δημοσιευθεί στις 26/6/2015
- Στην ιστοσελίδα του ΕΟΜΜΕΧ στις 23/6/2015, στους Πίνακες Ανακοινώσεων του

ΓΝΑΝ, του Τοπικού Επιμελητηρίου και του Δήμου Αγ. Νικολάου στις 23/6/2015.

Αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ στις 26/6/2015.

Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας βαρύνουν το Νοσοκομείο στις δε τοπικές εφημερίδες βαρύνουν τους αναδόχους.

- Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, www.agnhosp.gr (Προκηρύξεις Διαγωνισμών) στις 26/6/2015 απ' όπου θα διατίθεται αποκλειστικά.
- Η αναθέτουσα αρχή θα διατηρεί ειδικό κατάλογο, στον οποίο θα καταγράφονται όσοι παραλαμβάνουν την διακήρυξη, προς ενημέρωσή τους σε περίπτωση που χρειαστεί να τους ενημερώσει για τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού. Όσοι παραλαμβάνουν την διακήρυξη υποχρεούνται να αποστέλλουν σχετικό έγγραφο αίτημα ένταξής τους στον ειδικό αυτό κατάλογο (με φax στο 2841083327 ή με e-mail στα: gkochara@agnhosp.gr), συμπληρώνοντας το έντυπο του παραρτήματος Γ', στο οποίο θα καταγράφουν υποχρεωτικά τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και θα υπογράφουν, θα αναγράφεται δε ακόμη και η ημερομηνία παραλαβής της διακήρυξης.

Άρθρο 2^ο

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραφείο Πρωτοκόλλου της Οργανικής Μονάδας Έδρας Άγιος Νικόλαος	27 Ιουλίου 2015 Δευτέρα ΩΡΑ: 2:30 μμ	Γραφείο Προμηθειών Οργανικής Μονάδας Έδρας Άγιος Νικόλαος	28 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη ΩΡΑ: 11:00 πμ

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού.
2. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών:
 - α) Τα μέλη της επιτροπής
 - β) Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό (εφόσον συμμετέχουν με εκπρόσωπο τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης).

Άρθρο 3ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:

- α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
- β) Συνεταιρισμοί
- γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
- δ) Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

Άρθρο 4ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. **Εγγυητική επιστολή συμμετοχής** στον διαγωνισμό ίση με το **2%** της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. δηλαδή 1.187,00 ευρώ εφόσον ο υποψήφιος θα συμμετέχει στον διαγωνισμό για το σύνολο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών. Εφόσον θα συμμετέχει προμηθευτής σε ορισμένες μόνο από τις προκηρυσσόμενες υπηρεσίες, η εγγυητική επιστολή μπορεί να αφορά μόνο τις υπηρεσίες για τις οποίες υποβάλλεται η προσφορά. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο παράρτημα Γ' της παρούσας διακήρυξης.
2. **Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86** (Α'75), άρθρου 8, παρ. 4 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία :
 - 2.1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή η διαδικασία ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν.
 - 2.2. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
 - 2.2.1. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα (του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ. 60/2007) δηλαδή της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 - 2.2.2. Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 - 2.2.3. Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.
 - 2.2.4. Δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από

τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.

- 2.2.5.** Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. του αρ. 43 του ΠΔ 60/2007 καταστάσεις, δηλ. σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό, ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.
- 2.2.6.** Είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας & επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
- 2.2.7.** Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα κατά περίπτωση ότι θα προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή του.
- 2.2.8.** Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) & επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
- 2.2.9.** Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη & προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του αρ. 6 του ΠΔ 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο αρ. 6 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του αρ. 20 του ΠΔ 118/2007. Τα δικαιολογητικά αυτά θα τα προσκομίσουν μετά την αξιολόγηση των προσφορών και τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση από την αναθέτουσα αρχή και μόνο από τον προς όν η κατακύρωση.
- Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

3. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:
- 3.1.** Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
 - 3.2.** Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - 3.3.** Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη.
 - 3.4.** Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - 3.5.** Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
 - 3.6.** Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
4. **Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο** τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους **παραστατικό εκπροσώπησης**.
5. Υπεύθυνη **Δήλωση** της παραγρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86(Α'75) όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με την οποία υποχρεούνται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική ικανότητα του προμηθευτή, ΠΔ.118/2007 άρθρο 8 παρ. 2, που απαιτούνται στο στάδιο της κατακύρωσης.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται **η χώρα καταγωγής του** τελικού προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του Π.Δ 118/2007
2. **Υπεύθυνες Δηλώσεις** που προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07 :
- 2.1.** Ο προσφέρων, εφόσον **κατασκευάζει ο ίδιος** το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της.
 - 2.2.** Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της.
 - 2.3.** Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωσή τους προς

τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Πριν και μετά την σύναψη της σύμβασης, κατ' αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ' εξαίρεση πριν την σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιοδήποτε λόγο, ενώ μετά την σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.

Εάν διαπιστωθεί ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η προσφορά απορρίπτεται. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 118/2007, άρθρο 18.

3. Σε περίπτωση που κατατεθούν δείγματα το αντίγραφο του Δελτίου αποστολής των Δειγμάτων θα κατατίθεται με την τεχνική προσφορά

4. Πιστοποιητικά εξασφάλισης ποιότητας :

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικό της εταιρείας EN ISO
- CE MARK και ISO των προσφερομένων προϊόντων.
- Με τα οποία θα βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας. Σε περίπτωση που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση.
- Αναγνωρίζονται τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη – μέλη.
- Στην περίπτωση που τα υλικά δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα

εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο, προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και μάλιστα μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών μόνο οι προμηθευτές στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποχρεούνται να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης και παραλαβής της ειδοποίησης, τα εξής δικαιολογητικά :

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του **τελευταίου τριμήνου** πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:

- α)** συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
- β)** δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
- γ)** απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
- δ)** νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305),
- ε)** Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

στ) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

2. **Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής** (έκδοσης του **τελευταίου εξαμήνου**) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
3. **Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής** (έκδοσης του **τελευταίου εξαμήνου**) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό.
4. **Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή**, από το οποίο να προκύπτει ότι **κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης**, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2), (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5. Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει **υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής** στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.
6. **Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου** ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, **κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού**, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

7. **Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου)** πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

8. **Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86** στην οποία θα δηλώνουν ότι:

- α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,
- β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,
- γ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
- δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα,
- ε) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση **αποτελεί ένωση υποψηφίων προμηθευτών που υπέβαλλαν κοινή προσφορά**, προσκομίζονται τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των σημείων 1 έως και 8 για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης-από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για :

- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ,όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
 - Δωροδοκία ,όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλ.
 - Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .
 - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του0 χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 - Αδίκημα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστ. ή διοικ. Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημέρα της ειδοποίησης της κατακύρωσης , είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
 4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ,κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης.

ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

1. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α & Β αντίστοιχα.

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστ. ή διοικ. Αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (Α'101) όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης κοινής ή ειδικής απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπο άλλες ανάλογες καταστάσεις(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
3. Ειδικότερα τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των Ε.Π.Ε και των προσωπικών εταιρειών Ο.Ε και Ε.Ε και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης ,από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περιπτώσεως 1 του εδαφίου Α.

Επί ημεδαπών Α.Ε τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της εκδίδονται όσον αφορά την κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια υπηρεσία της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ,στο μητρώο Α.Ε της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7^α.1ιά αι 7β.12 του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ,από το αρμόδιο εφετείο της έδρας της Α.Ε που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε & Ε.Ε) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης-από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Δ.Σ του δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για :
 - Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ,όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

- Δωροδοκία ,όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 Μάιου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλ.
 - Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .
 - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 - Αδίκημα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστ. ή διοικ. Αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης κοινής ή ειδικής απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα
4. Επίσης τα παρακάτω δικαιολογητικά εφόσον πρόκειται για **ημεδαπούς συνεταιρισμούς**.
- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστ. ή διοικ. Αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
 - Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημέρα της ειδοποίησης της κατακύρωσης , είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Στην περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2 &3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που

είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Εφόσον πρόκειται για **αλλοδαπούς συνεταιρισμούς** :

- Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστ. ή διοικ. Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και
- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημέρα της ειδοποίησης της κατακύρωσης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις του παρόντος δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής :

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των 200.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής
- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των 200.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νόμιμες καταστάσεις.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Προκειμένου να διαπιστωθεί η χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση καθώς και οι τεχνικές δυνατότητες των προμηθευτών, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1. **Κατάλογο**, στον οποίο αναφέρονται οι **κυριότερες παραδόσεις** των τριών τελευταίων χρόνων, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή.
2. Περιγραφή του **τεχνικού εξοπλισμού** της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών και κατά το διάστημα λειτουργίας αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει μέσο ετήσιο τζίρο της τελευταίας τριετίας της τάξεως του 30% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος τζίρος για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι της τάξεως του 30% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης.

Επισημαίνεται ότι :

- Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντα από τον διαγωνισμό.
- Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. ή των ακριβών αντιγράφων τους.
- Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν

θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της προηγούμενης παραγράφου.

- Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
- Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
- Τυχόν Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του αναδόχου ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση καθώς επίσης και πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών. Τα ως άνω δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές πρέπει:

α. Να υποβάλλονται στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Οργανικής Μονάδας Έδρας Άγιος Νικόλαος μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, **δηλαδή μέχρι 27/7/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 2.30 μμ.**

β. Να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι **27/7/2015** (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»**.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.

Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για **τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες**, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**.

Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με **τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες**.

Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

Οι Υποψήφιοι προμηθευτές **δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους**, ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος **υπόκειται σε κυρώσεις** και ειδικότερα:

- Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/2007, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα σε έντυπη μορφή.

Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψήφιο προμηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

2.3 Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και το τμήμα του διαγωνισμού για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.

2.4 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2.5 Τα στοιχεία του αποστολέα

3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

3.1 **ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ** (πρωτότυπα και αντίγραφα) που αναφέρονται στο Άρθρο 4, της παρούσης και η **εγγυητική συμμετοχής** τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»**.

3.2 **ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς (Πρωτότυπα και αντίγραφα) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο σε έντυπη μορφή, με την ένδειξη **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**.

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει:

- **ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ** που αναφέρονται στο Άρθρο 5 της παρούσης
- Τα Προσφερόμενα είδη και τα Τεχνικά χαρακτηριστικά τους με αναφορά στην αρίθμηση που φέρει καθένα από αυτά στο παράρτημα Α της παρούσας:.
- Τα εμπορικά φυλλάδια (PROSPECTUS φωτογραφίες, τεχνικών φυλλαδίων, εγχειρίδια κ.λ.π.)
- Τα πιστοποιητικά τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας και τις δηλώσεις του άρθρου 5.
- Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης, συμπληρωμένο κατά το συνημμένο στην

διακήρυξη υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε), με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα σημεία των Τεχνικών Προδιαγραφών.

- Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση και πείρα) να εκτελέσει το αντικείμενο του διαγωνισμού.

3.3 **ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο σε έντυπη μορφή με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

4. Επισημαίνεται ότι :

- 4.1. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν τις **ενδείξεις του κυρίως φακέλου**.
- 4.2. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
- 4.3. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα οι προσφέροντες οφείλουν να έχουν σημειώσει επ' αυτών την ένδειξη «**πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα**». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφoρίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
- 4.4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να **είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική** γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
- 4.5. Τα στοιχεία των προσφορών, τόσο της κύριας προσφοράς, όσο και του αντιγράφου της θα είναι τοποθετημένα στον ίδιο φάκελο, θα φέρουν υπογραφές, σφραγίδα κλπ. του προμηθευτή, θα συνοδεύονται με τα prospectus και λοιπά

στοιχεία που ορίζει η διακήρυξη και θα είναι οπωσδήποτε τοποθετημένα-συνδεδεμένα σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, με τις ενδείξεις **«κύρια προσφορά»** και **«αντίγραφα προσφοράς»**

- 4.6. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. **Παραπομπές σε έγγραφα** επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.
- 4.7. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δΐξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
- 4.8. Αντιπροσφορές ή Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης.
- 4.9. **Διευκρινίσεις** που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
- 4.10. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή **διορθώσεις** οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Εάν υπάρχει διόρθωση στην προσφορά αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
- 4.11. Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά σε μέρος ή στο σύνολο των υπηρεσιών του διαγωνισμού (Παράρτημα Α).
- 4.12. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι **αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης**

και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αποσφράγισης του διαγωνισμού ακολουθεί την προβλεπόμενη από το άρθρο 19 του ΠΔ 118/2007 διαδικασία.

Προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

1. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο **φάκελος των δικαιολογητικών** καθώς και ο φάκελος της **τεχνικής προσφοράς**, μονογράφονται δε από την Επιτροπή Διενέργειας & Αποσφράγισης του Διαγωνισμού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών και Φακέλων Τεχνικών προσφορών κατά φύλλο, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων) ή με τη χρήση μηχανικού μέσου (διατρητή) θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης.
- Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.
- Η Επιτροπή Διενέργειας & Αποσφράγισης καταγράφει τους προσφέροντες σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφει.
- Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.

2. Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα γνωστοποιηθεί, με έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό,

στους Προσφέροντες θα αποσφραγιστούν οι φάκελοι των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

3. Μετά την αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ενημερώνονται όλοι οι προμηθευτές που συμμετέχουν στην οικονομική αξιολόγηση με έγγραφη ανακοίνωση για την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των **φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης**, προκειμένου να λάβουν γνώση.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ζητούνται μόνο από αυτούς που έχουν αναδειχθεί από την οικονομική αξιολόγηση ως υποψήφιοι προμηθευτές, προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο Διενέργειας & Αποσφράγισης των προσφορών.

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική έγγραφη ανακοίνωση.

4. Όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών (δικαιολογητικών, τεχνικών προσφορών, τιμών που προσφέρθηκαν) εντός πέντε ημερών μετά από κάθε αποσφράγιση και ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από τον αρμόδιο υπάλληλο. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

Άρθρο 11ο

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Στην οικονομική προσφορά, θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή. Στην έντυπη οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά και η τιμή και ο κωδικός του υλικού, αν υπάρχει, στο τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών. Εάν δεν υπάρχει το είδος στο Παρατηρητήριο Τιμών, ο προμηθευτής θα το δηλώνει με υπεύθυνη δήλωσή που θα επισυνάπτει στην οικονομική του προσφορά.

Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε Ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο.

Η προσφερόμενη τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα μέτρησης όπως ζητείται στη διακήρυξη (ανά τεμάχιο, σετ κ.λ.π.) επί ποινή απόρριψης.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθεί από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

Στο στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή είναι ανώτερη από την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου, για την αξιολόγηση των προσφορών, οργάνου.

Άρθρο 12ο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Για την τελική επιλογή του ανάδοχου λαμβάνεται υπόψη:

1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
- 3 Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
4. Συγκριτικά στοιχεία τιμών.

Άρθρο 13ο

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού.

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει :

Α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη κατά ποσοστό 30% ή για μικρότερη κατά ποσοστό 50%.

Β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

Γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

Δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

Ε. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:

- i) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό. ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση.

Άρθρο 14ο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Στον προμηθευτή (ή εργολήπτη) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης με χρόνο ισχύος 15 μήνες από την έκδοσή της. Το ύψος της εγγύησης, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, θα προσδιοριστεί με την ανακοίνωση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο αρ. 25 παρ. 5 του ΠΔ 118/2007. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατίθεται στο παράρτημα Γ της παρούσας διακήρυξης.

Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Άρθρο 15ο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική σύμβαση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

- Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
- Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη
- Γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα
- Δ. Την τιμή
- Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
- ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές
- Ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
- Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες
- Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
- Ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Σχέδιο της προς υπογραφή σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

2. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.

β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 16^ο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή της.

Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί για ένα τρίμηνο μονομερώς από το Νοσοκομείο χωρίς καμιά ειδοποίηση. Για περαιτέρω παράταση της σύμβασης απαιτείται η συγκατάθεση του προμηθευτή και με τους εξής όρους:

Α) Η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

Β) Για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπει η σύμβαση ή που προκύπτει από τη σύμβαση κατ' αναλογία.

Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του

προμηθευτή, στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 17ο

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα παραλάβει μέσα σε 20 ημέρες από το χώρο του Νοσοκομείου με δαπάνες του χωρίς να μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση από το Νοσοκομείο για την αιτία αυτή.

Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον ανάδοχο χωρίς συμπληρωματική αμοιβή.

Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται μετά την αντικατάστασή τους με άλλα ίσης ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύμβασης.

Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.Δ. 118/07.

Άρθρο 18ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου για την Διοίκηση του Νοσοκομείου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Με απόφαση του αρμόδιου για την Διοίκηση του Νοσοκομείου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

2. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.

- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3. Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.

4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.

6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση, την κακή εκτέλεση ή την παράβαση όρων της σύμβασης.

Άρθρο 19ο

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού.

3. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το Ν. 2286/95 και το ΠΔ 118/07.

Τόπος παράδοσης των υλικών όπως θα ορίζει και η σύμβαση είναι οι αποθήκες του Νοσοκομείου μας.

Άρθρο 20^ο

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.

Άρθρο 21ο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα γίνεται από το Ταμείο του Νοσοκομείου με έκδοση εντάλματος πληρωμής επ' ονόματι του προμηθευτή, αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν εκκρεμεί καμία σε βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύμβασης (Τιμολόγιο, Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα καταστατικό εταιρείας, νομιμοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.) και εντός δύο μηνών από την κατάθεση των τιμολογίων.

Τα έγγραφα αυτά θα προσκομίζονται στην οικονομική υποδιεύθυνση του νοσοκομείου και αφού θα ελέγχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας, θα προχωρούν στην έκδοση εντάλματος πληρωμής, το οποίο θα θεωρείται αρμοδίως.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράψει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους σύμφωνα με την προσφορά του και τη σύμβαση. Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, που σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους είναι οι εξής:

Υπέρ ψυχικής υγείας 2% του άρθρου 3 του Ν. 3580/07

Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης (αρ. 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011)

Φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων.

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Άρθρο 22°

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 23°

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τυχόν θέματα που δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/2007 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις και υπεύθυνα για την επίλυση κάθε νομικής διαφοράς είναι τα Δικαστήρια του Αγίου Νικολάου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΟΙΚΟΥ
FRESENIUS ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ****ΜΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.****ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 601,62 ΕΥΡΩ**

Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η ανάδειξη συντηρητή για τα δέκα (10) μηχανήματα τεχνητού νεφρού του οίκου FRESENIUS της Μ.Τ.Ν. του Νοσοκομείου μας.

Η σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός έτους αρχόμενη από την ημερομηνία της υπογραφής της με δικαίωμα παράτασης τριών μηνών εάν το επιθυμεί το Νοσοκομείο μας .

Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του οίκου FRESENIUS με ανταλλακτικά του κατασκευαστικού οίκου .

Η σύμβαση συντήρησης θα περιλαμβάνει δύο (2) συντηρήσεις κατά την διάρκεια του συμβατικού έτους (μία ανά εξάμηνο). Οι συντηρήσεις αυτές θα γίνονται κατά την διάρκεια των εργασιών ημερών της Μ.Τ.Ν (από Δευτέρα μέχρι Σάββατο) με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του συντηρητή.

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση της προϊσταμένης ή των ιατρών της Μ.Τ.Ν., μέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίηση της, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας.

Η προληπτική και επανορθωτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου FRESENIUS .

Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα (αναλώσιμα και μη αναλώσιμα) που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής και της επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.

Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο μας τεχνικό δελτίο με πλήρη περιγραφή των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει σε κάθε μηχανήμα καθώς επίσης και αναγραφή των ανταλλακτικών που αντικατέστησε σε κάθε μηχανήμα με τους κωδικούς τους.

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου μας ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου , θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία με δαπάνες μεταφοράς και ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας.

Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά για όλα τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού (DOWN TIME) ορίζεται σε δέκα μέρες εργάσιμες το έτος.

Σε περίπτωση που η συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας μηχανήματος τεχνητού νεφρού πέραν του DOWN TIME για επτά ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου μας.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φέρει ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του και έχει σχέση με τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του οίκου FRESSENIUS του Νοσοκομείου μας.

Το τιμή συντήρησης που θα δοθεί από τις εταιρείες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα αναφέρεται στο κόστος συντήρησης ανά μηχανήμα τεχνητού νεφρού τον μήνα και θα περιλαμβάνει όλες τις συντηρήσεις προληπτικές και επανορθωτικές καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που θα χρειαστεί να αντικατασταθούν.

Σε περίπτωση που κάποιο μηχανήμα τεθεί εκτός λειτουργίας με απόφαση του Δ.Σ. Νοσοκομείου το κόστος συντήρησης θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως .

Η έκδοση του σχετικού τιμολογίου θα γίνεται κάθε μήνα και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο μας.

**ΤΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΟΙΚΟΥ
GAMBRO ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

ΜΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 390,24 ΕΥΡΩ

Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η ανάδειξη συντηρητή για τα επτά (7) μηχανήματα τεχνητού νεφρού (επτά μηχανήματα AK 200) του οίκου GAMBRO της Μ.Τ.Ν. του Νοσοκομείου μας.

Η σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός έτους αρχόμενη από την ημερομηνία της υπογραφής της με δικαίωμα παράτασης τριών μηνών εάν το επιθυμεί το Νοσοκομείο μας .

Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ ,πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στα μηχανήματα AK 200 ή να διαθέτουν έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που να πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των συμβάσεων συντήρησης σε μηχανήματα αιμοκάθαρσης AK 200 του οίκου GAMBRO.

Η σύμβαση συντήρησης θα περιλαμβάνει τέσσερις (4) συντηρήσεις κατά την διάρκεια του συμβατικού έτους (μία ανά τρίμηνο).Οι συντηρήσεις αυτές θα γίνονται κατά την διάρκεια των εργάσιμων ημερών της Μ.Τ.Ν (από Δευτέρα μέχρι Σάββατο) με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του συντηρητή.

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση της προϊσταμένης ή των ιατρών της Μ.Τ.Ν. , μέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίηση της, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας.

Η προληπτική και επανορθωτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου GAMBRO .

Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα (αναλώσιμα και μη αναλώσιμα)που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής και της επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.

Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο μας τεχνικό δελτίο με πλήρη περιγραφή των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει σε κάθε μηχανήμα καθώς επίσης και αναγραφή των ανταλλακτικών που αντικατέστησε σε κάθε μηχανήμα με τους κωδικούς τους.

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου μας ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου , θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία με δαπάνες μεταφοράς και ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας.

Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά για όλα τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού (DOWN TIME) ορίζεται σε δέκα μέρες εργάσιμες το έτος.

Σε περίπτωση που η συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας μηχανήματος τεχνητού νεφρού πέραν του DOWN TIME για επτά ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου μας,

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φέρει ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του και έχει σχέση με τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού του οίκου GAMBRO του Νοσοκομείου μας.

Η τιμή συντήρησης που θα δοθεί από τις εταιρείες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα αναφέρεται στο κόστος συντήρησης ανά μηχανήμα τεχνητού νεφρού τον μήνα και θα περιλαμβάνει όλες τις συντηρήσεις προληπτικές και επανορθωτικές καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που θα χρειαστεί να αντικατασταθούν.

Σε περίπτωση που κάποιο μηχανήμα τεθεί εκτός λειτουργίας με απόφαση του Δ.Σ. Νοσοκομείου το κόστος συντήρησης θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

Η έκδοση του σχετικού τιμολογίου θα γίνεται κάθε μήνα και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο μας.

ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ**ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ****ΜΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.****ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 195,12 ΕΥΡΩ**

Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η ανάδειξη συντηρητή για την συντήρηση του κλιβάνου πλάσματος STERRAD 100 S των Χειρουργείων του Νοσοκομείου μας.

Η σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός έτους αρχόμενη από την ημερομηνία της υπογραφής της με δικαίωμα παράτασης εάν το επιθυμεί το Νοσοκομείο μας.

Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις στον προαναφερόμενο κλίβανο με αμεταχείριστα ανταλλακτικά του κατασκευαστικού οίκου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση μέσα σε 24 ώρες εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας.

Η προληπτική και επανορθωτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα (αναλώσιμα και μη αναλώσιμα) που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής συντήρησης (ΕΠΠΕΔΟΥ Ε1 ΚΑΙ ΕΠΠΕΔΟΥ Ε2) και της επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.

Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο μας τεχνικό δελτίο με πλήρη περιγραφή των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει σε κάθε μηχανήμα καθώς επίσης και αναγραφή των ανταλλακτικών που αντικατέστησε με τους κωδικούς τους,

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης (ΕΠΠΕΔΟΥ Ε1 ΚΑΙ ΕΠΠΕΔΟΥ Ε2) θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου μας ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία με δαπάνες μεταφοράς και ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας.

Ο συνολικός χρόνος ακινητοποίησης του κλιβάνου λόγω βλάβης ορίζεται σε δέκα μέρες εργάσιμες το έτος. Στον χρόνο αυτό δεν υπολογίζεται ο χρόνος για την προληπτική και την επανορθωτική συντήρηση του κλιβάνου.

Σε περίπτωση που η συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας μηχανήματος πέραν του DOWN TIME για επτά ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου μας,

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φέρει ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του και έχει σχέση με τον κλίβανο πλάσματος STERRAD του Νοσοκομείου μας.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε1

Θα γίνει με την συμπλήρωση 6 μηνών ή 750 κύκλων λειτουργίας από την τελευταία συντήρηση επιπέδου Ε2 και **θα περιλαμβάνει**

1) PM 1 kit

2)Έλεγχο της σταθερότητας πλαισίου στον χώρο της εγκατάστασης , Αλλαγή λαδιών αντλίας κενού , Καθαρισμό vaporizer κλιβάνου , Απομάκρυνση νερού από δοχείο συλλογής αέρα, Απομάκρυνση υγρασίας από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης, Αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού ,καθαρισμός των φίλτρων αέρα και των πλαισίων του συστήματος

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε2

Με την συμπλήρωση 12 μηνών ή 2250 κύκλων λειτουργίας από την τελευταία συντήρηση επιπέδου Ε2 **και θα περιλαμβάνει**

1) PM1 kit και PM2 kit

2)Έλεγχο της σταθερότητας πλαισίου στον χώρο της εγκατάστασης , Αλλαγή λαδιών αντλίας κενού , Καθαρισμό vaporizer κλιβάνου , Απομάκρυνση νερού από δοχείο συλλογής αέρα, Απομάκρυνση υγρασίας από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης, Αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού ,καθαρισμός των φίλτρων αέρα και των πλαισίων του συστήματος , Έλεγχος λειτουργίας ρυθμιστή πίεσης ,Αντικατάσταση καταλυτικού φίλτρου και του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού, Αντικατάσταση του φίλτρου HEPA ,Καθαρισμό της πόρτας του κλιβάνου ,Αντικατάσταση δακτυλίου στεγανοποίησης της πόρτας του θαλάμου, Αντικατάσταση

Των STOP στους οδηγούς του ραφιού του θαλάμου, Αντικατάσταση των μονωτικών αποστατών του ηλεκτροδίου .

3)Πιστοποίηση του κλιβάνου από τον κατασκευαστικό οίκο .

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ

Αναβαθμίσεις - Διορθωτικές επεμβάσεις - Τροποποιήσεις ασφαλείας του κλιβάνου, που εκδίδονται από τον κατασκευαστικό οίκο και χαρακτηρίζονται ως απαραίτητες θα παρέχονται δωρεάν προς το Νοσοκομείο καθώς επίσης και τα σχετικά ανταλλακτικά .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-
ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
Α.Φ.Μ 999070198
Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ
ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	
ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.)	
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ)

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα την ημέρα στην Οργανική Μονάδα Έδρας του Γ.Ν. Λασιθίου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο, οδός Κνωσού, αρ. 4, οι υπογεγραμμένοι, αφ' ενός μεν ο κ. Εμμανουήλ Μακρονικολάκης, Πρόεδρος του Δ. Σ. και Διοικητής του Νοσοκομείου και νόμιμος εκπρόσωπός του και αφ' ετέρου η εταιρεία, που εδρεύει στο, οδόςαρ., ΤΚ, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον,, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος συμβαλλόμενος στο εξής θα αποκαλείται χάρη συντομίας «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» ενώ ο δεύτερος συμβαλλόμενος θα αποκαλείται «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ».

Την το Νοσοκομείο διενήργησε Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού» σύμφωνα με την αριθμ. 335/27-5-2015 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Με την αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου εγκρίθηκε το πρακτικό δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής αξιολόγησης της επιτροπής του διαγωνισμού και κρίθηκε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά της προμηθεύτριας εταιρείας για τα είδη που αναφέρονται στην σύμβαση.

Με την αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου εγκρίθηκε το πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης της επιτροπής του διαγωνισμού, και κατακυρώθηκε η προμήθεια των αναφερόμενων στην σύμβαση ειδών στην προμηθεύτρια εταιρεία.

Με την αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε το πρακτικό κατακύρωσης δικαιολογητικών του διαγωνισμού στην συμβαλλόμενη προμηθεύτρια αντί συνολικού ποσού € (συμπ/νου ΦΠΑ) σύμφωνα με την προσφορά της και με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και νόμους περί προμηθειών του Δημοσίου όπως εκάστοτε ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και δεσμεύει τα αντισυμβαλλόμενα μέρη.

Ήδη με την παρούσα ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει την ετήσια συντήρησηγια ένα έτος στο δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», ο οποίος και αναλαμβάνει την παροχή των υπηρεσιών με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα:

1. Το Νοσοκομείο αναθέτει στην εταιρεία την ετήσια συντήρηση αντί του συνολικού ποσού των ευρώ.
2. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την συντήρηση και επισκευή των οκτώ (8) μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού FRESENIUS του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 1^ο ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί, με τις αντίστοιχες έννοιες:

- I. «**Προληπτική συντήρηση**» είναι ο περιοδικός έλεγχος ρύθμισης, καθώς και ο αναγκαίος έλεγχος των ηλεκτρονικών, υδραυλικών και μηχανικών τμημάτων και η δοκιμή αυτών υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας των μηχανημάτων

- II. **«Επανορθωτική συντήρηση»** είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους του «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ» για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιούμενων προς τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ είτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων της προληπτικής συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.
- III. **«Κανονικές μέρες εργασίας»** θεωρούνται: Οι από Δευτέρα έως και Σάββατο εξαιρουμένων των επίσημων αργιών του Κράτους.
- IV. **«Ανωτέρα βία»** σημαίνει και θα περιλαμβάνει κάθε γεγονός τυχαίο και απρόβλεπτο, που δεν μπορεί να αποτραπεί ακόμη και με την λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης εκατέρου των συμβαλλομένων μερών, συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί από αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, Κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και (ή) εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.
- V. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου μας ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ με δαπάνες μεταφοράς και ευθύνη του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.
- VI. Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά για τα μηχανήματα (DOWN TIME) ορίζεται σε δέκα μέρες εργάσιμες το έτος.

Σε περίπτωση που ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας μηχανήματοςπέραν του DOWN TIME για επτά ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου μας.

ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ» οφείλει να παρέχει κάλυψη για εργασίες προληπτικής συντήρησης και εργασίες επανορθωτικής συντήρησης στα μηχανήματασυμπεριλαμβανομένου του κόστους των ανταλλακτικών και των εξαρτημάτων (αναλωσίμων και μη αναλωσίμων) που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες αυτές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

A/A	ΤΥΠΟΣ	
-----	-------	--

1.		
----	--	--

ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΜΟΙΒΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

1. Η ετήσια αμοιβή που θα καταβάλλεται προς τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ από το Νοσοκομείο για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης είναι ως εξής:
 - (Η κατά μήνα επιβάρυνση του Νοσοκομείου για την συντήρηση κάθε μηχανήματος θα είναι: πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.)
 - Άρα η ανά μήνα επιβάρυνση του Νοσοκομείου για τα μηχανήματαείναι .:€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.
 - Συνεπώς η ετήσια επιβάρυνση του Νοσοκομείου θα είναι€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.
2. Η εξόφληση της αξίας των παρεχομένων υπηρεσιών θα γίνεται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, άρθρο 35 του ΠΔ 118/2007, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Από κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων, που είναι οι εξής:
 - Υπέρ ψυχικής υγείας 2% του άρθρου 3 του Ν. 3580/07
 - Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης (αρ. 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011)
 - Φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων.

Η εξόφληση θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του ΠΔ 166/2003.

Ο Φ.Π.Α. των τιμολογίων επιβαρύνει το Νοσοκομείο.
3. (Σε περίπτωση που τεθεί εκτός λειτουργίας κάποιο μηχάνημα ή προστεθεί κάποιο άλλο, το κόστος της συντήρησης θα διαμορφωθεί ανάλογα.)
4. Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής & επανορθωτικής συντήρησης συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της παρούσας σύμβασης.
5. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την έως τις Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παραταθεί, με τους ίδιους όρους

και τιμές, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου για τους τρεις πρώτους μήνες παράτασης, μετά την λήξη της σύμβασης. Για περαιτέρω παράταση της σύμβασης απαιτείται η συγκατάθεση του προμηθευτή και με τον όρο ότι η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες συνολικά. Σε περίπτωση παράτασης σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι της σύμβασης και η τιμή της.

6. Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση παροχής των υπηρεσιών από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.

ΑΡΘΡΟ 4^ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Επιφυλασσόμενων των όρων και προϋποθέσεων των όλων όσων γράφονται στην παρούσα σύμβαση το Νοσοκομείο συμφωνεί στις ακόλουθες ενέργειες κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης:

1. Να εκτελεί την συνήθη συντήρηση λειτουργίας των μηχανημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς και να τα χειρίζεται και να τα χρησιμοποιεί προσεκτικά προφυλλάσσοντάς τα από οποιαδήποτε ζημιά.
2. Να γνωστοποιεί άμεσα και έγκαιρα στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των μηχανημάτων, μη δικαιούμενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στα μηχανήματα χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.
3. Να εξασφαλίζει ώστε όλη η προληπτική ή επανορθωτική συντήρηση να εκτελείται αποκλειστικά και κατά τον προσυμφωνηθέντα χρόνο από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.
4. Να διευκολύνει την είσοδο των Τεχνικών του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ για την παροχή των υπηρεσιών στους ανάλογους χώρους του Νοσοκομείου, καθώς και να παρέχει κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την εκτέλεση της προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης.
5. Να παρέχει στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ χωρίς επιβάρυνση επαρκή χώρο για την ανωτέρω εργασία.
6. Να καταγράφει όλες τις εμπειρίες του σχετικά με την ομαλή λειτουργία των μηχανημάτων Οι παρατηρήσεις αυτές διευκολύνουν στον

εντοπισμό προβλημάτων και επιδιόρθωσης τους όπως και την παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Επιφυλασσόμενων των όρων και προϋποθέσεων των όλων όσων γράφονται στην παρούσα σύμβαση ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ συμφωνεί να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες συντήρησης κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης:

1.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1. Σε περίπτωση που θα υπάρξει ανωτέρα βία το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει την εκτέλεση της σύμβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας χωρίς να θεωρείται υπεύθυνο για οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζημία. Το ανωτέρω συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να γνωστοποιεί στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος όσο πιο γρήγορα είναι δυνατόν την αιτία που προκαλεί την ανωτέρα βία.
2. Σε περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας υπερβεί τους τρεις διαδοχικούς μήνες οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την παρούσα σύμβαση προς τον αντισυμβαλλόμενο με έγγραφη γνωστοποίηση.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φέρει ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του και έχει σχέση με τα μηχανήματα του Νοσοκομείου μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, σε περίπτωση δε που το Νοσοκομείο ζητήσει από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ να αναλάβει τέτοιες ενέργειες η εξ αυτών προκύπτουσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των εργατικών και των ανταλλακτικών θα χρεώνονται ξεχωριστά βάσει των ισχυουσών τότε τιμών του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.

1. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής των μηχανημάτων από θεομηνίες (πλημμύρα, φωτιά, κεραυνός, σεισμός κ.λπ.)

2. Από κακή χρήση των μηχανημάτων από το προσωπικό του Νοσοκομείου ή τρίτους καθώς επίσης από πτώση ή χτυπήματα των μηχανημάτων.
3. Λοιπές εργασίες όπως μεταφορά των μηχανημάτων σε άλλους χώρους του Νοσοκομείου κ.λπ.
4. Κακόβουλες ενέργειες τρίτων

Όλους τους παραπάνω όρους αποδέχονται τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και προς επικύρωση τους συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία αντίτυπα, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί.

ΑΡΘΡΟ 5° ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον Προμηθευτή να εκχωρήσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90.

Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής έχει συνάψει σύμβαση εκχώρησης των τιμολογίων του και έχει εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο ίδιος να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης.

ΑΡΘΡΟ 6°: ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στο Νοσοκομείο κάθε αλλαγή της κατοικίας του και της έδρας της επιχείρησης που εκπροσωπεί.

ΑΡΘΡΟ 7°: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η τροποποίηση θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο κανονισμός προμηθειών δημοσίου και κάθε άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη, που διαφυλάσσει τα συμφέροντα του Νοσοκομείου. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια του Αγίου Νικολάου. Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράταση χρόνου εκτελέσεως κ.λ.π. γίνεται και θα αποδεικνύεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει, με την παρούσα σύμβαση, κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από αυτή (σύμβαση) προς τους Οίκοι του εξωτερικού που εκπροσωπεί.

ΑΡΘΡΟ 9° ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τυχόν θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμογή έχουν οι νόμοι περί Προμηθειών του Δημοσίου, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε σε δύο αντίγραφα, και έλαβε ο καθένας των συμβαλλομένων από ένα νόμιμα υπογεγραμμένο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Εκδότης: _____

Ημερομηνία Έκδοσης: _____

**Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)**

Οδός ΚΝΩΣΟΥ αρ. 4 , Τ.Κ. 72100, Πόλη ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εγγύηση μας υπ' αριθμόν _____ για ευρώ _____

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των _____ ευρώ υπέρ της Εταιρείας _____, οδός _____, αριθμός _____ (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) _____, (2) _____

_____, κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της _____ δια την προμήθεια ειδών «Χειρουργικά Είδη και εργαλεία μιας χρήσης» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με την υπ' αριθμ. _____ Διακήρυξη.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.

Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την _____ (Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη)

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης: _____

Ημερομηνία Έκδοσης: _____

**Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

Οδός ΚΝΩΣΟΥ αρ. 4 , Τ.Κ. 72100, Πόλη ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εγγύηση μας υπ' αριθμόν _____ για ευρώ _____

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών _____, οδός _____, αριθμός _____, σαν προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, την υπ' αρ. σύμβαση, που θα καλύπτει την ανάθεση συνολικής αξίας και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή, η Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 5% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. ποσού _____

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα _____ παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1) _____, 2) _____

_____ ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την _____

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' - ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΣ:
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ
Άγιος Νικόλαος
Κνωσσού 4
ΤΚ 72100

Δηλώνω ότι παρέλαβα την υπ' αριθμ. διακήρυξη του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού» από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας (για λογαριασμό της κάτωθι εταιρείας) και παρακαλώ για την εγγραφή της στον ειδικό κατάλογο που διατηρεί η υπηρεσία σας, και για την ενημέρωσή μας για τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επί του ανωτέρω διαγωνισμού.

Επωνυμία εταιρείας ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου	
Διεύθυνση	
Τηλέφωνο	
Φαξ	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	
Ημερομηνία παραλαβής της διακήρυξης	

Τόπος, ημερομηνία
Υπογραφή αιτούντος
Σφραγίδα εταιρείας, ονοματεπώνυμο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο σχετικός «Πίνακας Συμμόρφωσης» συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει
Ο Πίνακας Συμμόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική μορφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ			
ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Αντιγραφή Ζητούμενης Τεχνικής Προδιαγραφής της Υπηρεσίας από τη Διακήρυξη όπως αυτές διατυπώνονται στα Παράρτημα Α' της παρούσας	Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή πληροί ακριβώς την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη "ΚΑΛΥΠΤΕΙ" Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή είναι ανώτερη από την αιτούμενη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη "ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ"	Αναλυτική Περιγραφή Τεχνικής Προδιαγραφής της Προσφερόμενης Υπηρεσίας από τον Υποψήφιο Ανάδοχο	
Για παράδειγμα:			
1. Να διαθέτει Τάση τροφοδοσίας 220volts/50Hz.	ΚΑΛΥΠΤΕΙ	Το προσφερόμενο σύστημα Χ του κατασκευαστικού οίκου Υ διαθέτει τάση τροφοδοσίας 220volts/50Hz.	Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4

- Στη στήλη «Απαίτηση» αντιγράφονται οι ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας από τη Διακήρυξη όπως αυτές διατυπώνονται αναλυτικά στο παράρτημα Α της παρούσας Διακήρυξης.
- Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΚΑΛΥΠΤΕΙ/ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ /ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ. Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή πληροί ακριβώς την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη "ΚΑΛΥΠΤΕΙ", αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή είναι ανώτερη από την αιτούμενη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη "ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ" ενώ αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή δεν πληροί ακριβώς την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη "ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ".
- Στη στήλη «Προσφορά Υποψήφιου Αναδόχου» περιγράφεται αναλυτικά η Τεχνική Προδιαγραφή της προσφερόμενης Υπηρεσίας από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
- Στη στήλη «Παραπομπή» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην τεχνική προσφορά, σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που θα παρατεθούν στο παράρτημα. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (πχ. Τεχνική Προσφορά / Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ).
- Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (πχ. Προδ. 1.1.4.2).
- Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.



Ι.Π Μεσολογίου: 1 Δεκεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: 11484

ΑΔΑ:

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Οδός Ναυπάκτου
Ταχ. Κώδικας : 30200
Πληροφορίες : Κουτσοβούλου Χριστίνα
Τηλ. : 2631360185
Fax : 2631360107

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΚ200S-SN 15562 ΚΑΙ SN 14476 ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης Χίλια διακόσια σαράντα ευρώ (1.240,00 €) με Φ.Π.Α., για την κάλυψη αναγκών της Ν.Μ. Μεσολογίου

Σχετ.: α. Το Π.Δ 118/07 άρθρο 22.

β. Ν. 4281/2014

γ. Το Π.Δ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ.

δ. Ο Ν.2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 13, εδαφ. V.

ε. Η με Αριθμ. πρωτ. 4516/4-6-2010 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Νο 1 της Ε.Π.Υ

στ. Το με Αριθμ. πρωτ. ΓΠΓΓ οικ. 68005/8-06-2010 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΥΚΑ.

ζ. Η με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα».

η. Οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 12 του **Ν.3867/2010** «μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών καθώς και στις περιπτώσεις που έχουν λήξει συμβάσεις ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διαπραγμάτευση γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο Παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν3846/2010»

θ. Η αριθμ. Γ.Δ. 379/26-11-2015 έγκριση του Γραφείου Διοικητή του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας- Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογίου, για διενέργεια διαγωνισμού.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής, το Γ.Ν. Αιτωλ/νίας- Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογίου, με στόχο τη διασφάλιση τόσο της δημόσιας υγείας όσο και του δημοσίου συμφέροντος, προβαίνει σε πρόχειρη διαγωνιστική διαδικασία με υποβολή προσφορών, προκειμένου να υπογραφούν συμβάσεις για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΚ200S-SN 15562 ΚΑΙ SN 14476 ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης Χίλια διακόσια σαράντα ευρώ (1.240,00 €) με Φ.Π.Α., για την κάλυψη αναγκών της Ν.Μ. Μεσολογίου για τρεις (3) μήνες.

Οι συμβάσεις θα έχουν ισχύ τρεις (3) μήνες με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει την ισχύ τους για δύο (2) μήνες αυτοδίκαια. Σε περίπτωση, όμως, ολοκλήρωσης των αντίστοιχων διαγωνισμών, παύουν να ισχύουν.

Στη διαδικασία αυτή προσκαλούνται οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, για υποβολή κλειστής προσφοράς, σε έντυπη μορφή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναφέρεται ο ακριβής τίτλος της διαπραγμάτευσης, η ημερομηνία διενέργειας αυτής καθώς και η ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική Υπηρεσία ή τη γραμματεία»**, μέχρι την **Τετάρτη 09/12/2015** και ώρα **10:00 π.μ.** στη Γραμματεία του Νοσοκομείου για τα είδη που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την **Τετάρτη 09/12/2015** και ώρα **12:00 μ. μ.** από την αρμόδια επιτροπή. Στην αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

Κατά την ημέρα αυτή, και μόνον αυτή, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να λάβουν γνώση για τα έγγραφα συμμετοχής των συμμετεχόντων. Η επιτροπή στη συνέχεια θα συντάξει τον ενιαίο πίνακα των οικονομικών προσφορών ανά είδος,

Οι ανάδοχοι πρέπει μαζί με την υποβολή της προσφοράς τους να υποβάλουν σε ξεχωριστούς φακέλους τα παρακάτω:

A. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει:

- Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν.
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι: ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.

B. ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Υποβάλλεται σε έντυπη μορφή. Στον πίνακα θα συμπεριλαμβάνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Γ. ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Υποβάλλεται σε έντυπη μορφή. Θα αναγράφεται η δαπάνη προ ΦΠΑ και μετά ΦΠΑ της Υπηρεσίας που προσφέρετε.

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ισχύς των προσφορών θα έχει διάρκεια εκατόν είκοσι { 120 } ημερών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη

Ο ανάδοχος που θα υπογράψει σύμβαση, θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης βάσει του άρθρου 157 παρ. β του Ν. 4281/2014 ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.. Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει από το Νοσοκομείο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 και η εξόφληση του κάθε τιμολογίου θα υπόκειται στις αναλογούσες νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης που βρίσκονται στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογίου, απαιτείται τακτική συντήρηση από κατάλληλα καταρτισμένους τεχνικούς. Για το λόγο αυτό καθώς και για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη αποκατάσταση των βλαβών στα μηχανήματα αυτά, απαιτείται η σύναψη σύμβασης συντήρησης με κατάλληλη εταιρεία. Τα Μηχανήματα Αιμοκάθαρσης που θα καλύπτονται από τη σύμβαση συντήρησης και επισκευής είναι τα ως άνω. Αναφέρονται παρακάτω οι απαιτήσεις για τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων αυτών.

01. Προληπτική Συντήρηση

Ο συντηρητής κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιήσει συντηρήσεις σε κάθε ένα από τα μηχανήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού

οίκου. Γενικότερα θα πρέπει μετά από κάθε προληπτική συντήρηση να πιστοποιείται η καλή και αξιόπιστη λειτουργία του κάθε μηχανήματος σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου. Οι επισκέψεις γι' αυτές τις συντηρήσεις, θα ορίζονται μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου.

02. Αποκατάσταση Βλάβης

Ο συντηρητής θα πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε κλήση του Νοσοκομείου για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης των μηχανημάτων που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά από τη συνήθη χρήση. Καλείται να πραγματοποιήσει την επίσκεψη των τεχνικών του για αποκατάσταση πιθανών βλαβών εντός 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης που θα δηλώνεται από το Νοσοκομείο είτε τηλεφωνικά είτε με Fax. Εξαιρούνται περιπτώσεις που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η άμεση μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του Νοσοκομείου.

03. Χρόνος Ακινητοποίησης (Down-Time)

Από τη στιγμή που το Νοσοκομείο ενημερώσει το συντηρητή για κάποια βλάβη η οποία έχει θέσει εκτός λειτουργίας ένα μηχάνημα, αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης (Down-Time) ο οποίος είναι το χρονικό διάστημα που η συσκευή μένει εκτός παραγωγικής λειτουργίας λόγω βλάβης μέχρι την αποκατάσταση της (εξαιρούνται οι προγραμματισμένες ημέρες προληπτικής συντήρησης καθώς και οι μη εργάσιμες ημέρες όπως αργίες και Σαββατοκύριακα). Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις δέκα (10) ημέρες. Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα, παράταση της σύμβασης συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.

04. Ημέρες και Ώρες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών

Όλες οι επισκέψεις του συντηρητή είτε πρόκειται για προληπτική συντήρηση είτε για αποκατάσταση κάποιας βλάβης θα εκτελούνται στο χώρο του Νοσοκομείου, τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες (Τρίτη Πέμπτη από 07:20 έως 14:40 που δεν λειτουργεί η Μονάδα). Εξαιρούνται οι ημέρες των εορτών και αργιών εκτός και αν έχει προηγηθεί από κοινού συνεννόηση για κάτι διαφορετικό. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του τεχνικού θα καλύπτονται πλήρως από το συντηρητή.

05. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου

Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με

γνώμονα τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφαλείας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου τύπου. Οι εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του συντηρητή με τα

απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Ο συντηρητής υποχρεούται να εγκαθιστά τις νέες ενημερώσεις λογισμικού (software updates) λειτουργίας των μηχανημάτων αν αυτές προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο, χωρίς επιπλέον κόστος για το Νοσοκομείο.

06. Ανταλλακτικά

Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση μιας βλάβης, ο συντηρητής καλείται να καλύψει την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού. Το

κόστος όλων των ανταλλακτικών καθώς και τα έξοδα αποστολής και εγκατάστασης αυτών για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης **θα καλύπτονται από το Νοσοκομείο με ξεχωριστή έγκριση δαπάνης**. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε μηχανήματα σαν αυτό και πιο συγκεκριμένα από τον ίδιο οίκο κατασκευής με αυτόν του ίδιου του μηχανήματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της συσκευής.

Στην περίπτωση της διακοπής παραγωγής κάποιου εξαρτήματος από τον κατασκευαστικό

οίκο, θα πρέπει να ενημερωθεί το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου και μετά από ανάλογη συνεννόηση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχο ανταλλακτικό από

διαφορετικό οίκο κατασκευής, με την ίδια όμως πάντα αξιοπιστία και λειτουργικότητα.

Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει σε διαθεσιμότητα ως στοκ στις αποθήκες του συντηρητή ένα επαρκές απόθεμα από τα βασικά τουλάχιστον εξαρτήματα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να γίνεται παραγγελία από το εξωτερικό, διαδικασία που ίσως είναι αρκετά χρονοβόρα και να έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην επανόρθωση ακόμα και μιας απλής βλάβης.

07. Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report)

Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή αποκατάσταση βλάβης, τα μηχανήματα θα παραδίδονται προς χρήση μαζί με ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report) που θα αναφέρει την ώρα έναρξης και τέλους των εργασιών, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αναλυτικά, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης των μηχανημάτων.

08. Τηλεφωνική Υποστήριξη

Σε περίπτωση απλής βλάβης που μπορεί να αποκατασταθεί από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου ή τους ίδιους τους χειριστές, ο συντηρητής θα πρέπει να βοηθήσει με την

παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνησης του ζητηθεί τηλεφωνικά.

09. Απόσυρση Μηχανήματος

Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επισκευής κάποιο μηχάνημα τεθεί μόνιμα εκτός λειτουργίας και αποσυρθεί μετά από απόφαση του Νοσοκομείου, παύουν να

ισχύουν οι υποχρεώσεις του συντηρητή γι' αυτό το μηχάνημα αλλά και οι οικονομικές απαιτήσεις του από το Νοσοκομείο για το υπόλοιπο του χρόνου σύμβασης συντήρησης. Στην περίπτωση αυτή ο συντηρητής θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως από το Νοσοκομείο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διακοπή ή τροποποίηση της σύμβασης.

10. Πιστοποιήσεις της εταιρείας συντήρησης και των τεχνικών της

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεση του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι

να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου.

Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημόσιου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε

συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.

- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ με τους οποίους ο

συντηρητής έχει συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση

μηχανημάτων όπως αυτά.

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική

υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

11. Φύλλο Συμμόρφωσης

Να κατατεθεί λεπτομερές φύλλο συμμόρφωσης πλήρως τεκμηριωμένο για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα σημεία όπου θα αναφέρεται αν συμφωνεί ο συντηρητής με τον εκάστοτε όρο απαιτήσεων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Βλάχος Γεώργιος



Ι.Π Μεσολογγίου: 10 Φεβρουαρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Οδός Ναυπάκτου
Ταχ. Κώδικας : 30200
Πληροφορίες : Κουτσοβούλου Χριστίνα
Τηλ. : 2631360185
Fax : 2631360107

Αριθμ. Πρωτ.: 1491

ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΚ-95S-21336, ΑΚ-95S-21337, ΑΚ-200S-15753, ΑΚ200-6802, ΑΚ200-6749, ΑΚ200 6801, ΑΚ200-6763, ΑΚ200S-208333, ΑΚ200S-SN 15562 ΚΑΙ 14476 ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης Επτά χιλιάδες ογδόντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (7.084,80 €) με Φ.Π.Α., για την κάλυψη αναγκών της Ν.Μ. Μεσολογγίου

Σχετ.: α. Το Π.Δ 118/07 άρθρο 22.

β. Ν. 4281/2014

γ. Το Π.Δ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ.

δ. Ο Ν.2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 13, εδαφ. V.

ε. Η με Αριθμ. πρωτ. 4516/4-6-2010 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Νο 1 της Ε.Π.Υ

στ. Το με Αριθμ. πρωτ. ΓΠΓΤ οικ. 68005/8-06-2010 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΥΚΑ.

ζ. Η με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα».

η. Οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 12 του Ν.3867/2010 «μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών καθώς και στις περιπτώσεις που έχουν λήξει συμβάσεις ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διαπραγμάτευση γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο Παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν3846/2010»

θ. Η αριθμ. Γ.Δ. 28/09-02-2016 έγκριση του Γραφείου Διοικητή του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας- Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου, για διενέργεια διαγωνισμού.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής, το Γ.Ν. Αιτωλ/νίας- Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου, με στόχο τη διασφάλιση τόσο της δημόσιας υγείας όσο και του δημοσίου συμφέροντος, προβαίνει σε πρόχειρη διαγωνιστική διαδικασία με υποβολή προσφορών, προκειμένου να υπογραφούν συμβάσεις για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΚ-95S-21336, ΑΚ-95S-21337, ΑΚ-200S-15753, ΑΚ200-6802, ΑΚ200-6749, ΑΚ200 6801, ΑΚ200-6763, ΑΚ200S-208333, ΑΚ200S-SN 15562 ΚΑΙ 14476 ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης Επτά χιλιάδες ογδόντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (7.084,80 €) με Φ.Π.Α., για την κάλυψη αναγκών της Ν.Μ. Μεσολογγίου για τέσσερις (4) μήνες.

Οι συμβάσεις θα έχουν ισχύ τέσσερις (4) μήνες με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει την ισχύ τους για δύο (2) μήνες αυτοδίκαια. Σε περίπτωση, όμως, ολοκλήρωσης των αντίστοιχων διαγωνισμών, παύουν να ισχύουν.

Στη διαδικασία αυτή προσκαλούνται οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, για υποβολή κλειστής προσφοράς, σε έντυπη μορφή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναφέρεται ο ακριβής τίτλος της διαπραγμάτευσης, η ημερομηνία διενέργειας αυτής καθώς και η ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική Υπηρεσία ή τη γραμματεία»**, μέχρι την **Τετάρτη 17/02/2016** και ώρα **10:00 π.μ.** στη Γραμματεία του Νοσοκομείου για τα είδη που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την **Τετάρτη 17/02/2016** και ώρα **12:00 μ. μ.** από την αρμόδια επιτροπή. Στην αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

Κατά την ημέρα αυτή, και μόνον αυτή, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να λάβουν γνώση για τα έγγραφα συμμετοχής των συμμετεχόντων. Η επιτροπή στη συνέχεια θα συντάξει τον ενιαίο πίνακα των οικονομικών προσφορών ανά είδος,

Οι ανάδοχοι πρέπει μαζί με την υποβολή της προσφοράς τους να υποβάλουν σε ξεχωριστούς φακέλους τα παρακάτω:

Α. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει:

- Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν.
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι: ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.

Β. ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Υποβάλλεται σε έντυπη μορφή. Στον πίνακα θα συμπεριλαμβάνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Γ. ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Υποβάλλεται σε έντυπη μορφή. Θα αναγράφεται η δαπάνη προ ΦΠΑ και μετά ΦΠΑ της Υπηρεσίας που προσφέρετε.

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ισχύς των προσφορών θα έχει διάρκεια εκατόν είκοσι { 120 } ημερών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη

Ο ανάδοχος που θα υπογράψει σύμβαση, θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης βάσει του άρθρου 157 παρ. β του Ν. 4281/2014 ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.. Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει από το Νοσοκομείο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 και η εξόφληση του κάθε τιμολογίου θα υπόκειται στις αναλογούσες νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης που βρίσκονται στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, απαιτείται τακτική συντήρηση από κατάλληλα καταρτισμένους τεχνικούς. Για το λόγο αυτό καθώς και για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη αποκατάσταση των βλαβών στα μηχανήματα αυτά, απαιτείται η σύναψη σύμβασης συντήρησης με κατάλληλη εταιρεία. Τα Μηχανήματα Αιμοκάθαρσης που θα καλύπτονται από τη σύμβαση συντήρησης και επισκευής είναι τα ως άνω. Αναφέρονται παρακάτω οι απαιτήσεις για τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων αυτών.

01. Προληπτική Συντήρηση

Ο συντηρητής κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιήσει συντηρήσεις σε κάθε ένα από τα μηχανήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Γενικότερα θα πρέπει μετά από κάθε προληπτική συντήρηση να πιστοποιείται η καλή και αξιόπιστη λειτουργία του κάθε μηχανήματος σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου. Οι επισκέψεις γι' αυτές τις συντηρήσεις, θα ορίζονται μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου.

02. Αποκατάσταση Βλάβης

Ο συντηρητής θα πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε κλήση του Νοσοκομείου για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης των μηχανημάτων που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά από τη συνήθη χρήση. Καλείται να πραγματοποιήσει την επίσκεψη των τεχνικών του για αποκατάσταση πιθανών βλαβών εντός 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης που θα δηλώνεται από το Νοσοκομείο είτε τηλεφωνικά είτε με Fax. Εξαιρούνται περιπτώσεις που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η άμεση μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του Νοσοκομείου.

03. Χρόνος Ακινητοποίησης (Down-Time)

Από τη στιγμή που το Νοσοκομείο ενημερώσει το συντηρητή για κάποια βλάβη η οποία έχει θέσει εκτός λειτουργίας ένα μηχάνημα, αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης (Down-Time) ο οποίος είναι το χρονικό διάστημα που η συσκευή μένει εκτός παραγωγικής λειτουργίας λόγω βλάβης μέχρι την αποκατάστασή της (εξαιρούνται οι προγραμματισμένες ημέρες προληπτικής συντήρησης καθώς και οι μη εργάσιμες ημέρες όπως αργίες και Σαββατοκύριακα). Ο μέγιστος συνολικός χρόνος ακινητοποίησης κάθε μηχανήματος λόγω βλαβών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν θα πρέπει αθροιστικά να ξεπερνάει τις δέκα (10) ημέρες. Για κάθε εργάσιμη ημέρα υπέρβασης του παραπάνω χρόνου ακινητοποίησης, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα, παράταση της σύμβασης συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.

04. Ημέρες και Ώρες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών

Όλες οι επισκέψεις του συντηρητή είτε πρόκειται για προληπτική συντήρηση είτε για αποκατάσταση κάποιας βλάβης θα εκτελούνται στο χώρο του Νοσοκομείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τρίτη Πέμπτη από 07:20 έως 14:40 που δεν λειτουργεί η Μονάδα). Εξαιρούνται οι ημέρες των εορτών και αργιών εκτός και αν έχει προηγηθεί από κοινού συνεννόηση για κάτι διαφορετικό. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του τεχνικού θα καλύπτονται πλήρως από το συντηρητή.

05. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου

Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με γνώμονα τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφάλειας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου τύπου. Οι εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του συντηρητή με τα

απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Ο συντηρητής υποχρεούται να εγκαθιστά τις νέες ενημερώσεις λογισμικού (software

updates)λειτουργίας των μηχανημάτων αν αυτές προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο, χωρίς επιπλέον κόστος για το Νοσοκομείο.

06. Ανταλλακτικά

Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση μιας βλάβης, ο συντηρητής καλείται να καλύψει την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού. Το

κόστος όλων των ανταλλακτικών καθώς και τα έξοδα αποστολής και εγκατάστασης αυτών για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης **θα καλύπτονται από το Νοσοκομείο με ξεχωριστή έγκριση δαπάνης**. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε μηχανήματα σαν αυτό και πιο συγκεκριμένα από τον ίδιο οίκο κατασκευής με αυτόν του ίδιου του μηχανήματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της συσκευής.

Στην περίπτωση της διακοπής παραγωγής κάποιου εξαρτήματος από τον κατασκευαστικό

οίκο, θα πρέπει να ενημερωθεί το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου και μετά από ανάλογη συνεννόηση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχο ανταλλακτικό από

διαφορετικό οίκο κατασκευής, με την ίδια όμως πάντα αξιοπιστία και λειτουργικότητα.

Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει σε διαθεσιμότητα ως στοκ στις αποθήκες του συντηρητή ένα επαρκές απόθεμα από τα βασικά τουλάχιστον εξαρτήματα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να γίνεται παραγγελία από το εξωτερικό, διαδικασία που ίσως είναι αρκετά χρονοβόρα και να έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην επανόρθωση ακόμα και μιας απλής βλάβης.

07. Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report)

Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή αποκατάσταση βλάβης, τα μηχανήματα θα παραδίδονται προς χρήση μαζί με ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report) που θα αναφέρει την ώρα έναρξης και τέλους των εργασιών, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αναλυτικά, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης των μηχανημάτων.

08. Τηλεφωνική Υποστήριξη

Σε περίπτωση απλής βλάβης που μπορεί να αποκατασταθεί από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου ή τους ίδιους τους χειριστές, ο συντηρητής θα πρέπει να βοηθήσει με την

παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνησης του ζητηθεί τηλεφωνικά.

09. Απόσυρση Μηχανήματος

Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επισκευής κάποιο μηχάνημα τεθεί μόνιμα εκτός λειτουργίας και αποσυρθεί μετά από απόφαση του Νοσοκομείου, παύουν να

ισχύουν οι υποχρεώσεις του συντηρητή γι' αυτό το μηχάνημα αλλά και οι οικονομικές απαιτήσεις του από το Νοσοκομείο για το υπόλοιπο του χρόνου σύμβασης συντήρησης. Στην περίπτωση αυτή ο συντηρητής θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως από το Νοσοκομείο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διακοπή ή τροποποίηση της σύμβασης.

10. Πιστοποιήσεις της εταιρείας συντήρησης και των τεχνικών της

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεση του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα σαν αυτά που διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογίου.

Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω μηχανήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία ή εναλλακτικά να προσκομίσει βεβαιώσεις από την τεχνική υπηρεσία ενός τουλάχιστον δημόσιου νοσοκομείου στην οποία αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει εργασίες συντήρησης (μέσω σχετικής σύμβασης) σε όμοιο εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει την εμπειρία του συντηρητή σε συμβάσεις συντήρησης για μηχανήματα όπως τα συγκεκριμένα.
- Πελατολόγιο με λίστα οργανισμών, φορέων, εταιρειών κλπ με τους οποίους ο συντηρητής έχει συνάψει στο παρελθόν σύμβαση συνεργασίας για τη συντήρηση μηχανημάτων όπως αυτά.
- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

11. Φύλλο Συμμόρφωσης

Να κατατεθεί λεπτομερές φύλλο συμμόρφωσης πλήρως τεκμηριωμένο για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα σημεία όπου θα αναφέρεται αν συμφωνεί ο συντηρητής με τον εκάστοτε όρο απαιτήσεων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Ο Αν. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΟΥΣΑ ΜΙΛΑΝΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός απόφασης: 5667/2013



ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ευαγγελία ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Χριστίνα ΑΥΓΕΡΗ, Πρωτοδίκη, Ευαγγελία-Μαρία ΘΩΜΑ, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια, τους οποίους όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και τη γραμματέα του Μαριάνθη ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 24-4-2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Α' ΑΓΩΓΗ: ΣΤ5-16 (ΓΑΚ/ΑΚΔ 12358/463/2012)

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εισαγωγές -Αντιπροσωπείες-Service)» και το διακριτικό τίτλο «SERCO LTD», που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων της, Δημητρίου ΤΕΜΠΕΡΗ και Ιλβας ΜΙΣΙΟ.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: 1. Εταιρείας με την επωνυμία «GAMBRO LUNDIA AB», που εδρεύει στην πόλη Lund της Σουηδίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων της, Παυλίνας ΓΑΛΑΤΗ και Αντωνίου ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ, 2. Της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ», και το διακριτικό τίτλο «MEDICAL PRODUCTS LTD», που εδρεύει στην Άνω



Γλυφάδα Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που παραστάθηκε μετά των νομίμων εκπροσώπων της Κων/νου ΒΛΑΧΟΥ και Αγγέλου ΒΛΑΧΟΥ, οι οποίοι διόρισαν τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, Κωνσταντίνο ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ και Δόμνα ΚΥΡΖΟΠΟΥΛΟΥ.


Β' ΑΓΩΓΗ: ΣΤ5-18 (ΓΑΚ/ΑΚΔ 198352/6208/2012)

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εισαγωγές -Αντιπροσωπείες-Service)» και το διακριτικό τίτλο «SERCO LTD», που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων της, Δημητρίου ΤΕΜΠΕΡΗ και Ιλβας ΜΙΣΙΟ.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Εταιρείας με την επωνυμία «GAMBRO LUNDIA AB», που εδρεύει στην πόλη Lund Σουηδίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως προς την οποία έγινε παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής. 2. Της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ», και το διακριτικό τίτλο «MEDICAL PRODUCTS LTD», που εδρεύει στην Άνω Γλυφάδα Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που παραστάθηκε μετά των νομίμων εκπροσώπων της Κων/νου ΒΛΑΧΟΥ και Αγγέλου ΒΛΑΧΟΥ, οι οποίοι διόρισαν τους πληρεξούσιους δικηγόρους Κωνσταντίνο ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ και Δόμνα ΚΥΡΖΟΠΟΥΛΟΥ.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνουν δεκτές οι από 19-1-2012 (ΓΑΚ/ΑΚΔ 12358/463/2012) και 6-12-2012 (ΓΑΚ/ΑΚΔ 198352/6208/2012) αγωγές αντίστοιχα, που κατατέθηκαν στη γραμματεία του Δικαστηρίου, προσδιορίσθηκαν να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης απόφασης και γράφηκαν στο πινάκιο με αριθμούς ΣΤ5-16 και ΣΤ5-18 αντίστοιχα.

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων, οι οποίες συνεκφωνήθηκαν λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.



στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των σχετικών παραγγελιών με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής 30.000 ευρώ. Το αίτημα για την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής πρέπει να γίνει δεκτό, διότι κατά την κρίση του Δικαστηρίου η καθυστέρηση στην εκτέλεση θα προκαλέσει οικονομική ζημία στην ενάγουσα (άρθρο 908 παρ. 1 εδ. στ' ΚΠολΔ). Τέλος τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, ύστερα από αίτημα, που υποβλήθηκε με τις προτάσεις της, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της δεύτερης εναγομένης, λόγω της ήττας της (άρθρο 176 ΚΠολΔ) όπως ορίζεται στο διατακτικό της απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Θεωρήθηκε
Εισηγήτρια
ΑΕΔ

ΘΕΩΡΕΙ καταργημένη τη δίκη ως προς την πρώτη εναγομένη της δεύτερης από 6-12-2012 (ΓΑΚ/ΑΚΔ 198352/6208/2012) αγωγής.

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις αγωγές.

ΑΠΘΡΡΙΠΤΕΙ την πρώτη αγωγή.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της ενάγουσας τα δικαστικά έξοδα των εναγομένων, που ορίζει σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τη δεύτερη αγωγή ως προς τη δεύτερη εναγομένη.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η άρνηση της δεύτερης εναγομένης εταιρείας με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd», να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ-Επιστημονικά-Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές-αντιπροσωπείες-Service)» και το διακριτικό τίτλο «SERCO LTD» ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, συνιστά αθέμιτη και ανταγωνιστική πρακτική.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία «Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «Medical Products Ltd» να πωλεί στην ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ-Επιστημονικά-Ηλεκτρονικά Μηχανήματα (εισαγωγές-αντιπροσωπείες-Service)» και το

13^ο φύλλο της υπ' αριθμόν 5667/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(Τακτική Διαδικασία)

διακριτικό τίτλο «SERCO LTD», ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, όπως ακριβώς πράττει με τους άλλους πελάτες της, χωρίς να θέτει αυθαίρετους και διακριτικούς όρους, και να παραλείπει στο μέλλον να αρνείται την πώληση και την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών σε ανταλλακτικά, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την ανωτέρω διάταξη.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της δεύτερης εναγομένης τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, που ορίζει σε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2-10-2013.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση στις 7-11-2013 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
το οποίο θεωρήθηκε για τη νόμιμη
σήμανση και έκδοσή του κατά τη
σειρά της παραγγελίας

ΑΘΗΝΑ






World Health
Organization

Medical equipment maintenance programme overview

WHO Medical device technical series



Medical equipment maintenance programme overview

WHO Medical device technical series



WHO Library Cataloguing-in-Publication Data

Medical equipment maintenance programme overview.

(WHO Medical device technical series)

1.Appropriate technology. 2.Equipment and supplies. 3.Maintenance. I.World Health Organization.

ISBN 978 92 4 150153 8

(NLM classification: WX 147)

© World Health Organization 2011

All rights reserved. Publications of the World Health Organization are available on the WHO web site (www.who.int) or can be purchased from WHO Press, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland (tel.: +41 22 791 3264; fax: +41 22 791 4857; e-mail: bookorders@who.int). Requests for permission to reproduce or translate WHO publications – whether for sale or for noncommercial distribution – should be addressed to WHO Press through the WHO web site (http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html).

The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

The mention of specific companies or of certain manufacturers' products does not imply that they are endorsed or recommended by the World Health Organization in preference to others of a similar nature that are not mentioned. Errors and omissions excepted, the names of proprietary products are distinguished by initial capital letters.

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this publication. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Design & layout: L'IV Com Sàrl, Villars-sous-Yens, Switzerland.

Contents

Preface	4
Maintenance series and external guidance	5
Methodology	5
Definitions	6
Acknowledgements	7
Declarations of interests	7
Acronyms and abbreviations	8
Executive summary	9
1 Introduction	10
2 Purpose	11
3 Maintenance related definitions	12
4 Maintenance programme planning	14
4.1 Inventory	14
4.2 Methodology	15
4.3 Resources	15
4.3.1 Financial resources	16
4.3.2 Physical resources	17
4.3.3 Human resources	20
5 Management	23
5.1 Financial management	23
5.2 Personnel management	23
5.2.1 Service vendors	24
5.2.2 Training	25
5.3 Operational management	26
5.3.1 Developing or changing IPM procedures	26
5.3.2 Setting IPM frequency	26
5.3.3 Scheduling maintenance	27
5.3.4 Prioritization of work	27
5.3.5 Keeping records	28
5.3.6 Computerized maintenance management systems	29
5.3.7 Tags and labels	30
5.3.8 Communication	30
5.3.9 Managing use and user error	31
5.3.10 Travel	31
5.4 Performance monitoring	32
5.4.1 Completion rate of assigned IPM	32
5.4.2 Equipment location rate	32
5.4.3 IPM yield	32
5.4.4 IPM productivity	33
5.4.5 CM performance measures	33
5.5 Performance improvement	33

6 Implementation	35
6.1 Inspection and preventive maintenance	35
6.1.1 IPM procedures	35
6.1.2 Problem identification	35
6.2 Corrective maintenance	35
6.2.1 Troubleshooting and repair	35
6.2.2 Factors affecting equipment failures	36
6.2.3 Inspection and return to service	37
6.3 Reporting	37
6.4 Safety	37
7 Concluding remarks	39
References	40
Useful resources	41
Appendix A Sample policies and procedures	43
Appendix A.1 Risk-based biomedical equipment management programme	44
Appendix A.2 Initial testing and evaluation	48
Appendix A.3 Inspection and preventive maintenance procedure	50
Appendix A.4 Work order system for corrective maintenance	52
Appendix A.5 Corrective actions identified during preventive maintenance	54
Appendix A.6 Infection control	56
Appendix B Examples of inspection and preventive maintenance procedures	58
Appendix B.1 Procedure template	59
Appendix B.2 Anaesthesia/analgesia unit (gas machine)	60
Appendix B.3 Centrifuge, table top	61
Appendix B.4 Monitor, ECG	62
Appendix B.5 Pump, infusion	63
Appendix B.6 X-ray system, mobile	64
Appendix C Calculating IPM workload	65
Appendix D Examples of inventory and inspection forms	68
Appendix D.1 New equipment received form	69
Appendix D.2 Equipment inspection forms	70
Appendix D.3 Work order form	72
Appendix E Samples of inspection labels	73
Appendix E.1 Record of inspection	74
Appendix E.2 Record of inspection (test) results	75
Appendix E.3 Notification of defect	76
Appendix F Test equipment per medical device category	77

Appendix G Examples of job descriptions	78
Appendix G.1 Biomedical equipment technician - entry-level	79
Appendix G.2 Biomedical equipment technician - mid-level	80
Appendix G.3 Biomedical equipment technician - senior-level	81
Appendix G.4 Clinical engineering supervisor/manager	82
Appendix H Examples of actions performed when developing maintenance programmes at the facility level	83
Appendix H.1 Planning a maintenance programme at a district hospital	84
Appendix H.2 Managing a maintenance programme at a district hospital	85
Appendix H.3 Planning a maintenance programme within a regional health system	86
Appendix H.4 Managing a maintenance programme within a regional health system	87

Figures and tables

Figure 1. Components of a maintenance programme	10
Figure 2. Critical factors in planning a maintenance programme	14
Table 1. Financial resources required for a maintenance programme	16
Table 2. Classification and roles of technical personnel	21
Figure 3. Management aspects of a maintenance programme	23
Table 3. Service agreement types	25

activities is appropriate. Section 5.3.3 specifically discusses the various aspects of scheduling maintenance activities.

Personnel management also includes monitoring service vendors when maintenance must be outsourced (see 5.2.1 below). It is important to monitor the productivity of internal and outsourced technical personnel on a regular basis. When applied to individual in-house technicians, productivity monitoring can identify those technicians needing additional support or training. When applied to the maintenance programme as a whole, productivity monitoring can identify opportunities to improve the cost-effectiveness of the programme. More details on performance monitoring and improvement are found in sections 5.4 and 5.5.

The most important aspect of personnel management is the ability to ensure adequate training. Training on new equipment, as well as routine refresher training on existing hardware, is necessary to ensure that technical staff are capable of properly maintaining and repairing the medical equipment included within the scope of the programme. Section 5.2.2 discusses training in further detail.

5.2.1 Service vendors

As mentioned, it is often not possible to provide all maintenance services in-house. In such circumstances, it may be necessary to make use of external service providers for a significant portion of the maintenance activities.

There are generally two categories of external service providers: *equipment manufacturers and independent service organizations*. Many equipment manufacturers offer scheduled and unscheduled maintenance services for the equipment they manufacture. Some also offer maintenance services for

equipment from other manufacturers, in some cases extending to all the medical equipment in a health-care organization. Independent service organizations range in size; some specialize in a particular type of medical equipment and others offer maintenance services for a wide variety of equipment types.

In some parts of the world there are many external service providers, which offer the clinical engineering department manager a wide variety of options. However, in other parts of the world the number of external service providers is much more limited. In some cases these companies find it uneconomical to offer services in remote areas with small inventories of equipment. They are more likely to expand their service areas if it possible to negotiate a contract that covers a large inventory of equipment, especially if that inventory has a reasonable level of standardization in terms of manufacturer and model. In some cases, it may be reasonable to consider liaising with other health-care facilities in order to provide better justification for the external service providers to enter the local market.

There are several types of service agreements as outlined in Table 3. Service agreements can include various levels of scheduled maintenance, unscheduled maintenance, or a combination of the two. Flexibility in the terms of service agreements is valuable to the clinical engineering department manager, but care must be taken to fully understand those terms before entering into a formal agreement. Additionally it is advisable to check the references of any outside vendor prior to hiring them.

After a service agreement is in place, it is essential to monitor the performance of the service provider. This is necessary to make sure that the terms of the agreement are being met and that the health-care organization is receiving the services it

Table 3. Service agreement types

Type	Description	Rates (cost)
Full service	Quick response available at all times	Fixed
Time and material service	Varying response time available as needed	Hourly charge plus cost of parts
Shared responsibility	Internal staff provides initial response and repair. External staff follows up as and when required.	

needs. All maintenance activities they perform and associated costs should also be recorded (i.e. in a CMMS, if available) and reviewed on a regular basis.

5.2.2 Training

For the safety of the patient and the user, proper training is critical for both the user and the technical staff. The technical staff and the clinical engineering department manager have dual responsibility for ensuring that the technical personnel as well as the clinical users are informed, trained and versed on their specific responsibilities. Training and education is not a one-time activity but a continual process. Enabling staff to see that learning is important and a constant feature of their job will improve reliability and success in future problem solving. This section describes the training of technical personnel and section 5.3.9 briefly discusses user training.

Training of technical personnel can be provided inside the health-care organization through:

- Self-study:
 - › reading the equipment service and training manuals;
 - › using additional self-study materials provided by the manufacturer;
 - › using materials provided by a third party.
- One-to-one training provided by a more experienced person from

inside the organization. This may be a clinician teaching biomedical equipment technicians how the device works, for example, or a technician who is familiar with the device guiding others about maintenance and operation.

- The biomedical equipment technician taking part in a education class for nurses or other clinical users to learn about the operation of the equipment.
- The clinical engineering department bringing in a specialized outside trainer to teach staff about maintenance of a particular piece or type of equipment.
- The clinical engineering department bringing in one of the manufacturer's trainers to present to biomedical equipment technicians about maintenance and operation.

Or training can take place outside the organization at:

- Third-party training programmes designed to explain several models of a specific technology.
- Manufacturer's training programmes specifically designed for equipment technicians.

The methods of training suggested above, progress from the least expensive to the most expensive to implement. So depending on hospital resources, local availability of information sources and the ability to coordinate with other hospitals who might have technicians to train as well, the hospital can choose a methodology that best matches their resources. It should be noted however that the most effective training methods for sophisticated equipment are the more expensive options.

The most sophisticated equipment in hospital settings consists of computer-based multi-component systems.

Most of the performance inspection and verification of this equipment is performed by software-based inspection systems built into the equipment itself. Obtaining access to the computer codes and understanding how to maintain this equipment may only come with training provided by the manufacturer or vendor for a fee. If the hospital has developed a competent staff of biomedical equipment technicians, service training by the vendor is a good investment as it enables the hospital to eliminate vendor-related costs and may also lead to the hospital being able to assume repair responsibilities.

5.3 Operational management

5.3.1 Developing or changing IPM procedures

For IPM to be conducted properly, procedures are either selected or written so they provide sufficient testing and maintenance for specific devices and their features. The process of selecting or writing must begin with a good understanding of the technology in general, and the relevant model of equipment.

When developing new procedures for either old or new equipment, it is best to take the most conservative approach and use the manufacturer's IPM procedure manual as a baseline. The equipment owner should expect IPM procedures from the manufacturer to:

- Explain the required frequency of specific steps.
 - Provide recommended forms to be used for the IPM procedure.
 - Be provided in the predominant major language of the region/country. If this is not possible, the department will then have to consider if this is the best purchase for them or if they can afford to translate the manuals themselves.
- Procedures should not be changed until the owner has some experience with the device. Then, based on inputs from biomedical equipment technicians and/or other organizations who also own the equipment (or industry recommendations), IPM procedures can be changed. If this is done, the justification for deviating from the manufacturer's suggested IPM procedure should be thoroughly documented for future reference. The decision to make this change should also be reviewed periodically (e.g. annually) to make sure the conditions leading to the change persist.
- In most cases, the unique characteristics and features of devices require unique inspection steps for each different model. However, in some cases, a generic procedure for all manufacturers and models (e.g. oto/ophthalmoscope, fibre optic light source, microscope) can be used. While using available generic procedures may be very convenient, it must be done with understanding and discernment as some are written with the intention of providing only the most basic steps in an inspection. Appendix B contains a procedure template and a few sample generic procedures.

5.3.2 Setting IPM frequency

The frequency of IPM is specified by the manufacturer of the equipment in the maintenance manual. In cases where there is sufficient familiarity with

5.2.1 Προμηθευτές Τεχνικής Στήριξης

Όπως έχει αναφερθεί, δεν είναι συνήθως δυνατόν να παρέχεις όλες τις υπηρεσίες συντήρησης εσωτερικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσεις εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών τεχνικής στήριξης για ένα σημαντικό ποσοστό των εργασιών συντήρησης.

Γενικά υπάρχουν δύο κατηγορίες εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών τεχνικής στήριξης: οι κατασκευαστές του εξοπλισμού και οι ανεξάρτητοι οργανισμοί τεχνικής στήριξης. Πολλοί κατασκευαστές εξοπλισμού προσφέρουν υπηρεσίες προγραμματισμένων και επανορθωτικών συντηρήσεων για τον εξοπλισμό που κατασκευάζουν. Επίσης κάποιοι άλλοι προσφέρουν υπηρεσίες συντήρησης για εξοπλισμό άλλων κατασκευαστών, και εκτείνονται σε κάποιες περιπτώσεις σε όλο τον εξοπλισμό ενός οργανισμού υγειονομικής περίθαλψης. Οι ανεξάρτητοι οργανισμοί τεχνικής στήριξης ποικίλουν σε μέγεθος. Κάποιοι εξειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο τύπο ιατρικού εξοπλισμού και κάποιοι άλλοι προσφέρουν υπηρεσίες συντήρησης για ένα ευρύ φάσμα τύπων εξοπλισμού.

Σε κάποια μέρη του κόσμου υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί παρόχοι υπηρεσιών τεχνικής στήριξης, που προσφέρουν στο διευθυντή του τμήματος κλινικής μηχανικής ένα ευρύ φάσμα επιλογών. Ενώ σε άλλα μέρη του κόσμου ο αριθμός των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών τεχνικής στήριξης είναι πολύ πιο περιορισμένος. Σε μερικές περιπτώσεις αυτές οι εταιρείες θεωρούν πολυδάπανο το να προσφέρουν υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές που έχουν μικρό στόλο εξοπλισμού. Θα ήταν περισσότερο πιθανό για αυτούς να επεκτείνουν τις περιοχές που εξυπηρετούν αν μπορούσαν να διαπραγματευτούν μια σύμβαση που να καλύπτει ένα μεγάλο στόλο εξοπλισμού, ειδικότερα αν αυτός ο στόλος έχει ένα λογικό επίπεδο τυποποίησης όσον αφορά τον κατασκευαστή και το μοντέλο. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να είναι λογικό το να συνενωθούν με άλλες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης έτσι ώστε να δώσουν ένα καλύτερο κίνητρο στους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών τεχνικής στήριξης και να μπου στην τοπική αγορά.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι συμβολαίων παροχής υπηρεσιών τεχνικής στήριξης όπως φαίνεται στον πίνακα 3. Τα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών τεχνικής στήριξης μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορα επίπεδα προγραμματισμένων συντηρήσεων, επανορθωτικών συντηρήσεων, ή ένα συνδυασμό τους. Η ευελιξία όσον αφορά τα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών τεχνικής στήριξης είναι πολύτιμη για τον διευθυντή του τμήματος κλινικής μηχανικής, αλλά πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο να κατανοήσεις πλήρως τους όρους αυτούς πριν να μπει σε ένα επίσημο συμβόλαιο. Επιπρόσθετα προτείνεται να ελέγξει κανείς τις συστάσεις οποιουδήποτε εξωτερικού προμηθευτή πριν να τους προσλάβει.

Αφού συναφθεί ένα συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών τεχνικής στήριξης, είναι απαραίτητο ο πάροχος υπηρεσιών τεχνικής στήριξης να επιβλέπεται. Αυτό είναι απαραίτητο για να επιβεβαιώσουμε ότι τηρούνται οι όροι του συμβολαίου και οργανισμός υγειονομικής περίθαλψης λαμβάνει τις υπηρεσίες που χρειάζεται. Όλες οι εργασίες συντήρησης που εφαρμόζουν και τα σχετικά κόστη πρέπει επίσης να καταγράφονται (π.χ. σε ένα CMMS, αν υπάρχει) και να επανεξετάζονται σε τακτική βάση.

Άλλες λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο

Χρήστης

Ο χρήστης στο παρόν εγχειρίδιο είναι το άτομο που έχει την πλήρη ευθύνη για τη χρήση του μηχανήματος αιμοκάθαρσης AK 96. Ο χρήστης αποφασίζει ποιες ρουτίνες της κλινικής ισχύουν για το μηχανήμα αιμοκάθαρσης AK 96.

Χειριστής

Ο χειριστής στον παρόν εγχειρίδιο είναι το άτομο που έχει γνώσεις και κατάρτιση σχετικά με την αιμοκάθαρση και είναι ο υπεύθυνος ελέγχου του μηχανήματος, δηλαδή ορίζει τις ρυθμίσεις του μηχανήματος πριν από, στη διάρκεια και μετά τη θεραπεία αιμοκάθαρσης. Ο χειριστής αναφέρεται μερικές φορές ως "Εσείς".

Εξουσιοδοτημένος τεχνικός

Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός είναι ένας τεχνικός που έχει εκπαιδευτεί στη χρήση του μηχανήματος αιμοκάθαρσης AK 96 από τη Gambro και διαθέτει πιστοποίηση από τη Gambro ή έχει αποκτήσει ισοδύναμη εμπειρία με παρόμοιο τρόπο.

Μηχάνημα

Όποτε η λέξη Μηχάνημα χρησιμοποιείται στο παρόν εγχειρίδιο, αναφέρεται πάντα στο μηχανήμα αιμοκάθαρσης AK 96, εφόσον δεν αναφέρεται άλλο μηχανήμα.

Εγχειρίδιο

Όποτε η λέξη Εγχειρίδιο χρησιμοποιείται στο παρόν εγχειρίδιο, αναφέρεται πάντα στο Εγχειρίδιο χειριστή για το μηχανήμα αιμοκάθαρσης AK 96, εφόσον δεν αναφέρεται άλλο μηχανήμα.

Προαιρετικά

Μερικές φορές οι λειτουργίες και τα εξαρτήματα του μηχανήματος επισημαίνονται ως "**Προαιρετικά**", που σημαίνει ότι το μηχανήμα μπορεί να μη διαθέτει τη λειτουργία/το εξάρτημα που περιγράφεται. Μερικές φορές προαιρετική είναι μια λειτουργία ή ένα εξάρτημα το οποίο περιλαμβάνεται στο μηχανήμα και μπορεί να ενσωματωθεί, στη συνέχεια, από εξουσιοδοτημένο τεχνικό κατόπιν αιτήσεως.


Εικόνες

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους εικόνων. Ο ένας τύπος εικόνων είναι οι οθόνες και τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη πληροφοριών. Αυτές οι εικόνες είναι απευθείας στιγμιότυπο από την οθόνη πληροφοριών του μηχανήματος και δεν έχουν αναθεωρηθεί στη συνέχεια ώστε ο χειριστής να αναγνωρίζει τις τρέχουσες προβολές του μηχανήματος για την υπό εξέλιξη διαδικασία. Μερικές εικόνες απεικονίζουν το χειρισμό ή επισημαίνουν τα εξαρτήματα του μηχανήματος. Σε αυτές τις εικόνες έχουν προστεθεί βέλη που επισημαίνουν συγκεκριμένα στοιχεία ή απεικονίζουν κινήσεις.



Όταν αυτό το "ευθύγραμμο βέλος" εμφανίζεται σε εικόνες, επισημαίνει λεπτομέρειες που περιγράφονται στο αντίστοιχο κείμενο. Το βέλος μπορεί, επίσης, να δείχνει μια κατεύθυνση, δηλαδή εάν κάτι πρόκειται να κινηθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

AK 96® Μηχάνημα αιμοκάθαρσης



Εγχειρίδιο χειριστή

Για χρήση με την έκδοση προγράμματος 4.xx

Αριθμός παραγγελίας:
MHCEL12246-12/12

Πνευματικά δικαιώματα:

© 2007, 2008-2012 Gambro Lundia AB. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εμπορικά σήματα:

Τα **Gambro**, **AK 96**, **BiCart**, **CleanCart**, **Diascan**, **SoftPac** και **U 9000** είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στον Όμιλο Gambro.

Το **Dialox** είναι εμπορικό σήμα της Schülke & Mayr.

Κατασκευαστής:

Gambro Lundia AB

Box 10101

Magistratsvägen 16

SE-220 10 LUND

Σουηδία

Τηλέφωνο +46 46 169000

www.gambro.com

Στοιχεία επικοινωνίας αντιπροσώπου πωλήσεων, (εάν εφαρμόζεται):

Για ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την έκδοση, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο ή στον κατασκευαστή.


Εγγραφή σε τοπικούς ρυθμιστικούς κανόνες (εάν εφαρμόζεται):

한국 시장에 관련된 정보

수입품목허가번호
수입업자

수허 09-204 호
한국갬브로(주), 서울시
강남구 삼성동
145-9 대한해운빌딩 4층

→ → → ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Το μηχάνημα αιμοδιάλυσης AK 200 S συμμορφώνεται με ορισμένες απαιτήσεις που αφορούν τη διαρροή ρεύματος προς τον ασθενή από το υγρό της αιμοδιάλυσης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τους κανονισμούς. Όταν χρησιμοποιείται κεντρικός φλεβικός καθετήρας τοποθετημένος στον κόλπο, είναι ωστόσο απαραίτητο να λαμβάνετε επιπλέον προφυλάξεις ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αρρυθμιών λόγω διαρροής ρεύματος. Για αυτές τις θεραπείες είναι απαραίτητη η σύνδεση αγωγού εξίσωσης δυναμικού ανάμεσα στο μηχάνημα αιμοδιάλυσης AK 200 S και τη ράβδο διαύλου εξίσωσης δυναμικού στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Για να ελαχιστοποιήσετε τα διαφυγόντα ρεύματα από άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό, συστήνουμε την τοποθέτηση τέτοιου εξοπλισμού εκτός της περιοχής των ασθενών. Οποιοσδήποτε εξοπλισμός στην περιοχή του ασθενούς πρέπει να πληροί τα πρότυπα IEC 60601-1 και IEC 60601-1-1 (για συμμόρφωση με τη 2η έκδοση του προτύπου IEC 60601-1) και να αποτελεί μέρος της εξίσωσης δυναμικού. Ένας τρόπος για να ελαχιστοποιήσετε τη διαρροή ρεύματος από τον εξοπλισμό στην περιοχή του ασθενούς είναι η ηλεκτρική μόνωση του εξοπλισμού. Βεβαιωθείτε ότι οι τιμές διαρροής του ρεύματος βρίσκονται κάτω από το αντίστοιχο όριο που απαιτείται από τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά τύπου CF. Ο έλεγχος να γίνει μαζί με έναν τεχνικό συντήρησης. Αν η κλινική/το νοσοκομείο σας χρησιμοποιεί κεντρικό φλεβικό καθετήρα για τις θεραπείες, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημά σας είναι εξοπλισμένο με σύνδεση εξίσωσης δυναμικού. Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με τον Τεχνικό Σέρβις της Gambro για περαιτέρω βοήθεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ! Η λειτουργία του μηχανήματος αιμοδιάλυσης AK 200 S επιτρέπεται μόνο σε άτομα εκπαιδευμένα στην αιμοδιάλυση, τα οποία έχουν μελετήσει τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ο χρήστης/χειριστής πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο κείμενο που αναφέρεται στη φιλοσοφία της ασφάλειας του μηχανήματος. Δείτε την ενότητα "Φιλοσοφία ασφάλειας", στη σελίδα 1:13, στο μέρος 1. Βεβαιωθείτε ότι το πρώτο ψηφίο της έκδοσης του προγράμματος τόσο του μηχανήματος όσο και του εγχειριδίου είναι τα ίδια. Αν το μηχάνημα αιμοδιάλυσης AK 200 S δεν λειτουργεί όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί έως ότου η κατάσταση επανορθωθεί.
- ! Κατά την αφαίρεση της συσκευασίας, εξετάστε αν υπάρχουν ενδείξεις ζημιών στον εξοπλισμό. Αν ο εξοπλισμός έχει κάποια ένδειξη ζημιάς, δεν εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του.


ΠΡΟΣΟΧΗ → → →

→ → → ΠΡΟΣΟΧΗ

- ! Οι ασθενείς που είναι συνδεδεμένοι με το μηχάνημα αιμοδιάλυσης AK 200 S πρέπει να παρακολουθούνται από έμπειρο ιατρικό προσωπικό, εκπαιδευμένο βοηθητικό προσωπικό ή άλλο αντίστοιχο προσωπικό, επειδή ενδέχεται μερικές φορές να δημιουργηθούν καταστάσεις που απειλούν τη ζωή και οι οποίες μπορεί να μην ενεργοποιήσουν τους συναγερμούς. Ο χειριστής πρέπει να προσέχει όλα τα ενδεδειγμένα μηνύματα και τους συναγερμούς και να ακολουθεί τις οδηγίες, τις προειδοποιήσεις, τις επισημάνσεις προσοχής και τις σημειώσεις που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Είναι επιβεβλημένο το μηχάνημα να έχει περάσει τον έλεγχο λειτουργίας (FCH) προτού συνδεθεί σε αυτό ασθενής.
- ! Κατά την εγκατάσταση όλοι οι έλεγχοι βαθμονόμησης πρέπει να ολοκληρώνονται πριν το μηχάνημα χρησιμοποιηθεί για την αιμοδιάλυση ασθενούς.
- ! Το μηχάνημα αιμοδιάλυσης AK 200 S χρήζει ειδικών προφυλάξεων σε ότι αφορά την EMC και πρέπει να εγκαθίσταται και να τίθεται σε λειτουργία σύμφωνα με τις πληροφορίες EMC που υπάρχουν στο κεφάλαιο 9, "Τεχνικά δεδομένα και προδιαγραφές", στο μέρος 1.
- ! Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κοντά στο μηχάνημα αιμοδιάλυσης AK 200 S ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του μηχανήματος. Για περαιτέρω πληροφορίες, δείτε το κεφάλαιο 9, "Τεχνικά δεδομένα και προδιαγραφές", στο μέρος 1.
- ! Το μηχάνημα αιμοδιάλυσης AK 200 S θα λειτουργήσει όπως έχει σχεδιαστεί, μόνο αν χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Gambro. Οποιοσδήποτε εγγυήσεις εκ μέρους της Gambro που αφορούν το μηχάνημα αιμοδιάλυσης AK 200 S παύουν να ισχύουν αν ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται. Η Gambro δεν αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή τραυματισμό που προέκυψε από ακατάλληλη χρήση ή συντήρηση ή από μη εξουσιοδοτημένη επιδιόρθωση.
- ! Η προληπτική επιθεώρηση, συντήρηση και βαθμονόμηση του μηχανήματος αιμοδιάλυσης AK 200 S πρέπει να διενεργείται από πλήρως καταρτισμένο τεχνικό επισκευής, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Συντήρησης του Εγχειριδίου Επισκευής για το μηχάνημα αιμοδιάλυσης AK 200 S, το οποίο μπορείτε να παραγγείλετε από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Gambro. Είναι υποχρεωτικό η προληπτική συντήρηση να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά κάθε δεύτερο χρόνο. Συνιστάται ετήσια συντήρηση. Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις διαδικασίες προληπτικής συντήρησης ενδέχεται να ποικίλλει λόγω διαφορών στο περιβάλλον λειτουργίας.
- ! Το μηχάνημα αιμοδιάλυσης AK 200 S δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε χώρο όπου υπάρχει εύφλεκτο αναισθητικό αναμιγμένο με αέρα ή με οξυγόνο ή με υπεροξείδιο του αζώτου.
- ! Αν κάποιος συναγερμός, ο οποίος προκαλεί παράκαμψη του φίλτρου αιμοδιάλυσης για την επίτευξη ασφαλούς κατάστασης ασθενούς, εκκαθαριστεί επανειλημμένα χωρίς να επιλυθεί το υποκείμενο πρόβλημα, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι η ανεπαρκής αιμοδιάλυση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μηχάνημα αιμοδιάλυσης AK 200™ S



Εγχειρίδιο χειριστή

Για χρήση με την έκδοση προγράμματος 11.xx

Αριθμός παραγγελίας:
MHCEL9882-P11XX

Πνευματικά δικαιώματα:

Copyright © 2001-2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2012 Gambro Lundia AB.

Εμπορικά σήματα:

Οι ονομασίες Gambro, AK 200 S, AK 200 ULTRA S, BiCart, BiCart Select, CleanCart, Diascan, Exalis, SelectBag και SelectCart αποτελούν εμπορικά σήματα που ανήκουν στον Όμιλο Gambro.

Η ονομασία PEEK αποτελεί εμπορικό σήμα της Victrex plc.

Η ονομασία Dialox αποτελεί εμπορικό σήμα της L'Air Liquide.

Κατασκευαστής:

Gambro Lundia AB

Box 10101

Magistratsvägen 16

SE-220 10 LUND

Sweden

Τηλέφωνο +46 46 169000

www.gambro.com

Στοιχεία επικοινωνίας αντιπροσώπου πωλήσεων, (εάν εφαρμόζεται):

Για ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την έκδοση, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο ή στον κατασκευαστή.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα

Της αριθ. 34/2-12-2015 (θέμα 3ο) πράξης του Δ.Σ. του Γ. Ν. Ημαθίας

Θέμα 1^ο

Θέμα 3^ο : «Σύναψη σύμβασης για την προληπτική συντήρηση έξι (6) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης του Οίκου GAMBRO της Μ.Τ.Ν.»

Για το θέμα αυτό η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπόψη του Συμβουλίου:

α) Το από 30.11.2015 (Α.Π. 11388/30.11.2015) έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Μονάδας Βέροιας του Γ. Ν. Ημαθίας Θωμά Τζιμπουλα, με το οποίο αναφέρονται τα εξής:

Η σύμβαση προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων έξι (6) αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του οίκου GAMBRO, λήγει στις 31.12.2015.

Σύμφωνα με τη υφιστάμενη σύμβαση και το σχετικό έγγραφο της εταιρείας, θα παρέχεται κάλυψη για εργασίες προληπτικής συντήρησης και εργασίες επανορθωτικής συντήρησης συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ανταλλακτικών. Θα πραγματοποιούνται δύο (2) προληπτικές συντηρήσεις κατά χρονικά διαστήματα έξι (6) μηνών και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Το συνολικό ετήσιο κόστος, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των 17.712,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, (χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση). Η συντήρηση του μηχανήματος GAMBRO, τύπου HFM με S/N: 1245, θα παρέχεται δωρεάν.

Σύμφωνα με τα παραπάνω για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης του οίκου GAMBRO, προτείνουμε τη σύναψη σύμβασης, με την εταιρία ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος των εν λόγω προϊόντων στην Ελλάδα, με απευθείας ανάθεση και για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, με έναρξη την 01.01.2016, δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της προκήρυξης σχετικού διαγωνισμού από το ΠΠΥΥ έτους 2014 (στάδιο σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων σε εφαρμογή της υπ. αριθ. 65/17-7-2015/21-7-2015 (Θέμα 1^ο) απόφαση της ΕΠΥ).

Η εν λόγω δαπάνη είναι εντός των ορίων όπως αυτή ορίζεται στην αριθ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/Β/11.08.2010 του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων... Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.».

Η απευθείας ανάθεση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995 άρθρο 2 παρ.13 εδ. α) «Όταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για λόγους που σχετίζονται με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, τα προς προμήθεια αγαθά κατασκευάζονται ή παραδίδονται μόνο από ορισμένο προμηθευτή».

β) Την από 27.11.2015 οικονομική προσφορά της εταιρείας ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

και καταλήγοντας η Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της προαναφερόμενης ανάθεσης, στην εταιρεία ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος των εν λόγω προϊόντων στην Ελλάδα, για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και μέχρι τη διενέργεια & ολοκλήρωση της διαδικασίας της προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού από το ΠΠΥΥ έτους 2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2286/95, άρθ.2 και μετά από διαλογική συζήτηση,

αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την ανάθεση σύναψης σύμβασης προληπτικής συντήρησης των έξι (6) μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης της Μ. Τ. Ν. του οίκου GAMBRO, που η υφιστάμενη σύμβαση λήγει στις 31.12.2015, στην εταιρεία ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ Κ.ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος των εν λόγω προϊόντων στην Ελλάδα, για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους, με συνολική τιμή 17.712,00€ με Φ.Π.Α. για τα πέντε (5) μηχανήματα (χωρίς καμία

επιπλέον οικονομική επιβάρυνση), συμπεριλαμβανομένων όλων των ανταλλακτικών και του ενός (1) μηχανήματος GAMBRO, τύπου HFM με S/N: 1245 του οποίου η συντήρηση θα παρέχεται δωρεάν, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με έναρξη την 01.01.2016 και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού από το ΠΠΥΥ έτους 2014.

Το οικονομικό τμήμα της Μονάδας Βέροιας να διασφαλίσει τις απαιτούμενες πιστώσεις στον αντίστοιχο ΚΑΕ στον προϋπολογισμό της Μονάδας Βέροιας του Γ. Ν. Ημαθίας για την εν λόγω ανάθεση.

Θέμα.....

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει το πρακτικό αυτό και λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η Εισηγήτρια
Αν. Μπούρτσου

Τα Μέλη

Αν. Μπίνος (Αν.Διοικ. Γ.Ν. Ημαθίας- Μ. Νάουσας)
Χαμ. Νταλιού - Μπουτζιώνα (Συν/χος Νοσηλεύτρια)
Λεων. Παπαζήσης (Δ. Ι. Υ. Γ. Ν. Ημαθίας- Μ. Βέροιας)
Ηλ. Καλαϊτσίδης (Προϊστ. Δ.Υ. Γ.Ν. Ημαθίας- Μ. Βέροιας)
Ιωάν. Τριανταφυλλίδης (Εκπρόσ. Ιατρ. Γ. Ν. Ημαθίας)
Ν. Καρατζιούλα (Εκπρόσ. Εργαζ. Γ. Ν. Ημαθίας)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥ

Οι Γραμματείς
Γ. Τσιαγκαλίδου
Μ. Κοβίτου

Ακριβές απόσπασμα
Η Γραμματέας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Περιοχή Συντριάδα
Τ.Κ. 27 100 – ΠΥΡΓΟΣ
Τηλ.: 26210-82784
Φαξ: 26210-82378
Email: promithiesgnpyr@gmail.com

ΣΥΜΒΑΣΗ

18419/1-09-15

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ

ΓΙΑ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
(29 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΤΝ)»

Συμβατικού Τιμήματος 72.766,80€ συμπ. ΦΠΑ 23%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 7 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ


ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 13 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 14 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ



Στον Πύργο σήμερα την 1^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2015, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας-Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου, που εδρεύει στον Πύργο, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κο Δημόπουλο Βασίλειο, Διοικητή του Νοσοκομείου, διορισμένος με την αρ' Υ10β/Γ.Π. οικ. 101814/2-1-2014 απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 3/13-01-2014, νόμιμος εκπρόσωπος του Γ.Ν. Ηλείας και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΡ. ΚΟ ΕΠΕ», που εδρεύει ΑΓΗΣΑΝΔΡΟΥ 3, ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ Τ.Κ. 116 32, Αθήνα, Τηλ. 210-7520070, φαξ. 210-7519343, ΑΦΜ 095221353, ΔΟΥ ΙΗ ΑΘΗΝΩΝ και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής».

Λαμβάνοντας υπόψη :

- 1) Την υπ' αριθμ. 14835/07-07-2015 ΚΑΙ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 13010,1 ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (29 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΤΝ)
- 2) Την υπ. αριθμ. 14159/21-7-2015 προσφορά(συστήματος) του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης Πρόσκλησης.
- 3) Την υπ' αριθ. 3737/01-09-2015 Πράξη Διοικητή του Γ.Ν. Ηλείας, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του ως άνω έργου.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Έργο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (29 ΜΧΤ ΜΤΝ), όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από το εκάστοτε Νοσοκομείο, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης του έργου.

Αναθέτουσα αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας-Ν. Μ. Πύργου

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: η από 14159/21-7-2015 προσφορά (συστήματος) του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) Την υπ' αριθμ. 14835/07-07-2015 ΚΑΙ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 13010,1 ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, γ) την Προσφορά του Αναδόχου.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου **«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (29 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΤΝ)»**. Το έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της από 14835/07-07-2015 ΚΑΙ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 13010,1 ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (29 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΤΝ) και την υπ' αριθμ. . 3731/01-09-2015 Πράξη Διοικητή του Γ.Ν. Ηλείας
Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:

ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	SERIAL NUMBER
1	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S ULTRA	BU:15865 & FU:11540
2	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S ULTRA	BU:15867 & FU:11541
3	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S ULTRA	BU:15869 & FU:11543
4	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S ULTRA	BU:15871 FU:11545
5	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S ULTRA	BU:15873 FU:11547
6	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S ULTRA	BU:15874 FU:11548
7	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S ULTRA	BU:15875 FU:11549
8	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S ULTRA	BU:15658 FU:11434
9	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S ULTRA	BU:15659 FU:11435
10	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S	BU:15611 FU:12715
11	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S	BU:15613 FU:12717
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S	BU:12748 FU:12748
13	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S	BU:15645 FU:12749
14	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S	BU:15646 FU:12750

15	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S	BU:15647 FU:12751
16	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S	BU:15648 FU:12752
17	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S	BU:15652 FU:12756
18	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S	BU:15653 FU:12757
19	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S	BU:15718 FU:12797
20	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S	BU:15720 FU:12799
21	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S	BU:15721 FU:12800
22	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S	BU:15722 FU:12801
23	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S	BU:15725 FU:12804
24	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S	BM:16188 & FM:13122
25	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S	BM:16189 & FM:13123
26	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S	BM:16190 & FM:13124
27	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S	BM:16191 & FM:13125
28	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S	BM:15608 & FM:12712
29	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S	BM:15610 & FM:12714

Η κατά μήνα χρέωση συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών είναι **170€ άνευ ΦΠΑ (εκατόν εβδομήντα ευρώ)** ανά μηχανήμα, που περιλαμβάνει και τα έξοδα μετάβασης, παραμονής και επιστροφής των τεχνικών, όσες φορές και αν χρειαστεί.

Περιλαμβάνονται όλες οι επανορθωτικές συντηρήσεις που τυχόν χρειαστούν, οι δύο (2) προληπτικές συντηρήσεις (μία ανά εξάμηνο), το κόστος όλων των αμεταχείριστων ανταλλακτικών που θα χρειαστούν κατά τις προληπτικές και τις επανορθωτικές συντηρήσεις, καθώς και πλήρη τηλεφωνική και τεχνική υποστήριξη. Όλες οι βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές, καθώς και οι νέες ενημερώσεις λογισμικού (software updates) που προτείνονται από τον κατασκευαστικό οίκο θα εγκαθίστανται άμεσα στα υπό συντήρηση μηχανήματα, χωρίς επιπλέον κόστος.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται επισκευές και ανταλλακτικά που θα χρειαστούν για την αποκατάσταση βλάβης, η οποία μπορεί να προκληθεί από φθορά λόγω βίαιης χρήσης.

Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α. 23 % που βαρύνει το Νοσοκομείο.

A/A	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ	ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
I	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 29 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΤΝ) T/N GAMBRO	ΤΕΜΑΧΙΑ	29 (ΕΙΚΟΣΙΕΝΝΕΑ)	170,00€	4.930,00€	59.160,00€	13.606,80€	72.766,80€
ΣΥΝΟΛΙΚΑ			29	170,00€	4.930,00€	59.160,00€	13.606,80€	72.766,80€

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Διατίθεται απόθεμα ανταλλακτικών-κατασκευής οίκου GAMBRO-επαρκές, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή λειτουργία των υπό συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων τεχνητού νεφρού GAMBRO της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου.

Το κόστος όλων των ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για τις επισκευές των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια των προληπτικών και επανορθωτικών συντηρήσεων περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις της εταιρείας. Από τα ανταλλακτικά εξαιρούνται τα ULTRAFILTERS (U8000S) των AK200S ULTRA που είναι αναλώσιμα υλικά.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του συντηρητή οι ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Κακή παροχή τροφοδοσίας ρεύματος (πτώση τάσεως, απότομες διακυμάνσεις δικτύου κ.λπ.) στο Νοσοκομείο σας από την ΔΕΗ.
2. Κακή ποιότητα παροχής ή μη επαρκής τροφοδοσία νερού από το σύστημα κεντρικής επεξεργασίας νερού του Νοσοκομείου σας.
3. Ζημιά ή καταστροφή των μηχανημάτων από θεομηνίες (πλημμύρα, φωτιά, κεραυνός, σεισμός, θύελλες κ.λπ.)
4. Κακή χρήση των μηχανημάτων από το προσωπικό του Νοσοκομείου ή τρίτους καθώς επίσης πτώση ή χτυπήματα των μηχανημάτων.
5. Κακόβουλες ενέργειες τρίτων ή τεχνικές παρεμβάσεις τρίτων.
6. Οι εργασίες αποσύνδεσης και εγκατάστασης των μηχανημάτων σε νέους χώρους.
7. Χρήση ακατάλληλων υλικών για την αποστείρωση, για τον καθαρισμό απασβέστωσης καθώς επίσης και η ελλιπής διαδικασία απασβέστωσης ή καθαρισμού, πέραν από τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις και εφόσον είναι δυνατή η επισκευή των μηχανημάτων ο συντηρητής μπορεί να αναλάβει την αποκατάσταση των βλαβών με ξεχωριστή δαπάνη βάσει των τότε ισχυουσών τιμών του Συντηρητή.

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην τεχνική προσφορά του αναδόχου και σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. 14835/07-07-2015 ΚΑΙ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 13010,1 ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (29 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΤΝ)

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Έναρξη ισχύος της σύμβασης ορίζεται η **1/09/2015** και λήξη αυτής την **31/08/2016**.

Το Νοσοκομείο δύναται να λύει τη σύμβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της ισχύος της εφόσον έχει υπογράψει σύμβαση προμηθείας για τα ίδια είδη ή ρυθμιστεί διαφορετικά από την ΕΠΥ ή την 6^η Υ.ΠΕ. χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης από τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για τις ανάγκες του έργου θα συσταθεί από το Νοσοκομείο Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ).

Η ΕΠΠ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδόσεων.

Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής. Εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών, η ΕΠΠ καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε περίπτωση που το έργο δεν εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το Π.Δ. 118.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των **πενήντα εννιά χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (59.160,00€) πλέον ΦΠΑ 23%**, ήτοι συνολικά **εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (72.766,80€ €)**. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει).

Στην αμοιβή του προμηθευτή, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό 124/170249-4 εγγυητική επιστολή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού δύο εκατομμύρια εννιακόσια πενήντα ευρώ (2.950.000 €) (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων του έργου, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει το έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
5. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από άτομα, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιοσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
6. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιοσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ειδικότερα:

Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και

εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ' οιοδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ενδίκου μέσου.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν

δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν εκτελεστεί οριστικά το σύνολο του έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρώθουν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από της υπ' αριθ.. 14835/07-07-2015 ΚΑΙ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 13010,1 ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (29 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΤΝ) του σχετικού διαγωνισμού και την υπ. αριθμ. 14159/21-7-2015 προσφορά(συστήματος του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

- α) Η παρούσα σύμβαση
- β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
- γ) Η διακήρυξη
- δ) Η προσφορά του Αναδόχου

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ. Σπ. Παναγιώτης Κωνσταντίνος κάτοικος Ρεφ. Εσπέρου 3 ΤΚ 11632 τηλ: 210 7520010, fax 210 7519343, 210 7519343

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ.

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,.


Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΣΕ ΠΙΣΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ



ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΕΡ.Π.Ο Ε.Π.Ε.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΜΗΧΗΡΜΑΤΑ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - SERVICE)
ΑΓΗΣΑΝΔΡΟΥ 3 - ΑΓ. ΠΑΤΕΡΙΟΣ - ΑΘΗΝΑ 116 32
ΤΗΛ.: 210 7013532 - FAX: 210 7519343
ΑΦΜ: 095221353 Τ. ΔΟΥ: ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αρ. πρωτ.

Ημερομηνία

Τμήμα

Γ.Ν.-ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ

ΕΠΤΑ(7)ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ(ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GABRO) ΤΟΥ

Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ.

Συνολικού Ετήσιου Τιμήματος 17.562,33€ με Φ.Π.Α.

Στη Χαλκίδα, σήμερα την 16 Ιουλίου του έτους 2015, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία **Γ.Ν.Χαλκίδας - Γ.Ν.-Κ.Υ.Καρύστου - Γ.Ν.-Κ.Υ.Κύμης** που εδρεύει στην Γαζέπη 48, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. **Καρούζος Ιωάννης**, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και

Αφετέρου

Η ανάδοχος εταιρεία με την επωνυμία **ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ**, που εδρεύει στην οδό Αγησάνδρου αρ.3 Άγιος Αρτέμιος, τ.κ.11632 Αθήνα, ΤΗΛ.:7520070&210-7013582, FAX210-7519343, με ΑΦΜ 095221353, ΔΟΥ Αθηνών, και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως (ο Ανάδοχος),

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αριθμ.5810/12-05-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση/επισκευή των τριών(3)μηχανημάτων αιμοκάθαρσης τύπου GABRO του Νοσοκομείου Χαλκίδας και των επτά(7)μηχανημάτων αιμοκάθαρσης τύπου GABRO του Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ.

Την υπ. Αριθ. 13/16-07-2015 **Απόφαση ΔΣ**, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα, στον Ανάδοχο.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την πλήρη συντήρηση-επισκευή και τα ανταλλακτικά, των τριών(3)μηχανημάτων αιμοκάθαρσης τύπου GABRO, που χρησιμοποιούνται από την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου και των επτά(7)μηχανημάτων αιμοκάθαρσης τύπου GABRO, που χρησιμοποιούνται από την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ :

Είδη-Ποσότητες-Τιμές

1)ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ.(ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ):**α)AK-200S με S/N:13014, ποσότητα ένα(1), τιμή 169,98€ ανά μήνα.****β)AK-200S με S/N:13016, ποσότητα ένα(1), τιμή 169,98€ ανά μήνα.****γ)AK-200S με S/N:13017, ποσότητα ένα(1), τιμή 169,98€ ανά μήνα.****δ) AK-200S με S/N:13149, ποσότητα ένα(1), τιμή 169,98 € ανά μήνα.****ε)AK200S με S/N:13152, ποσότητα ένα(1), τιμή 169,98 € ανά μήνα.****στ)AK200S με S/N:17715, ποσότητα ένα(1), τιμή 169,98€, ανά μήνα.**

ζ) AK-200S με S/N:17716, ποσότητα ένα(1), τιμή 169,98€ ανά μήνα.

Ετήσια συνολική δαπάνη (7 μηχανήματα x 12 μήνες x 169,98 € = 14.278,32€) χωρίς ΦΠΑ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των τεχνικών της εταιρείας.

Η σύμβαση διέπεται από τις εξής διατάξεις: N.2286/95, N.2362/95, Π.Δ.82/1996, N.2469/97, Π.Δ.63/ 05, N.3329/2005, N.3527/2007, N.3580/2007, N.2955/2001, N.2522/97, ΠΔ.60/07, N.2690/99, Π.Δ.166/2003, N.3310/2005, ΠΔ118/07, N.3377/2005, N.2513/1997, N.3548/2007, N.3801/09, N.4167/2012, N.3846/10 N. 3886/10, N.3897/2010, ΠΔ113/2010, N.3918/2011, N.3871/2011, N.3979/2011, N.4038/2011, N.3984/2011, N. 3959/2011, N.3867/2010, N.3868/2010, N.4024/2011, N.4025/2011, N.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, N. 4038/2012, N.4046/2012, N. 4072/2012, N.4052/2012, N.4055/2012, N. 4072/201, N.4118/2013, N.4146/13, N.4152/13, ν.4250/14 και των λοιπών περί προμηθειών διατάξεων. *

Την αριθμ. 6881/03-10-12 Απόφαση της ΕΠΥ. * Το αριθμ. 1293/2013 έγγραφο της 5^{ης} ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάστηκε το αριθμ.445/28-1-13 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα: «Επικαιροποίηση ... κρατήσεων (ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00)». * Το αριθμ. 9232/26-

06-2013 έγγραφο της 5^{ης} ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με την υλοποίηση και παρακολούθηση των διαγωνιστικών διαδικασιών προμηθειών υλικών και φαρμάκου. * Την αριθμ. 2053/25-04-2014 εγκύκλιο της ΕΠΥ. * Το υπ' αριθμ. 1750/04-04-2014 έγγραφο της ΕΠΥ «Οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες υλικοεπαγρύπνησης για τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα».

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους αρχίζοντας από 16-07-2015 έως την 15-07-2016.

Το Νοσοκομείο δύναται αυτοδίκαια να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης επί τρίμηνο από την λήξη του χρόνου της σύμβασης με δαπάνη ανάλογη της συμφωνημένης.

Η Εταιρεία ΣΕΡ. ΚΟ. ΕΠΕ, θα εκτελεί τέσσερις (4) συντηρήσεις το χρόνο(μία ανά τρίμηνο), με ανάλογες και διαφορετικές ρυθμίσεις ή αλλαγές εξαρτημάτων, αν χρειάζεται.

Θα υπάρχει πλήρης κάλυψη των βλαβών στα μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού μετά από τηλεφωνική κλήση από τον υπεύθυνο ιατρό ή την προϊσταμένη της μονάδας, καθώς και πλήρης τηλεφωνική υποστήριξη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Η Εταιρεία θα επεμβαίνει για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης που θα παρουσιάζεται στα μηχανήματα εντός 24 ωρών από οποιοδήποτε έκτακτο κάλεσμα από το Νοσοκομείο Χαλκίδας και το Γ. Ν. - Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του χρόνου, συμπεριλαμβανομένων αργιών και εορτών.

Τα ανταλλακτικά που θα απαιτούνται για την αποκατάσταση των βλαβών ή των συντηρήσεων θα είναι γνήσια, καινούργια, αμεταχειρίστα και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Η Εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου και καλής λειτουργίας για κάθε ένα εκ των μηχανημάτων.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του συντηρητή:

Α) Ζημιά ή καταστροφή των μηχανημάτων από θεομηνίες (σεισμός, θύελλες, νερά, κεραυνό, φωτιά). Από χτυπήματα, πτώση από το προσωπικό του Νοσοκομείου Γ. Ν. -Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ ή από τρίτους.

Β) Η αποδεδειγμένα μη ενδεδειγμένη ή κακή χρήση των μηχανημάτων από τα Νοσοκομεία ή από τρίτους.

Γ) Η χρήση ακατάλληλων υλικών για την αποστείρωση, για τον καθαρισμό απασβέστωσης καθώς και η ελλιπής διαδικασία απασβέστωσης ή καθαρισμού, πέρα από τις οδηγίες του κατασκευαστή όπως αναφέρονται στα Τεχνικά εγχειρίδια.

Δ)Η κακή παροχή τροφοδοσίας τάσεως 220V/50 περιόδων των Νοσοκομείων ή της ΔΕΗ.

Ε)Η κακή ποιότητα παροχής νερού από το σύστημα επεξεργασίας νερού των Νοσοκομείων.

ΣΤ)Οι εργασίες αποσύνδεσης και εγκατάστασης των μηχανημάτων σε νέους χώρους. Εάν μας ζητηθεί αποκατάσταση των βλαβών, λόγω των παραπάνω περιπτώσεων και εφόσον είναι δυνατόν, η δαπάνη θα συμπεριλαμβάνει τα εργατικά και τα ανταλλακτικά, και θα χρεώνεται χωριστά, με βάση τις τότε ισχύουσες τιμές του συντηρητή.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ118/07.

- Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες.
- Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου.
- Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του.

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον

Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή την με αριθμό 127/701729-0 εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας, ποσού επτακοσίων δεκατρία και ενενήντα ένα (713,91 €) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), αορίστου χρόνου η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/ και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

Κατά τα λοιπά ως ορίζεται από την οικεία διακήρυξη/ πρόσκληση.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας ως ορίζεται από την οικεία διακήρυξη και το άρθρο 37 του ΠΔ118/07.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει/ λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ118/07.

Όταν υπογραφεί η σύμβαση με την 5η ΥΠΕ Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας σταματάει αυτομάτο η ισχύς της παρούσης σύμβασης.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας έκδοσης του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Το κείμενο της σύμβασης, η προσφορά του προμηθευτή και οι όροι της Διακήρυξης/ πρόσκλησης κατισχύουν κάθε άλλου κειμένου, εκτός πρόδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει αφού επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις αν τούτο επιβάλλεται, να έχουν εκπληρωθεί οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.




Για οποιοδήποτε θέμα ή περίπτωση που αναφέρονται στην όλη διαδικασία και δεν γίνεται μνεία ισχύουν οι όροι της οικείας Διακήρυξης, καθώς και τα αναγραφόμενα στο ΠΔ.118/2007 και λοιπές ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις.

Η παρούσα αφού συντάχθηκε σε δύο όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κατωτέρω, και έλαβε ένα αντίτυπο έκαστος των συμβαλλομένων.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ -Γ.
Ν. -Κ. Υ. Καρύστου -Γ. Ν. - Κ. Υ.
ΚΥΜΗΣ**

ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΜΗΚΑΝΙΣΜΑΤΑ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - SERVICE)
ΑΓΗΣΙΑΝΔΡΟΥ 3 - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΘΗΝΑ 118 32
ΤΗΛ.: 210 7013582 - FAX: 210 7519349
ΑΦΜ: 095221353 - ΔΟΥ: ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ

ΣΕΡ.ΚΟ ΕΠΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ' αριθμ. 1/2016

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΣΕΡ.ΚΟ. Ε.Π.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Μ.Τ.Ν. ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Σομβατικού Τιμήματος 6.071,59 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΗΜΑ

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΤΙΜΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΣΤΟΛΗ -- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 11 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕ. ΑΡΙΘ. 1/2016

Στους Φιλιάτες, σήμερα την 18η Δεκεμβρίου του έτους 2015, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, που εδρεύει στους Φιλιάτες, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κ. Σπύρο Λερδεμέζη και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία Σ.Ε.Ρ.Κ.Ο. Ε.Π.Ε. που εδρεύει στην οδό Αγησιάνδρου 3, 11632 Αγ. Αρτέμιος - Αθήνα, τηλ. : 210 7520070, Φαξ : 210 7519343, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 095221353, υπάγεται στη Λ.Ο.Υ. : ΠΗ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη Μπάλτσα, Διαχειριστή της εταιρείας και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής».

Λαμβάνοντας υπόψη :

- 1) Την υπ. αριθ. 12884/27-11-2015 Εγκύκλιση Ενδιαφέροντος της Αναθέτουσας Αρχής.
- 2) Την από 08-12-2015 προσφορά του Ανάδοχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Εγκύκλισης Ενδιαφέροντος.
- 3) Την υπ. Αριθ. 29/16-12-2015 (0.7) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Εγκύκλισης Ενδιαφέροντος, στον Ανάδοχο.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον ΑΝΑΔΟΧΟ σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπικών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπικών.

Έργο -- παρεχόμενες υπηρεσίες : Συντήρηση και Επισκευή Συσκευών Αιμοκάθαρσης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού με Ανταλλακτικά του Γ.Ν. -- Κ.Υ. Φιλιατών, όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: 08/01/2016.

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής : Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την τμηματική -- οριστική παραλαβή της υπηρεσίας.

Παραδοτέα : Τις υπηρεσίες που ο ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τη σύμβαση.

Προθεσμίες : τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την ειομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού

διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: η από 08-12-2015 προσφορά του Ανάδοχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό ανάλλαγμα για την υλοποίηση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΗΜΑ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της υπηρεσίας «Συντήρηση και Επίσκεψη Συσκευών Αιμοκάθαρσης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού με Ανταλλακτικά», του Γ.Ν. - Κ.Υ. Φιλιατών.

Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σε συνδυασμό με τους όρους της από 27-11-2015 εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την υπ' αριθμ. 29/16-12-2015 (0.7) απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ : Συντήρηση και Επίσκεψη Συσκευών Αιμοκάθαρσης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού με Ανταλλακτικά του Γ.Ν. - Κ.Υ. Φιλιατών

Οι 11 συσκευές αιμοκάθαρσης που είναι προς συντήρηση, με τύπο και αριθμό σειράς είναι οι κάτωθι :

1. AK-200S με BM: 13709 & FM: 11441
2. AK-200S με BM: 13710 & FM: 11442
3. AK-200S με BM: 13711 & FM: 11443
4. AK-200S με BM: 13712 & FM: 11444
5. AK-200S με BM: 13713 & FM: 11445
6. AK-200S με BM: 13714 & FM: 11446
7. AK-200S με BM: 14539 & FM: 12047
8. AK-200S με BM: 14975 & FM: 12315
9. AK-200S με BM: 14978 & FM: 12318
10. AK-200S με BM: 14980 & FM: 12320
11. AK-200SU με S/N : 20041

Η συντήρηση των μηχανημάτων θα γίνεται με δύο υποχρεωτικές επισκέψεις, μία ανά εξάμηνο (επίσκεψη ειδικευμένου τεχνικού της εταιρείας για την σωστή προληπτική συντήρηση).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ : 6.071,59 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται :

Η συντήρηση των μηχανημάτων με μια υποχρεωτική επίσκεψη, μία το τρίμηνο (επίσκεψη ειδικευμένου τεχνικού της εταιρείας για την σωστή προληπτική συντήρηση), απεριόριστος αριθμός επισκέψεων για αποκατάσταση βλαβών, πλήρης τηλεφωνική υποστήριξη, καθώς και όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά. Από τα ανταλλακτικά εξαιρούνται ULTRAFILTERS (U8000S) των AK-200S ULTRA τα οποία είναι αναλώσιμα υλικά.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από 08/01/2016 έως 07/04/2016.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ

Η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ -- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

• Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των υπηρεσιών του με υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07.

• Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.

• Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του Ανάδοχου εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.

• Οι ποινικές ρήτρες καθυστέρησης εκτέλεσης των υπηρεσιών, θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την εισηγμένη πληρωμή του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

• Η πληρωμή θα γίνεται για το 100% της κάθε τμηματικής αξίας σε ευρώ, εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των παρεχομένων υπηρεσιών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07.

• Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

• Χρόνος εξόφλησης : Εντός εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων διαπίστωσης εργασιών από την σχετική επιτροπή παρακολούθησης.

• Σε περίπτωση που η πληρωμή του Αναδόχου καθυστερήσει ισχύουν τα όσα το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καιαπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» ορίζει.

• Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά.

• Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Εξάφνης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).

• Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις που διέπονται από το Ν.2286/95 ήτοι:

- α) 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Φ.Π.Κ. 545 Β' /24-3-2009)
- β) 0,10% υπέρ ΕΛΛΑΔΙΣΥ (Φ.Π.Κ. 204 Α' /15-9-2011)
- γ) Επί του ποσού της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Π.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).
- δ) 8% παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το Ν.2198/1994.
- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.
- Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΧΟΥ

- Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ΑΝΑΛΟΧΟΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
- Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ΑΝΑΛΟΧΟ, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

- Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
- Ο ΑΝΑΛΟΧΟΣ, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του ΑΝΑΛΟΧΟΥ, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον ΑΝΑΛΟΧΟ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ΑΝΑΛΟΧΟΣ δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.
- Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον ΑΝΑΛΟΧΟ μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο ΑΝΑΛΟΧΟΣ πέραν της αμοιβής των παρεχομένων υπηρεσιών, που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτές τελικώς παραληφθούν, δεν δικαιούται άλλο ποσό.

• Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του ΑΝΑΛΟΧΟΥ που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.

• Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΑ 118/07.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί, όταν ολοκληρωθεί το σύνολο των υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από 27-11-2015 εκδήλωση ενδιαφέροντος και η από 08-12-2015 κατατεθείσα προσφορά του ΑΝΑΛΟΧΟΥ αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

- α) Η παρούσα σύμβαση
- β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
- γ) Η διακήρυξη της εκδήλωσης ενδιαφέροντος
- δ) Η προσφορά του ΑΝΑΛΟΧΟΥ

• Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

• Αντίκλητος του ΑΝΑΛΟΧΟΥ, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον ΑΝΑΛΟΧΟ ορίζεται με την παρούσα ο Κος. ΣΠΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΙΝΟΣ κάτοικος ΑΣΗΛΑΝΑΡΟΥ 3, ΤΚ 11632, ΑΓ. ΑΡΙΕΜΙΟΣ τηλ.: 210-7520070 fax: 210-7519343

• Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον ΑΝΑΛΟΧΟ θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


• Ο ΑΝΑΛΟΧΟΣ και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

• Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Ιωαννίνων, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

• Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συντάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε
έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Ο ΛΟΓΗΤΗΣ


ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΡΑΣΜΕΖΗΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΣΕΡΙΚΟ Ε.Π.Ε.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - SERVICE)
ΑΓΗΣΑΝΔΡΟΥ 3 / ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ΑΘΗΝΑ 116 32
ΤΗΛ. 210 7013582 - FAX: 210 7519343
ΑΦΜ: 095221353 - ΔΟΥ: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ

16845003612149

8-1-15



Ψηφιακά υπογεγραμμένο από APOSTOLOS SINIS
Ημερομηνία: 2015.12.16 13:27:41 EET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα, 16.12.2015

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Α.Π.: 4980

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Αβέρωφ 12Α

Τ.Κ.: 10433, Αθήνα

Τηλ: 213 2037545

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α' Με την απόφαση που ελήφθη με το θέμα 6^ο από τα εντός ημερησίας διάταξης θέματα της με αριθμό 68 και από 14.12.2015 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, το οποίο επιγράφεται «Εγκύκλιος αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)» και αναρτήθηκε στις 15.12.2015 στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι) ενσωματώθηκαν σε ενιαίο κείμενο οι ρυθμίσεις των προλεγομένων δύο αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

Συνοψίζοντας τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο, παρατηρούνται τα εξής:

Πρώτον, σκοπείται χάριν, ιδίως, των αρχών της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και του ελεύθερου ανταγωνισμού, η θέσπιση νέας διαδικασίας εκπόνησης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που ερείδεται στη διαφάνεια και στη διαβούλευση με την αγορά και υποχρεώνει τα μέλη των επιτροπών προδιαγραφών να αιτιολογούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα που εκπονούν.

Δεύτερον, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα που εκπονούνται βάσει της νέας διαδικασίας έχουν ισχύ τρία (3) έτη. Πριν το τέλος κάθε τριετίας επιβάλλεται η επικαιροποίησή τους μόνον από την αναθέτουσα αρχή που τις εκπόνησε.

Τρίτον, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα που έχουν εκπονηθεί από άλλη αναθέτουσα αρχή βάσει της νέας διαδικασίας. Για το σκοπό αυτό συστήνεται στην Ε.Π.Υ. μητρώο τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

Τέταρτον, από την 24^η Ιουλίου 2015 και επέκεινα οι προμήθειες της Ε.Π.Υ. και των δημοσίων φορέων υγείας που διενεργούνται με τακτικό διαγωνισμό (ανοικτό ή κλειστό) πρέπει να διενεργούνται δυνάμει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της νέας διαδικασίας. Κατ' εξαίρεση, διαγωνισμός τέτοιου είδους μπορεί να διενεργείται έως και την 31^η Μαρτίου 2016 βάσει είτε τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της νέας διαδικασίας, είτε τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της διαδικασίας που ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ της νέας διαδικασίας, εφόσον πρόκειται για τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα που εκπονούνται είτε από επιτροπή προδιαγραφών που είχε συσταθεί ad hoc από την Ε.Π.Υ. έως και την 16^η Ιουλίου 2015 ή από δημόσιο φορέα υγείας έως και την 23^η Ιουλίου 2015, είτε από διαρκή επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών, στην οποία είχε ανατεθεί από δημόσιο φορέα υγείας η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων συγκεκριμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών έως και την 23^η Ιουλίου 2015.

Πέμπτον, από την 24^η Ιουλίου 2015 έως και την 30^η Ιουνίου 2016 οι προμήθειες της Ε.Π.Υ. και των δημοσίων φορέων υγείας που διενεργούνται είτε με απευθείας ανάθεση, είτε με συνοπτική διαδικασία (πρόχειροι διαγωνισμοί), είτε με διαπραγμάτευση (με ή χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης) καθώς κι όσες διεξάγονται κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α' 128) μπορούν να διενεργούνται είτε βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της νέας διαδικασίας, είτε βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της διαδικασίας που ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης.

Έκτον, από 1^{ης} Ιουλίου 2016 και επέκεινα όλες ανεξαιρέτως οι προμήθειες της Ε.Π.Υ. και των δημοσίων φορέων υγείας διενεργούνται υποχρεωτικώς δυνάμει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της νέας διαδικασίας.

Β' Το κείμενο της εγκυκλίου έχει ad litteram ως εξής:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)

1. Η Ε.Π.Υ. αυτοδεσμεύεται, ώστε η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων να διενεργείται σύμφωνα με την ακόλουθη, υπό στοιχεία (α) έως και (δ), διαδικασία:

(α) Ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για κάθε προϊόν και υπηρεσία αναρτάται στον ιστότοπο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας ανακοίνωση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Με την ανακοίνωση αυτή καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από την επομένη της ως άνω ανάρτησης, πρώτον, όλοι οι προμηθευτές του προϊόντος ή της υπηρεσίας, των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρόκειται να συνταχθούν, να υποβάλουν στο Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας τις επίσημες, στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα, τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και δεύτερον, οι επίσημοι φορείς ή/και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών να υποβάλουν στο ίδιο Τμήμα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας τις προτεινόμενες από αυτούς, στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα, τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα του προϊόντος ή της υπηρεσίας, των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρόκειται να συνταχθούν. Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων από τους ανωτέρω προμηθευτές και τους ανωτέρω επίσημους φορείς ή/και ενώσεις αυτών γίνεται ταυτοχρόνως σε έντυπη και μαγνητική μορφή [με τη μορφή, ιδίως, είτε του ψηφιακού δίσκου (cd), είτε του ψηφιακού ευέλικτου δίσκου (dvd) είτε της κινητής μονάδας μνήμης ενιαίου σειριακού διαύλου (usb memory stick)]. Στην ίδια αποκλειστική προθεσμία των είκοσι (20) ημερών το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας συλλέγει από επίσημους φορείς πιστοποίησης, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εγκεκριμένες από αυτούς τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα του προϊόντος ή της υπηρεσίας, των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρόκειται να συνταχθούν.

Το σύνολο του υλικού που κατά τα ανωτέρω υποβάλλεται στο Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και συλλέγεται από αυτό, πρώτον, παραδίδεται από το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας στην Επιτροπή Προδιαγραφών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, η οποία άρχεται από την επομένη της ολοκλήρωσης της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, και δεύτερον, αναρτάται από το ίδιο Τμήμα στον ιστότοπο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας εντός της ίδιας προθεσμίας των δέκα (10) εργασίμων ημερών.

(β) Το τελικό σχέδιο της Επιτροπής Προδιαγραφών τίθεται υποχρεωτικώς σε δημόσια διαβούλευση.

(γ) Η τελική απόφαση της Επιτροπής Προδιαγραφών πρέπει να διαλέγεται τουλάχιστον με το ως άνω, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο (α), υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, τις εν γένει διεθνείς, παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, τις παραδοχές της επιστήμης, την εμπειρία, τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου.

(δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρέπει να καταρτίζονται με τρόπο κατά το δυνατόν γενικό, ώστε τουλάχιστον να αποφεύγεται ο περιορισμός του ανταγωνισμού μέσω τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που ευνοούν έναν συγκεκριμένο προμηθευτή.

2. Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων από δημόσιους φορείς υγείας πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1, με τις εξής δύο διαφοροποιήσεις:

(α) Η προβλεπόμενη στο στοιχείο (α) της παραγράφου 1 ανάρτηση λαμβάνει χώρα στην επίσημη ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

(β) Αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με το στοιχείο (α) της παραγράφου 1 για την εν γένει συλλογή του υλικού που παραδίδεται στην Επιτροπή Προδιαγραφών λογίζεται η υπηρεσιακή μονάδα της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει την προμήθεια του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

3. Οι ρυθμίσεις των στοιχείων (γ) και (δ) της παραγράφου 1 καταλαμβάνουν από την 17^η Ιουλίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία η Ολομέλεια της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας ενέκρινε το σύνολο της διαδικασίας και των ρυθμίσεων της παραγράφου 1, μόνον τις Επιτροπές Προδιαγραφών που έχουν συσταθεί από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και δεν έχουν ακόμη, έως την ως άνω ημερομηνία, παραδώσει υπογεγραμμένες, από όλα τα μέλη τους, τις προτεινόμενες από αυτές

τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, πλην της ειδικότερης ρύθμισης του στοιχείου (γ) της παραγράφου 1 οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα να διαλέγονται με το υλικό που το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας οφείλει, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο (α) της παραγράφου 1, να παραδίδει σε κάθε Επιτροπή Προδιαγραφών.

4. Οι επιτροπές προδιαγραφών της Ε.Π.Υ. και των δημοσίων φορέων υγείας παραδίδουν την κατά το στοιχείο (γ) της παραγράφου 1 τελική απόφασή τους το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την παράδοση σε αυτές του υλικού που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο του στοιχείου (α) της παραγράφου 1.

5.1. Από την 24^η Ιουλίου 2015 και επέκεινα οι προμήθειες της Ε.Π.Υ. και όλων των δημοσίων φορέων υγείας που διενεργούνται με τακτικό διαγωνισμό (ανοικτό ή κλειστό) διενεργούνται υποχρεωτικώς βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της διαδικασίας που θεσπίζεται στην παρούσα απόφαση.

Κατ' εξαίρεση και με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 3 της παρούσας απόφασης για τις επιτροπές τεχνικών προδιαγραφών της Ε.Π.Υ.:

(α) Η Ε.Π.Υ. και οι δημόσιοι φορείς υγείας μπορούν να διενεργούν έως και την 31^η Μαρτίου 2016 τακτικό διαγωνισμό (ανοικτό ή κλειστό) βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της διαδικασίας που ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης, εφόσον εκπονούνται από ad hoc επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών που έχει συσταθεί είτε από την Ε.Π.Υ. έως και την 16^η Ιουλίου 2015, είτε από δημόσιο φορέα υγείας έως και την 23^η Ιουλίου 2015.

(β) Οι δημόσιοι φορείς υγείας μπορούν να διενεργούν έως και την 31^η Μαρτίου 2016 τακτικό διαγωνισμό (ανοικτό ή κλειστό) βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της διαδικασίας που ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης, εφόσον εκπονούνται από διαρκή επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών, στην οποία είχε ανατεθεί η σύνταξη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων συγκεκριμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών έως και την 23^η Ιουλίου 2015.

Η τήρηση των προϋποθέσεων και προθεσμιών που προβλέπονται στις περιπτώσεις με στοιχεία (α) και (β) πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως.

5.2. Από την 24^η Ιουλίου 2015 έως και την 30^η Ιουνίου 2016 οι προμήθειες της Ε.Π.Υ. και των δημοσίων φορέων υγείας που διενεργούνται είτε με απευθείας ανάθεση, είτε με συνοπτική διαδικασία (πρόχειροι διαγωνισμοί), είτε με διαπραγμάτευση (με ή χωρίς δημοσίευση της

προκήρυξης) καθώς κι όσες διεξάγονται κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α' 128), όπως το άρθρο αυτό κάθε φορά ισχύει, μπορούν να διενεργούνται είτε βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της διαδικασίας που θεσπίζεται στην παρούσα απόφαση, είτε βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της διαδικασίας που ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης.

5.3. Από την 1^η Ιουλίου 2016 και επέκεινα οι προμήθειες της Ε.Π.Υ. και των δημοσίων φορέων που διενεργούνται είτε με απευθείας ανάθεση, είτε με συνοπτική διαδικασία (πρόχειροι διαγωνισμοί), είτε με διαπραγμάτευση (με ή χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης) καθώς κι όσες διεξάγονται κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α' 128), όπως το άρθρο αυτό κάθε φορά ισχύει, διενεργούνται υποχρεωτικώς βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της διαδικασίας που θεσπίζεται στην παρούσα απόφαση.

6. Επιτρέπεται η χρήση από αναθέτουσα αρχή τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται από άλλη αναθέτουσα αρχή δυνάμει της διαδικασίας που θεσπίζεται στην παρούσα απόφαση. Για το σκοπό αυτό, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να αποστέλλουν σε ηλεκτρονική μορφή τις τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα που εκπονούνται από αυτές και πρόκειται να εγκριθούν από την Ε.Π.Υ., η δε Ε.Π.Υ. υποχρεούται να τηρεί και αναρτά στον ιστότοπό της μητρώο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της διαδικασίας που θεσπίζεται στην παρούσα απόφαση.

7. Οι εγκρινόμενες δυνάμει της διαδικασίας που θεσπίζεται στην παρούσα απόφαση τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα είναι υποχρεωτικές τόσο για την αναθέτουσα αρχή που τις εκπονεί όσο και για τις αναθέτουσες αρχές που τις χρησιμοποιούν ως προς την κατάρτιση των προκηρύξεων διαγωνισμών, της συγγραφής υποχρεώσεων, των συμβατικών τευχών ή λοιπών συμπληρωματικών εγγράφων της σύμβασης.

8. Οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα που εκπονούνται δυνάμει της διαδικασίας που θεσπίζεται στην παρούσα απόφαση δύνανται να χρησιμοποιούνται έως και τρία (3) έτη από την έγκρισή τους από την Ε.Π.Υ. Κάθε φορά πριν τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την έγκρισή τους από την Ε.Π.Υ., μόνον η αναθέτουσα αρχή που τις εκπόνησε κινεί εκ νέου και ολοκληρώνει τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση,

προκειμένου να τις επικαιροποιήσει. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Ε.Π.Υ. εντός της τριετίας, απαγορεύεται η χρήση τους.

9. Η διαδικασία που θεσπίζεται στην παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που η προμήθειά τους δεν χρήζει, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα ή/και της φύσης τους, εκπόνησης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. Για τη νομιμότητα της εξαίρεσης από τη διαδικασία που θεσπίζεται στην παρούσα απόφαση απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του οργάνου διοίκησης της αναθέτουσας αρχής, η οποία είτε προηγείται της διαδικασίας προμήθειας είτε ενσωματώνεται στην πράξη κήρυξης της διαδικασίας αυτής, αναρτάται στον ιστότοπό της και έχει ως περιεχόμενο τη διαπίστωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα ή/και της φύσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας που η προμήθειά του δεν χρήζει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

10. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:

(α) Οι «τεχνικές προδιαγραφές» και τα «πρότυπα» νοούνται ως ορίζονται στο Παράρτημα VI του π.δ/τος 60/2007 (ΦΕΚ Α' 64), όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.

(β) Τα «προϊόντα» και οι «υπηρεσίες» νοούνται όσα υπάγονται στις συμβάσεις, αντιστοίχως, προμηθειών και υπηρεσιών του ν.3580/2007 (ΦΕΚ Α' 134), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του νόμου αυτού, όπως ο εν λόγω νόμος και οι κατ' εξουσιοδότηση στις παραγράφους 3 και 6 του ίδιου άρθρου του αυτού νόμου εκδιδόμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις κάθε φορά ισχύουν.

(γ) Η «διενέργεια» κάθε είδους διαδικασίας προμήθειας νοείται ως η προβλεπόμενη στο νόμο πράξη κήρυξης της κάθε είδους διαδικασίας προμήθειας.

(δ) Οι «δημόσιοι φορείς υγείας» νοούνται τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο ρυθμιστικό περιεχόμενο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α' 134), όπως το άρθρο αυτό κάθε φορά ισχύει.

(ε) Η «αναθέτουσα αρχή» νοούνται η Ε.Π.Υ. και τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο ρυθμιστικό περιεχόμενο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α' 134), όπως το άρθρο αυτό κάθε φορά ισχύει.

(στ) Η «απευθείας ανάθεση», η «συνοπτική διαδικασία (πρόχειροι διαγωνισμοί)», ο «τακτικός διαγωνισμός (ανοικτός ή κλειστός)» και η «διαπραγμάτευση (με ή χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης)» νοούνται οι

ομώνυμες διαδικασίες προμήθειας, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται στο νόμο.

11. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης καταλαμβάνουν τη διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών κάθε προϊόντος και υπηρεσίας έως την έγκριση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για καθένα από αυτά.

12. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 3, από την 24^η Ιουλίου 2015, ημερομηνία ανάρτησης στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της απόφασης της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθη κατά τις υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδριάσεις της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ). Κατ' εξαίρεση:

(α) Η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών του στοιχείου (α) της παραγράφου 1 της παρούσας καταλαμβάνει κάθε εκκίνηση της διαδικασίας από τις 10.12.2015, ημερομηνία ανάρτησης στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της απόφασης της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθη κατά την υπ' αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδριάσή της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η), και επέκεινα. Οι διαδικασίες που έχουν ήδη εκκινήσει έως τις 9.12.2015 συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με εφαρμογή της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών. Ως «εκκίνηση της διαδικασίας» νοείται η ανάρτηση στον ιστότοπο της αναθέτουσας αρχής της ανακοίνωσης του στοιχείου (α) της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης.

(β) Η ισχύς της ρύθμισης του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 της παρούσας περί υποχρέωσης του οργάνου διοίκησης κάθε αναθέτουσας αρχής να εκδίδει διαπιστωτική πράξη που αναρτάται στον ιστότοπό της με περιεχόμενο τη διαπίστωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα ή/και της φύσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας που η προμήθειά του δεν χρήζει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων άρχεται από τις 10.12.2015, ημερομηνία ανάρτησης στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της απόφασης της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθη κατά την υπ' αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδριάσή της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η).

Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Υ.

Απόστολος Κ. Σίνης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αβέρωφ 12Α, 10433 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132037542
Φαξ: 2102037531**

Αθήνα, 5/1/2016

Αρ. πρωτ. : 11

Θέμα: Εγκύκλιος για την ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων - Ανάρτηση στον ιστότοπο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (εγκύκλιοι) αποσπάσματος της απόφασης της Ολομέλειάς της που ελήφθη κατά την υπ' αριθμ. 68/14.12.2015 συνεδρίασή της (θέμα 6^ο) και δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 15.12.2015 (ΑΔΑ Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι), με την οποία εγκρίθηκε εγκύκλιος με το ως άνω περιεχόμενο

Αναρτάται για χρηστικούς λόγους στον ιστότοπο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (εγκύκλιοι) το κατωτέρω απόσπασμα της απόφασης της Ολομέλειάς της που ελήφθη κατά την υπ' αριθμ. 68/14.12.2015 συνεδρίασή της (θέμα 6^ο) και δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 15.12.2015 (ΑΔΑ Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι), με την οποία εγκρίθηκε εγκύκλιος για την ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων (βλ. την από 16.12.2015 ανακοίνωσή μας στον ιστότοπο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας), όπως η διαδικασία έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της ίδιας Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η):

«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)

1. Η Ε.Π.Υ. αυτοδεσμεύεται, ώστε η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων να διενεργείται σύμφωνα με την ακόλουθη, υπό στοιχεία (α) έως και (δ), διαδικασία:

(α) Ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για κάθε προϊόν και υπηρεσία αναρτάται στον ιστότοπο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας ανακοίνωση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Με την ανακοίνωση αυτή καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία άρχεται από την επομένη της ως άνω ανάρτησης, πρώτον, όλοι οι προμηθευτές του προϊόντος ή της υπηρεσίας, των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρόκειται να συνταχθούν, να υποβάλουν στο Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας τις επίσημες, στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα, τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και δεύτερον, οι επίσημοι φορείς ή/και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών να υποβάλουν στο ίδιο Τμήμα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας τις προτεινόμενες από αυτούς, στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα, τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα του προϊόντος ή της υπηρεσίας, των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρόκειται να συνταχθούν. Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων από τους ανωτέρω προμηθευτές και τους ανωτέρω επίσημους φορείς ή/και ενώσεις αυτών γίνεται ταυτόχρονα σε έντυπη και μαγνητική μορφή [με τη μορφή, ιδίως, είτε του ψηφιακού δίσκου (cd), είτε του ψηφιακού ευέλικτου δίσκου (dvd) είτε της κινητής μονάδας μνήμης ενιαίου σειριακού διαύλου (usb memory stick)]. Στην ίδια αποκλειστική προθεσμία των είκοσι (20) ημερών το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας συλλέγει από επίσημους φορείς πιστοποίησης, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εγκεκριμένες από αυτούς τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα του προϊόντος ή της υπηρεσίας, των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρόκειται να συνταχθούν.

Το σύνολο του υλικού που κατά τα ανωτέρω υποβάλλεται στο Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και συλλέγεται από αυτό, πρώτον, παραδίδεται από το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας στην Επιτροπή Προδιαγραφών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, η οποία άρχεται από την επομένη της ολοκλήρωσης της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, και δεύτερον, αναρτάται από το ίδιο Τμήμα στον ιστότοπο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας εντός της ίδιας προθεσμίας των δέκα (10) εργασίμων ημερών.

(β) Το τελικό σχέδιο της Επιτροπής Προδιαγραφών τίθεται υποχρεωτικώς σε δημόσια διαβούλευση.

(γ) Η τελική απόφαση της Επιτροπής Προδιαγραφών πρέπει να διαλέγεται τουλάχιστον με το ως άνω, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο (α), υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, τις εν γένει διεθνείς, παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, τις παραδοχές της επιστήμης, την εμπειρία, τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου.

(δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρέπει να καταρτίζονται με τρόπο κατά το δυνατόν γενικό, ώστε τουλάχιστον να αποφεύγεται ο περιορισμός του ανταγωνισμού μέσω τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που ευνοούν έναν συγκεκριμένο προμηθευτή.

2. Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων από δημόσιους φορείς υγείας πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1, με τις εξής δύο διαφοροποιήσεις:

(α) Η προβλεπόμενη στο στοιχείο (α) της παραγράφου 1 ανάρτηση λαμβάνει χώρα στην επίσημη ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

(β) Αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με το στοιχείο (α) της παραγράφου 1 για την εν γένει συλλογή του υλικού που παραδίδεται στην Επιτροπή Προδιαγραφών λογίζεται η υπηρεσιακή μονάδα της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει την προμήθεια του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

3. Οι ρυθμίσεις των στοιχείων (γ) και (δ) της παραγράφου 1 καταλαμβάνουν από την 17^η Ιουλίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία η Ολομέλεια της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας ενέκρινε το σύνολο της διαδικασίας και των ρυθμίσεων της παραγράφου 1, μόνον τις Επιτροπές Προδιαγραφών που έχουν συσταθεί από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και δεν έχουν ακόμη, έως την ως άνω ημερομηνία, παραδώσει υπογεγραμμένες, από όλα τα μέλη τους, τις προτεινόμενες από αυτές

τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, πλην της ειδικότερης ρύθμισης του στοιχείου (γ) της παραγράφου 1 οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα να διαλέγονται με το υλικό που το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας οφείλει, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο (α) της παραγράφου 1, να παραδίδει σε κάθε Επιτροπή Προδιαγραφών.

4. Οι επιτροπές προδιαγραφών της Ε.Π.Υ. και των δημοσίων φορέων υγείας παραδίδουν την κατά το στοιχείο (γ) της παραγράφου 1 τελική απόφασή τους το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την παράδοση σε αυτές του υλικού που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο του στοιχείου (α) της παραγράφου 1.

5.1. Από την 24^η Ιουλίου 2015 και επείκεινα οι προμήθειες της Ε.Π.Υ. και όλων των δημοσίων φορέων υγείας που διενεργούνται με τακτικό διαγωνισμό (ανοικτό ή κλειστό) διενεργούνται υποχρεωτικώς βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της διαδικασίας που θεσπίζεται στην παρούσα απόφαση.

Κατ' εξαίρεση και με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 3 της παρούσας απόφασης για τις επιτροπές τεχνικών προδιαγραφών της Ε.Π.Υ.:

(α) Η Ε.Π.Υ. και οι δημόσιοι φορείς υγείας μπορούν να διενεργούν έως και την 31^η Μαρτίου 2016 τακτικό διαγωνισμό (ανοικτό ή κλειστό) βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της διαδικασίας που ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης, εφόσον εκπονούνται από ad hoc επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών που έχει συσταθεί είτε από την Ε.Π.Υ. έως και την 16^η Ιουλίου 2015, είτε από δημόσιο φορέα υγείας έως και την 23^η Ιουλίου 2015.

(β) Οι δημόσιοι φορείς υγείας μπορούν να διενεργούν έως και την 31^η Μαρτίου 2016 τακτικό διαγωνισμό (ανοικτό ή κλειστό) βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της διαδικασίας που ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης, εφόσον εκπονούνται από διαρκή επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών, στην οποία είχε ανατεθεί η σύνταξη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων συγκεκριμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών έως και την 23^η Ιουλίου 2015.

Η τήρηση των προϋποθέσεων και προθεσμιών που προβλέπονται στις περιπτώσεις με στοιχεία (α) και (β) πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως.

5.2. Από την 24^η Ιουλίου 2015 έως και την 30^η Ιουνίου 2016 οι προμήθειες της Ε.Π.Υ. και των δημοσίων φορέων υγείας που διενεργούνται είτε με απευθείας ανάθεση, είτε με συνοπτική διαδικασία (πρόχειροι διαγωνισμοί), είτε με διαπραγμάτευση (με ή χωρίς δημοσίευση της

προκήρυξης) καθώς κι όσες διεξάγονται κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α' 128), όπως το άρθρο αυτό κάθε φορά ισχύει, μπορούν να διενεργούνται είτε βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της διαδικασίας που θεσπίζεται στην παρούσα απόφαση, είτε βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της διαδικασίας που ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης.

5.3. Από την 1^η Ιουλίου 2016 και επέκεινα οι προμήθειες της Ε.Π.Υ. και των δημοσίων φορέων που διενεργούνται είτε με απευθείας ανάθεση, είτε με συνοπτική διαδικασία (πρόχειροι διαγωνισμοί), είτε με διαπραγμάτευση (με ή χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης) καθώς κι όσες διεξάγονται κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α' 128), όπως το άρθρο αυτό κάθε φορά ισχύει, διενεργούνται υποχρεωτικώς βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της διαδικασίας που θεσπίζεται στην παρούσα απόφαση.

6. Επιτρέπεται η χρήση από αναθέτουσα αρχή τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται από άλλη αναθέτουσα αρχή δυνάμει της διαδικασίας που θεσπίζεται στην παρούσα απόφαση. Για το σκοπό αυτό, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να αποστέλλουν σε ηλεκτρονική μορφή τις τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα που εκπονούνται από αυτές και πρόκειται να εγκριθούν από την Ε.Π.Υ., η δε Ε.Π.Υ. υποχρεούται να τηρεί και αναρτά στον ιστότοπό της μητρώο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της διαδικασίας που θεσπίζεται στην παρούσα απόφαση.

7. Οι εγκρινόμενες δυνάμει της διαδικασίας που θεσπίζεται στην παρούσα απόφαση τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα είναι υποχρεωτικές τόσο για την αναθέτουσα αρχή που τις εκπονεί όσο και για τις αναθέτουσες αρχές που τις χρησιμοποιούν ως προς την κατάρτιση των προκηρύξεων διαγωνισμών, της συγγραφής υποχρεώσεων, των συμβατικών τευχών ή λοιπών συμπληρωματικών εγγράφων της σύμβασης.

8. Οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα που εκπονούνται δυνάμει της διαδικασίας που θεσπίζεται στην παρούσα απόφαση δύνανται να χρησιμοποιούνται έως και τρία (3) έτη από την έγκρισή τους από την Ε.Π.Υ. Κάθε φορά πριν τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την έγκρισή τους από την Ε.Π.Υ., μόνον η αναθέτουσα αρχή που τις εκπόνησε κινεί εκ νέου και ολοκληρώνει τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση,

προκειμένου να τις επικαιροποιήσει. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Ε.Π.Υ. εντός της τριετίας, απαγορεύεται η χρήση τους.

9. Η διαδικασία που θεσπίζεται στην παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που η προμήθειά τους δεν χρήζει, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα ή/και της φύσης τους, εκπόνησης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. Για τη νομιμότητα της εξαίρεσης από τη διαδικασία που θεσπίζεται στην παρούσα απόφαση απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του οργάνου διοίκησης της αναθέτουσας αρχής, η οποία είτε προηγείται της διαδικασίας προμήθειας είτε ενσωματώνεται στην πράξη κήρυξης της διαδικασίας αυτής, αναρτάται στον ιστότοπό της και έχει ως περιεχόμενο τη διαπίστωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα ή/και της φύσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας που η προμήθειά του δεν χρήζει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

10. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:

(α) Οι «τεχνικές προδιαγραφές» και τα «πρότυπα» νοούνται ως ορίζονται στο Παράρτημα VI του π.δ/τος 60/2007 (ΦΕΚ Α' 64), όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.

(β) Τα «προϊόντα» και οι «υπηρεσίες» νοούνται όσα υπάγονται στις συμβάσεις, αντιστοίχως, προμηθειών και υπηρεσιών του ν.3580/2007 (ΦΕΚ Α' 134), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του νόμου αυτού, όπως ο εν λόγω νόμος και οι κατ' εξουσιοδότηση στις παραγράφους 3 και 6 του ίδιου άρθρου του αυτού νόμου εκδιδόμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις κάθε φορά ισχύουν.

(γ) Η «διενέργεια» κάθε είδους διαδικασίας προμήθειας νοείται ως η προβλεπόμενη στο νόμο πράξη κήρυξης της κάθε είδους διαδικασίας προμήθειας.

(δ) Οι «δημόσιοι φορείς υγείας» νοούνται τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο ρυθμιστικό περιεχόμενο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α' 134), όπως το άρθρο αυτό κάθε φορά ισχύει.

(ε) Η «αναθέτουσα αρχή» νοούνται η Ε.Π.Υ. και τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο ρυθμιστικό περιεχόμενο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α' 134), όπως το άρθρο αυτό κάθε φορά ισχύει.

(στ) Η «απευθείας ανάθεση», η «συνοπτική διαδικασία (πρόχειροι διαγωνισμοί)», ο «τακτικός διαγωνισμός (ανοικτός ή κλειστός)» και η «διαπραγμάτευση (με ή χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης)» νοούνται οι

ομώνυμες διαδικασίες προμήθειας, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται στο νόμο.

11. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης καταλαμβάνουν τη διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών κάθε προϊόντος και υπηρεσίας έως την έγκριση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για καθένα από αυτά.

12. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 3, από την 24^η Ιουλίου 2015, ημερομηνία ανάρτησης στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της απόφασης της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθη κατά τις υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδριάσεις της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ). Κατ' εξαίρεση:

(α) Η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών του στοιχείου (α) της παραγράφου 1 της παρούσας καταλαμβάνει κάθε εκκίνηση της διαδικασίας από τις 10.12.2015, ημερομηνία ανάρτησης στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της απόφασης της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθη κατά την υπ' αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδριάσή της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η), και επέκεινα. Οι διαδικασίες που έχουν ήδη εκκινήσει έως τις 9.12.2015 συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με εφαρμογή της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών. Ως «εκκίνηση της διαδικασίας» νοείται η ανάρτηση στον ιστότοπο της αναθέτουσας αρχής της ανακοίνωσης του στοιχείου (α) της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης.

(β) Η ισχύς της ρύθμισης του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 της παρούσας περί υποχρέωσης του οργάνου διοίκησης κάθε αναθέτουσας αρχής να εκδίδει διαπιστωτική πράξη που αναρτάται στον ιστότοπό της με περιεχόμενο τη διαπίστωση του ιδιαιτέρου χαρακτήρα ή/και της φύσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας που η προμήθειά του δεν χρήζει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων άρχεται από τις 10.12.2015, ημερομηνία ανάρτησης στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της απόφασης της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθη κατά την υπ' αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδριάσή της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η).»

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

Απόστολος Κ. Σίνης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ταχ. Δ/ση: Αβέρωφ 12^Α
Τ.Κ.: 10433, Αθήνα
Τηλ: 213 2037545**

ΑΘΗΝΑ 19-1-2016

Αρ.Πρωτ.: 234

**Προς:
Το Τμήμα Προδιαγραφών
Τιμών & Ποιότητας**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 71 ΤΩΝ ΑΠΟ 13.1.2016 ΚΑΙ
19.1.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ**

Την 13^η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00' συνήλθε δυνάμει των ανωτέρω αναφερόμενων διατάξεων, σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων η Ολομέλεια της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας υπό την προεδρία της Προέδρου της Πετρούλας - Αναστασίας Σαρτζετάκη. Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες, εκτός της ίδιας, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Απόστολος Σίνης και τα μέλη της Φλώρα Νικολοπούλου, Ιωάννης Βρεττός, Ασπασία-Αθηνά Βολακάκη, Χαράλαμπος Πεττεμερίδης και Αθηνά Καπότη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η υπάλληλος της Επιτροπής Ζωή Λαμπηδώνη. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, αποφασίσθηκε ομοφώνως η αναβολή της συζήτησης όλων των θεμάτων για την 19^η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00' στον ίδιο ως άνω τόπο.

Πράγματι, την 19^η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00' συνήλθε δυνάμει των ανωτέρω αναφερόμενων διατάξεων, σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων η Ολομέλεια της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας υπό την προεδρία της Προέδρου της Πετρούλας - Αναστασίας Σαρτζετάκη. Κατά τη συζήτηση όλων των θεμάτων για τα οποία ελήφθη απόφαση παρίσταντο αδιαλείπτως τα ως άνω επτά (7) μέλη, δηλαδή, πλην της Προέδρου, παρίσταντο, επίσης, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Απόστολος Σίνης και τα μέλη της Φλώρα Νικολοπούλου, Ιωάννης Βρεττός, Ασπασία-Αθηνά Βολακάκη, Χαράλαμπος Πεττεμερίδης και Αθηνά Καπότη, ενώ χρέη γραμματέως εκτελούσε εκ νέου η υπάλληλος της Επιτροπής Ζωή Λαμπηδώνη.

Η τελευταία αυτή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 12.00' της 19^{ης} Ιανουαρίου 2016.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 5^ο: Οδηγία για την αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, την επίσπευση εκπόνησής τους και τη δημοσιότητά τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και 67/19.11.2015/24.11.2015 (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας Ολομέλειας που ελήφθη κατά τη με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14.12.2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο), (ΑΔΑΩ9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι)

Τα παρισταμένα μέλη της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας λαμβάνουν υπόψη:

I. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και του στοιχείου ιδ) του άρθρου 3 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α' 134/18.6.2007), όπως αυτά τα άρθρα ισχύουν σήμερα.

II. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112/13.7.2010), όπως αυτά τα άρθρα ισχύουν σήμερα.

III. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999), όπως αυτός ισχύει σήμερα.

1. Τις ρυθμίσεις που διαλαμβάνονται στις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και 67/19.11.2015/24.11.2015 (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας Ολομέλειας που ελήφθη κατά τη με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14.12.2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο), (ΑΔΑΩ9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι) , (στο εξής: «εγκύκλιος») και τις στα κείμενα αυτά παραπεμπόμενες διατάξεις, έγγραφα και διαλαμβανόμενες αιτιολογίες.

2. Το ότι ρυθμίσεις της εγκυκλίου επιβάλλουν η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών να είναι αιτιολογημένη, καθορίζουν δε το ελάχιστο περιεχόμενο της νόμιμης αιτιολογίας ως το διάλογό της με: (α) Το υλικό του στοιχείου (α) της παραγράφου 1 της ως άνω εγκυκλίου που της παραδίδεται από το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας εφόσον πρόκειται για επιτροπή της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας ή από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της αναθέτουσας αρχής εφόσον πρόκειται για επιτροπή δημόσιου φορέα υγείας που διεξάγει την προμήθεια του προϊόντος ή της υπηρεσίας, (β) τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, (γ) τις παραδοχές της επιστήμης, (δ) την εμπειρία, (ε) τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις και (στ) τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου.

3. Το ότι ρυθμίσεις της εγκυκλίου επιβάλλουν ως προϋπόθεση της νομιμότητας της τελικής απόφασης της επιτροπής προδιαγραφών οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα να είναι κατά το δυνατόν γενικές, ώστε τουλάχιστον να αποφεύγεται ο περιορισμός του ανταγωνισμού μέσω τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που ευνοούν έναν συγκεκριμένο προμηθευτή.

4. Το ότι ρυθμίσεις της εγκυκλίου επιβάλλουν από 1.7.2016 και επέκεινα, δηλ. σε χρονικό διάστημα λιγότερο των έξι (6) μηνών από σήμερα, οι προμήθειες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κι όλων των δημοσίων φορέων υγείας, οι οποίες διενεργούνται είτε με απευθείας ανάθεση, είτε με συνοπτική διαδικασία (πρόχειροι διαγωνισμοί), είτε με διαπραγμάτευση (με ή χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης) καθώς κι όσες διεξάγονται κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α' 128), όπως το άρθρο αυτό κάθε φορά ισχύει, πρέπει να διενεργούνται μόνον βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της διαδικασίας που θεσπίζεται στην εγκύκλιο, άλλως δεν θα διενεργούνται προμήθειες. Επίσης άλλες ρυθμίσεις της ίδιας εγκυκλίου επιβάλλουν από 1.4.2016 και επέκεινα, δηλ. σε χρονικό διάστημα λιγότερο των τριών (3) μηνών από σήμερα, οι προμήθειες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κι όλων των δημοσίων φορέων υγείας που διενεργούνται με τακτικό διαγωνισμό να διενεργούνται μόνον βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της διαδικασίας που θεσπίζεται στην εγκύκλιο.

IV. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 193/18.1.2016 εισήγηση του Αντιπροέδρου Απόστολου Σίνη.

V. Το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει εγκριθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

Για όλους τους ανωτέρω επάλληλους λόγους

Αποφασίζουν, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ τους, ομόφωνα τα εξής: Την αποδοχή της εισήγησης.

Την έγκριση οδηγίας για την αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, την επίσπευση εκπόνησής τους και τη δημοσιότητά τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και 67/19.11.2015/24.11.2015 (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας Ολομέλειας που ελήφθη κατά τη με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14.12.2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο), (ΑΔΑΩ9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι) με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«ΟΔΗΓΙΑ

Για την αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, την επίσπευση εκπόνησής τους και τη δημοσιότητά τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και 67/19.11.2015/24.11.2015 (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας Ολομέλειας που ελήφθη κατά τη με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14.12.2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο), (ΑΔΑΩ9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι)

Ι.1. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και 67/19.11.2015/24.11.2015 (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας Ολομέλειας που ελήφθη κατά τη με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14.12.2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο), (ΑΔΑΩ9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι) (στο εξής: «εγκύκλιος»), η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της τουλάχιστον με τα εξής έξι (6) στοιχεία:

(α) Το υλικό του στοιχείου (α) της παραγράφου 1 της εγκυκλίου που της παραδίδεται από το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας εφόσον πρόκειται για επιτροπή της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, ή από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει την προμήθεια του προϊόντος ή της υπηρεσίας εφόσον πρόκειται για επιτροπή δημόσιου φορέα υγείας.

(β) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.

(γ) Τις παραδοχές της επιστήμης.

(δ) Την εμπειρία.

(ε) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.

(στ) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

2. Τα ως άνω, υπό σημείο Ι1, έξι (6) στοιχεία αποτελούν τα ελάχιστα κριτήρια βάσει των οποίων η επιτροπή προδιαγραφών οφείλει να διαμορφώσει την τελική κρίση της ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα που προτείνει στο αποφασίζον όργανο. Με άλλα λόγια, οι προτεινόμενες στην αναθέτουσα αρχή από την επιτροπή προδιαγραφών τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρέπει να είναι η απόρροια του διαλόγου των μελών της επιτροπής προδιαγραφών τουλάχιστον με τα εν λόγω έξι (6) κριτήρια. Η επιτροπή προδιαγραφών δύναται να λάβει υπόψη της και άλλα κριτήρια, πέραν των ως άνω έξι (6).

3. Η αιτιολογία τεκμηριώνει την σκοπιμότητα της επιλογής των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. Για το λόγο αυτό, πρέπει να περιλαμβάνει καταγραφή του κατά τα ανωτέρω διαλόγου καθώς και των εν γένει σκέψεων της επιτροπής προδιαγραφών που την οδήγησαν να επιλέξει τις συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα έναντι άλλων.

4. Η αιτιολογία επιβάλλεται να περιλαμβάνεται στο σώμα (corpus) της τελικής απόφασης της επιτροπής προδιαγραφών. Συνιστάται οι παραπομπές σε βιβλιογραφία, κείμενα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία να ενσωματώνονται ως παραρτήματα του κειμένου της τελικής απόφασης. Οι παραπομπές συμπληρώνουν τη διαλαμβανόμενη στο σώμα (corpus) της τελικής απόφασης αιτιολογία, όμως δεν αναπληρώνουν την ελλείπουσα αιτιολογία.

5. Προϋπόθεση της νομιμότητας της τελικής απόφασης της επιτροπής προδιαγραφών είναι οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα να είναι κατά το δυνατόν γενικές, ώστε να αποφεύγεται ο περιορισμός του ανταγωνισμού μέσω τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που ευνοούν έναν (1) συγκεκριμένο προμηθευτή.)

6. Στο σώμα (corpus) της τελικής απόφασης της επιτροπής προδιαγραφών καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν.

II.1. Προκειμένου να αποφεύγεται η απώλεια χρόνου και ενόψει του ότι δυνάμει της εγκυκλίου αφενός από 1.4.2016 και επέκεινα οι προμήθειες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κι όλων των δημοσίων φορέων υγείας που διενεργούνται με τακτικό διαγωνισμό πρέπει να διενεργούνται μόνον βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της διαδικασίας που θεσπίζεται στην εγκύκλιο, αφετέρου δε από 1.7.2016 και επέκεινα οι προμήθειες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κι όλων των δημοσίων φορέων υγείας, οι οποίες διενεργούνται είτε με απευθείας ανάθεση, είτε με συνοπτική διαδικασία (πρόχειροι διαγωνισμοί), είτε με διαπραγμάτευση (με ή χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης) καθώς κι όσες διεξάγονται κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α' 128), όπως το άρθρο αυτό κάθε φορά ισχύει, πρέπει:

(α) Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και οι δημόσιοι φορείς υγείας άμεσα να συστήσουν επιτροπές τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες και να εκκινήσουν τη διαδικασία εκπόνησής τους που προβλέπεται στην εγκύκλιο.

(β) Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και οι δημόσιοι φορείς υγείας να διευκολύνουν υπηρεσιακώς τους υπαλλήλους τους που είναι μέλη επιτροπών τεχνικών προδιαγραφών να μετέχουν ακωλύτως σε αυτές.

(γ) Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και οι δημόσιοι φορείς υγείας άνευ ετέρου να αντικαθιστούν εν τω συνόλω ή μερικώς μέλη των επιτροπών τεχνικών προδιαγραφών που κωλυσιοεργούν στο έργο τους.

(δ) Οι δημόσιοι φορείς υγείας να ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή, πριν αποδεχθούν τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα και τις διαβιβάσουν στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας προς έγκριση, εάν οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα διαλαμβάνουν την κατά το στοιχείο Ι αιτιολογία και εάν κατά την εκπόνησή τους τηρήθηκε η λοιπή διαδικασία της εγκυκλίου.

2. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και οι δημόσιοι φορείς υγείας εφόσον κρίνουν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα δεν είναι νόμιμα αιτιολογημένες δύνανται να τις αναπέμπουν στην επιτροπή προδιαγραφών που τις συνέταξε, προκειμένου να χωρήσει νόμιμη αιτιολογία τους.

III. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που εγκρίνουν ή απορρίπτουν τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα δυνάμει της διαδικασίας της εγκυκλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα της και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.»

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Υ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. ΣΙΝΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αβέρωφ 12Α, 10433 – Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132037545
Φαξ: 2102037531**

Αθήνα, 19/01/2016

Αρ. πρωτ. : 236

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη στη 71^η και από 13.1.2016 και 19.1.2016 συνεδριάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (θέμα 5^ο από τα εκτός ημερησίας διατάξεως θέματα) εγκρίθηκε οδηγία με το εξής περιεχόμενο:

«ΟΔΗΓΙΑ

Για την αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, την επίσπευση εκπόνησής τους και τη δημοσιότητά τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και 67/19.11.2015/24.11.2015 (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας Ολομέλειας που ελήφθη κατά τη με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14.12.2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο), (ΑΔΑΩ9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι)

Ι.1. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17.7.2015/21.7.2015 (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και 67/19.11.2015/24.11.2015 (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας Ολομέλειας που ελήφθη κατά τη με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14.12.2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο), (ΑΔΑΩ9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι) (στο εξής: «εγκύκλιος»), η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της τουλάχιστον με τα εξής έξι (6) στοιχεία:

(α) Το υλικό του στοιχείου (α) της παραγράφου 1 της εγκυκλίου που της παραδίδεται από το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας εφόσον πρόκειται για επιτροπή της

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, ή από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει την προμήθεια του προϊόντος ή της υπηρεσίας εφόσον πρόκειται για επιτροπή δημόσιου φορέα υγείας.

(β) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.

(γ) Τις παραδοχές της επιστήμης.

(δ) Την εμπειρία.

(ε) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.

(στ) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

2. Τα ως άνω, υπό σημείο Ι1, έξι (6) στοιχεία αποτελούν τα ελάχιστα κριτήρια βάσει των οποίων η επιτροπή προδιαγραφών οφείλει να διαμορφώσει την τελική κρίση της ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα που προτείνει στο αποφασίζον όργανο. Με άλλα λόγια, οι προτεινόμενες στην αναθέτουσα αρχή από την επιτροπή προδιαγραφών τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα πρέπει να είναι η απόρροια του διαλόγου των μελών της επιτροπής προδιαγραφών τουλάχιστον με τα εν λόγω έξι (6) κριτήρια. Η επιτροπή προδιαγραφών δύναται να λάβει υπόψη της και άλλα κριτήρια, πέραν των ως άνω έξι (6).

3. Η αιτιολογία τεκμηριώνει την σκοπιμότητα της επιλογής των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. Για το λόγο αυτό, πρέπει να περιλαμβάνει καταγραφή του κατά τα ανωτέρω διαλόγου καθώς και των εν γένει σκέψεων της επιτροπής προδιαγραφών που την οδήγησαν να επιλέξει τις συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα έναντι άλλων.

4. Η αιτιολογία επιβάλλεται να περιλαμβάνεται στο σώμα (corpus) της τελικής απόφασης της επιτροπής προδιαγραφών. Συνιστάται οι παραπομπές σε βιβλιογραφία, κείμενα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία να ενσωματώνονται ως παραρτήματα του κειμένου της τελικής απόφασης. Οι παραπομπές συμπληρώνουν τη διαλαμβανόμενη στο σώμα (corpus) της τελικής απόφασης αιτιολογία, όμως δεν αναπληρώνουν την ελλείπουσα αιτιολογία.

5. Προϋπόθεση της νομιμότητας της τελικής απόφασης της επιτροπής προδιαγραφών είναι οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα να είναι κατά το δυνατόν γενικές, ώστε να αποφεύγεται ο περιορισμός του ανταγωνισμού μέσω τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που ευνοούν έναν (1) συγκεκριμένο προμηθευτή.

6. Στο σώμα (corpus) της τελικής απόφασης της επιτροπής προδιαγραφών καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν.

II.1. Προκειμένου να αποφεύγεται η απώλεια χρόνου και ενόψει του ότι δύναμει της εγκυκλίου αφενός από 1.4.2016 και επέκεινα οι προμήθειες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κι όλων των δημοσίων φορέων υγείας που διενεργούνται με τακτικό διαγωνισμό πρέπει να διενεργούνται μόνον βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται

δυνάμει της διαδικασίας που θεσπίζεται στην εγκύκλιο, αφετέρου δε από 1.7.2016 και επέκεινα οι προμήθειες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κι όλων των δημοσίων φορέων υγείας, οι οποίες διενεργούνται είτε με απευθείας ανάθεση, είτε με συνοπτική διαδικασία (πρόχειροι διαγωνισμοί), είτε με διαπραγμάτευση (με ή χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης) καθώς κι όσες διεξάγονται κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α' 128), όπως το άρθρο αυτό κάθε φορά ισχύει, πρέπει:

(α) Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και οι δημόσιοι φορείς υγείας άμεσα να συστήσουν επιτροπές τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες και να εκκινήσουν τη διαδικασία εκπόνησής τους που προβλέπεται στην εγκύκλιο.

(β) Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και οι δημόσιοι φορείς υγείας να διευκολύνουν υπηρεσιακώς τους υπαλλήλους τους που είναι μέλη επιτροπών τεχνικών προδιαγραφών να μετέχουν ακωλύτως σε αυτές.

(γ) Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και οι δημόσιοι φορείς υγείας άνευ ετέρου να αντικαθιστούν εν τω συνόλω ή μερικώς μέλη των επιτροπών τεχνικών προδιαγραφών που κωλυσιεργούν στο έργο τους.

(δ) Οι δημόσιοι φορείς υγείας να ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή, πριν αποδεχθούν τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα και τις διαβιβάσουν στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας προς έγκριση, εάν οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα διαλαμβάνουν την κατά το στοιχείο Ι αιτιολογία και εάν κατά την εκπόνησή τους τηρήθηκε η λοιπή διαδικασία της εγκυκλίου.

2. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και οι δημόσιοι φορείς υγείας εφόσον κρίνουν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα δεν είναι νόμιμα αιτιολογημένες δύνανται να τις αναπέμπουν στην επιτροπή προδιαγραφών που τις συνέταξε, προκείμενου να χωρήσει νόμιμη αιτιολογία τους.

III. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που εγκρίνουν ή απορρίπτουν τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα δυνάμει της διαδικασίας της εγκυκλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα της και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.»

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

Απόστολος Κ. Σίνης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ταχ. Δ/ση: Αβέρωφ 12Α
Τ.Κ.: 10433, Αθήνα
Τηλ: 213 2037542**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αθήνα 15-2-2016
Αρ.Πρωτ. : 851**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 73 ΚΑΙ ΑΠΟ 12-2-2016
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ**

Την 12^η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00' συνήλθε δυνάμει των ανωτέρω αναφερόμενων διατάξεων, σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων η Ολομέλεια της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας υπό την προεδρία της Προέδρου της Πετρούλας - Αναστασίας Σαρτζετάκη. Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες, εκτός της ίδιας, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Απόστολος Σίνης και τα μέλη της Φλώρα Νικολοπούλου, Ιωάννης Βρεττός, Ασπασία-Αθηνά Βολακάκη, Χαράλαμπος Πεττεμερίδης και Αθηνά Καπότη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η υπάλληλος της Επιτροπής Ζωή Λαμπηδώνη. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά τη συζήτηση όλων των θεμάτων για τα οποία ελήφθη απόφαση παρίσταντο αδιαλείπτως τα ως άνω επτά (7) μέλη. Η συνεδρίαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε στις 11.30'.

Α' ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ: «Εγκύκλιος - Αποφυγή απευθείας ανάθεσης προμηθειών - Δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών επί τη βάσει προσυμφωνημένου ποσοστού επιμερισμού της συνολικής αξίας των συμβάσεων και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά - Δυνατότητα χρήσης τεχνικών και προδιαγραφών και προτύπων από τους λοιπούς δημόσιους φορείς υγείας πέραν αυτού που τις εκπύνησε»

I. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και του στοιχείου ιδ) του άρθρου 3 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α' 134/18.6.2007), όπως αυτά τα άρθρα ισχύουν σήμερα.

II.1. Τις διατάξεις των άρθρων 53§1 της οδηγίας 2004/18 και 51§1 του π.δ/τος 60/2007, σύμφωνα με τις οποίες όταν η σύμβαση ανατίθεται στην

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, τότε η ανάθεση λαμβάνει χώρα με διάφορα κριτήρια συνδεόμενα με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, όταν δε η σύμβαση ανατίθεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, τότε η ανάθεση γίνεται στον μειοδότη, δηλαδή εκείνον που υπέβαλε τη μικρότερη σε αξία προσφορά.

2.1. Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 68 της νέας οδηγίας 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, με την οποία τίθεται μοναδικό κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, υπό την έννοια ότι η τελική επιλογή του αναδόχου αποτελεί την οικονομικά καλύτερη λύση μεταξύ αυτών που προσφέρονται, η οποία μπορεί να εξακολουθεί να εκτιμηθεί στη βάση είτε της τιμής (στην ουσία κριτήριο χαμηλότερης τιμής), είτε του κόστους, είτε της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

2.2. Τις διατάξεις του άρθρου 46 της νέας οδηγίας 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, δυνάμει του οποίου οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, προσδιορίζοντας το μέγεθος και το αντικείμενο αυτών, και ως εκ τούτου να περιορίζουν τον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέγιστος αριθμός των τμημάτων ανά προσφέροντα θα ορίζεται στην προκήρυξη.

III. 1. Την 3573/2015 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία γίνεται δεκτό ότι είναι σύννομο το προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού της συνολικής αξίας των συμβάσεων.

2. Τη 15/2015 γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ. με την οποία γίνεται δεκτό ότι είναι κατ' αρχήν σύννομο το προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού της συνολικής αξίας των συμβάσεων. Με την ίδια γνώμη γίνεται δεκτό, κατ' επίκληση νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν επιτρέπεται, από άποψη ενωσιακού δικαίου, να επιβληθεί νομοθετική ρύθμιση (πολλώ δε μάλλον κανονιστική διοικητική πράξη) που θα επιβάλλει στις αναθέτουσες αρχές το οποιοδήποτε ειδικότερο κριτήριο επιλογής αναδόχου πέραν των ισχυόντων εναλλακτικών κριτηρίων της χαμηλότερης τιμής και της οικονομικώς συμφέρουσας προσφοράς.

3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Υ. 4065/2015 έγγραφο του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας προς όλους τους δημόσιους φορείς υγείας, με το οποίο επισημαίνεται ότι είναι κατ' αρχήν σύννομο οι δημόσιοι φορείς υγείας όταν προκηρύσσουν διαγωνισμούς να προβλέπουν στις διακηρύξεις τους προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού της συνολικής αξίας των συμβάσεων.

IV. 1. Την αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού που επιβάλλει οι διαδικασίες προμήθειας να διεξάγονται βάσει διαγωνιστικών διαδικασιών και απαγορεύει την αδικαιολόγητη καταφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, η οποία δεν είναι διαγωνιστική διαδικασία.

2. Τη συνταγματικής περιωπής αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία επιβάλλει, μεταξύ άλλων, τη μη σπατάλη και την εξοικονόμηση του δημοσίου χρήματος και εντεύθεν απαγορεύει την αδικαιολόγητη καταφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Και τούτο, επειδή η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σκοπεί στην προμήθεια μικρής ποσότητας προϊόντων ή μικρής διάρκειας υπηρεσιών και γι' αυτό το λόγο, κατά τα διδάγματα της λογικής και της κοινής πείρας, οι τιμές που επιτυγχάνουν οι δημόσιοι φορείς υγείας κατά τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης είναι κατά κανόνα μεγαλύτερες εν συγκρίσει με αυτές που επιτυγχάνονται σε τακτικούς διαγωνισμούς και δη υψηλής προϋπολογισθείσας δαπάνης.
3. Την 9/2015 κατευθυντήρια οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ., σύμφωνα με την οποία η αδικαιολόγητη καταφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης συνιστά δείκτη διαφθοράς της δημοσίας διοίκησης.
4. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Υ. 5239/2015 ενημερωτικό σημείωμα του Τμήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου, από το οποίο προκύπτει ότι ένα σημαντικό μέρος των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών των δημοσίων φορέων υγείας, τα οποία είναι ενταγμένα στο Π.Π.Υ.Υ. του έτους 2010 και τα Π.Π.Φ.Υ.Υ. των ετών 2011 και 2012, έχουν διενεργηθεί δυνάμει απευθείας αναθέσεων.
- V.1.** Την ανάγκη διενέργειας προμηθειών από την Ε.Π.Υ. και τους δημόσιους φορείς υγείας δυνάμει διαγωνισμών.
2. Την εγκύκλιο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)» (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι). Δυνάμει της εγκυκλίου αυτής η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και οι δημόσιοι φορείς υγείας μπορούν να διενεργούν βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εκπονούνται και εγκρίνονται δυνάμει της διαδικασίας που ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ της εγκυκλίου αφενός έως και την 31^η Μαρτίου 2016 τακτικό διαγωνισμό (ανοικτό ή κλειστό), αφετέρου δε έως και την 30^η Ιουνίου 2016 απευθείας αναθέσεις, συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρους διαγωνισμούς), διαπραγματεύσεις (με ή χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης) και προμήθειες κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α' 128), όπως το άρθρο αυτό κάθε φορά ισχύει.
- VI.** Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 722/2016 εισήγηση του Αντιπροέδρου της Ε.Π.Υ. Απόστολου Σίνη.
- VII.** Το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ περί της έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

Για όλους τους ανωτέρω επάλληλους λόγους

Αποφασίζουν, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ τους, ομόφωνα τα εξής:

Πρώτον, την αποδοχή της εισήγησης.

Δεύτερον, την έγκριση εγκυκλίου με το εξής περιεχόμενο:

«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αποφυγή απευθείας ανάθεσης προμηθειών – Δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών επί τη βάσει προσυμφωνημένου ποσοστού επιμερισμού της συνολικής αξίας των συμβάσεων και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά – Δυνατότητα χρήσης τεχνικών και προδιαγραφών και προτύπων από τους λοιπούς δημόσιους φορείς υγείας πέραν αυτού που τις εκπόνησε

1. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και οι δημόσιοι φορείς υγείας οφείλουν να προγραμματίζουν τις ανάγκες τους σε υλικά και υπηρεσίες, ούτως ώστε να διενεργούν τακτικούς διαγωνισμούς για την κάλυψη των αναγκών τους. Κατά συνέπεια, οι δημόσιοι φορείς υγείας οφείλουν να καταφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών και υπηρεσιών μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου ο νόμος το επιτρέπει.
2. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και οι δημόσιοι φορείς υγείας οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους και να αξιολογούν κατά την εκπόνηση των προκηρύξεων των διαγωνισμών τους για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών τη δυνατότητα να τους διενεργούν επί τη βάσει προσυμφωνημένου ποσοστού επιμερισμού της συνολικής αξίας των συμβάσεων.
3. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και οι δημόσιοι φορείς υγείας οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους και να αξιολογούν κατά την εκπόνηση των προκηρύξεων των διαγωνισμών τους για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών τη δυνατότητα να θέτουν ως κριτήριο κατακύρωσης, υπό το φως της οδηγίας 2004/18 (π.δ/γμα 60/2007), τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά άλλως, υπό το φως της νέας οδηγίας 2014/24/ΕΕ, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που δεν στηρίζεται αποκλειστικώς στην τιμή.
4. Οι τεχνικές και προδιαγραφές και πρότυπα που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιότερης διαδικασίας, δηλαδή της διαδικασίας που ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ των αποφάσεων που ενσωματώνονται στην εγκύκλιο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1^ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-ΦΟΗ)» (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι), δύνανται να χρησιμοποιούνται πέραν της αναθέτουσας αρχής που τις εκπόνησε και από

τις άλλες αναθέτουσες αρχές. Επομένως, δυνάμει των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και οι δημόσιοι φορείς υγείας δύνανται να διενεργούν έως και την 31^η Μαρτίου 2016 τακτικούς διαγωνισμούς (ανοικτούς ή κλειστούς), αφετέρου δε έως και την 30^η Ιουνίου 2016 απευθείας αναθέσεις, συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρους διαγωνισμούς), διαπραγματεύσεις (με ή χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης) και προμήθειες κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α' 128), όπως το άρθρο αυτό κάθε φορά ισχύει.

5. Για την εφαρμογή της παρούσας:

(α) Οι «τεχνικές προδιαγραφές» και τα «πρότυπα» νοούνται ως ορίζονται στο Παράρτημα VI του π.δ/τος 60/2007 (ΦΕΚ Α' 64), όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.

(β) Τα «προϊόντα» και οι «υπηρεσίες» νοούνται όσα υπάγονται στις συμβάσεις, αντιστοίχως, προμηθειών και υπηρεσιών του ν.3580/2007 (ΦΕΚ Α' 134), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του νόμου αυτού, όπως ο εν λόγω νόμος και οι κατ' εξουσιοδότηση στις παραγράφους 3 και 6 του ίδιου άρθρου του αυτού νόμου εκδιδόμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις κάθε φορά ισχύουν.

(γ) Η «διενέργεια» κάθε είδους διαδικασίας προμήθειας νοείται ως η προβλεπόμενη στο νόμο πράξη κήρυξης της κάθε είδους διαδικασίας προμήθειας.

(δ) «Δημόσιοι φορείς υγείας» νοούνται τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο ρυθμιστικό περιεχόμενο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α' 134), όπως το άρθρο αυτό κάθε φορά ισχύει.

(ε) «Αναθέτουσα αρχή» νοούνται η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο ρυθμιστικό περιεχόμενο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α' 134), όπως το άρθρο αυτό κάθε φορά ισχύει.»

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Υ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. ΣΙΝΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Μελετών

Ταχ. Δ/ση: Λεωφόρος Κηφισίας 7
Τ.Κ. – Πόλη: 115 23 Αθήνα
Πληροφορίες: Η. Σχοινιά, Μ. Καλογρίδου
Τηλέφωνο: 213 2124 745, 732
eMail: eaadhsy@eaadhsy.gr
Τηλ. Κέντρο: 213 2124 700
Fax: 213 2124 777
Ιστότοπος: www.hsppa.gr, www.eaadhsy.gr



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 4/3/2016

Αριθμ. Πρωτ: 1111

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 13

(Απόφαση 303/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

ΘΕΜΑ: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ι. Εισαγωγή

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (αρθ. 2 παρ. 2 περ. δ' του ν. 4013/2011), εκδίδεται η παρούσα κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής για τον έλεγχο της καταλληλότητας των οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Με στόχο τη διευκόλυνση του έργου των αναθετουσών αρχών κατά τη διαδικασία σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, στην παρούσα αναλύεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως αποτυπώνεται στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ¹ και στην πράξη ενσωμάτωσής της στο ελληνικό δίκαιο (π.δ. 60/2007)², δίνοντας έμφαση στα σημεία εκείνα τα

1 Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΕ L 134. 30.4.2004, σ. 114).

2 ΠΔ 60/2007 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου

οποία πρέπει να γνωρίζουν και να λαμβάνουν υπόψη οι αναθέτουσες αρχές κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας των οικονομικών φορέων (τι οφείλουν να πράττουν και τι να αποφεύγουν – συνήθειες πλημμέλειες). Για τη σύνταξη της παρούσας λήφθηκε υπόψη η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.), των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παράλληλα, επιχειρείται σύνδεση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με τις αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν στα κριτήρια καταλληλότητας και στα μέσα απόδειξής τους (άρθρα 58-64) της νέας Οδηγίας 2014/24/ΕΕ³ για τις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως ως προς τις διαφορές που η τελευταία επιφέρει. Επισημαίνεται ότι η νέα Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις στον κλασικό τομέα καταργεί την υφιστάμενη Οδηγία 2004/18/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 91 αυτής, από τις 18 Απριλίου 2016, προθεσμία μέχρι την οποία η Ελλάδα υποχρεούται να εναρμονίσει τις ρυθμίσεις της εσωτερικής έννομης τάξης με αυτές της νέας Οδηγίας. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι η νέα Οδηγία ενσωματώνει σε μεγάλο βαθμό στο κείμενο των νέων άρθρων βασικά ζητήματα σχετικά με τα κριτήρια καταλληλότητας, όπως κρίθηκαν και διαμορφώθηκαν νομολογιακά από το Δ.Ε.Ε.

Στην παρούσα δεν περιλαμβάνονται τα θέματα που αφορούν την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων (λόγοι αποκλεισμού), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο διακριτής Κατευθυντήρια Οδηγίας.

II. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής – κριτήρια καταλληλότητας

1. Πριν την ανάθεση δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν και να αποκλείουν εκείνους τους οικονομικούς φορείς που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία, οι οποίοι δεν πληρούν κριτήρια φερεγγυότητας και εντιμότητας ή δεν διαθέτουν τα επαγγελματικά προσόντα, την “καταλληλότητα”, για την εκτέλεση της σύμβασης. Το στάδιο αυτό, που προηγείται εκείνο της ανάθεσης, αποτελεί το στάδιο της ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων.⁴ Ο καθορισμός κριτηρίων ποιοτικής επιλογής απαιτείται ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης (χαμηλότερη τιμή ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά).

Ειδικότερα, στην ανοικτή διαδικασία, ο έλεγχος των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των προσφερόντων, της μη συνδρομής δηλαδή των λόγων αποκλεισμού και της εξέτασης της καταλληλότητας των οικονομικών φορέων να εκτελέσουν την προς ανάθεση σύμβαση, καθώς και η εξέταση των προσφορών σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης, γίνεται σε δύο διακριτές φάσεις στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας. Στην κλειστή διαδικασία, στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και στον ανταγωνιστικό διάλογο, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης διενεργείται σε δύο διακριτά στάδια, ήτοι πρώτα εξετάζονται η μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού και η καταλληλότητα των υποψηφίων οικονομικών φορέων να εκτελέσουν την προς ανάθεση σύμβαση και στη συνέχεια εκδίδεται πρόσκληση υποβολής προσφορών, οπότε και εξετάζονται οι προσφορές των καλουμένων οικονομικών φορέων καθ' εαυτές, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης.

2005” (Α' 64). Αντίστοιχα ισχύουν για την Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΕΕ L 134, 30.4.2004, σ. 1) και την πράξη ενσωμάτωσής της στο ελληνικό δίκαιο (ΠΔ 59/2007 “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (Α' 63).

3 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94, 28.3.2014, σ. 65). Αντίστοιχα ισχύουν για την Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94, 28.3.2014, σ. 243).

4 Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής αναφέρονται και αφορούν στην κατάσταση των οικονομικών φορέων και όχι στην προσφορά τους· η τελευταία κρίνεται με βάση τα κριτήρια ανάθεσης (σχετική κατευθυντήρια οδηγία 11/2015 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)).

2. Από τις διατάξεις του Κεφαλαίου VII Τμήμα 1 (άρθρα 44 επ.) της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρα 42 επ. του π.δ. 60/2007) συνάγεται ότι τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής είναι δυνατόν να ενταχθούν σε τέσσερις κατηγορίες⁵:

- i. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
- ii. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
- iii. Εντιμότητα και φερεγγυότητα
- iv. Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Από τους λόγους αυτούς, οι πρώτοι δύο, ήτοι η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σχετίζονται με την ικανότητα του οικονομικού φορέα να εκτελέσει την προς ανάθεση σύμβαση και συνιστούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θα αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης της παρούσας κατευθυντήριας οδηγίας, όπως προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και στη νέα Οδηγία 2014/24/ΕΕ. Οι άλλοι δύο λόγοι, ήτοι η εντιμότητα και φερεγγυότητα (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ – άρθρο 43 πδ 60/2007) και η άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 44 πδ 60/2007) συνιστούν τους λόγους αποκλεισμού των υποψηφίων για προσωπικούς λόγους και για λόγους που σχετίζονται με την άσκηση συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχα.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι με τις διατάξεις της νέας Οδηγίας 2014/24/ΕΕ η άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, η οποία, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 44 πδ 60/2007) αποδεικνύεται από την εγγραφή του οικονομικού φορέα σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή από ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, στη νέα Οδηγία 2014/24/ΕΕ (άρθρο 58) προβλέπεται πλέον ως κριτήριο επιλογής – κριτήριο καταλληλότητας και όχι ως λόγος αποκλεισμού.

Πλέον οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΧΙ⁶ ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο παράρτημα αυτό. Ειδικά στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη σχετικού οργανισμού για να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητά να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού (πχ η αναθέτουσα αρχή ζητά την εγγραφή σε δικηγορικό σύλλογο προκειμένου για σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών).

3. Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς πόρους προκειμένου να εκτελέσουν την σύμβαση. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να αφορούν για παράδειγμα τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, συμπεριλαμβανομένου ορισμένου ελάχιστου ετήσιου κύκλου εργασιών στον τομέα στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την σύμβαση ή την ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων. Αναλυτικότερη παρουσίαση των κριτηρίων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ακολουθεί στην αντίστοιχη ενότητα.

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους καθώς και την εμπειρία για την εκτέλεση της

5 Δημήτριος Γ. Ράικος, "Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων", Εκδόσεις Σάκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2014 σελ. 394.

6 Βλ. Παραρτήματα ΙΧ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και ΧΙ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Τα σχετικά επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα στην Ελλάδα είναι: το «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων – ΜΕΕΠ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), το «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο», το «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού», το «Μητρώο Μελετητών» και το «Μητρώο Γραφείων Μελετών».

σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Αναλυτικότερη παρουσίαση των κριτηρίων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ακολουθεί στην οικεία ενότητα.

4. Η απαίτηση ελάχιστου επιπέδου ικανοτήτων

Στην παρ. 2 του άρθρου 44 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρου 42 παρρ. 2 πδ 60/2007) ορίζεται ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν τα ελάχιστα επίπεδα οικονομικών και τεχνικών ικανοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες. Ο καθορισμός των ικανοτήτων αυτών αποβλέπει στο να διαπιστώσει η αναθέτουσα αρχή, εάν ο εκάστοτε προσφέρων / αιτών οικονομικός φορέας διαθέτει κατά τεκμήριο την ικανότητα να ανταποκριθεί στην εκτέλεση της σύμβασης και συνίσταται στο να θεσπιστούν εύλογες προϋποθέσεις καταλληλότητας των υποψηφίων να μετάσχουν στον διαγωνισμό.

Υπό αυτήν την έννοια, η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 47 και 48 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρα 45 και 46 του π.δ. 60/2007), καθώς και το ελάχιστο επίπεδο ικανοτήτων που απαιτείται για τη συγκεκριμένη σύμβαση, πρέπει να είναι συνδεδεμένα και ανάλογα προς το αντικείμενο αυτής (άρθρο 44 παρ. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο 42 παρ. 2 του π.δ. 60/2007). Για να διαπιστωθεί εάν τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων είναι ανάλογα προς το αντικείμενο της σύμβασης, θα πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση αξιολόγηση με γνώμονα την έκταση, τις απαιτήσεις του έργου, καθώς και τον προϋπολογισμό του.

Κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων πρέπει να τηρούνται βασικές αρχές που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής κάθε είδους άμεσων ή έμμεσων διακρίσεων⁷. Ενδεικτικά, τα κριτήρια επιλογής πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν αναδόχους που θα εκτελέσουν αποτελεσματικά την υπό ανάθεση σύμβαση, πχ οι χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές απαιτήσεις δεν πρέπει να ορίζονται σε δυσανάλογα υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να αποκλείονται αυτόματα οικονομικοί φορείς, κατά τα λοιπά απόλυτα κατάλληλοι. Τα ελάχιστα αυτά επίπεδα ικανοτήτων αναφέρονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού (άρθρα 44 παρ. 2 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 44 παρ. 2 πδ 60/2007). Γενικότερα, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια στα έγγραφα της σύμβασης⁸ το ελάχιστο επίπεδο κριτηρίων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που κρίνει αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση της σύμβασης και τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία αυτό προκύπτει⁹. Τέλος επισημαίνεται ότι τόσο στο άρθρο 47 όσο και στο άρθρο 48 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρα 45 και 46 πδ 60/2007) προβλέπεται ότι ένας οικονομικός φορέας ή μια

7 Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 39 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ: "Ο έλεγχος της καταλληλότητας του προσφέροντος, στις ανοικτές διαδικασίες, και των υποψηφίων, στις κλειστές και στις με διαπραγμάτευση διαδικασίες μαζί με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού καθώς και στον ανταγωνιστικό διάλογο, και η επιλογή τους θα πρέπει να γίνονται υπό συνθήκες διαφάνειας. Προς τούτο, είναι σκόπιμο να αναφέρονται τα κριτήρια, τα οποία δεν θα εισάγουν διακρίσεις, και τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές προκειμένου να επιλέγουν τους ανταγωνιζόμενους καθώς και τα μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι οικονομικοί φορείς για να αποδεικνύουν ότι πληρούν τα κριτήρια αυτά. Με αυτό το πνεύμα διαφάνειας, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να αναφέρει, κατά την προκήρυξη μίας σύμβασης, τα κριτήρια επιλογής που θα χρησιμοποιήσει για την επιλογή, καθώς και το επίπεδο ειδικών ικανοτήτων που απαιτεί ενδεχομένως από τους οικονομικούς φορείς για να τους δεχθεί στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης".

8 Με τον όρο "έγγραφα της σύμβασης" νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρουσιάζει ή παραπέμπει η αναθέτουσα αρχή με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης, της προκαταρκτικής προκήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των πληροφοριών για τις γενικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Ο ανωτέρω ορισμός προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση 13 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

9 Μια καινοτομία που εισάγει η νέα Οδηγία, αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής και τα αποδεικτικά μέσα, συνίσταται στην υποχρέωση των κρατών μελών να θέσουν στη διάθεση άλλων κρατών μελών κάθε σχετική πληροφορία, εφόσον τους ζητηθεί, προκειμένου μέσω της διοικητικής συνεργασίας να είναι ευχερέστερη η διασταύρωση των στοιχείων αυτών. Όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 60 παρ. 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, εφόσον τους ζητηθεί, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση άλλων κρατών μελών κάθε πληροφορία σχετικά με την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και τις χρηματοοικονομικές και τεχνικές ικανότητες των προσφερόντων, καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί, για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων ή στη δυνατότητα συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων. Αντίστοιχα, στην οδηγία 2014/24/ΕΕ προβλέπεται ειδικό άρθρο με τίτλο “στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων” (άρθρο 63). Στην παρούσα Κατευθυντήρια Οδηγία δεν θα εξεταστούν ζητήματα που άπτονται της “δάνειας εμπειρίας”, καθώς επίκειται προς έκδοση ειδική Κατευθυντήρια Οδηγία για το θέμα αυτό.

5. Ο περιορισμός των υποψηφίων προς υποβολή προσφοράς (κλειστή διαδικασία κλπ)

Όπως ειδικότερα προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 44 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 42 πδ 60/2007), στις κλειστές διαδικασίες, στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και στον ανταγωνιστικό διάλογο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των κατάλληλων υποψηφίων οι οποίοι εν τέλει προσκαλούνται για να υποβάλουν προσφορά, να διαπραγματευθούν ή να συμμετάσχουν στο διάλογο, υπό τον όρο ότι υπάρχει ικανός αριθμός κατάλληλων υποψηφίων. Στην κλειστή διαδικασία ο ελάχιστος αριθμός των υποψηφίων που καλούνται για την υποβολή προσφοράς είναι πέντε. Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατόπιν δημοσίευσης προκήρυξης και ανταγωνιστικού διαλόγου, ο ελάχιστος αριθμός είναι τρεις. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός υποψηφίων που καλούνται πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζει πραγματικό ανταγωνισμό.

Αντίστοιχες διατάξεις με αυτές της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ διατάξεις, περιλαμβάνονται και στη νέα Οδηγία 2014/24/ΕΕ. Έτσι στις διατάξεις των άρθρων 28 (“κλειστή διαδικασία”), 29 (“ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση” – είναι η διαδικασία με διαπραγμάτευση κατόπιν δημοσίευσης προκήρυξης της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), 30 (“ανταγωνιστικός διάλογος”) και 31 (“σύμπραξη καινοτομίας”) προβλέπεται ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 65.

Στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τη δυνατότητα του περιορισμού των υποψηφίων προς υποβολή προσφοράς, οφείλει να αναφέρει ρητά στα έγγραφα της σύμβασης τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια επιλογής και τη μεθοδολογία αξιολόγησής τους, ώστε να είναι εκ των προτέρων σαφής ο τρόπος με τον οποίο θα μειώσει τον αριθμό των αιτούντων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά¹⁰. Καθώς με τη διαδικασία αυτή αποκλείονται οικονομικοί φορείς που είναι κατάλληλοι για την εκτέλεση της σύμβασης, η κλήση για την υποβολή προσφορών πρέπει να γίνεται υπό συνθήκες απόλυτης διαφάνειας. Το Δικαστήριο στην υπόθεση C-360/89 Επιτροπή κατά Ιταλίας καταρχήν έκρινε ότι η επιλογή μεταξύ των οικονομικών φορέων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά, μπορεί να γίνει μόνο στη βάση των πληροφοριών για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων και την οικονομική και τεχνική τους ικανότητα¹¹. Σε εφαρμογή των ανωτέρω, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει, κατά την επιλογή των καλούμενων οικονομικών φορέων, να εξετάζουν συγκριτικά την οικονομική ή/και τεχνική κατάσταση των υποψηφίων. Δεν απαιτείται ωστόσο όλα τα κριτήρια για οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ή/και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που επιλέγονται ως κριτήρια ποιοτικής επιλογής, να είναι τα ίδια με αυτά που θα εφαρμοστούν για τον περιορισμό των καλούμενων για την υποβολή προσφοράς οικονομικών φορέων. Είναι ωστόσο απαραίτητο,

10 Βλ και αιτιολογική σκέψη 40 οδηγίας 2004/18/ΕΚ “Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των υποψηφίων, στις κλειστές και στις με διαπραγμάτευση διαδικασίες, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, καθώς και στον ανταγωνιστικό διάλογο. Η μείωση του αριθμού των υποψηφίων θα πρέπει να γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού. Τα εν λόγω αντικειμενικά κριτήρια δεν συνεπάγονται κατ’ ανάγκην την πραγματοποίηση στάθμισης. Σχετικά με τα κριτήρια που αφορούν την προσωπική κατάσταση του οικονομικού φορέα, η ύπαρξη στην προκήρυξη διαγωνισμού μιας γενικής παραπομπής στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρείται αρκετή.

11 ΔΕΚ Απόφαση της 3ης Ιουνίου 1992 στην υπόθεση C-360/89 Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας, σκέψεις 17-20. Στη συγκεκριμένη υπόθεση το ΔΕΚ εξετάζοντας την οδηγία 71/305, έκρινε ότι διάταξη ιταλικού νόμου που προέβλεπε ότι κατά την επιλογή των προσκαλούμενων επιχειρήσεων πρέπει να δίδεται προτίμηση στις προσωρινές ενώσεις επιχειρήσεων και κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν επιχειρήσεις που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους εντός της περιοχής που εκτελούνται τα έργα, συνιστά παράβαση του άρθρου 22 της οδηγίας 71/305, καθώς μια τέτοια προτίμηση συνιστά κριτήριο επιλογής που δεν ανταποκρίνεται μια από τις τεχνικές και τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 25 και 26 [της οδηγίας 71/305] (σκέψεις 17-21)

με βάση την αρχή της αναλογικότητας, τα κριτήρια για τον περιορισμό των υποψηφίων που θα επιλεγούν, να είναι ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση της σύμβασης¹². Έτσι η επιλογή των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής μπορεί να γίνει στη βάση ενός μόνο κριτηρίου (πχ εμπειρίας) ή με συνδυασμό σταθμισμένων κριτηρίων (πχ κύκλο εργασιών, εμπειρίας κλπ).

Για παράδειγμα, στο πλαίσιο κλειστής διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή ορίζει στα έγγραφα της σύμβασης ότι από το σύνολο των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά πέντε οικονομικοί φορείς.

> Επιλέγει (από τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που αναφέρονται στη διακήρυξη) αυτά που θα σταθμίσει για τον περιορισμό των υποψηφίων πχ:

- Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
- Ύψος κύκλου εργασιών

> Κατατάσσει τα κριτήρια κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας πχ:

- Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων: Συντελεστής βαρύτητας 7
- Ύψος κύκλου εργασιών: Συντελεστής βαρύτητας 3

> Προσδιορίζει συγκεκριμένη βαθμολογία κάλυψης των κριτηρίων πχ:

- Για την εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
Στην περίπτωση που ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός έργων έχει καθοριστεί στα τρία έργα, καθορίζονται τα όρια πχ ως εξής:

Αριθμός έργων 3	Βαθμός 1
Αριθμός έργων 4-5	Βαθμοί 2
Αριθμός έργων 6 και άνω	Βαθμοί 3
- Για το ύψος κύκλου εργασιών
Στην περίπτωση που το μέσο ύψος κύκλου εργασιών κατά την προηγούμενη τριετία έχει καθορισθεί στο 100% του προϋπολογισμού της σύμβασης, καθορίζονται τα όρια πχ ως εξής:

Κύκλος εργασιών 100%	Βαθμός 1
Κύκλος εργασιών 101-150%	Βαθμοί 2
Κύκλος εργασιών 151 και άνω	Βαθμοί 3

Κατά τη διαδικασία πια της προεπιλογής η αναθέτουσα αρχή εφαρμόζει τη στάθμιση επί των συγκεκριμένων αιτήσεων που υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα έγγραφα της σύμβασης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ¹³	
Τα κριτήρια επιλογής πρέπει	
<ul style="list-style-type: none"> • Να συνάδουν με τις αρχές της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής των διακρίσεων. • Να είναι αναλογικά προς το μέγεθος και τη φύση της σύμβασης. • Να καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες κάθε διαδικασίας σύναψης σύμβασης και να είναι συναφή με τη συγκεκριμένη σύμβαση που πρόκειται να ανατεθεί. • Να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να μην αποτρέπεται η συμμετοχή οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν αποδοτικούς και αποτελεσματικούς αναδόχους. • Να διατυπώνονται με σαφή και απλό τρόπο ώστε να γίνονται κατανοητά από τους οικονομικούς φορείς. Δεν πρέπει να καθορίζονται με αφηρημένο τρόπο. 	

12 Βλ. S. Arrowsmith, "The Law of Public and Utilities Procurement", Vol. 1, Sweet & Maxwell, 2014, par. 7-107 σελ. 668.

13 Βλ. και Έγγραφο καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δημόσιες συμβάσεις – Έγγραφο καθοδήγησης για επαγγελματίες για την αποφυγή των συχνότερων σφαλμάτων κατά τις δημόσιες συμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία", 2015

III. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

1. Η έννοια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας δεν παρέχεται από τις οδηγίες, πλην όμως είναι σαφές ότι αφορά στο εάν οι οικονομικοί φορείς έχουν επαρκή οικονομικά μέσα:

(α) για να εκτελέσουν τη σύμβαση, μαζί με τις άλλες οικονομικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τους κατά την ίδια χρονική περίοδο, και

(β) για να αντιμετωπίσουν τυχόν νομικές ευθύνες που θα προκύψουν από την εκτέλεση της σύμβασης (για παράδειγμα, παράβαση συμβατικής υποχρέωσης)¹⁴ (άρθρο 44 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή άρθρο 42 παρ. 1 πδ 60/2007).

2. Οι διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το πδ 60/2007, παρέχουν ευρεία διακριτική ευχέρεια στις αναθέτουσες αρχές να θέσουν ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας στους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, αλλά και να επιλέξουν τα μέσα απόδειξής τους.

Πρώτον, από τις ως άνω διατάξεις της Οδηγίας δεν προκύπτει υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να απαιτούν ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, παρά μόνο δυνατότητα. Όπως προκύπτει από την παρ. 2 του άρθρου 44 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 42 παρ. 2 πδ 60/2007), οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν ελάχιστο επίπεδο ικανοτήτων, το οποίο πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες.

Όπως έκρινε το ΔΕΕ¹⁵, ούτε επιτρέπεται ούτε απαγορεύεται ο καθορισμός του επιπέδου αυτού, διότι ζήτημα δεν είναι η οριοθέτηση της αρμοδιότητας των κρατών μελών όσον αφορά τον προσδιορισμό του επιπέδου της οικονομικής και χρηματοδοτικής ικανότητας που απαιτείται για τη συμμετοχή στα διάφορα δημόσια έργα, αλλά ο καθορισμός των δικαιολογητικών ή αποδεικτικών στοιχείων που μπορούν να προσκομίζονται για να δικαιολογηθεί η χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα του εργολήπτη. Ομοίως, και από το λεκτικό της νέας Οδηγίας 2014/24/ΕΚ (άρθρο 58 παρ. 5: “Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τα απαιτούμενα κριτήρια συμμετοχής που μπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας [...]”) δεν προκύπτει υποχρέωση, παρά μόνο δυνατότητα, των αναθετουσών αρχών να ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας.

Ωστόσο, συνιστάται ο ορισμός ελαχίστων απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου στις υπό σύναψη συμβάσεις, περιορίζεται η δυνατότητα αυθαίρετης κρίσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής και εξυπηρετείται η απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης και εν τέλει η κάλυψη των αναγκών της αναθέτουσας αρχής.

3. Στην Οδηγία δεν αναφέρεται ρητά ποια είναι τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, ωστόσο αυτά προκύπτουν από τα μέσα απόδειξης. Έτσι, για παράδειγμα, ρητά αναφέρεται ότι ως μέσο απόδειξης μπορεί να ζητηθεί ο ισολογισμός εταιρίας, που υποδεικνύει ότι ο ισολογισμός αποτελεί κριτήριο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας.

Ειδικότερα, από την Οδηγία προβλέπεται ότι η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα είναι δυνατόν, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά (άρθρο 44 παρ. 2 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ - άρθρο 42 παρ. 2 πδ 60/2007 και άρθρο 47 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ - άρθρο 45 πδ 60/2007):

α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, ενδεχομένως, πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων.

β) ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των

14 ο.π. S. Arrowsmith, “The Law of Public and Utilities Procurement”, παρ. 12-10, σελ. 1190.

15 Βλ. ΔΕΚ συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-27-29/86, S.A. Construction et entreprises Industrielles (CEI) κατά Societe Cooperative Association Intercommunales pour les Autoroutes des Ardennes και SpA A. Bellini & Co κατά Regie des batiments και Βελγικού Δημοσίου (“CEI and Bellini”), σκέψη 13.

ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

γ) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχομένως, του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ελευθερία επιλογής υφίσταται και για τα ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, υπό την επιφύλαξη όμως όσων αναφέρονται αμέσως κατωτέρω (υπό 5).

Σημειώνεται, πάντως, ότι ειδικά στην περίπτωση του κριτηρίου του κύκλου εργασιών, η δήλωση του προσφέροντος "κατ' ανώτατο όριο" για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, αν η επιχείρηση λειτουργεί για λιγότερο της τριετίας χρονικό διάστημα, δεν μπορεί να αποκλειστεί από τη διαδικασία του διαγωνισμού για το λόγο αυτό ("για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του")¹⁶.

4. Η νέα Οδηγία 2014/24/ΕΕ προχωρεί ένα βήμα παραπέρα ως προς τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς προβλέπεται πλέον ρητά ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν υποχρεώσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 58 παρ. 3).

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν, ειδικότερα, από τους οικονομικούς φορείς να έχουν έναν ορισμένο ελάχιστο κύκλο εργασιών, συμπεριλαμβανομένου ορισμένου ελάχιστου κύκλου εργασιών, στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση. Στη συνέχεια ορίζεται ότι ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι οικονομικοί φορείς δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις¹⁷, όπως σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει τους βασικούς λόγους για την υπέρβαση αυτή στα έγγραφα της σύμβασης ή στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 84. Στην ίδια παράγραφο του εν λόγω άρθρου προβλέπεται ότι, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, παρουσιάζοντας την αναλογία, για παράδειγμα, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Επιπλέον, προβλέπεται ότι η αναλογία στοιχείων ενεργητικού και παθητικού μπορεί να λαμβάνεται υπόψη όταν η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει τις μεθόδους και τα κριτήρια της συνεκτίμησης αυτής στα έγγραφα της σύμβασης. Οι μέθοδοι και τα κριτήρια αυτά πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, αντικειμενικότητα και αποφυγή διακρίσεων.

Περαιτέρω, στην ίδια παράγραφο του άρθρου 58 προβλέπεται πως, όταν μια σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, το εν λόγω άρθρο εφαρμόζεται σε σχέση με κάθε επιμέρους τμήμα. Εντούτοις, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καθορίζει τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών που πρέπει να έχουν οικονομικοί φορείς ανά ομάδες τμημάτων, σε περίπτωση που θα ανατεθούν στον ανάδοχο περισσότερα τμήματα που πρέπει να εκτελεστούν ταυτόχρονα.

Στην περίπτωση δε της συμφωνίας-πλαίσιο, η μέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου υπολογίζεται βάσει του αναμενόμενου μέγιστου μεγέθους των συγκεκριμένων συμβάσεων που θα εκτελεστούν

16 Βλ. ΣΤΕ ΕΑ 207/2011. Μη νόμιμος ο αποκλεισμός επιχειρήσεων για το λόγο ότι έχουν λιγότερο από τρία έτη λειτουργίας, ή διαθέτουν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη προϊόντα για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ετών, εφόσον προσκομίζουν κατάλογο παραδόσεων μόνο για το αντίστοιχο διάστημα που λειτουργούν ή διαθέτουν τα εν λόγω προϊόντα (βλ. επίσης ΣτΕ ΕπΑν 1239/2009, 491/2006, 1241/2006, 300/1999, ΣτΕ 3899/2005).

17 Στην αιτιολογική σκέψη 83 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, προβλέπεται ότι, οι περιστάσεις αυτές μπορεί να σχετίζονται με τους υψηλούς κινδύνους που συνεπάγεται η εκτέλεση της σύμβασης ή με το γεγονός ότι η έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή της είναι κρίσιμης σημασίας, παραδείγματος χάρι γιατί αποτελεί απαραίτητη προκαταρκτική προϋπόθεση για την εκτέλεση άλλων συμβάσεων.

ταυτοχρόνως, ή, εάν αυτό δεν είναι γνωστό, βάσει της εκτιμώμενης αξίας της συμφωνίας-πλαισίου. Ομοίως και στην περίπτωση δυναμικού συστήματος αγορών.

5. Η ελευθερία των αναθετουσών αρχών στην επιλογή του ελάχιστου επιπέδου οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας δεν είναι απεριόριστη. Κατά το άρθρο 44, παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/18 (άρθρο 42 παράγραφος 2 πδ 60/2007), το ελάχιστο επίπεδο ικανότητας πρέπει να συνδέεται και να τελεί σε αναλογία προς το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης. Τόσο το ελάχιστο επίπεδο ικανοτήτων που απαιτείται όσο και οι πληροφορίες που ζητούνται για μια δεδομένη σύμβαση πρέπει να είναι συνδεδεμένα και ανάλογα προς το αντικείμενο της σύμβασης. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε¹⁸ ότι ναι μεν, εφόσον οι προϋποθέσεις οικονομικού και τεχνικού περιεχομένου που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι δεν απαριθμούνται στο νόμο περιοριστικά, καταλείπεται στην αναθέτουσα αρχή ευρεία διακριτική ευχέρεια να θέσει η ίδια τα κριτήρια επιλογής που προτίθεται να εφαρμόσει, αυτά, όμως, πρέπει να συνδέονται στενά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση υπηρεσίας, να είναι δεκτικά αντικειμενικής και συγκεκριμένης αιτιολόγησης και να εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στους ενδιαφερόμενους, χωρίς να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις, ούτε να συνεπάγονται αδικαιολόγητους φραγμούς στην ελεύθερη ανάπτυξη ανταγωνισμού. Στο ίδιο πνεύμα, το ΔΕΕ έκρινε¹⁹ ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ένα ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας καθορισμένο με γνώμονα ορισμένο στοιχείο ή ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού, εφόσον από το ή από τα στοιχεία αυτά μπορεί αντικειμενικά να προκύπτει η σχετική ικανότητα του οικονομικού φορέα και, εφόσον το επίπεδο αυτό είναι προσαρμοσμένο στη σημασία της οικείας σύμβασης, υπό την έννοια ότι πρέπει να αποτελεί μια αντικειμενική ένδειξη ως προς την ύπαρξη επαρκούς οικονομικής και χρηματοοικονομικής βάσεως για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς ωστόσο να βαίνει πέραν αυτού που είναι αναγκαίο προς τον σκοπό αυτό. Η νέα Οδηγία 2014/24/ΕΕ επαναλαμβάνει την απαίτηση τα κριτήρια επιλογής να σχετίζονται και να είναι συνδεδεμένα με το αντικείμενο της σύμβασης. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 58, οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες προϋποθέσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να εξασφαλίζεται ότι ένας υποψήφιος ή προσφέρων διαθέτει τις νομικές και χρηματοοικονομικές δυνατότητες για την εκτέλεση της προς ανάθεση σύμβασης και ότι όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης.

6. Όσον αφορά τα μέσα απόδειξης (δικαιολογητικά), οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να υποδεικνύουν στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ποιο ή ποια από τα ανωτέρω (υπό 3) δικαιολογητικά επέλεξαν, καθώς και ποια άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν.

Όπως έχει κρίνει το ΔΕΕ²⁰, το άρθρο 47 της οδηγίας 2004/18 παρέχει σχετικά μεγάλη ελευθερία στις αναθέτουσες αρχές να επιλέξουν τα μέσα χρηματοοικονομικής και οικονομικής επάρκειας, καθώς τα μέσα απόδειξης που προβλέπονται για τη χρηματοοικονομική και οικονομική επάρκεια είναι ενδεικτικά ("κατά κανόνα") (πρβλ. και ΔΕΕ, υπόθεση CEI και Bellini²¹). Ειδικότερα, σε αντίθεση με το άρθρο 48 της εν λόγω οδηγίας (το οποίο, όσον αφορά τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες, καθιερώνει ένα κλειστό σύστημα περιορίζοντας τους τρόπους αξιολόγησης και ελέγχου που διαθέτουν οι ως άνω αρχές και, ως εκ τούτου, τις δυνατότητές τους να καθορίζουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις²²), η παράγραφος 4 του άρθρου 47 (άρθρο 45 πδ

18 ΕΖ Τμ. VI 2402/2010.

19 Βλ. ΔΕΕ, απόφαση της 18-10-2012, υπόθεση C-218/11, Edukoživig - Hochtief Construction AG, σκέψη 27.

20 ο.π. βλ. ΔΕΕ, C-218/11, Edukoživig - Hochtief Construction AG, σκέψεις 28-29,

21 ο.π. βλ. ΔΕΚ συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-27-29/86, "CEI and Bellini". Στην υπόθεση αυτή το ΔΕΚ έκρινε ότι οι αναληφθείσες υποχρεώσεις (έργα που εκτελούνται ταυτόχρονα) είναι σχετικό κριτήριο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (σκέψεις 11 και 16-18).

22 Βλ., όσον αφορά τις αντίστοιχες διατάξεις των οδηγιών που προηγήθηκαν της οδηγίας 2004/18, ΔΕΚ, απόφαση της 10ης Φεβρουαρίου 1982, 76/81, SA Transporoute et Travaux, σκέψεις 8 έως 10 και 15. Στην υπόθεση αυτή το δικαστήριο δέχθηκε ότι η οδηγία 71/305 δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να ζητούν άλλα δικαιολογητικά για την απόδειξη των επαγγελματικών προσόντων και την εντιμότητα των προσώπων που τις διοικούν, πλην εκείνων που προβλέπονται ρητά στην οδηγία' η εξαίρεση από την παραπάνω αποκλειστικότητα του τρόπου απόδειξης στην οποία αναφέρεται το άρθρο 25 της οδηγίας, αφορά μόνο στο πλαίσιο της εκτιμώμενης της χρηματοδοτικής και οικονομικής ικανότητας των επιχειρήσεων.

60/2007) επιτρέπει ρητώς να επιλέγουν τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι για να αποδείξουν την οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια. Αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΚ, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στην παρ. 3 του εν λόγω άρθρου και στο παράρτημα XII ως απόδειξη της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 58. Μολονότι ορίζεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν αποδεικτικά μέσα πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 60 και στο άρθρο 62, ωστόσο η απόλυτη αυτή διατύπωση μετριάζεται από την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, όπου αναφέρεται ότι η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα μπορεί, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο παράρτημα XII μέρος Ι (ίδια δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 47 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).

7. Περαιτέρω, ορίζεται ότι αν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο (παρ. 5 του άρθρου 47 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ - άρθρο 45 παρ. 5 πδ 60/2007). Εναπόκειται, επομένως, στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να κρίνει αυτό ως κατάλληλο. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να προσκομίσει όποιο έγγραφο θεωρεί ότι αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια και είναι στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να κρίνει αν τα υποβαλλόμενα στοιχεία αποδεικνύουν την επάρκειά του. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής οφείλει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και εμπίπτει στον δικαιοδοτικό έλεγχο των δικαστηρίων. Αντίστοιχα, τυχόν απόρριψη τέτοιου δικαιολογητικού που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας πρέπει να αιτιολογείται προσηκόντως²³ και η απόφαση αυτή της αναθέτουσας αρχής προσβάλλεται στα δικαστήρια. Ως επαρκής αιτιολογία απόρριψης υποβληθέντος δικαιολογητικού έχει κριθεί λ.χ. ότι τα υποβληθέντα αντίγραφα μηχανογραφικών δελτίων οικονομικών στοιχείων (εντύπων Ε3), δεν προβλέπονταν από τη διακήρυξη ως μέσο απόδειξης του κύκλου εργασιών και η διακήρυξη προέβλεπε τη δυνατότητα αναπλήρωσης με υπεύθυνη δήλωση των δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της χρηματοοικονομικής δυνατότητας των διαγωνιζομένων²⁴.

Αντίστοιχες διατάξεις περιλαμβάνονται και στην παρ. 3 εδ. β του άρθρου 60 της νέας Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως προαναφέρθηκε, στην οποία προβλέπεται ότι, εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνεται κατάλληλο από την αναθέτουσα αρχή. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να αποδέχονται τα στοιχεία που αποδεικνύονται από την εγγραφή σε επίσημο κατάλογο ή σύστημα πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 50 πδ 60/2007) (βλ. κατωτέρω υπό IV 7).

8. Η χρηματοοικονομική και οικονομική επάρκεια στην περιπτώσιολογία των αποφάσεων των Δικαστηρίων

Όσον αφορά τον ισολογισμό, έχει κριθεί από το ΔΕΕ²⁵ ότι το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας δε μπορεί να καθορίζεται με κριτήριο τον ισολογισμό εν γένει, αλλά μόνο με αναφορά σε ένα ή περισσότερα ειδικά στοιχεία του ισολογισμού. Περαιτέρω, ο καθορισμός απαιτήσεως περί ορισμένου ελάχιστου επιπέδου δε μπορεί καταρχήν να αποκλείεται για το λόγο και μόνο ότι το επίπεδο αυτό αφορά συγκεκριμένο στοιχείο του ισολογισμού σε σχέση με το οποίο ενδέχεται να υφίστανται διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών. Στη συγκεκριμένη υπόθεση κρίθηκε ότι νομίμως η αναθέτουσα αρχή καθόρισε ως ελάχιστο επίπεδο για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, να μην υπήρξε

23 Δημήτριος Γ. Ράκος, "Δίκαιο Δημόσιων Συμβάσεων", σελ. 404. Πρβ. σχετική αναφορά σε S. Arrowsmith, op.cit., p. 143.

24 Βλ. απόφαση 1307/2009 ΕΑ ΣΤΕ.

25 Βλ. ΔΕΕ C-218/11 Edukativizig - Hochtief AG σκέψεις 25-32

περισσότερες από μία φορά αρνητικό το αποτέλεσμα του ισολογισμού των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων.

Περαιτέρω, αναφορικά με τους ισολογισμούς έχει κριθεί²⁶ ότι είναι νόμιμος ο αποκλεισμός εταιρείας για το λόγο ότι υπέβαλε ζημιογόνους ισολογισμούς των τριών τελευταίων χρήσεων και, συνεπώς, κρίθηκε ότι δεν έχει την απαιτούμενη κατά την Διακήρυξη και τον νόμο χρηματοοικονομική επάρκεια.

Αναφορικά με τα μέσα απόδειξης έχει κριθεί²⁷ ότι στην τραπεζική βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ποιο ποσό διατίθεται στην διαγωνιζόμενη εταιρία για χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις ώστε να κριθεί αν καλύπτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Διακήρυξης, και ποιο ποσό χωριστά αφορά εγγυητικές επιστολές. Επίσης έχει κριθεί²⁸ ότι το συνολικό ύψος δαπάνης των έργων που ανατίθενται σε μια επιχείρηση σε δεδομένο χρονικό διάστημα μπορεί να αποτελεί χρήσιμο στοιχείο για την εκτίμηση, κατά τρόπο συγκεκριμένο, της οικονομικής και χρηματοδοτικής της ικανότητας της επιχείρησης αυτής σε σχέση με τις υποχρεώσεις της. Επομένως δεδομένης της μη περιοριστικής απαρίθμησης των προβλεπόμενων στην οδηγία δικαιολογητικών οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τίποτε δεν εμποδίζει το να μπορεί να ζητείται από τους υποβάλλοντες προσφορά να καταθέσουν ένα τέτοιο δικαιολογητικό.

Ο κύκλος εργασιών έχει απασχολήσει περισσότερο από τα λοιπά μέσα απόδειξης του άρθρου 47. Έτσι, έχει κριθεί²⁹ ότι όρος διακήρυξης, ο οποίος απαιτεί για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του διαγωνιζομένου μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν θα είναι κατώτερος του μισού του ποσού της εκτιμώμενης σύμβασης για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, δεν πιθανολογείται σοβαρώς ότι έχει τεθεί κατά παράβαση των σχετικών όρων της διακήρυξης ή των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού και της αναλογικότητας. Και τούτο διότι ο όρος αυτός δεν φαίνεται ασύνδετος και δυσανάλογος προς το αντικείμενο της προς ανάθεση συμβάσεως, αφενός μεν εν όψει της εκτάσεως του φυσικού αντικειμένου (εγκαταστάσεις που πρόκειται να καθαρίζονται), αφετέρου δε ενόψει του ύψους του προϋπολογισμού της συμβάσεως.

Σε άλλη περίπτωση, έχει κριθεί ότι όρος της διακήρυξης, που επιτρέπει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό μόνο επιχειρήσεων με συνολικό κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν θεσπίζει κριτήρια συμμετοχής μη προβλεπόμενα στην οδηγία 2004/18/EK, ούτε παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και δεν υπερβαίνει τα άκρα όρια της διακριτικής ευχέρειας της διοικήσεως³⁰. Επίσης, έχει κριθεί ότι είναι νόμιμη η πρόβλεψη στη διακήρυξη ως ελάχιστου κατωτάτου ορίου του μέσου όρου του κύκλου εργασιών, τον οποίον πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ο ενδιαφερόμενος να μετάσχει στον διαγωνισμό κατά την προηγούμενη τριετία, ποσού ίσου προς το ποσό της προϋπολογιζόμενης από την διακήρυξη δαπάνης³¹.

26 Βλ. ΣΤΕ ΕΑ 198/2008.

27 Βλ. ΜΠΑ 9146/2006.

28 Βλ. ΔΕΚ συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-27-29/86, "CEI and Bellini"). (σκέψη 13)

29 Βλ. 257/2010 ΕΑ ΣΤΕ.

30 Βλ. Αποφάσεις 287/2010, 288/2010, 37/2011 και 39/2011 ΕΑ ΣΤΕ, και απόφαση 812/2009 ΣΤΕ.

31 Βλ. απόφαση 1178/2009 ΕΑ ΣΤΕ.

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ -
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ³²**

1. Ως προς την επιλογή των απαιτήσεων κατά τη σύνταξη της διακήρυξης:

- Οι αναθέτουσες αρχές είναι ελεύθερες να θέσουν ή να μη θέσουν ελάχιστες απαιτήσεις κριτηρίων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας στον εκάστοτε διαγωνισμό. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ο ορισμός ελάχιστου επιπέδου κριτηρίου οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, ενισχύει την ασφάλεια δικαίου στις υπό σύναψη συμβάσεις και περιορίζει τους κινδύνους κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
- Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιλέγουν οποιοδήποτε κριτήριο που συνδέεται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των συμμετεχόντων, χωρίς να δεσμεύονται από αυτά που απαριθμούνται στα αποδεικτικά μέσα της οδηγίας.
- Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν ελεύθερα να καθορίζουν το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας (π.χ. ισολογισμό, ετήσιος κύκλος εργασιών, πιστοληπτική ικανότητα κοκ), αλλά η διακριτική τους ευχέρεια υπόκειται στο γενικό κανόνα ότι το επίπεδο των απαιτήσεων πρέπει να είναι ανάλογο προς το αντικείμενο της σύμβασης.

2. Ως προς τον προσδιορισμό των αποδεικτικών μέσων και του τρόπου εκτίμησής τους στη διακήρυξη:

- Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στην οδηγία ή άλλα, όταν τα προβλεπόμενα στην οδηγία δεν είναι κατάλληλα, καθώς και κάθε στοιχείο συμπληρωματικό σε αυτά.
- Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στα έγγραφα της σύμβασης τις απαιτούμενες πληροφορίες για την αξιολόγηση, ήτοι το ελάχιστο επίπεδο της απαίτησης, το/τα αποδεικτικό/-ά μέσο/-α και κάθε πληροφορία που αφορά τον τρόπο αξιολόγησής τους.

3. Ως προς την εφαρμογή (αποδοχή ή απόρριψη των οικονομικών φορέων) του κριτηρίου της χρηματοοικονομικής ή οικονομικής επάρκειας (εξέταση φακέλου):

- Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απορρίπτουν τους οικονομικούς φορείς που κρίνουν ότι δεν αποδεικνύουν πως έχουν την απαιτούμενη ελάχιστη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
- Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσκομίζουν άλλα κατάλληλα δικαιολογητικά στη θέση αυτών που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, όταν υπάρχει βάσιμος λόγος για τη μη προσκόμιση των ζητούμενων με τη διακήρυξη δικαιολογητικών.
- Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να αποδέχονται τα στοιχεία που αποδεικνύονται από την εγγραφή σε επίσημο κατάλογο ή σύστημα πιστοποίησης.
- Οι αναθέτουσες αρχές είναι υποχρεωμένες να αιτιολογούν την απόφασή τους περί αποδοχής ή απόρριψης.

32 Βλ. και Sue Arrowsmith "The Law of Public and Utilities Procurement", p. 1204.

IV. Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες

1. Για να κριθεί εάν ένας οικονομικός φορέας διαθέτει την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται για την υλοποίηση της σύμβασης, είναι απαραίτητο η αναθέτουσα αρχή να ελέγξει την κάλυψη ορισμένων κριτηρίων τα οποία πρέπει να έχει ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης, προσδιορίζοντας παράλληλα και το ανάλογο μέσο απόδειξης για κάθε ένα από αυτά.

Και στην περίπτωση των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν (δεν είναι υποχρεωτικό) το ελάχιστο επίπεδο ικανοτήτων το οποίο πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες (άρθρο 44 παρ. 2 οδηγίας 2004/18/EK, άρθρο 42 πδ. 2 πδ 60/2007).

Έτσι, η αναθέτουσα αρχή μπορεί για παράδειγμα να προσδιορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις της για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής και τεχνικής επάρκειας των υποψήφιων/προσφερόντων οικονομικών φορέων, με αναφορά πχ:

- στην προηγούμενη υλοποίηση συναφούς αντικειμένου συμβάσεων
 - στο είδος των έργων, των υπηρεσιών ή των προμηθειών για τις οποίες απαιτείται η ύπαρξη εμπειρίας
 - στον απαιτούμενο αριθμό ολοκληρωμένων συμβάσεων εντός ορισμένου διαστήματος συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης
 - στον απαιτούμενο προϋπολογισμό των αναφερόμενων συμβάσεων
- στον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό
- στην απαιτούμενη εμπειρία και επαγγελματικά προσόντα της ομάδας έργου (ιδιαίτερως σε συμβάσεις παροχής διανοητικών υπηρεσιών)

Αντίστοιχες απαιτήσεις από την αναθέτουσα αρχή μπορούν να ζητούνται με τα έγγραφα της σύμβασης για κάθε κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που κρίνεται πρόσφορο για την συγκεκριμένη σύμβαση.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 48 της Οδηγίας 2004/18/EK (άρθρο 46 πδ 60/2007), οι τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες των οικονομικών φορέων αξιολογούνται και ελέγχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, οι διατάξεις των οποίων περιέχουν απαρίθμηση των αποδεικτικών μέσων, με τα οποία μπορεί να αποδειχθεί η απαιτούμενη τεχνική ικανότητα. Εκεί, επίσης, προβλέπεται ότι η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν για να αποδείξουν την τεχνική καταλληλότητα.

Συγκεκριμένα, οι τεχνικές ικανότητες των οικονομικών φορέων κατά την Οδηγία αποδεικνύονται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των προμηθειών, ή των υπηρεσιών:

α) i) υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών.

Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά· ενδεχομένως, η αρμόδια αρχή διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή,

ii) υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.

Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται:

— εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή,

— εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα·

β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην

επιχείρησή του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου·

γ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισμού μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του·

δ) εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή, κατ' εξαίρεση, πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, έλεγχο διενεργούμενο από την αναθέτουσα αρχή ή, εξ ονόματός της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισμού αυτού· ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναμικό του προμηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας·

ε) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή/και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως του ή των υπευθύνων για την παροχή των υπηρεσιών ή τη διεξαγωγή των εργασιών·

στ) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών και μόνο στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης·

ζ) δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη και για τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία·

η) δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης³³·

θ) αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο πάροχος υπηρεσιών προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας·

ι) όσον αφορά τα προϊόντα που παρέχονται:

i) δείγματα, περιγραφή ή/και φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής,

ii) πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα³⁴·

3. Αντίστοιχες διατάξεις προβλέπονται και στις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 60 της νέας Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, με κάποιες προσθήκες. Ειδικότερα:

- Στην αναφορά στον κατάλογο των εργασιών που εκτελέσθηκαν την προηγούμενη πενταετία (σημείο 2 α) i) της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), προστίθεται η φράση "κατά μέγιστο όριο", αλλά ορίζεται επίσης ότι "εάν είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών εργασιών που εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία πενταετία". Ομοίως και στην αναφορά (σημείο 2 α) ii) της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) στον κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, προστίθεται η φράση "κατά μέγιστο όριο", αλλά ορίζεται

33 Πρβλ. και Απόφαση της 17. 11. 1993 — Υπόθεση C-71/92 "Επιτροπή κατά Ισπανίας". Στην υπόθεση αυτή το Δικαστήριο δέχτηκε ότι, το άρθρο 287, παράγραφος 2, της RGCE της ισπανικής νομοθεσίας αντιβαίνει προς την οδηγία 71/305 και προς το άρθρο 59 της Συνθήκης, καθόσον προβλέπει ότι για την κατάταξη των εργοληπτών στην Ισπανία «θα αξιολογούνται κατά προτίμηση τα χρηματοοικονομικά μέσα και τα μέσα από άποψη προσωπικού και υλικού που διαθέτουν νομίμως οι επιχειρήσεις εντός της εθνικής επικράτειας». Εξάλλου, όσον αφορά το άρθρο 26, στοιχεία γ' και δ', της οδηγίας 71/305, το δικαστήριο απεφάνθη ότι, "αν και η διάταξη αυτή επιτρέπει την επιβολή της υποχρεώσεως δηλώσεως σχετικά με τα τεχνικά μέσα, τον μηχανικό και τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου καθώς και σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό της επιχείρησής και με τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησής κατά την τελευταία τριετία, εντούτοις δεν κάνει καμία διάκριση ανάλογα με το αν τα στοιχεία αυτά βρίσκονται ή δεν βρίσκονται εντός του εδάφους του κράτους της αναθέτουσας αρχής" (σκέψεις 48-50).

34 ο.π. πρβλ. Απόφαση της 17. 11. 1993 — ΥΠΟΘΕΣΗ C-71/92 "Επιτροπή κατά Ισπανίας". Επίσης στην υπόθεση αυτή το Δικαστήριο έκρινε ότι η διάταξη του εθνικού δικαίου της Ισπανίας, που προβλέπει ότι, η τεχνική ικανότητα των προμηθευτών μπορεί να αποδεικνύεται με ορισμένα πιστοποιητικά ποιότητας των εμπορευμάτων, τα οποία εκδίδουν τα επίσημα ισπανικά ινστιτούτα ή οι επίσημες ισπανικές υπηρεσίες αντιβαίνει προς το άρθρο 23, παράγραφος 1, στοιχείο ε', της οδηγίας 77/62, το οποίο επιτρέπει μεν την επιβολή στον ενδιαφερόμενο της υποχρεώσεως προσκομίσεως τέτοιων πιστοποιητικών, αλλά δεν επιτρέπει την επιβολή της υποχρεώσεως να έχουν εκδοθεί τα πιστοποιητικά αυτά από οργανισμό του κράτους της αναθέτουσας αρχής. (σκέψεις 52-54)

επίσης ότι “εάν είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών αγαθών ή υπηρεσιών που παραδόθηκαν ή εκτελέστηκαν πριν από την τελευταία τριετία”.

Με τις διατάξεις αυτές της νέας Οδηγίας τίθεται πλέον περιορισμός ως προς την απαίτηση των αναθετουσών αρχών να ζητούν την υποβολή καταλόγου για την εκτέλεση σχετικών εργασιών, αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς ορίζεται ένα μέγιστο χρονικό όριο (τα τελευταία πέντε έτη για τις εργασίες και τα τελευταία τρία έτη για τα αγαθά και τις υπηρεσίες). Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή, εάν το κρίνει απαραίτητο και για συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, να λαμβάνει υπόψη της τα αποδεικτικά μέσα που ο οικονομικός φορέας υποβάλλει και για το διάστημα πριν από την πενταετία ή την τριετία. Στην πραγματικότητα αυτό φαίνεται ήδη να εφαρμόζεται, όπου κρίνεται σκόπιμο, καθώς οι διατάξεις του άρθρου 48 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (και Παράρτημα XII παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) αφορούν κατ' εξοχήν τον περιορισμό των μέσων που η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί από τους προσφέροντες και όχι τον περιορισμό της χρήσης άλλων μέσων που ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει. Δεν επιτρέπεται ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή να απαιτεί την υποβολή των σχετικών αποδεικτικών από όλους τους προσφέροντες για το διάστημα πριν από την πενταετία ή την τριετία³⁵.

- Στην αναφορά σε τίτλους σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή/και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, προστίθεται η φράση “υπό την προϋπόθεση ότι δεν αξιολογούνται ως κριτήριο ανάθεσης”³⁶.
- Στην αναφορά (σημείο στ της παρ 2 του άρθρου 48 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ – αντίστοιχο άρθρο 46 πδ 60/2007) στα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών “μόνο στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις”³⁷ στη νέα Οδηγία έχει απαλειφθεί ο περιορισμός αυτός και η νέα διάταξη καταλαμβάνει όλες τις κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων: “αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης”.
- Επιπλέον προστίθεται ως νέο αποδεικτικό μέσο της τεχνικής ικανότητας “αναφορά του τρόπου διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και των συστημάτων ανίχνευσης που θα είναι σε θέση να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης”.
- Τέλος, στη νέα Οδηγία για πρώτη φορά προβλέπεται ρητά (άρθρο 58 παρ. 4) η δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να μπορούν να επιβάλλουν υποχρεώσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την πείρα για την εκτέλεση της σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Έτσι, ορίζεται ότι, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να απαιτούν, ειδικότερα, από τους οικονομικούς φορείς να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειριών, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν.

4. Μολονότι το άρθρο 44, παράγραφος 2, της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 42 παρ. 2 πδ 60/2007) παρέχει στην αναθέτουσα αρχή τη δυνατότητα να ορίζει ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων, στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται ο διαγωνιζόμενος προκειμένου η προσφορά του να μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ανάθεση της σύμβασης, εντούτοις, τα επίπεδα αυτά πρέπει να κρίνονται με βάση τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 48 (άρθρο 46 πδ 60/2007) όσον αφορά τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες³⁷.

Το άρθρο 48 της Οδηγίας απαριθμεί εξαντλητικά, όπως ήδη προαναφέρθηκε, τα στοιχεία βάσει των οποίων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αξιολογεί και να ελέγχει τις τεχνικές και

35 Βλ. Sue Arrowsmith “The Law of Public and Utilities Procurement”, p. 1223.

36 Βλ. Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 της ΕΑΑΔΗΣΥ “Κριτήρια ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων” σελίδα 20

37 Βλ. ΔΕΕ απόφαση της 10-5-2012, υπόθεση C-368/10, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών, σκέψεις 105-108.

επαγγελματικές ικανότητες των διαγωνιζομένων, επομένως καθιερώνει ένα κλειστό σύστημα περιορίζοντας τους τρόπους αξιολόγησης και ελέγχου που διαθέτουν οι ως άνω αρχές ως προς τις απαιτήσεις για τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες³⁸.

Αυτό δεν σημαίνει, πάντως, ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απαιτούν πιο εξειδικευμένα τα αποδεικτικά μέσα που ορίζονται στα άρθρα αυτά. Για παράδειγμα, ενώ στην Οδηγία αναφέρεται ως κριτήριο το “μέσο εργατικό δυναμικό” (με τη μορφή δήλωσης από τους υποψηφίους - σημεία ζ' της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και η' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), μια αναθέτουσα αρχή μπορεί προφανώς να χρειάζεται πιο λεπτομερή περιγραφή του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τα καθήκοντα που εκτελούν. Αντίστοιχα, σε σχέση με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις ή τον τεχνικό εξοπλισμό (με τη μορφή δήλωσης από τους υποψηφίους - σημεία η' της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και θ' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), μπορεί να χρειάζεται περισσότερα στοιχεία σχετικά με την ηλικία, την κατάσταση ή την τοποθεσία αυτών.

Το ερώτημα που τίθεται είναι σε ποιο βαθμό μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί περισσότερες αποδείξεις για την πλήρωση των κριτηρίων που θέτει. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα μέσα για την απόδειξη της ακρίβειας των πληροφοριών προβλέπονται ρητά στην Οδηγία. Για παράδειγμα, μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί η επιτυχής εκτέλεση προηγούμενων συμβάσεων να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό από δημόσιο φορέα ή με δήλωση του οικονομικού φορέα σε περίπτωση σύμβασης με ιδιωτικό φορέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ρητές προβλέψεις της Οδηγίας απαριθμούν τα αποδεικτικά μέσα που ζητούνται. Σε άλλες περιπτώσεις ωστόσο, δεν προβλέπονται ρητά τα αποδεικτικά μέσα. Για παράδειγμα, στο άρθρο 48 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 46 πδ 60/2007) και στο Παράρτημα ΧΙΙ παρ. ΙΙ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ προβλέπεται ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν αναφορά στα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού ή δήλωση του τεχνικού εξοπλισμού που θα διατεθεί, αλλά όχι τα σχετικά αποδεικτικά μέσα, πχ τα σχετικά διπλώματα του προσωπικού ή την πραγματική διαθεσιμότητα του εξοπλισμού. Εντούτοις προκύπτει σαφώς ότι αυτά μπορούν να ζητηθούν και να χρησιμοποιηθούν από τις αναθέτουσες αρχές.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαιτήσεις τόσο των κριτηρίων όσο και των αποδεικτικών μέσων κρίνονται με βάση την αρχή της αναλογικότητας (βλ. και αμέσως κατωτέρω). Επίσης, είναι σαφές ότι όλες οι πληροφορίες πρέπει να συνδέονται με τα στοιχεία και τα κριτήρια που απαριθμούνται στα σχετικά άρθρα της Οδηγίας³⁹.

5. Και στην περίπτωση των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων, οι πληροφορίες που ζητούνται με το άρθρο 48 και το ελάχιστο επίπεδο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που απαιτείται για μια δεδομένη σύμβαση πρέπει να είναι συνδεδεμένα και ανάλογα προς το αντικείμενο της σύμβασης. Με άλλα λόγια, σύμφωνα και με την αρχή της αναλογικότητας, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα ζητούμενα δικαιολογητικά να μην υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης. Πρώτον, από το στοιχείο ή από τα στοιχεία που επιλέγει η αναθέτουσα αρχή για να αποδειχθεί το ελάχιστο επίπεδο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, πρέπει να μπορεί αντικειμενικά να προκύπτει η σχετική ικανότητα του οικονομικού φορέα.

Δεύτερον, το κατώτατο όριο που θα καθοριστεί πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στη σημασία της οικείας σύμβασης, υπό την έννοια ότι πρέπει να αποτελεί μια αντικειμενική ένδειξη ως προς την ύπαρξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς ωστόσο να βαίνει πέραν αυτού που είναι αναγκαίο προς τον σκοπό αυτό⁴⁰. Έτσι, δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή να ελέγξει λ.χ. την τεχνική ικανότητα του οικονομικού φορέα εν γένει, ή να τον αποκλείσει για το λόγο ότι δεν ακολουθεί ορθές περιβαλλοντικές πολιτικές κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, που δεν έχουν σχέση με την κατασκευή του έργου

38 ο.π. υποσημείωση 20.

39 Βλ. Sue Arrowsmith “The Law of Public and Utilities Procurement”, παρ 12-48 και 12-49. σελ. 1220-1221.

40 Δημήτριος Γ. Ράικος, “Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων”, σελ. 409.

ή την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών της συγκεκριμένης υπό ανάθεση σύμβασης⁴¹. Από τα εθνικά δικαστήρια έχει κριθεί ότι τα προσόντα που σχετίζονται με τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες πρέπει να είναι συναφή ποσοτικά και ποιοτικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και ανάλογα με το σκοπό της, αλλά και να είναι πρόσφορα να οδηγήσουν σε διακρίβωση της τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων⁴². Η δε έλλειψη τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας του συμμετέχοντος προς εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να κρίνεται (κατά την εξέταση του φακέλου) με βάση τη συγκεκριμένη υπό ανάθεση σύμβαση και όχι αφηρημένα⁴³.

6. Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας (άρθρο 49 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ άρθρο 47 πδ 60/2007) και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 50 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 48 πδ 60/2007)

Εφόσον οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας (κριτήριο τεχνικής ικανότητας του φορέα), πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας που βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιούνται από οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση.

Κατά την εξέταση του φακέλου, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον, είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για επαρκή μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς. Στην περίπτωση αυτή το βάρος απόδειξης φέρει ο οικονομικός φορέας. Η δυνατότητα αυτή, πάντως, σκόπιμο είναι να αναφέρεται και στα έγγραφα της σύμβασης, για να είναι σαφώς αντιληπτή από τους οικονομικούς φορείς^{44,45}.

Αντίστοιχες είναι και οι διατάξεις του άρθρου 50 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όταν οι αναθέτουσες αρχές ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς, με τα οποία βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση. Στην περίπτωση αυτή, παραπέμπουν στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου [EMAS Κανονισμός 761/2001 (ΕΕ L 114)] ή σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούμενα από όργανα λειτουργούντα βάσει του κοινοτικού δικαίου, ή στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά την πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη και είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για μέτρα επαρκή περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς. Η διάταξη αυτή επαναλαμβάνει τη γενική αρχή οι αναθέτουσες αρχές να δέχονται ισοδύναμα αποδεικτικά στοιχεία, που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Η διάταξη αυτή είναι σαφώς υπέρ των ΜΜΕ⁴⁶.

Ανάλογες διατάξεις με αυτές των άρθρων 49 και 50 του π.δ. 60/2007 περιλαμβάνονται στο άρθρο 62 της νέας Οδηγίας 2014/24/ΕΕ υπό τον τίτλο "Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης". Ωστόσο, αναφορικά με τη δυνατότητα των οικονομικών φορέων να υποβάλουν ισοδύναμα πιστοποιητικά, με τη νέα Οδηγία 2014/24/ΕΕ, αυτή περιορίζεται, καθώς προβλέπεται ρητά ότι τα ισοδύναμα πιστοποιητικά γίνονται δεκτά από την αναθέτουσα αρχή, "εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει ο

41 ΔΕΕ απόφαση της 10-5-2012, υπόθεση C-368/10, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών, σκ. 107-108).

42 Βλ. ΣτΕ ΕπΑν 660/2002, 528/2002, 990/2003.

43 Δημήτριος Γ. Ράικος, "Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων", σελ. 405.

44 Βλ. Sue Arrowsmith "The Law of Public and Utilities Procurement", p. 1231.

45 Βλ. 491/2009 ΕΑ ΣΤΕ και 573/2009 ΕΑ ΣΤΕ.

46 Πρβλ. Αιτιολογική σκέψη 83 Οδηγία 2014/24/ΕΕ).

ίδιος [...]”. Το βάρος απόδειξης φέρει ρητά ο οικονομικός φορέας.

7. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 50 πδ 60/2007)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 50 πδ 60/2007), οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή που διαθέτουν πιστοποιητικό μπορούν για την εκάστοτε σύμβαση να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά μνημονεύονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο/ η πιστοποίηση καθώς και η σχετική κατάταξη.

Η εγγραφή στους επίσημους καταλόγους, πιστοποιούμενη από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης συνιστά για τις αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών μελών, τεκμήριο καταλληλότητας μόνο σε σχέση με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σημεία α) έως δ) και ζ), το άρθρο 46, το άρθρο 47 παράγραφος 1 σημεία β) και γ), και το άρθρο 48 παράγραφος 2, σημεία α) i), β), ε), ζ) και η) για τους εργολήπτες, παράγραφος 2 σημεία α) ii), β), γ), δ) και ι) για τους προμηθευτές και παράγραφος 2 σημεία α) ii) και γ) έως θ) για τους παρόχους υπηρεσιών.

Αντίστοιχες διατάξεις με αυτές του άρθρου 52 του π.δ. 60/2007 περιλαμβάνονται στο άρθρο 64 της νέας Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όμως η πιστοποιούμενη από τους αρμόδιους οργανισμούς εγγραφή στους επίσημους καταλόγους οικονομικών φορέων ορίζεται ότι συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό, δηλαδή για όλες τις περιπτώσεις χωρίς τους περιορισμούς της παρ. 3 του άρθρου 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 50 παρ. 3 π.δ. 60/2007).

Οι πληροφορίες που συνάγονται από την εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την πιστοποίηση δεν είναι δυνατόν να τίθενται υπό αμφισβήτηση από την αναθέτουσα αρχή χωρίς αιτιολόγηση. Ωστόσο, οι προαναφερόμενες διατάξεις δεν αποκλείουν την ευχέρεια στην αναθέτουσα αρχή να ορίσει ειδικότερα τα απαιτούμενα για τη δημόσια σύμβαση επίπεδα επαγγελματικής φερεγγυότητας του οικονομικού φορέα⁴⁷. Στην Ελλάδα επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων αποτελεί το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), το οποίο καταρχήν είναι επαγγελματικό μητρώο κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (βλ. άρθρο 45 ν. 3669/2008) και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΧ Α της εν λόγω Οδηγίας, ωστόσο σε συνάρτηση με την Ενημερότητα Πτυχίου του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008⁴⁸ αποτελεί “επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών”.

47 Δημήτριος Γ. Ράικος, “Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων”, σελ. 425. Πρβ. σχετική αναφορά σε S. Arrowsmith, op. cit, p. 150.

48 Άρθρο 20 παρ. 5 ν. 3669/2008 “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. “ενημερότητα πτυχίου”, η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά “επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών” κατά την έννοια του άρθρου 151 του παρόντος και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς. Για την έκδοση και χορήγηση της “ενημερότητας πτυχίου” οι εργοληπτικές επιχειρήσεις υποβάλλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς, όπως αυτά ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής τους, ο χρόνος ισχύος της “ενημερότητας πτυχίου”, η διαδικασία ανανέωσης της, οι συνέπειες εκ της μη υποβολής της σε διαγωνισμό, ο χρόνος εφαρμογής του μέτρου και κάθε σχετικό θέμα, ορίζονται με την υπ’ αριθμ. Δ15/οικ/24298/28.7.2005 (ΦΕΚ 1105 Β’) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να επανακαθορίζονται τα ανωτέρω στοιχεία”. Με την υπουργική απόφαση Δ15/οικ/15658/4-11-2013 (Β 2300) τροποποιήθηκε η Δ15/οικ/24298 προαναφερόμενη απόφαση.

5. Οι τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες στην περιπτώσιολογία των αποφάσεων των δικαστηρίων

Από το ΔΕΕ⁴⁹ έχει κριθεί ότι η απαίτηση περί τηρήσεως "των κριτηρίων που αφορούν τη σύμφωνη με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης πολιτική αγορών και την κοινωνικώς υπεύθυνη δράση των επιχειρήσεων" και τα στοιχεία που ζητήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω απαίτησης, δηλαδή ο προσδιορισμός από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς του τρόπου με τον οποίο πληρούν τα κριτήρια που αφορούν τη σύμφωνη με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης πολιτική αγορών και την κοινωνικώς υπεύθυνη δράση των επιχειρήσεων καθώς και τη σύμφωνη με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης διαμόρφωση της αγοράς του καφέ και την οικολογική, κοινωνικώς υπεύθυνη και οικονομικώς αποδοτική παραγωγή του καφέ, δε μπορούν να εξομοιωθούν προς την περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισμού μελέτης και έρευνας της επιχείρησής τους, κατά το άρθρο 48 παρ. 2 στοιχείο γ' της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Συνεπώς η αναθέτουσα αρχή καθόρισε ένα ελάχιστο επίπεδο τεχνικής ικανότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται από το άρθρο 44, παράγραφος 2, και το άρθρο 48 της οδηγίας 2004/18.

Τα δε εθνικά δικαστήρια έκριναν⁵⁰ ότι η αναφορά στη διακήρυξη περί «ενδεικτικής» απαρίθμησης των δικαιολογητικών για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής ικανότητας του διαγωνιζομένου, δεν ασκεί επιρροή στον ρητό προσδιορισμό στην ίδια διάταξη των εν λόγω δικαιολογητικών, αλλά έχει την έννοια ότι επιτρέπεται, για τη σχετική τεκμηρίωση η προσκόμιση από το διαγωνιζόμενο ανάλογων πιστοποιητικών, του ιδίου προφανώς περιεχομένου, από τους στην εν λόγω διάταξη αναφερόμενους φορείς.

Ακολούθως, τα εθνικά δικαστήρια έκριναν⁵¹ ότι λ.χ. η προβλεπόμενη στην διακήρυξη απαίτηση να υποβληθεί, επί ποινή απαραδέκτου, από τον ενδιαφερόμενο προμηθευτή πελατολόγιο νοσοκομείων, στα οποία είναι εγκατεστημένο το προσφερόμενο μηχάνημα, δεν βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 46 του π.δ. 60/2007, το οποίο δεν προβλέπει τέτοιο κατάλογο αλλά «την υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη». Επίσης, έχει κριθεί ότι η απαίτηση να έχει καταστεί το προσφερόμενο μηχάνημα αντικείμενο προμήθειας σε δημόσια ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία δημιουργεί αδικαιολόγητα εμπόδια στον ελεύθερο ανταγωνισμό και αντίκειται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Ομοίως, σε άλλη περίπτωση, έχει κριθεί⁵² ότι, η απαίτηση υποβολής πελατολογίου δεν βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 5 του π.δ. 60/2007, καθόσον με τη διάταξη αυτή ως κριτήριο καταλληλότητας των οικονομικών φορέων κατοχυρώνεται η εμπειρία τους αναφορικά με την εγκατάσταση ή την τοποθέτηση του αντικειμένου της προμήθειάς τους, και όχι με τη διάθεση του σε άλλους πελάτες.

Τέλος, έχει κριθεί⁵³ ότι, όταν οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με παραπομπή σε τεχνικές εγκρίσεις ή τεχνικά συστήματα αναφοράς που εκπονούνται από οργανισμούς τυποποίησης, η επιπρόσθετη απαίτηση της διακηρύξεως να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού κατάλογος πελατολογίου του συγκεκριμένου αυτού είδους, και μάλιστα μόνον σε δημόσια Νοσοκομεία προκαλεί αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό, εφόσον με αυτήν αποκλείονται φορείς που προσφέρουν είδη πληρούντα όλες τις τεχνικές προδιαγραφές, επειδή δεν έχουν ακόμη αποκτήσει πελατολόγιο σε δημόσια νοσοκομεία.

49 βλ. ΔΕΕ απόφαση της 10-5-2012, υπόθεση C-368/10, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών, σκέψεις 106-108.

50 βλ. Απόφαση 147/2013 ΔΕΦΑΘ.

51 βλ. ΣΤΕ 1135/2010.

52 βλ. Απόφαση 3057/2014 Ε.Σ. VI Τμήμα.

53 βλ. 491/2009 ΕΑ ΣΤΕ και 573/2009 ΕΑ ΣΤΕ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ⁵⁴

1. Ως προς την επιλογή των απαιτήσεων κατά τη σύνταξη της διακήρυξης:

- Οι αναθέτουσες αρχές είναι ελεύθερες να θέσουν ή να μη θέσουν ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων στον εκάστοτε διαγωνισμό. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ο ορισμός ελάχιστου επιπέδου κριτηρίου τεχνικών ή επαγγελματικών ικανοτήτων ενισχύει την ασφάλεια δικαίου στις υπό σύναψη συμβάσεις και περιορίζει τους κινδύνους κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
- Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν την πλήρωση μόνο των κριτηρίων εκείνων που μπορούν να συναχθούν από τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται ειδικά στην οδηγία.
- Οι απαιτήσεις είναι δυνατό να καθορίζονται με τον προσδιορισμό ενός ελάχιστου επιπέδου απαιτήσεων για συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. ελάχιστο αριθμό εκτελεσμένων συμβάσεων κατά την τελευταία πενταετία/τριετία ανάλογα αν πρόκειται για συμβάσεις έργου ή υπηρεσιών - προμηθειών, ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικού εξοπλισμού, ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων ανθρωπίνου δυναμικού).
- Ο καθορισμός του επιπέδου των απαιτήσεων τελεί υπό τη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, αλλά υπόκειται στο γενικό κανόνα ότι πρέπει αυτό να είναι ανάλογο προς το αντικείμενο της σύμβασης.

2. Ως προς τον προσδιορισμό των αποδεικτικών μέσων και του τρόπου εκτίμησής τους στη διακήρυξη:

- Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν και να χρησιμοποιούν μόνο τα στοιχεία που απαριθμούνται στην οδηγία, καθώς και κάθε στοιχείο συμπληρωματικό σε αυτά.
- Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στα έγγραφα της σύμβασης τις απαιτούμενες πληροφορίες για την αξιολόγηση, ήτοι το ελάχιστο επίπεδο της απαίτησης, το/τα αποδεικτικό/-ά μέσο/-α και κάθε πληροφορία που αφορά τον τρόπο αξιολόγησής τους.

3. Ως προς την εφαρμογή (αποδοχή ή απόρριψη των οικονομικών φορέων) του κριτηρίου των τεχνικών ή επαγγελματικών ικανοτήτων (εξέταση φακέλου):

- Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απορρίπτουν τους οικονομικούς φορείς που κρίνουν ότι δεν αποδεικνύουν πως έχουν την απαιτούμενη ελάχιστη τεχνική ή επαγγελματική ικανότητα.
- Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να αποδέχονται τα στοιχεία που αποδεικνύονται από την εγγραφή σε επίσημο κατάλογο ή σύστημα πιστοποίησης.
- Οι αναθέτουσες αρχές είναι υποχρεωμένες να αιτιολογούν την απόφασή τους περί αποδοχής ή απόρριψης.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΪΚΟΣ

54 Βλ. Sue Arrowsmith "The Law of Public and Utilities Procurement", p. 1204.

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Προέδρου
2. Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
3. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
4. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
5. Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
6. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
7. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
8. Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου
9. Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:**1) Προεδρία της Δημοκρατίας**

2) Όλα τα Υπουργεία/ Γενικές-Ειδικές Γραμματείες (Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων)

- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, Τμήματα/ Γραφεία Προμηθειών)
- Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
- Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης])
- Υπουργείο Εξωτερικών
- Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Υπουργείο Υγείας
- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Εφορείες Αρχαιοτήτων)
- Υπουργείο Οικονομικών
- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Υπουργεία Επικρατείας

3) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων)

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης

4) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.))

5) Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γρ. Γενικού Γραμματέα)

6) Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Γρ. Γενικού Γραμματέα)

7) Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου Υγείας, Τμήματα Προμηθειών)

8) Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφεία κ. Προέδρων)

9) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων

Baxter

Προς

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2015

Θέμα: Διακίνηση προϊόντων, και ανταλλακτικών Gambro και παροχή συναφών υπηρεσιών στην Ελλάδα μετά την 01/01/2016

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι, μετά την εξαγορά της Gambro AB από την Baxter International Inc. τον Σεπτέμβριο 2013 και την επιτυχή ολοκλήρωση της ενοποίησης στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, μετά την 1^η Ιανουαρίου 2016, στην Ελλάδα η διάθεση, επιστημονική ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της Gambro θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από την Baxter Ελλάς ΕΠΕ.

Ωστόσο, για ένα μικρό εκτιμούμε διάστημα, το οποίο και είναι καθαρά μεταβατικό, εκκρεμείς τυχόν συμβάσεις δυνατό να εξυπηρετούνται και από τους υφιστάμενους παρόχους.


Είμαστε βέβαιοι ότι ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας, των υποδομών και το διευρυμένο θεραπευτικό εύρος των προϊόντων και μηχανημάτων αντιμετώπισης της οξείας και χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας της Εταιρείας μας, θα επιτρέψει την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των επαγγελματιών του χώρου της υγείας καθώς και την καλύτερη αντιμετώπιση των θεραπευτικών αναγκών και της ασφάλειας των ασθενών στην Ελλάδα.


Μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τα παρακάτω τμήματα της Εταιρείας μας για την διευθέτηση όλων των αιτημάτων σας, την τοποθέτηση παραγγελιών ή για οποιαδήποτε σχετική ερώτηση.

Τηλεφωνικό Κέντρο:	210 2880000
Τεχνική Υποστήριξη:	210 2880118
Παραγγελίες:	210 2880200
Φαρμακοεπαγρύπνιση:	210 2880000

Πολύ σύντομα θα σας επισκεφτούν συνεργάτες μας για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

Με εκτίμηση,


Μάρθα Χριστοπούλου
Γενική Διευθύντρια
Baxter Ελλάς ΕΠΕ


Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος
Business Unit Director, Renal
Baxter Ελλάς ΕΠΕ

Πίνακας Προϊόντων (κύρια)		
Όνομα προϊόντος	Περιγραφή / Κατηγορία	Παρατηρήσεις
AK 200 ULTRA, 200 ULTRA 5	Μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού	Ανταλλακτικά, τεχνική υποστήριξη
AK 200, 200S	Μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού	Ανταλλακτικά, τεχνική υποστήριξη
AK 90S	Μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού	Ανταλλακτικά, τεχνική υποστήριξη
AK 95, 95S	Μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού	Ανταλλακτικά, τεχνική υποστήριξη
AK 96	Μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού	Ανταλλακτικά, τεχνική υποστήριξη
Integra	Μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού	Ανταλλακτικά, τεχνική υποστήριξη
PRISMA	Μηχάνημα CRRT ΜΕΘ	Ανταλλακτικά, τεχνική υποστήριξη
PRISMAFLEX	Μηχάνημα CRRT ΜΕΘ	Μηχανήματα, ανταλλακτικά, τεχνική υποστήριξη
POLYFLUX	Φίλτρα Τεχνητού Νεφρού	
REVACLEAR	Φίλτρα Τεχνητού Νεφρού	
NEPHRAL	Φίλτρα Τεχνητού Νεφρού	
EVODIAL	Φίλτρα Τεχνητού Νεφρού	
CLEANCART-A	Απολυμαντικά / Απασβέστωση	
CLEANCART-C	Απολυμαντικά / Απασβέστωση	
BICART SELECT COMBI PACK	Φύσιγγες Διτανθρακικών & Ηλεκτρολύτες	
BICART	Φύσιγγες Διτανθρακικών & Ηλεκτρολύτες	
SELECTBAG	Φύσιγγες Διτανθρακικών & Ηλεκτρολύτες	
Γραμμές Αίματος για MTN Gambro	Γραμμές Αίματος	
PRISMA SETS	ΣΕΤ αιμοδιήθησης ΜΕΘ	
PRISMAFLEX SETS	ΣΕΤ αιμοδιήθησης ΜΕΘ	
PRISMA TPE SETS	ΣΕΤ πλάσμαφαίρεσης	
PRISMAFLEX TPE SETS	ΣΕΤ πλάσμαφαίρεσης	
Plume Fistula	Βελόνες Φίστουλα	
LACTASOL	Διαλύματα αιμοκαθάρσης & CRRT	
HEMOSOL LG2	Διαλύματα αιμοκαθάρσης & CRRT	
HEMOSOL LG4	Διαλύματα αιμοκαθάρσης & CRRT	



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ**

Βέροια 11 Μαρτίου 2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων, Βέροια
Τ.Κ. : 591 00

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV 50421000-2), του ΠΠΥΦΥ 2014

Σήμερα στις 11 Μαρτίου 2016 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV 50421000-2), προϋπολογισμού 258.300,00€, σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014, η οποία έχει συγκροτηθεί δυνάμει της αριθμ. 654 και με αριθμ. πρωτ. 10658/10.11.2015 απόφαση Διοικήτριας του Γ.Ν. Ημαθίας αποτελούμενη από :

1. Ράμμος Δημήτριος, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
2. Τζίμπουλας Θωμάς, ΔΕ Τεχνικού
3. Σκούφιας Στυλιανός, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

προκειμένου να προχωρήσει στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών.

Διαπιστωθείσης απαρτίας η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη των εργασιών και κατέληξε στη σύνταξη των παρακάτω Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV 50421000-2), προϋπολογισμού 258.300,00€, σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014

1. α. Αναισθησιολογικό μηχάνημα του οίκου GE DATEX OHMEDA μοντέλο AESTIVA/5 με S/N:AMRH 00791

β. Τέσσερα Μόνιτορς S/5 Compact Anesthesia με S/N:

α) 4922167, β) 4925791 γ) 5139014 δ) 5129230 του οίκου GE DATEX OHMEDA

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: INTER MEDICA EMM. Τ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 5.672,76€ με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

α. Ετήσια συντήρηση **χωρίς ανταλλακτικά**, ενός Αναισθησιολογικού μηχανήματος του οίκου GE DATEX OHMEDA μοντέλο AESTIVA/5 με S/N:AMRH 00791, η οποία σύμβαση θα περιλαμβάνει όλους τους ελέγχους που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος στο εγχειρίδιο συντήρησης:

Συντήρηση και έλεγχος λειτουργιών μηχανήματος: 1.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Αντικατάσταση διετές kit συντήρησης: 200,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Συνολικό ετήσιο κόστος συντήρησης: 1.700,00€ πλέον Φ.Π.Α.

β. Ετήσια συντήρηση **χωρίς ανταλλακτικά** τεσσάρων Μόνιτορς S/5 Compact Anesthesia με S/N: α) 4922167, β) 4925791 γ) 5139014 δ) 5129230 του οίκου GE DATEX OHMEDA, η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους ελέγχους που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος στο εγχειρίδιο συντήρησης. Τα ανωτέρω μόνιτορς συνοδεύονται από τους παρακάτω ενισχυτές οι οποίοι εντάσσονται στη παρούσα σύμβαση συντήρησης :

M – PRESTN S/N 5170382

M – CaiOV S/N 5120176, 5063433

M – CaiO S/N 4920086

M – NESTPR S/N 4928481, 4928427, 5128582

E- CAIOV S/N 6014042

Συντήρηση και έλεγχος λειτουργιών Μόνιτορς: 4 X 500,00€ = 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ

Αντικατάσταση ετήσιου kit συντήρησης καπνογραφίας: $4 \times 180,00\text{€} = 720,00\text{€}$ πλέον ΦΠΑ

Φίλτρο CO₂: $4 \times 45,00\text{€} = 180,00\text{€}$ πλέον ΦΠΑ

Φίλτρο NIBP : $4 \times 3,00\text{€} = 12,00\text{€}$ πλέον ΦΠΑ

Συνολικό ετήσιο κόστος συντήρησης: 2.912,00€ πλέον ΦΠΑ

Συνολικό κόστος συντήρησης: 4.612,00€ πλέον ΦΠΑ

Η συντήρηση θα γίνεται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και σε συνεργασία με το Αναισθησιολογικό τμήμα και την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας.

Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών η εταιρία οφείλει να ανταποκρίνεται όσε φορές χρειασθεί χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Μετά την συντήρηση ή την επισκευή θα εκδίδεται ειδικό δελτίο εργασίας, το οποίο θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία.

Όλα τα ανταλλακτικά, τα αναλώσιμα υλικά και τα υλικά χρήσης θα χρεώνονται σε ξεχωριστό τιμολόγιο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού και να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών στα συγκεκριμένα μηχανήματα.

Από τα παραπάνω εξαιρούνται βλάβες οι οποίες οφείλονται σε κακό χειρισμό π.χ. σπασίματα, πτώση, κρούση και οποιαδήποτε μη ορθή λειτουργία σύμφωνα με τον κατασκευαστή οίκο και θα υπάρχει χρέωση της τάξεως των 90€ ανά ώρα.

Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών που θα συμβούν πέρα από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες προληπτικής συντήρησης, η συντηρήτρια υποχρεούται εντός είκοσι-τεσσάρων (24) ωρών από την ειδοποίηση να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτής, κατά τις εργάσιμες ημέρες χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Θα τηρείται και θα εκδίδεται κάθε φορά Δελτίο Τεχνικών Εργασιών το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό & την προϊσταμένη του τμήματος.

2. Συντήρηση επτά (7) μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Fresenius

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: MEDIPRIME A.E.E.

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 31.202,64 με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

- I. «Προληπτική συντήρηση» είναι ο περιοδικός έλεγχος ρύθμισης, καθαρισμός των μηχανημάτων καθώς και ο αναγκαίος έλεγχος των ηλεκτρονικών και μηχανικών τμημάτων και η δοκιμή αυτών σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
- II. «Επανορθωτική συντήρηση» είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους της εταιρείας για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιουμένων προς την εταιρεία είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων της προληπτικής συντήρησης είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.
- III. Κανονικές ημέρες και ώρες εργασίας θεωρούνται :

Οι ώρες από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. και από Δευτέρα έως και Παρασκευή εξαιρουμένων επισήμων αργιών του Κράτους.
- IV. «Ανωτέρα βία» σημαίνει και θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκάτερου των συμβαλλόμενων μερών συνεπεία του οποίου δεν μπορεί και δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί από αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Η συμβαλλόμενη εταιρεία οφείλει να παρέχει κάλυψη για εργασίες προληπτικής συντήρησης και εργασίες επανορθωτικής συντήρησης **συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων υλικών.**

ΑΜΟΙΒΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Η ετήσια αμοιβή που θα καταβάλλεται στην Εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ανταλλακτικών & των αναλωσίμων

υλικών με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης είναι: 25.368,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Η δε κατά μήνα χρέωση θα είναι 302,00 € ανά μηχανήμα στην οποία περιλαμβάνονται τα έξοδα μετάβασης, παραμονής και επιστροφής όσες φορές και αν χρειασθεί. Επομένως το ετήσιο κόστος και για τα επτά μηχανήματα είναι $302,00\text{€} \times 7\text{μηχ.} \times 12\text{ μήνες} = 25.368,00\text{ €}$ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση που βγει εκτός λειτουργίας κάποιο μηχανήμα ή προστεθεί κάποιο άλλο το κόστος της συντήρησης θα διαμορφωθεί ανάλογα.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Νοσοκομείο μετά την οριστική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης και την εκπλήρωση από τον προμηθευτή των συμβατικών του υποχρεώσεων, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Η Εταιρεία υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών κατά τις ημέρες Σαββάτου και Κυριακής και τις επίσημες αργίες του Κράτους μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν προγενέστερης συνεννόησης με τους αρμοδίους του Νοσοκομείου.

Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης συμπεριλαμβάνονται στην μηνιαία επιβάρυνση που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στην εταιρεία.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού και να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών στα συγκεκριμένα μηχανήματα.

3. Συντήρηση ενός Υπέρηχου TOSHIBA SSA-550A του Καρδιολογικού Τμήματος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: PROTON A.E.

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 3.444,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

Έλεγχος χειρισμού ανά τρεις μήνες, δηλαδή (4) φορές τον χρόνο.

- Έλεγχος σωστής λειτουργίας του συστήματος (έλεγχος ποιότητας εικόνας στο B και M MODE DOPLER)
- Έλεγχος σωστής λειτουργίας του PANEL.
- Έλεγχος σωστής απεικόνισης του MONITOR
- Έλεγχος σωστής λειτουργίας των PROBE
- Έλεγχος ποιότητας εκτύπωσης του PRINTER και ρύθμιση αυτού.

Τεχνικό έλεγχο ανά έξι μήνες.

- Έλεγχος τάσεων τροφοδοτικού
- Έλεγχος τροφοδοσίας του PROBE
- Καθαρισμό συστήματος (τροφοδοτικού-CRT του monitor-πλακετών-Key board panel)
- Έλεγχος κρυστάλλων των elektronik probe.
- Έλεγχος πλακετών (CPV-RPG-DSC-T/R-FFT) και των αντιστοίχων μονάδων.

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Η συμβαλλόμενη εταιρεία οφείλει να παρέχει κάλυψη για εργασίες προληπτικής συντήρησης και εργασίες επανορθωτικής συντήρησης. **Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά δεν περιλαμβάνονται** στην παρούσα και θα πληρώνονται με βάση τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους της «PROTON A.E.» με έκπτωση 20%.

Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας εξαιρουμένων των αργιών και με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και της συμβαλλόμενης εταιρείας.

Η Εταιρεία οφείλει να ανταποκρίνεται σε 24 ώρες στην κλήση του Νοσοκομείου γραπτή ή προφορική. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν ανταποκρίνεται στους παραπάνω καθορισμένους χρόνους θα αυξάνεται η εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης κατά 10 ημέρες για κάθε μέρα καθυστέρησης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού και να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών στα συγκεκριμένα μηχανήματα.

Η συμβαλλόμενη εταιρεία μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίο επισκέψεως τεχνικού, περιγραφή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί καθώς και των ανταλλακτικών που τυχόν έχουν αντικατασταθεί και αυτών που χρήζουν αντικαταστάσεως.

Σε περίπτωση έκτακτης κλήσης η συμβαλλόμενη εταιρεία είναι υποχρεωμένη εντός 24 ωρών να επισκευάσει την βλάβη με χρέωση 60,00€ ανά ώρα υπολογιζόμενη από την στιγμή της άφιξης του τεχνικού στην έδρα του Νοσοκομείου. Το κόστος μετάβασης από και προς Θεσσαλονίκη ορίζεται στο ποσό των 90,00€.

Η συμβαλλόμενη εταιρεία φέρει ακέραια την ευθύνη ποινική ή αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό της εταιρείας, του Νοσοκομείου ή και σε τρίτους η οποία αποδεικνύεται εμπεριστατωμένα από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια της εταιρείας ή των συνεργατών της.

Το ετήσιο κόστος συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των 3.444,00€ με Φ.Π.Α.

Η χρέωση θα γίνεται ανά τρίμηνο με την έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου αξίας 861,00€ με Φ.Π.Α. Η συμβαλλόμενη εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών και να εφοδιάζει το Νοσοκομείο.

4. Συντήρηση εννέα (9) μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης (οκτώ του οίκου Nikkiso ένα του οίκου Edwards mod. Aquarius)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΡΗΤΗ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 31.296,12 με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

«Προληπτική συντήρηση» είναι ο περιοδικός έλεγχος ρύθμισης, καθαρισμός των μηχανημάτων καθώς και ο αναγκαίος έλεγχος των ηλεκτρονικών και μηχανικών τμημάτων και η δοκιμή αυτών σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

«Επανορθωτική συντήρηση» είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους της εταιρείας για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιουμένων προς την εταιρεία είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων της προληπτικής συντήρησης είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.

Κανονικές ημέρες και ώρες εργασίας θεωρούνται :

Οι ώρες από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. και από Δευτέρα έως και Παρασκευή εξαιρούμενων επισήμων αργιών του Κράτους.

«Ανωτέρα βία» σημαίνει και θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκάτερου των συμβαλλόμενων μερών συνεπεία του οποίου δεν μπορεί και δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί από αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Η συμβαλλόμενη εταιρεία οφείλει να παρέχει κάλυψη για εργασίες προληπτικής συντήρησης και εργασίες επανορθωτικής συντήρησης **συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ανταλλακτικών.**

ΑΜΟΙΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ετήσια αμοιβή που θα καταβάλλεται στην Εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης συμπεριλαμβανομένου του κόστους όλων των ανταλλακτικών με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης είναι :

Οκτώ (8) μηχανήματα Nikkiso X 241,80€ X 12 μήνες: 23.212,00€ πλέον ΦΠΑ

Ένα (1) μηχάνημα Edwards X 186,00€ X 12 μήνες: 2.232,00€ πλέον ΦΠΑ

Η δε κατά μήνα χρέωση θα είναι 2.120,33€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. για τα παραπάνω μηχανήματα στην οποία περιλαμβάνονται:

Τα έξοδα μετάβασης-παραμονής και επιστροφής όσες φορές και αν χρειασθεί.

Όλες οι επισκευές καθώς επίσης και οι τρεις υποχρεωτικές επισκέψεις το χρόνο, μία ανά τετράμηνο, για προληπτική συντήρηση & έλεγχο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού και να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών στα συγκεκριμένα μηχανήματα.

Η Εταιρεία υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών κατά τις ημέρες Σαββάτου και Κυριακής και τις επίσημες αργίες του Κράτους μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν προγενέστερης συνεννόησης με τους αρμοδίους του Νοσοκομείου.

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνεται ανά ΤΡΙΜΗΝΟ.

5. Συντήρηση έξι (6) Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης του οίκου GAMBRO
ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΕΧΝΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 17.712,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

«Προληπτική συντήρηση» είναι ο περιοδικός έλεγχος ρύθμισης, καθαρισμός των μηχανημάτων καθώς και ο αναγκαίος έλεγχος των ηλεκτρονικών και μηχανικών τμημάτων και η δοκιμή αυτών σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

«Επανορθωτική συντήρηση» είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους της εταιρείας για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιουμένων προς την εταιρεία είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων της προληπτικής συντήρησης είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.

Οι προληπτικές συντηρήσεις θα πραγματοποιούνται δύο (2) φορές το χρόνο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι προληπτικές συντηρήσεις θα προγραμματίζονται σε συνεννόηση με το τμήμα τεχνητού νεφρού και την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Κάθε είδους συντήρηση έλεγχος ρύθμιση και επισκευή θα καταχωρείται σε Δελτίο Επισκευής στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί και τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί και θα προσυπογράφεται μετά την κάθε καταχώρηση από τον τεχνικό της εταιρείας και τον υπεύθυνο τεχνικό του Νοσοκομείου.

Η προσέλευση του συντηρητή σε περίπτωση βλάβης μετά από έγγραφη ή προφορική αναγγελία στην εταιρεία έως τις 12:00 μμ θα είναι άμεση . Εφόσον η αναγγελία βλάβης προφορικά ή γραπτά καταχωρηθεί μετά τις 12:00 μμ η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να προσέλθει έως την επόμενη μέρα στις 10 πμ.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει :

Πιστοποίηση ISO 9001/2008 και ISO 13485/2012 που αφορά την εγκατάσταση και συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Θα πρέπει να κατατεθούν οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του κατασκευαστικού οίκου για όλους τους τεχνικούς συντήρησης των συγκεκριμένων μηχανημάτων του τεχνητού νεφρού.

Κανονικές ημέρες και ώρες εργασίας θεωρούνται :

Οι ώρες από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. και από Δευτέρα έως και Παρασκευή εξαιρούμενων επισήμων αργιών του Κράτους.

«Ανωτέρα βία» σημαίνει και θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκατέρου των συμβαλλόμενων μερών συνεπεία του οποίου δεν μπορεί και δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί από αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Η συμβαλλόμενη εταιρεία οφείλει να παρέχει κάλυψη για εργασίες προληπτικής συντήρησης και εργασίες επανορθωτικής συντήρησης **συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ανταλλακτικών**. Στη τιμή δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικά & επισκευές που θα χρειαστούν για αποκατάσταση βλάβης, η οποία μπορεί να προκληθεί από φθορά λόγω βίαιης χρήσης.

Η εταιρεία οφείλει να υποβάλει με την προσφορά της βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει ότι είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της για την παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των ειδών και να διαθέτει μόνιμο προσωπικό στην Ελλάδα το οποίο θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην Ε.Ε.

ΑΜΟΙΒΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Η ετήσια αμοιβή που θα καταβάλλεται στην Εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης είναι : 14.400,00€ ευρώ (5 μηχανήματα x 12 μήνες x 240,00 €/μηχάνημα) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., καταβαλλόμενη σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 1.200,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Η δε κατά μήνα χρέωση θα είναι 240,00€ πλέον Φ.Π.Α. ανά μηχανήμα στην οποία περιλαμβάνονται τα έξοδα μετάβασης, παραμονής και επιστροφής όσες φορές και αν χρειασθεί.

Σε περίπτωση που βγει εκτός λειτουργίας κάποιο μηχανήμα ή προστεθεί κάποιο άλλο το κόστος της συντήρησης θα διαμορφωθεί ανάλογα.

Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής & επανορθωτικής συντήρησης περιλαμβάνονται στην μηνιαία επιβάρυνση που θα καταβάλει στην συμβαλλόμενη εταιρεία.

Η Εταιρεία υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών κατά τις ημέρες Σαββάτου και Κυριακής και τις επίσημες αργίες του Κράτους μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν προγενέστερης συνεννόησης με τους αρμοδίους του Νοσοκομείου.

Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του προμηθευτή που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή σε τρίτους χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου. Κατ' εξαίρεση των προαναφερομένων, ο προμηθευτής δύναται να εκχωρήσει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οποιεσδήποτε από τις δικαιούμενες πληρωμές του από την παρούσα σύμβαση, σε Τραπεζικά Ιδρύματα της επιλογής του, ενημερώνοντας το Νοσοκομείο σύμφωνα με το Νόμο.

Τα μηχανήματα τα οποία θα συντηρούνται με την παρούσα σύμβαση είναι τα παρακάτω :

A/A	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ	SERIAL NUMBER
1	GAMBRO AK-200S Ultra (on LINE)	18553
2	GAMBRO AK-10 BMM HFM	25612 -1245 (η συντήρηση θα παρέχεται χωρίς χρέωση)
3	GAMBRO AK-200	4218
4	GAMBRO AK-200	5732
5	GAMBRO AK-200	5734
6	GAMBRO AK-200	5784

6. Συντήρηση υπέρηχου ουρολογικού τμήματος, του οίκου PHILIPS, mod. EnVisor HD

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 4.531,32 με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

Θα πραγματοποιούνται:

- Μία προγραμματισμένη συντήρηση ετησίως
- Επανορθωτικές συντηρήσεις (έκτακτες βλάβες) απεριόριστος αριθμός επισκέψεων χωρίς οικονομική επιβάρυνση
- **Συμπεριλαμβάνονται ανταλλακτικά, εκτός οι ηχοβόλες κεφαλές και τα περιφερειακά συστήματα (εκτυπωτές – καταγραφικά)**

Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών, η συντηρήτρια υποχρεούται εντός οκτώ εργάσιμων ωρών από την ειδοποίηση να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτής, κατά τις εργάσιμες ημέρες χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού και να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών στα συγκεκριμένα μηχανήματα.

Θα τηρείται και θα εκδίδεται κάθε φορά Δελτίο Τεχνικών Εργασιών το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό & τον προϊστάμενο Βιοϊατρικής τεχνολογίας του Νοσοκομείου.

Η χρέωση θα γίνεται με την λήξη της παρούσης με την έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου.

7. Συντήρησης επτά (7) Ακτινολογικών Μηχανημάτων MERATE & SMAM

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΠ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 38.622,00με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

Με σκοπό την διατήρηση της καλής λειτουργίας και απόδοσης των ακτινολογικών μηχανημάτων του Ιδρύματος, η δεύτερη των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την συντήρηση-επισκευή των κατωτέρω ακτινοδιαγνωστικών συγκροτημάτων MERATE του Ιδρύματος :

- I. Τηλεχειριζόμενο Ακτινοδιαγνωστικό Συγκρότημα MERATE, με γεννήτρια Υ.Τ. OPERA G500, Τηλεχειριζόμενο τραπέζι MTT-90, Ενισχυτή εικόνας OPERA I9LT.
- II. Ορθοπαντογράφος model ORTHORALIX 9200.
- III. Ακτινοδιαγνωστικό Συγκρότημα MERATE, με γεννήτρια Υ.Τ. BRG200R, Οριζόντια τράπεζα – Τομογράφο MTO-ST, Όρθιο ηλεκτροκίνητο Potter/Bucky.
- IV. Φορητό Ακτινολογικό Μηχάνημα SMAM, Mobildrive ar12.
- V. Ακτινογραφικό Μηχάνημα GMM με γεννήτρια ΥΤ model INDICO 100, Οριζόντια Ακτινογραφική Τράπεζα model MTO-pst, Ακτινολογική Λυχνία model OPERA RX 600, Όρθιο BUCKY model BS 2000V
- VI. Μηχάνημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας (DEXA) LEXXOS
- VII. Ακτινοσκοπικό μηχανήμα MERATE τύπου C-ARM mod:MTH-R

Θα πραγματοποιείται μια (1) υποχρεωτική μηνιαία επίσκεψη, για την πλήρη συντήρηση των ανωτέρω μηχανημάτων, μεταξύ 25 και 30 έκαστου μήνα.

Θα τηρείται και θα εκδίδεται κάθε φορά Δελτίο Τεχνικών Εργασιών το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό & τον προϊστάμενο του τμήματος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού και να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών στα συγκεκριμένα μηχανήματα.

- Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών που θα συμβούν πέρα από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες προληπτικής συντήρησης, η συντηρήτρια υποχρεούται εντός είκοσι-τεσσάρων (24) ωρών από την ειδοποίηση να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτής, κατά τις εργάσιμες ημέρες χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
- Στις επισκευές που θα πραγματοποιούνται από τους τεχνικούς της συμβαλλόμενης εταιρείας **δεν συμπεριλαμβάνονται τα ανταλλακτικά**, τα οποία σε περίπτωση βλάβης θα αντικαθιστώνται & θα χρεώνονται σε ξεχωριστό τιμολόγιο.

Το μηνιαίο κόστος της συντήρησης είναι 3.218,50 € με Φ.Π.Α. για όλα τα μηχανήματα.

Η χρέωση θα γίνεται ανά μήνα με την έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου.

8. α. Συντήρηση τεσσάρων (4) αναπνευστήρων INSPIRATION LS του οίκου e-Vent Medical LTD.

β. Ενός μηχανήματος αναισθησίας DAMECA SIESTA ITS με S/N: 200908017 του Αναισθησιολογικού τμήματος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 9.896,21 με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

Την προληπτική συντήρηση τεσσάρων (4) αναπνευστήρων της Μ.Ε.Θ.

Την προληπτική συντήρηση ενός μηχανήματος Αναισθησίας

α. Συντήρηση τεσσάρων (4) αναπνευστήρων INSPIRATION LS του οίκου e-Vent Medical LTD.

Με σκοπό τη διατήρηση της καλής λειτουργίας και απόδοσης των αναπνευστήρων της Μ.Ε.Θ. του Ιδρύματος, η δεύτερη των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την συντήρηση αναπνευστήρων INSPIRATION LS του οίκου e-Vent Medical LTD.

Θα πραγματοποιούνται δύο γενικές συντηρήσεις των παραπάνω μηχανημάτων που θα γίνονται ανά εξάμηνο και θα αφορούν εργασίες ελέγχων – ρυθμίσεων, αντικατάστασης του ετήσιου service kit & των αναλωσίμων τους.

Θα τηρείται και θα εκδίδεται κάθε φορά Δελτίο Τεχνικών Εργασιών το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό & την προϊσταμένη του τμήματος. **Επιπλέον τυχόν ανταλλακτικά που χρειαστούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης όπως (βαλβίδες, πλακέτες, μείκτης κλπ) θα χρεώνονται ξεχωριστά, με ξεχωριστή προσφορά & σε συνεννόηση με το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Ιδρύματος.**

Στην συντήρηση περιλαμβάνονται:

Αλλαγή ετήσιου service kit που αποτελείται:

- Φίλτρο εξαερισμού τεμάχιο ένα
- Επαναφορτιζόμενο σετ μπαταριών NiCd τεμάχιο δύο
- Κάλυμμα βαλβίδας εκπνοής πολλαπλών χρήσεων τεμάχιο ένα
- Μεμβράνη βαλβίδας εκπνοής πολλαπλών χρήσεων τεμάχιο ένα

Κόστος: 768,33€ / τεμάχιο

Αλλαγή αισθητήρα οξυγόνου: 130,00€ / τεμάχιο

Έλεγχος καλής λειτουργίας :

- Παραμέτρων προγράμματος – monitoring – με lap top
- Τρόπων αερισμού & καμπύλων
- Alarms – στεγανότητα
- Smart Nebulizer
- Mixer – ποσοστιαία αναλογία O₂ %

Αεροσυμπιεστή – καθαρισμός

Κόστος: 506,00€ / μηχανήμα

Το ετήσιο κόστος της συντήρησης για τα τέσσερα μηχανήματα είναι:

service kit: 768,33€ X 4 = 3.073,32€ πλέον ΦΠΑ 23%

Αλλαγή αισθητήρα οξυγόνου: 130,00€ X 4 = 520,00€ πλέον ΦΠΑ 23%

έλεγχος καλής λειτουργίας: 506,00€ X 4 = 2.024,00€ πλέον ΦΠΑ 23%

Σύνολο 5.617,32€ πλέον ΦΠΑ.

Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών που θα συμβούν πέρα από τις προκαθορισμένες επισκέψεις προληπτικής συντήρησης, η εταιρεία υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση βλάβης εντός 24 ωρών με χρέωση 1.050,00€ πλέον Φ.Π.Α. (έξοδα μετάβασης – διαμονής τεχνικού & εργασία).

Η χρέωση θα γίνεται ανά εξάμηνο με την έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου.

β. Ενός μηχανήματος αναισθησίας DAMECA SIESTA ITS με S/N : 200908017 του Αναισθησιολογικού τμήματος

Με σκοπό την διατήρηση της καλής λειτουργίας και απόδοσης ενός μηχανήματος αναισθησίας DAMECA SIESTA ITS με S/N: 200908017 του Αναισθησιολογικού τμήματος, η δεύτερη των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την συντήρηση του μηχανήματος.

Θα πραγματοποιούνται δύο γενικές συντηρήσεις του μηχανήματος που θα γίνονται ανά εξάμηνο, και η χρέωση θα γίνεται με την έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου. Θα τηρείται και θα

εκδίδεται κάθε φορά Δελτίο Τεχνικών Εργασιών το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό & την προϊσταμένη του τμήματος.

Επιπλέον τυχόν ανταλλακτικά που χρειαστούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης όπως (βαλβίδες, πλακέτες, μείκτης κλπ) θα χρεώνονται ξεχωριστά, με ξεχωριστή προσφορά & σε συνεννόηση με το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα το service θα περιλαμβάνει:

Αλλαγή ετήσιου service kit και Έλεγχο καλής λειτουργίας που περιλαμβάνει:

- Παραμέτρων προγράμματος – monitoring – με Lap top
- Τρόπων αερισμού & καμπύλων
- Alarms – στεγανότητα
- Smart Nebulizer
- Mixer – ποσοστιαία αναλογία O2 %

Καθαρισμός

Καπνογράφο

Απαραίτητες ρυθμίσεις – βαθμονομήσεις

Πιέσεις, ροές, όγκους, αναλογίες O2, καπνογράφου.

Το ετήσιο κόστος της συντήρησης για το μηχάνημα είναι 2.430,00€ πλέον ΦΠΑ 23%

Αναλυτικά:

1) Service Kit 930,00€ πλέον ΦΠΑ

2) Εργασία: έλεγχος καλής λειτουργίας 1.500,00 πλέον Φ.Π.Α. για τις δυο επισκέψεις

Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών που θα συμβούν πέρα από τις προκαθορισμένες επισκέψεις προληπτικής συντήρησης, η εταιρεία υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση βλάβης εντός 24 ωρών με χρέωση 1.050,00€ πλέον Φ.Π.Α. (έξοδα μετάβασης – διαμονής τεχνικού & εργασία).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού και να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών στα συγκεκριμένα μηχανήματα.

9. Συντήρηση συστήματος μαστογραφίας GENERAL ELECTRIC DMR (H2180MAM01) του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: GE Healthcare AE

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 3.690,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

«Προληπτική συντήρηση» είναι ο περιοδικός έλεγχος ρύθμισης, καθαρισμός των μηχανημάτων καθώς και ο αναγκαίος έλεγχος των ηλεκτρονικών και μηχανικών τμημάτων και η δοκιμή αυτών σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

«Επανορθωτική συντήρηση» είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους της εταιρείας για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιουμένων προς την εταιρεία είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων της προληπτικής συντήρησης είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.

Κανονικές ημέρες και ώρες εργασίας θεωρούνται :

Οι ώρες από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. και από Δευτέρα έως και Παρασκευή εξαιρούμενων επισήμων αργιών του Κράτους.

«Ανωτέρα βία» σημαίνει και θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκατέρου των συμβαλλόμενων μερών συνεπεία του οποίου δεν μπορεί και δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί από αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

Η εταιρεία οφείλει να υποβάλει με την προσφορά της βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει ότι είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της για την παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των ειδών και να διαθέτει μόνιμο προσωπικό στην Ελλάδα το οποίο θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην Ε.Ε.

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Η συμβαλλόμενη εταιρεία οφείλει να παρέχει κάλυψη για εργασίες προληπτικής συντήρησης και εργασίες επανορθωτικής συντήρησης **χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών, αναλωσίμων και λυχνίας.**

ΑΜΟΙΒΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Η ετήσια αμοιβή που θα καταβάλλεται στην Εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών των αναλωσίμων υλικών & της ακτινολογικής λυχνίας με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης είναι :

3.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., καταβαλλόμενη (στο τέλος του πρώτου τριμήνου ισχύος της παρούσης) σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 750.00€ χωρίς Φ.Π.Α.

Τα ανταλλακτικά ή παντός είδους αναλώσιμα (φιλμ, κασέτες, χαρτί εκτύπωσης, δίσκοι, αφρώδη στηρίγματα ασθενή ακτινολογική λυχνία και του μικρού buckie) που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής & επανορθωτικής συντήρησης δεν περιλαμβάνονται στην μηνιαία επιβάρυνση που θα καταβάλει στην συμβαλλόμενη εταιρεία.

Η προσφορά της συμβαλλόμενης εταιρείας περιλαμβάνει αξία εργασιών αποκατάστασης βλαβών που δεν οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από την συμβαλλόμενη εταιρεία παράγοντες καθώς και σε χρήση που δεν είναι συμβατή με τις οδηγίες του οίκου κατασκευής.

Η ανάδοχος Εταιρεία, υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε κάθε κλήση της Υ. Μονάδας όλες τις ημέρες του χρόνου χωρίς καμία επιβάρυνση στην αποκατάσταση των βλαβών, το ταχύτερο δυνατόν από τη λήψη της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής ή μέσω fax ειδοποίησης της Υ. Μονάδας και εντός (48) σαράντα οχτώ ωρών.

10. Συντήρηση αναισθησιολογικού συγκροτήματος FABIUS GS PREMIUM/INFINITY VISTA XL/ SCIO»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: DRAGER Hellas AE

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 3.751.50 με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

Με σκοπό τη διατήρηση της καλής λειτουργίας και απόδοσης του αναισθησιολογικού μηχανήματος FABIUS GS του Ιδρύματος, η δεύτερη των συμβαλλομένων αναλαμβάνει :

Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει καθ'όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης σύμβασης με αποκλειστικά δικούς της ή εξουσιοδοτημένους, πιστοποιημένους και εκπαιδευμένους από την ίδια τεχνικούς, την πλήρη κάλυψη (service) επανορθωτικών συντηρητικών, απεριόριστου αριθμού βλαβών, ανταλλακτικών, κιτ συντήρησης (service kits) ανά μηχανήμα, βάσει των απαιτήσεων. Η πλήρης Συντήρηση περιλαμβάνει:

Επανορθωτικές συντηρήσεις, που είναι όλες οι αναγκαίες ενέργειες εκ μέρους της εταιρείας για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων, είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων προγραμματισμένης συντήρησης είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ αυτών των επισκέψεων. **Η σύμβαση συντήρησης περιλαμβάνει ακόμη κάλυψη των απαιτούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών, εκτός των αναλώσιμων**, καθώς και την απαιτούμενη εργασία για την επιδιόρθωση της εκάστοτε βλάβης. Η επανορθωτική συντήρηση ισχύει για απεριόριστο αριθμό βλαβών.

Προληπτική συντήρηση που νοείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, ο περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων κιτ συντήρησης (service kits) όπως αυτά ορίζονται από τα εγχειρίδια λειτουργίας και τις οδηγίες του εργοστασίου (κατασκευαστικός οίκος Drager).

Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) πιστοποιημένους και εξουσιοδοτημένους από τον κατασκευαστικό οίκο Draeger μηχανικούς στη Βόρεια Ελλάδα στο υπό συντήρηση αναισθησιολογικό συγκρότημα και των υπομονάδων του.

Η εταιρεία οφείλει να υποβάλει με την προσφορά του βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της για την παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των ειδών.

Η εταιρεία οφείλει να είναι εξουσιοδοτημένος με αντίστοιχη βεβαίωση του εργοστασίου σε περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών, υπάρχουν ή απαιτούνται διορθώσεις, τροποποιήσεις, αναβαθμίσεις, των μηχανημάτων που εξασφαλίζουν αρτιότερη και ασφαλέστερη για τους ασθενείς λειτουργία. Να αναφερθούν οι τελευταίες τροποποιήσεις - διορθώσεις των τελευταίων πέντε (5) ετών.

Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει διαρκή πρόσβαση στις τελευταίες ισχύουσες εκδόσεις των τεχνικών εγχειρίδιων και λογισμικών του κατασκευαστικού οίκου γεγονός που θα πιστοποιείται με την κατάθεση αντίστοιχης βεβαίωσης από τον κατασκευαστικό οίκο. Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να δηλώσει στην προσφορά του την τελευταία έκδοση λογισμικού λειτουργίας ανά τύπο μηχανήματος όπως αυτές ορίζονται από τον κατασκευαστικό οίκο.

Κιτ συντήρησης (service kits) νοούνται τα αναγκαία υλικά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων και πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του εργοστασίου.

Ο αριθμός των ετήσιων επισκέψεων προληπτικής συντήρησης ανά μηχανήμα καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα οικονομικής προσφοράς πλήρους συντήρησης. Οι ημέρες των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με τα αντίστοιχα τμήματα και την επίβλεψη του τμήματος Βιοϊατρικής του Νοσοκομείου.

Περιλαμβάνει της υποχρέωση της εταιρείας να ανταποκρίνεται χωρίς καμιά επιβάρυνση προς έλεγχο τυχόν βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από την λήψη της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής ειδοποίησης και εντός 12 (δώδεκα) ωρών, με αποστολή τεχνικού.

Η εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει δελτίο Δελτίο Εργασίας Τεχνικού (Service Report) μετά από κάθε επίσκεψη προληπτικής συντήρησης ή διόρθωσης βλαβών, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης και να το παραδίδει στο τμήμα Βιοϊατρικής τεχνολογίας του Νοσοκομείου. Επίσης υποχρεούται να ενημερώνει το αντίστοιχο βιβλίο εργασιών (Log book) του μηχανήματος μετά από κάθε επίσκεψη – εργασία αντιπροσώπου της.

Σε περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του οίκου και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών, υπάρχουν ή απαιτούνται διορθώσεις, τροποποιήσεις, αναβαθμίσεις, των μηχανημάτων που εξασφαλίζουν αρτιότερη και ασφαλέστερη για τους ασθενείς λειτουργία, τότε αυτές θα γίνονται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς που ακολουθεί και η εταιρεία Drager, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του πελάτη (TSB's.)

Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες της για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων πελατών της.

Να κατατεθεί βεβαίωση από την Κατασκευάστρια Εταιρεία ή τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων γνήσιων και καινούργιων ανταλλακτικών, που θα φέρουν πιστοποίηση CE, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Να κατατεθεί κατάλογος με όλα τα ειδικά πιστοποιημένα εργαλεία που διαθέτει ο υποψήφιος συντηρητής σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου για την πραγματοποίηση προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών.

Με την προσφορά του ο υποψήφιος συντηρητής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα απαιτούμενων εργασιών συντήρησης (test reports) ανά τύπο μηχανήματος και ανά κατηγορία σύμφωνα με όσα προβλέπει ο κατασκευαστικός οίκος και οφείλει να το ακολουθεί σε κάθε προγραμματισμένη συντήρηση.

Η ετήσια συντήρηση του αναισθησιολογικού συγκροτήματος FABIUS GS PREMIUM/INFINITY VISTA XL/ SCIO» περιλαμβάνει :

- Απεριόριστο αριθμό κλήσεων.
- Δύο προληπτικές συντηρήσεις ετησίως.
- Αναβάθμιση λογισμικού από v3.32 σε v3.35.
- Επανεκπαίδευση του ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού στην λειτουργία του μηχανήματος.
- Όλα τα απαιτούμενα kit συντήρησης service kits.
- Όλα τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν σε περίπτωση βλαβών.
- Έναν αισθητήρα οξυγόνου.
- Ένα σέτ αισθητήρων ροής (5 τεμάχια).
- Δεν περιλαμβάνει τα αναλώσιμα (υδατοπαγίδες, φίλτρα ασθενών, κυκλώματα ασθενών. Κτλ.).

11. Συντήρηση των τεσσάρων ψυγείων συντήρησης και δύο καταψυκτών του τμήματος Αιμοδοσίας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ION PLUS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 2.091,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

Με σκοπό την διατήρηση της καλής λειτουργίας και απόδοσης των τεσσάρων ψυγείων συντήρησης και δύο καταψυκτών του τμήματος Αιμοδοσίας του Ιδρύματος, η δεύτερη των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την συντήρηση αυτού με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

Θα πραγματοποιούνται από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό τα εξής:

- Επίσκεψη τεχνικού της εταιρείας ανά δίμηνο
- Γενικός έλεγχος των οργάνων και καθαρισμός αυτών
- Ρύθμιση οργάνων
- Έλεγχος των ψυκτικών υγρών και συμπλήρωση αυτών χωρίς χρέωση
- Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών οσάκις χρειασθεί θα γίνεται χωρίς επι πλέον χρέωση

Όποια ανταλλακτικά απαιτηθεί να τοποθετηθούν θα χρεώνονται ξεχωριστά χωρίς χρέωση εργασίας

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού.

Θα τηρείται και θα εκδίδεται κάθε φορά Δελτίο Τεχνικών Εργασιών το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό & τον προϊστάμενο Βιοϊατρικής τεχνολογίας του Νοσοκομείου.

12. α. Συντήρηση συστήματος Αξονικής Τομογραφίας τύπου CT LIGHTSPEED (ID no. H2180CT04)

β. Της κάμερας ξηράς εκτύπωσης KODAK DRYVIEW 8100 και του σταθμού εργασίας ADVANTAGE WORKSTASION (ID no. H2180DW05)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: GE Healthcare AE

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 72.111,21 με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

Με σκοπό την διατήρηση της καλής λειτουργίας και απόδοσης του συστήματος Αξονικής Τομογραφίας τύπου CT LIGHTSPEED (ID no. H2180CT04), της κάμερας ξηράς εκτύπωσης KODAK DRYVIEW 8100 και του σταθμού εργασίας ADVANTAGE WORKSTASION (ID no. H2180DW05) που είναι εγκατεστημένα στο Ακτινολογικό Τμήμα του Ιδρύματός, η δεύτερη των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την συντήρησή τους με τους εξής όρους:

Θα πραγματοποιούνται τέσσερις προληπτικές συντηρήσεις, για τον Αξονικό Τομογράφο, ανά τρίμηνο με παροχή ανταλλακτικών, ακτινολογικών λυχνιών και εργασιών εκτός των αναλωσίμων (CD, δισκετών, φίλμς, σκιαγραφικά, μαγνητικό δίσκο, οπτικό δίσκο κ.λ.π.)

Η εταιρεία οφείλει να υποβάλει με την προσφορά της βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει ότι είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της για την παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των ειδών και να διαθέτει μόνιμο προσωπικό στην Ελλάδα το οποίο θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην Ε.Ε.

Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών που πιθανόν συμβούν πέρα από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες προληπτικής συντήρησης, η εταιρεία υποχρεούται εντός είκοσι-τεσσάρων ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτής, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Θα τηρείται και θα εκδίδεται κάθε φορά Δελτίο Τεχνικών Εργασιών το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό της εταιρείας, την προϊσταμένη του τμήματος και τον προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Η συμβαλλόμενη εταιρεία φέρει ακέραια την ευθύνη ποινική ή αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό της εταιρείας, του Νοσοκομείου ή και σε τρίτους η οποία

αποδεικνύεται εμπεριστατωμένα από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια της εταιρείας ή των συνεργατών της.

Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν.

Το ετήσιο κόστος της συντήρησης για το συγκρότημα του Αξονικού τομογράφου και της κάμερας ξηράς εκτύπωσης KODAK DRYVIEW 8100 είναι: 72.111,21€ με Φ.Π.Α.

Η συντήρηση για την κάμερα ξηράς εκτύπωσης KODAK DRYVIEW 8100 θα αφορά παροχή ανταλλακτικών, προληπτική συντήρηση (δύο φορές ετησίως), εργασιών εκτός των αναλωσίμων.

Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ

1. Συντήρηση ακτινολογικού μηχανήματος BUCKY DIAGNOST OPTIMUS 65

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:7.000,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ανάδοχος Εταιρία υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης συντήρησης τα κάτωθι:

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού και να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών στα συγκεκριμένα μηχανήματα.

2. Η συντήρηση και η επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και διακριβωμένα όργανα μετρήσεων και ελέγχου από εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου του κάθε μηχανήματος.

Οι συντηρήσεις θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά :

- Καθαρισμό, έλεγχο, ρυθμίσεις ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού τμήματος καθώς και χρήσεις λογισμικού
- Λίπανση, ευθυγράμμιση όλων των κινούμενων μηχανικών τμημάτων και ρυθμίσεις αυτών.
- Πρόληψη, αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση λόγω φθοράς ή καταστροφής ανταλλακτικών , υλικών κλπ, για την καλή λειτουργία του.
- Έλεγχο τροφοδοτικού συστήματος.
- Γενικό έλεγχο και δοκιμές του μηχανήματος σε κατάσταση λειτουργίας – αναγκαίων ρυθμίσεων του μηχανήματος, επαναφορά παραμέτρων ποιοτικής απεικόνισης στις προδιαγεγραμμένες ανοχές και παράδοση του μηχανήματος σε σωστή και πλήρη λειτουργία.

3. Ο αριθμός των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης ορίζεται σε τέσσερις (4) ανά έτος, βάσει οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου. Οι ημερομηνίες των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται μεταξύ της αναδόχου Εταιρίας και της Υ. Μονάδας, ώστε να μην επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της Υ. Μονάδας.

4. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες από 08:00 έως 22:00, εξαιρουμένων εορτών & αργιών και το Σάββατο θα γίνονται από 08:00 έως 20:00 χωρίς επιπλέον χρέωση.
5. Η ανάδοχος Εταιρία, υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε κάθε κλήση της Υ. Μονάδας όλες τις ημέρες του χρόνου χωρίς καμία επιβάρυνση στην αποκατάσταση των βλαβών, το ταχύτερο δυνατόν από τη λήψη της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής ή μέσω fax ειδοποίησης της Υ. Μονάδας και εντός (48) σαράντα οχτώ ωρών.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή διόρθωση βλαβών (service report). Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση.
8. Η Υ. Μονάδα και το προσωπικό της είναι υποχρεωμένα να τηρούν τις υποδείξεις του Συντηρητή σε ότι αφορά τον άρτιο χειρισμό των μηχανημάτων σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

2. Συντήρηση Μαστογράφου SENO 800T

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 6.190,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ανάδοχος εταιρία θα είναι υπεύθυνη για την προληπτική συντήρηση και επισκευή βλαβών του Μαστογράφου, τύπου GE SENOGRAPHIE 800T έτους κατασκευής το 2001, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας Υ. Μονάδα Νάουσας.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος και θα περιλαμβάνει δύο (2) προληπτικές συντηρήσεις το χρόνο.

Η εξαμηνιαία συντήρηση θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά :

- Καθαρισμό και έλεγχο ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού τμήματος.
- Λίπανση όλων των κινούμενων μηχανικών τμημάτων και ρυθμίσεις αυτών.
- Αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση λόγω φθοράς ή καταστροφής ανταλλακτικών , υλικών κλπ, για την καλή λειτουργία του.
- Έλεγχο τροφοδοτικού συστήματος.
- Γενικό έλεγχο ορθής λειτουργίας – αναγκαίων ρυθμίσεων του μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένου Ποιοτικού Ελέγχου του μηχανήματος και παράδοση του μηχανήματος σε καλή λειτουργία.

Η αξία των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή των βλαβών, συμπεριλαμβανομένου της ακτινολογικής λυχνίας και των παντός άλλου είδους αναλωσίμων (φίλμς, κασσέτες, χαρτί εκτύπωσης, κλπ), επιβαρύνει την Υγειονομική Μονάδα.

Τα αναγκαία υλικά που απαιτεί η εξαμηνιαία προληπτική συντήρηση επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

Υποχρέωση ανταπόκρισης της αναδόχου εταιρεία εντός 48 ωρών

Τα αναγκαία υλικά για την αποκατάσταση των βλαβών καθώς και τα αναλώσιμα (ακτινολογική λυχνία) να είναι συμβατά για το εν λόγω μηχάνημα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος.

Σε περίπτωση που διαγνωθεί βλάβη και χρειάζεται αντικατάσταση ανταλλακτικού η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταθέσει προσφορά για το κόστος του ανταλλακτικού.

Η εταιρεία οφείλει να υποβάλει με την προσφορά της βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει ότι είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της για την παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των ειδών και να διαθέτει μόνιμο προσωπικό στην Ελλάδα το οποίο θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην Ε.Ε.

Θα κατατεθεί, εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, τιμοκατάλογος αναλωσίμων για όσο διαρκεί η παρούσα σύμβαση, χωρίς οι τιμές να είναι δεσμευτικές για την Υ.Μ.

Ο Ανάδοχος εταιρία οφείλει να ενημερώνει την Υ.Μ. σχετικά με τις βελτιώσεις-αναβαθμίσεις των μηχανημάτων, που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος και να προβαίνει στις απαιτούμενες βελτιώσεις - αναβαθμίσεις, με την σύμφωνη γνώμη των οριζόμενων υπευθύνων υπαλλήλων της Υ. Μονάδας, χωρίς καμιά πρόσθετη επιβάρυνση για την Υ.Μ.

3. Συντήρηση μηχανήματος Οστεοπόρωσης LUNAR DPX BRAVO

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 6.190,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ανάδοχος εταιρία θα είναι υπεύθυνη για την προληπτική συντήρηση και επισκευή βλαβών του μηχανήματος μέτρησης οστικής πυκνότητας, τύπου DPX BRAVO , του Ακτινολογικού Εργαστηρίου, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος και θα περιλαμβάνει μία (1) προληπτική συντήρηση το χρόνο.

Η εταιρεία οφείλει να υποβάλει με την προσφορά της βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει ότι είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της για την παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των ειδών και να διαθέτει μόνιμο προσωπικό στην Ελλάδα το οποίο θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην Ε.Ε.

Η ετήσια σύμβαση πλήρους συντήρησης θα περιλαμβάνει την πλήρη συντήρηση του συστήματος και ειδικότερα :

Αξία εργασιών προληπτικής συντήρησης (1 ανά έτος).

Αξία εργασιών αποκατάστασης εκτάκτων βλαβών.

Αξία απαραίτητων ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των ανωτέρω βλαβών.

Εξαιρούνται παντός τύπου αναλώσιμα υλικά (χαρτί εκτύπωσης, gels, κεφαλές εκτυπωτών κλπ) και η ακτινολογική λυχνία.

Η αξία των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή των βλαβών, εκτός των αναλωσίμων, θα επιβαρύνει την ανάδοχο εταιρία χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση (έξοδα ταξιδιού, τεχνικά κλπ) για το Νοσοκομείο.

Τα αναγκαία υλικά που απαιτεί η ετήσια προληπτική συντήρηση επιβαρύνουν την ανάδοχο εταιρία.

Θα κατατεθεί τιμοκατάλογος αναλωσίμων υλικών για όσο διαρκεί η παρούσα σύμβαση, χωρίς οι τιμές να είναι δεσμευτικές για το Νοσοκομείο.

Η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να διατηρεί αποθέματα ανταλλακτικών στις αποθήκες της, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων πελατών της.

Η εταιρεία υποχρεούται να ανταποκριθεί μετά από έγγραφη ή τηλεφωνική κλίση από το Νοσοκομείο εντός 48 ωρών.

4. Συντήρηση ακτινολογικού ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝ/ΓΙΚΟ C-ARM BV 25

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:6.600,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ανάδοχος Εταιρία υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης συντήρησης τα κάτωθι:

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού και να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα.

2. Η συντήρηση και η επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και διακριβωμένα όργανα μετρήσεων και ελέγχου από εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου του κάθε μηχανήματος.

Οι συντηρήσεις θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά :

- Καθαρισμό, έλεγχο, ρυθμίσεις ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού τμήματος καθώς και χρήσεις λογισμικού
- Λίπανση, ευθυγράμμιση όλων των κινούμενων μηχανικών τμημάτων και ρυθμίσεις αυτών.
- Πρόληψη, αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση λόγω φθοράς ή καταστροφής ανταλλακτικών , υλικών κλπ, για την καλή λειτουργία του.
- Έλεγχο τροφοδοτικού συστήματος.
- Γενικό έλεγχο και δοκιμές του μηχανήματος σε κατάσταση λειτουργίας – αναγκαίων ρυθμίσεων του μηχανήματος, επαναφορά παραμέτρων ποιοτικής απεικόνισης στις προδιαγεγραμμένες ανοχές και παράδοση του μηχανήματος σε σωστή και πλήρη λειτουργία.

Η αξία των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή των βλαβών, καθώς και της λυχνίας Ακτίνων-X και των λοιπών αναλωσίμων, επιβαρύνει την Υγειονομική Μονάδα.

Τα αναγκαία υλικά (λιπαντικά, καθαριστικά, κλπ) που απαιτούν οι προληπτικές συντηρήσεις επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.

3. Ο αριθμός των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης ορίζεται σε τέσσερις (4) ανά έτος, βάσει οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου. Οι ημερομηνίες των επισκέψεων προληπτικής

συντήρησης θα συμφωνούνται μεταξύ της αναδόχου Εταιρίας και της Υ. Μονάδας, ώστε να μην επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της Υ. Μονάδας.

4. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες από 08:00 έως 22:00, εξαιρουμένων εορτών & αργιών και το Σάββατο θα γίνονται από 08:00 έως 20:00 χωρίς επιπλέον χρέωση.

5. Η ανάδοχος Εταιρία, υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε κάθε κλήση της Υ. Μονάδας όλες τις ημέρες του χρόνου χωρίς καμία επιβάρυνση στην αποκατάσταση των βλαβών, το ταχύτερο δυνατόν από τη λήψη της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής ή μέσω fax ειδοποίησης της Υ. Μονάδας και εντός (48) σαράντα οχτώ ωρών.

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή διόρθωση βλαβών (service report). Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση.

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπάρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση.

8. Η Υ. Μονάδα και το προσωπικό της είναι υποχρεωμένα να τηρούν τις υποδείξεις του Συντηρητή σε ότι αφορά τον άρτιο χειρισμό των μηχανημάτων σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

5. Συντήρηση δύο (2) Αναισθησιολογικών συγκροτημάτων ULTRACARE ADS

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 6.500,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ανάδοχος εταιρία θα είναι υπεύθυνη για την προληπτική συντήρηση και επισκευή βλαβών των δύο αναισθησιολογικών μηχανημάτων Spacelabs Ultra Care ADS, τα οποία είναι εγκατεστημένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας στα χειρουργεία καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης συντήρησης.

Ο αριθμός των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης ορίζεται σε δύο (2) ανά έτος, βάσει οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου. Η πρώτη επίσκεψη θα περιλαμβάνει έλεγχο καλής λειτουργίας και η δεύτερη θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες για την συντήρηση των αναισθησιολογικών μηχανημάτων Spacelabs Ultra Care ADS :

- Πλήρης αποσυναρμολόγηση του συστήματος αναπνοής ασθενούς & καθαρισμός του,
- Αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός κανίστρου,
- Αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός διαδρομής & εκπνευστικής βαλβίδας,
- Αντικατάσταση βαλβίδας υπερπίεσης(pop off valve),
- Ρύθμιση βαρομετρικής πίεσης, ανάλογη με το υψόμετρο του Νοσοκομείου.
- Αντικατάσταση αισθητήρων ροής, με κωδικό είδους : 1503-3856-000 & περιγραφή : XDCC Flow Non Excel BCG,
- Αντικατάσταση και ρύθμιση κυττάρου οξυγόνου,
- Καθαρισμός συστήματος παράκαμψης CO₂,
- Έλεγχος και καθαρισμός κυκλικού συστήματος,
- Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων,
- Αντικατάσταση ελαστικών δακτυλιδίων στεγανοποίησης, (με κωδικό είδους : ST3010, και περιγραφή : O Ring 113),
- Ρύθμιση βαρομετρικής πίεσης,
- Αντικατάσταση συσσωρευτού (με κωδικό:1503-3045-000, Περιγραφή : UC,BTRY W/HARN 12V),
- Μέτρηση φόρτισης.

Αναφορικά με το Monitor, θα αντικαθίστανται :

- Το σετ καπνογραφίας με κωδικό : 8001760 και περιγραφή : Kit PM M-GAS S/5 AS/3 CC5,
- Τα φίλτρα,
- Θα πραγματοποιείται η ρύθμιση και η δοκιμή, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού Οίκου.

Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) πιστοποιημένους και εξουσιοδοτημένους από τον κατασκευαστικό οίκο Draeger μηχανικούς στη Βόρεια Ελλάδα στο υπό συντήρηση αναισθησιολογικό συγκρότημα και των υπομονάδων του .

Η εταιρεία οφείλει να υποβάλει με την προσφορά του βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της για την παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των ειδών.

Η εταιρεία οφείλει να είναι εξουσιοδοτημένος με αντίστοιχη βεβαίωση του εργοστασίου σε περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών, υπάρχουν ή απαιτούνται διορθώσεις, τροποποιήσεις, αναβαθμίσεις, των μηχανημάτων που εξασφαλίζουν αρτιότερη και ασφαλέστερη για τους ασθενείς λειτουργία. Να αναφερθούν οι τελευταίες τροποποιήσεις - διορθώσεις των τελευταίων πέντε (5) ετών.

Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει διαρκή πρόσβαση στις τελευταίες ισχύουσες εκδόσεις των τεχνικών εγχειρίδιων και λογισμικών του κατασκευαστικού οίκου γεγονός που θα πιστοποιείται με την κατάθεση αντίστοιχης βεβαίωσης από τον κατασκευαστικό οίκο. Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να δηλώσει στην προσφορά του την τελευταία έκδοση λογισμικού λειτουργίας ανά τύπο μηχανήματος όπως αυτές ορίζονται από τον κατασκευαστικό οίκο.

Να κατατεθεί κατάλογος με όλα τα ειδικά πιστοποιημένα εργαλεία που διαθέτει ο υποψήφιος συντηρητής σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου για την πραγματοποίηση προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών.

Να κατατεθεί βεβαίωση από την Κατασκευάστρια Εταιρεία ή τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων γνήσιων και καινούργιων ανταλλακτικών, που θα φέρουν πιστοποίηση CE, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Με την προσφορά η εταιρεία οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα απαιτούμενων εργασιών συντήρησης (test reports) ανά τύπο μηχανήματος και ανά κατηγορία σύμφωνα με όσα προβλέπει ο κατασκευαστικός οίκος και οφείλει να το ακολουθεί σε κάθε προγραμματισμένη συντήρηση.

Τελικός έλεγχος και δοκιμές σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου Spacelabs Αμερικής.

Οι ημερομηνίες των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται μεταξύ της αναδόχου Εταιρίας και της Υ. Μονάδας, ώστε να μην επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της Υ. Μονάδας.

Εάν κατά την διάρκεια της συντήρησης προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, θα αντιμετωπίζεται αναλόγως, εκτός και αν χρειαστούν ανταλλακτικά, που δεν καλύπτονται μέσα από την σύμβαση, και σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρξει προσφορά για τα επιπλέον ανταλλακτικά, & την επιπλέον εργασία για την τοποθέτησή τους.

Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

1. Ράμμος Δημήτριος

2. Τζίμπουλας Θωμάς

3. Σκούφιας Στυλιανός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ**

Βέροια 25 Ιανουαρίου 2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων, Βέροια
Τ.Κ. : 591 00

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV 50421000-2), του ΠΠΥΦΥ 2014

Σήμερα στις 25 Ιανουαρίου 2015 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV 50421000-2), προϋπολογισμού 258.300,00€, σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014, η οποία έχει συγκροτηθεί δυνάμει της αριθμ. 654 και με αριθμ. πρωτ. 10658/10.11.2015 απόφαση Διοικήτριας του Γ.Ν. Ημαθίας αποτελούμενη από :

1. Ράμμος Δημήτριος, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
2. Τζίμπουλας Θωμάς, ΔΕ Τεχνικού
3. Σκούφιας Στυλιανός, ΔΕ ΤΕχνικού

προκειμένου να προχωρήσει στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών.

Διαπιστωθείσης απαρτίας η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη των εργασιών και κατέληξε στη σύνταξη των παρακάτω Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV 50421000-2), προϋπολογισμού 258.300,00€, σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014

1. α. Αναισθησιολογικό μηχάνημα του οίκου GE DATEX OHMEDA μοντέλο AESTIVA/5 με S/N:AMRH 00791

β. Τέσσερα Μόνιτορς S/5 Compact Anesthesia με S/N:

α) 4922167, β) 4925791 γ) 5139014 δ) 5129230 του οίκου GE DATEX OHMEDA

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: INTER MEDICA EMM. Τ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 5.672,76€ με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

α. Ετήσια συντήρηση **χωρίς ανταλλακτικά**, ενός Αναισθησιολογικού μηχανήματος του οίκου GE DATEX OHMEDA μοντέλο AESTIVA/5 με S/N:AMRH 00791, η οποία σύμβαση θα περιλαμβάνει όλους τους ελέγχους που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος στο εγχειρίδιο συντήρησης:

Συντήρηση και έλεγχος λειτουργιών μηχανήματος: 1.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Αντικατάσταση διετές kit συντήρησης: 200,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Συνολικό ετήσιο κόστος συντήρησης: 1.700,00€ πλέον Φ.Π.Α.

β. Ετήσια συντήρηση **χωρίς ανταλλακτικά** τεσσάρων Μόνιτορς S/5 Compact Anesthesia με S/N: α) 4922167, β) 4925791 γ) 5139014 δ) 5129230 του οίκου GE DATEX OHMEDA, η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους ελέγχους που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος στο εγχειρίδιο συντήρησης. Τα ανωτέρω μόνιτορς συνοδεύονται από τους παρακάτω ενισχυτές οι οποίοι εντάσσονται στη παρούσα σύμβαση συντήρησης :

M – PRESTN S/N 5170382

M – CaiOV S/N 5120176, 5063433

M – CaiO S/N 4920086

M – NESTPR S/N 4928481, 4928427, 5128582

E- CAIOV S/N 6014042

Συντήρηση και έλεγχος λειτουργιών Μόνιτορς: 4 X 500,00€ = 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ

Αντικατάσταση ετήσιου kit συντήρησης καπνογραφίας: $4 \times 180,00\text{€} = 720,00\text{€}$ πλέον ΦΠΑ

Φίλτρο CO₂: $4 \times 45,00\text{€} = 180,00\text{€}$ πλέον ΦΠΑ

Φίλτρο NIBP : $4 \times 3,00\text{€} = 12,00\text{€}$ πλέον ΦΠΑ

Συνολικό ετήσιο κόστος συντήρησης: 2.912,00€ πλέον ΦΠΑ

Συνολικό κόστος συντήρησης: 4.612,00€ πλέον ΦΠΑ

Η συντήρηση θα γίνεται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και σε συνεργασία με το Αναισθησιολογικό τμήμα και την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας.

Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών η εταιρία οφείλει να ανταποκρίνεται όσε φορές χρειασθεί χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Μετά την συντήρηση ή την επισκευή θα εκδίδεται ειδικό δελτίο εργασίας, το οποίο θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία.

Όλα τα ανταλλακτικά, τα αναλώσιμα υλικά και τα υλικά χρήσης θα χρεώνονται σε ξεχωριστό τιμολόγιο.

Από τα παραπάνω εξαιρούνται βλάβες οι οποίες οφείλονται σε κακό χειρισμό π.χ. σπασίματα, πτώση, κρούση και οποιαδήποτε μη ορθή λειτουργία σύμφωνα με τον κατασκευαστή οίκο και θα υπάρχει χρέωση της τάξεως των 90€ ανά ώρα.

Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών που θα συμβούν πέρα από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες προληπτικής συντήρησης, η συντηρήτρια υποχρεούται εντός είκοσι-τεσσάρων (24) ωρών από την ειδοποίηση να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτής, κατά τις εργάσιμες ημέρες χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Θα τηρείται και θα εκδίδεται κάθε φορά Δελτίο Τεχνικών Εργασιών το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό & την προϊσταμένη του τμήματος.

2. Συντήρηση επτά (7) μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου Fresenius

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: MEDIPRIME A.E.E.

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 31.202,64 με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

- I. «Προληπτική συντήρηση» είναι ο περιοδικός έλεγχος ρύθμισης, καθαρισμός των μηχανημάτων καθώς και ο αναγκαίος έλεγχος των ηλεκτρονικών και μηχανικών τμημάτων και η δοκιμή αυτών σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
- II. «Επανορθωτική συντήρηση» είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους της εταιρείας για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιουμένων προς την εταιρεία είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων της προληπτικής συντήρησης είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.
- III. Κανονικές ημέρες και ώρες εργασίας θεωρούνται :

Οι ώρες από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. και από Δευτέρα έως και Παρασκευή εξαιρουμένων επισήμων αργιών του Κράτους.
- IV. «Ανωτέρα βία» σημαίνει και θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκάτερου των συμβαλλόμενων μερών συνεπεία του οποίου δεν μπορεί και δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί από αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Η συμβαλλόμενη εταιρεία οφείλει να παρέχει κάλυψη για εργασίες προληπτικής συντήρησης και εργασίες επανορθωτικής συντήρησης **συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων υλικών.**

ΑΜΟΙΒΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Η ετήσια αμοιβή που θα καταβάλλεται στην Εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ανταλλακτικών & των αναλωσίμων

υλικών με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης είναι: 25.368,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Η δε κατά μήνα χρέωση θα είναι 302,00 € ανά μηχανήμα στην οποία περιλαμβάνονται τα έξοδα μετάβασης, παραμονής και επιστροφής όσες φορές και αν χρειασθεί. Επομένως το ετήσιο κόστος και για τα επτά μηχανήματα είναι $302,00\text{€} \times 7\text{μηχ.} \times 12\text{ μήνες} = 25.368,00\text{ €}$ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση που βγει εκτός λειτουργίας κάποιο μηχανήμα ή προστεθεί κάποιο άλλο το κόστος της συντήρησης θα διαμορφωθεί ανάλογα.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Νοσοκομείο μετά την οριστική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης και την εκπλήρωση από τον προμηθευτή των συμβατικών του υποχρεώσεων, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Η Εταιρεία υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών κατά τις ημέρες Σαββάτου και Κυριακής και τις επίσημες αργίες του Κράτους μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν προγενέστερης συνεννόησης με τους αρμοδίους του Νοσοκομείου.

Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης συμπεριλαμβάνονται στην μηνιαία επιβάρυνση που θα καταβάλλει το Νοσοκομείο στην εταιρεία.

3. Συντήρηση ενός Υπέρηχου TOSHIBA SSA-550A του Καρδιολογικού Τμήματος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: PROTON A.E.

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 3.444,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

Έλεγχος χειρισμού ανά τρεις μήνες, δηλαδή (4) φορές τον χρόνο.

- Έλεγχος σωστής λειτουργίας του συστήματος (έλεγχος ποιότητας εικόνας στο B και M MODE DOPLER)
- Έλεγχος σωστής λειτουργίας του PANEL.
- Έλεγχος σωστής απεικόνισης του MONITOR
- Έλεγχος σωστής λειτουργίας των PROBE
- Έλεγχος ποιότητας εκτύπωσης του PRINTER και ρύθμιση αυτού.

Τεχνικό έλεγχο ανά έξι μήνες.

- Έλεγχος τάσεων τροφοδοτικού
- Έλεγχος τροφοδοσίας του PROBE
- Καθαρισμό συστήματος (τροφοδοτικού-CRT του monitor-πλακετών-Key board panel)
- Έλεγχος κρυστάλλων των elektronik probe.
- Έλεγχος πλακετών (CPV-RPG-DSC-T/R-FFT) και των αντιστοίχων μονάδων.

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Η συμβαλλόμενη εταιρεία οφείλει να παρέχει κάλυψη για εργασίες προληπτικής συντήρησης και εργασίες επανορθωτικής συντήρησης. **Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά δεν περιλαμβάνονται** στην παρούσα και θα πληρώνονται με βάση τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους της «PROTON A.E.» με έκπτωση 20%.

Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας εξαιρουμένων των αργιών και με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και της συμβαλλόμενης εταιρείας.

Η Εταιρεία οφείλει να ανταποκρίνεται σε 24 ώρες στην κλίση του Νοσοκομείου γραπτή ή προφορική. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν ανταποκρίνεται στους παραπάνω καθορισμένους χρόνους θα αυξάνεται η εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης κατά 10 ημέρες για κάθε μέρα καθυστέρησης.

Η συμβαλλόμενη εταιρεία μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίο επισκέψεως τεχνικού, περιγραφή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί καθώς και των ανταλλακτικών που τυχόν έχουν αντικατασταθεί και αυτών που χρήζουν αντικαταστάσεως.

Σε περίπτωση έκτακτης κλήσης η συμβαλλόμενη εταιρεία είναι υποχρεωμένη εντός 24 ωρών να επισκευάσει την βλάβη με χρέωση 60,00€ ανά ώρα υπολογιζόμενη από την στιγμή της άφιξης του τεχνικού στην έδρα του Νοσοκομείου. Το κόστος μετάβασης από και προς Θεσσαλονίκη ορίζεται στο ποσό των 90,00€.

Η συμβαλλόμενη εταιρεία φέρει ακέραια την ευθύνη ποινική ή αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό της εταιρείας, του Νοσοκομείου ή και σε τρίτους η οποία αποδεικνύεται εμπεριστατωμένα από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια της εταιρείας ή των συνεργατών της.

Το ετήσιο κόστος συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των 3.444,00€ με Φ.Π.Α.

Η χρέωση θα γίνεται ανά τρίμηνο με την έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου αξίας 861,00€ με Φ.Π.Α. Η συμβαλλόμενη εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών και να εφοδιάζει το Νοσοκομείο.

**4. Συντήρηση εννέα (9) μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης (οκτώ του οίκου Nikkiso
ένα του οίκου Edwards mod. Aquarius)**

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΡΗΤΗ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 31.296,12 με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

«Προληπτική συντήρηση» είναι ο περιοδικός έλεγχος ρύθμισης, καθαρισμός των μηχανημάτων καθώς και ο αναγκαίος έλεγχος των ηλεκτρονικών και μηχανικών τμημάτων και η δοκιμή αυτών σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

«Επανορθωτική συντήρηση» είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους της εταιρείας για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιουμένων προς την εταιρεία είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων της προληπτικής συντήρησης είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.

Κανονικές ημέρες και ώρες εργασίας θεωρούνται :

Οι ώρες από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. και από Δευτέρα έως και Παρασκευή εξαιρούμενων επισήμων αργιών του Κράτους.

«Ανωτέρα βία» σημαίνει και θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκάτερου των συμβαλλόμενων μερών συνεπεία του οποίου δεν μπορεί και δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί από αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Η συμβαλλόμενη εταιρεία οφείλει να παρέχει κάλυψη για εργασίες προληπτικής συντήρησης και εργασίες επανορθωτικής συντήρησης **συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ανταλλακτικών.**

ΑΜΟΙΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ετήσια αμοιβή που θα καταβάλλεται στην Εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης συμπεριλαμβανομένου του κόστους όλων των ανταλλακτικών με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης είναι :

Οκτώ (8) μηχανήματα Nikkiso X 241,80€ X 12 μήνες: 23.212,00€ πλέον ΦΠΑ

Ένα (1) μηχάνημα Edwards X 186,00€ X 12 μήνες: 2.232,00€ πλέον ΦΠΑ

Η δε κατά μήνα χρέωση θα είναι 2.120,33€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. για τα παραπάνω μηχανήματα στην οποία περιλαμβάνονται:

τα έξοδα μετάβασης-παραμονής και επιστροφής όσες φορές και αν χρειασθεί.

Όλες οι επισκευές καθώς επίσης και οι τρεις υποχρεωτικές επισκέψεις το χρόνο, μία ανά τετράμηνο, για προληπτική συντήρηση & έλεγχο.

Η Εταιρεία υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών κατά τις ημέρες Σαββάτου και Κυριακής και τις επίσημες αργίες του Κράτους μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν προγενέστερης συνεννόησης με τους αρμοδίους του Νοσοκομείου.

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνεται ανά ΤΡΙΜΗΝΟ.

5. Συντήρηση έξι (6) Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης του οίκου GAMBRO
ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΕΧΝΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 17.712,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

«Προληπτική συντήρηση» είναι ο περιοδικός έλεγχος ρύθμισης, καθαρισμός των μηχανημάτων καθώς και ο αναγκαίος έλεγχος των ηλεκτρονικών και μηχανικών τμημάτων και η δοκιμή αυτών σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

«Επανορθωτική συντήρηση» είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους της εταιρείας για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιουμένων προς την εταιρεία είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων της προληπτικής συντήρησης είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.

Κανονικές ημέρες και ώρες εργασίας θεωρούνται :

Οι ώρες από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. και από Δευτέρα έως και Παρασκευή εξαιρούμενων επισήμων αργιών του Κράτους.

«Ανωτέρα βία» σημαίνει και θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκάτερου των συμβαλλόμενων μερών συνεπεία του οποίου δεν μπορεί και δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί από αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Η συμβαλλόμενη εταιρεία οφείλει να παρέχει κάλυψη για εργασίες προληπτικής συντήρησης και εργασίες επανορθωτικής συντήρησης **συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ανταλλακτικών**. Στη τιμή δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικά & επισκευές που θα χρειαστούν για αποκατάσταση βλάβης, η οποία μπορεί να προκληθεί από φθορά λόγω βίαιης χρήσης.

ΑΜΟΙΒΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Η ετήσια αμοιβή που θα καταβάλλεται στην Εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών

συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης είναι : 14.400,00€ ευρώ (5 μηχανήματα x 12 μήνες x 240,00

€/μηχάνημα) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., καταβαλλόμενη σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 1.200,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Η δε κατά μήνα χρέωση θα είναι 240,00€ πλέον Φ.Π.Α. ανά μηχάνημα στην οποία περιλαμβάνονται τα έξοδα μετάβασης, παραμονής και επιστροφής όσες φορές και αν χρειασθεί.

Σε περίπτωση που βγει εκτός λειτουργίας κάποιο μηχάνημα ή προστεθεί κάποιο άλλο το κόστος της συντήρησης θα διαμορφωθεί ανάλογα.

Τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής & επανορθωτικής συντήρησης περιλαμβάνονται στην μηνιαία επιβάρυνση που θα καταβάλει στην συμβαλλόμενη εταιρεία.

Η Εταιρεία υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών κατά τις ημέρες Σαββάτου και Κυριακής και τις επίσημες αργίες του Κράτους μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν προγενέστερης συνεννόησης με τους αρμοδίους του Νοσοκομείου.

Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του προμηθευτή που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή σε τρίτους χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου. Κατ' εξαίρεση των προαναφερομένων, ο προμηθευτής δύναται να εκχωρήσει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οποιεσδήποτε από τις δικαιούμενες πληρωμές του από την παρούσα σύμβαση, σε Τραπεζικά Ιδρύματα της επιλογής του, ενημερώνοντας το Νοσοκομείο σύμφωνα με το Νόμο.

Τα μηχανήματα τα οποία θα συντηρούνται με την παρούσα σύμβαση είναι τα παρακάτω :

A/A	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	SERIAL NUMBER
1	GAMBRO AK-200 Ultra (on LINE)	18553
2	GAMBRO AK-10 BMM HFM	25612 -1245 (η συντήρηση θα παρέχεται χωρίς χρέωση)
3	GAMBRO AK-200	4218
4	GAMBRO AK-200	5732
5	GAMBRO AK-200	5734
6	GAMBRO AK-200	5784

6. Συντήρηση υπέρηχου ουρολογικού τμήματος, του οίκου PHILIPS, mod. EnVisor HD

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 4.531,32 με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

Θα πραγματοποιούνται:

- Μία προγραμματισμένη συντήρηση ετησίως
- Επανορθωτικές συντηρήσεις (έκτακτες βλάβες) απεριόριστος αριθμός επισκέψεων χωρίς οικονομική επιβάρυνση
- **Συμπεριλαμβάνονται ανταλλακτικά, εκτός οι ηχοβόλες κεφαλές και τα περιφερειακά συστήματα (εκτυπωτές – καταγραφικά)**

Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών, η συντηρήτρια υποχρεούται εντός οκτώ εργάσιμων ωρών από την ειδοποίηση να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτής, κατά τις εργάσιμες ημέρες χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Θα τηρείται και θα εκδίδεται κάθε φορά Δελτίο Τεχνικών Εργασιών το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό & τον προϊστάμενο Βιοϊατρικής τεχνολογίας του Νοσοκομείου.

Η χρέωση θα γίνεται με την λήξη της παρούσης με την έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου.

7. Συντήρησης επτά (7) Ακτινολογικών Μηχανημάτων MERATE & SMAM

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΠ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 38.622,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

Με σκοπό την διατήρηση της καλής λειτουργίας και απόδοσης των ακτινολογικών μηχανημάτων του Ιδρύματος, η δεύτερη των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την συντήρηση-επισκευή των κατωτέρω ακτινοδιαγνωστικών συγκροτημάτων MERATE του Ιδρύματος :

- I. Τηλεχειριζόμενο Ακτινοδιαγνωστικό Συγκρότημα MERATE, με γεννήτρια Υ.Τ. OPERA G500, Τηλεχειριζόμενο τραπέζι MTT-90, Ενισχυτή εικόνας OPERA I9LT.
- II. Ορθοπαντογράφος model ORTHORALIX 9200.
- III. Ακτινοδιαγνωστικό Συγκρότημα MERATE, με γεννήτρια Υ.Τ. BRG200R, Οριζόντια τράπεζα – Τομογράφο MTO-ST, Όρθιο ηλεκτροκίνητο Potter/Bucky.
- IV. Φορητό Ακτινολογικό Μηχάνημα SMAM, Mobildrive ar12.
- V. Ακτινογραφικό Μηχάνημα GMM με γεννήτρια ΥΤ model INDICO 100, Οριζόντια Ακτινογραφική Τράπεζα model MTO-pst, Ακτινολογική Λυχνία model OPERA RX 600, Όρθιο BUCKY model BS 2000V
- VI. Μηχάνημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας (DEXA) LEXXOS
- VII. Ακτινοσκοπικό μηχανήμα MERATE τύπου C-ARM mod:MTH-R

Θα πραγματοποιείται μια (1) υποχρεωτική μηνιαία επίσκεψη, για την πλήρη συντήρηση των ανωτέρω μηχανημάτων, μεταξύ 25 και 30 έκαστου μήνα.

Θα τηρείται και θα εκδίδεται κάθε φορά Δελτίο Τεχνικών Εργασιών το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό & τον προϊστάμενο του τμήματος.

- Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών που θα συμβούν πέρα από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες προληπτικής συντήρησης, η συντηρήτρια υποχρεούται εντός είκοσι-τεσσάρων (24) ωρών από την ειδοποίηση να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτής, κατά τις εργάσιμες ημέρες χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

- Στις επισκευές που θα πραγματοποιούνται από τους τεχνικούς της συμβαλλόμενης εταιρείας **δεν συμπεριλαμβάνονται τα ανταλλακτικά**, τα οποία σε περίπτωση βλάβης θα αντικαθιστώνται & θα χρεώνονται σε ξεχωριστό τιμολόγιο.

Το μηνιαίο κόστος της συντήρησης είναι 3.218,50 € με Φ.Π.Α. για όλα τα μηχανήματα.

Η χρέωση θα γίνεται ανά μήνα με την έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου.

8. α. Συντήρηση τεσσάρων (4) αναπνευστήρων INSPIRATION LS του οίκου e-Vent Medical LTD.

β. Ενός μηχανήματος αναισθησίας DAMECA SIESTA ITS με S/N: 200908017 του Αναισθησιολογικού τμήματος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 9.896,21 με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

Την προληπτική συντήρηση τεσσάρων (4) αναπνευστήρων της Μ.Ε.Θ.

Την προληπτική συντήρηση ενός μηχανήματος Αναισθησίας

α. Συντήρηση τεσσάρων (4) αναπνευστήρων INSPIRATION LS του οίκου e-Vent Medical LTD.

Με σκοπό τη διατήρηση της καλής λειτουργίας και απόδοσης των αναπνευστήρων της Μ.Ε.Θ. του Ιδρύματος, η δεύτερη των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την συντήρηση αναπνευστήρων INSPIRATION LS του οίκου e-Vent Medical LTD.

Θα πραγματοποιούνται δύο γενικές συντηρήσεις των παραπάνω μηχανημάτων που θα γίνονται ανά εξάμηνο και θα αφορούν εργασίες ελέγχων – ρυθμίσεων, αντικατάστασης του ετήσιου service kit & των αναλωσίμων τους.

Θα τηρείται και θα εκδίδεται κάθε φορά Δελτίο Τεχνικών Εργασιών το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό & την προϊσταμένη του τμήματος. **Επιπλέον τυχόν ανταλλακτικά που χρειαστούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης όπως (βαλβίδες, πλακέτες, μείκτης κλπ) θα χρεώνονται ξεχωριστά, με ξεχωριστή προσφορά & σε συνεννόηση με το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Ιδρύματος.**

Στην συντήρηση περιλαμβάνονται:

Αλλαγή ετήσιου service kit που αποτελείται:

- Φίλτρο εξαερισμού τεμάχιο ένα
- Επαναφορτιζόμενο σετ μπαταριών NiCd τεμάχιο δύο
- Κάλυμμα βαλβίδας εκπνοής πολλαπλών χρήσεων τεμάχιο ένα
- Μembrάνη βαλβίδας εκπνοής πολλαπλών χρήσεων τεμάχιο ένα

Κόστος: 768,33€ / τεμάχιο

Αλλαγή αισθητήρα οξυγόνου: 130,00€ / τεμάχιο

Έλεγχος καλής λειτουργίας :

- Παραμέτρων προγράμματος – monitoring – με lap top
- Τρόπων αερισμού & καμπύλων
- Alarms – στεγανότητα
- Smart Nebulizer
- Mixer – ποσοστιαία αναλογία O₂ %

Αεροσυμπιεστή – καθαρισμός

Κόστος: 506,00€ / μηχανήμα

Το ετήσιο κόστος της συντήρησης για τα τέσσερα μηχανήματα είναι:

service kit: 768,33€ X 4 = 3.073,32€ πλέον ΦΠΑ 23%

Αλλαγή αισθητήρα οξυγόνου: 130,00€ X 4 = 520,00€ πλέον ΦΠΑ 23%

έλεγχος καλής λειτουργίας: 506,00€ X 4 = 2.024,00€ πλέον ΦΠΑ 23%

Σύνολο 5.617,32€ πλέον ΦΠΑ.

Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών που θα συμβούν πέρα από τις προκαθορισμένες επισκέψεις προληπτικής συντήρησης, η εταιρεία υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση βλάβης εντός 24 ωρών με χρέωση 1.050,00€ πλέον Φ.Π.Α. (έξοδα μετάβασης – διαμονής τεχνικού & εργασία).

Η χρέωση θα γίνεται ανά εξάμηνο με την έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου.

β. Ενός μηχανήματος αναισθησίας DAMECA SIESTA ITS με S/N : 200908017 του Αναισθησιολογικού τμήματος

Με σκοπό την διατήρηση της καλής λειτουργίας και απόδοσης ενός μηχανήματος αναισθησίας DAMECA SIESTA ITS με S/N: 200908017 του Αναισθησιολογικού τμήματος, η δεύτερη των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την συντήρηση του μηχανήματος.

Θα πραγματοποιούνται δύο γενικές συντηρήσεις του μηχανήματος που θα γίνονται ανά εξάμηνο, και η χρέωση θα γίνεται με την έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου. Θα τηρείται και θα

εκδίδεται κάθε φορά Δελτίο Τεχνικών Εργασιών το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό & την προϊσταμένη του τμήματος.

Επιπλέον τυχόν ανταλλακτικά που χρειαστούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης όπως (βαλβίδες, πλακέτες, μείκτης κλπ) θα χρεώνονται ξεχωριστά, με ξεχωριστή προσφορά & σε συνεννόηση με το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα το service θα περιλαμβάνει:

Αλλαγή ετήσιου service kit και Έλεγχο καλής λειτουργίας που περιλαμβάνει:

- Παραμέτρων προγράμματος – monitoring – με Lap top
- Τρόπων αερισμού & καμπύλων
- Alarms – στεγανότητα
- Smart Nebulizer
- Mixer – ποσοστιαία αναλογία O2 %

Καθαρισμός

Καπνογράφο

Απαραίτητες ρυθμίσεις – βαθμονομήσεις

Πιέσεις, ροές, όγκους, αναλογίες O2, καπνογράφου.

Το ετήσιο κόστος της συντήρησης για το μηχάνημα είναι 2.430,00€ πλέον ΦΠΑ 23%

Αναλυτικά:

1) Service Kit 930,00€ πλέον ΦΠΑ

2) Εργασία: έλεγχος καλής λειτουργίας 1.500,00 πλέον Φ.Π.Α. για τις δυο επισκέψεις

Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών που θα συμβούν πέρα από τις προκαθορισμένες επισκέψεις προληπτικής συντήρησης, η εταιρεία υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση βλάβης εντός 24 ωρών με χρέωση 1.050,00€ πλέον Φ.Π.Α. (έξοδα μετάβασης – διαμονής τεχνικού & εργασία).

9. Συντήρηση συστήματος μαστογραφίας GENERAL ELECTRIC DMR (H2180MAM01) του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: GE Healthcare AE

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 3.690,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

«Προληπτική συντήρηση» είναι ο περιοδικός έλεγχος ρύθμισης, καθαρισμός των μηχανημάτων καθώς και ο αναγκαίος έλεγχος των ηλεκτρονικών και μηχανικών τμημάτων και η δοκιμή αυτών σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

«Επανορθωτική συντήρηση» είναι η οποιοδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους της εταιρείας για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιουμένων προς την εταιρεία είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων της προληπτικής συντήρησης είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.

Κανονικές ημέρες και ώρες εργασίας θεωρούνται :

Οι ώρες από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. και από Δευτέρα έως και Παρασκευή εξαιρούμενων επισήμων αργιών του Κράτους.

«Ανωτέρα βία» σημαίνει και θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκάτερου των συμβαλλόμενων μερών συνεπεία του οποίου δεν μπορεί και δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί από αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Η συμβαλλόμενη εταιρεία οφείλει να παρέχει κάλυψη για εργασίες προληπτικής συντήρησης και εργασίες επανορθωτικής συντήρησης **χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών, αναλωσίμων και λυχνίας.**

ΑΜΟΙΒΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Η ετήσια αμοιβή που θα καταβάλλεται στην Εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών των αναλωσίμων υλικών & της ακτινολογικής λυχνίας με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης είναι :

3.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., καταβαλλόμενη (στο τέλος του πρώτου τριμήνου ισχύος της παρούσης) σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 750.00€ χωρίς Φ.Π.Α.

Τα ανταλλακτικά ή παντός είδους αναλώσιμα (φιλμ, κασέτες, χαρτί εκτύπωσης, δίσκοι, αφρώδη στηρίγματα ασθενή ακτινολογική λυχνία και του μικρού buckie) που θα απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής & επανορθωτικής συντήρησης δεν περιλαμβάνονται στην μηνιαία επιβάρυνση που θα καταβάλει στην συμβαλλόμενη εταιρεία.

Η προσφορά της συμβαλλόμενης εταιρείας περιλαμβάνει αξία εργασιών αποκατάστασης βλαβών που δεν οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από την συμβαλλόμενη εταιρεία παράγοντες καθώς και σε χρήση που δεν είναι συμβατή με τις οδηγίες του οίκου κατασκευής.

Η Εταιρεία δύναται στην παροχή υπηρεσιών κατά τις ημέρες Σαββάτου και Κυριακής και τις επίσημες αργίες του Κράτους μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν προγενέστερης συνεννόησης με τους αρμοδίους του Νοσοκομείου.

10. Συντήρηση αναισθησιολογικού μηχανήματος FABIUS GS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: DRAGER Hellas ΑΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 3.751.50 με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

Με σκοπό τη διατήρηση της καλής λειτουργίας και απόδοσης του αναισθησιολογικού μηχανήματος FABIUS GS του Ιδρύματος, η δεύτερη των συμβαλλομένων αναλαμβάνει:

Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει καθ'όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης σύμβασης με αποκλειστικά δικούς της ή εξουσιοδοτημένους, πιστοποιημένους και εκπαιδευμένους από την ίδια τεχνικούς, την πλήρη κάλυψη (service) επανορθωτικών συντηρητικών, απεριόριστου αριθμού βλαβών, ανταλλακτικών, κιτ συντήρησης (service kits) ανά μηχανήμα, βάσει των απαιτήσεων. Η πλήρης Συντήρηση περιλαμβάνει:

Επανορθωτικές συντηρήσεις, που είναι όλες οι αναγκαίες ενέργειες εκ μέρους της εταιρείας για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων, είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων προγραμματισμένης συντήρησης είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ αυτών των επισκέψεων. **Η σύμβαση συντήρησης περιλαμβάνει ακόμη κάλυψη των απαιτούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών, εκτός των αναλώσιμων**, καθώς και την απαιτούμενη εργασία για την επιδιόρθωση της εκάστοτε βλάβης. Η επανορθωτική συντήρηση ισχύει για απεριόριστο αριθμό βλαβών.

Προληπτική συντήρηση που νοείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, ο περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων κιτ συντήρησης (service kits) όπως αυτά ορίζονται από τα εγχειρίδια λειτουργίας και τις οδηγίες του εργοστασίου (κατασκευαστικός οίκος Drager).

Κιτ συντήρησης (service kits) νοούνται τα αναγκαία υλικά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων και πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του εργοστασίου.

Ο αριθμός των ετήσιων επισκέψεων προληπτικής συντήρησης ανά μηχανήμα καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα οικονομικής προσφοράς πλήρους συντήρησης. Οι ημέρες των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με τα αντίστοιχα τμήματα και την επίβλεψη του τμήματος Βιοϊατρικής του Νοσοκομείου.

Περιλαμβάνει της υποχρέωση της εταιρείας να ανταποκρίνεται χωρίς καμιά επιβάρυνση προς έλεγχο τυχόν βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από την λήψη της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής ειδοποίησης και εντός 12 (δώδεκα) ωρών, με αποστολή τεχνικού.

Η εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει δελτίο Δελτίο Εργασίας Τεχνικού (Service Report) μετά από κάθε επίσκεψη προληπτικής συντήρησης ή διόρθωσης βλαβών, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως και να το παραδίδει στο τμήμα Βιοϊατρικής τεχνολογίας του Νοσοκομείου. Επίσης υποχρεούται να ενημερώνει το αντίστοιχο βιβλίο εργασιών (Log book) του μηχανήματος μετά από κάθε επίσκεψη – εργασία αντιπροσώπου της.

Σε περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του οίκου και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών, υπάρχουν ή απαιτούνται διορθώσεις, τροποποιήσεις, αναβαθμίσεις, των μηχανημάτων που εξασφαλίζουν αρτιότερη και ασφαλέστερη για τους ασθενείς λειτουργία, τότε αυτές θα γίνονται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς που ακολουθεί και η εταιρεία Drager, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του πελάτη (TSB's.)

Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες της για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων πελατών της.

Η ετήσια συντήρηση του Αναισθησιολογικού μηχανήματος FABIUS GS της εταιρείας Drager Hellas A.E., περιλαμβάνει :

- Απεριόριστο αριθμό κλήσεων.
- Δύο προληπτικές συντηρήσεις ετησίως.
- Αναβάθμιση λογισμικού από v3.32 σε v3.35.
- Επανεκπαίδευση του ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού στην λειτουργία του μηχανήματος.
- Όλα τα απαιτούμενα kit συντήρησης service kits.
- Όλα τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν σε περίπτωση βλαβών.
- Έναν αισθητήρα οξυγόνου.
- Ένα σέτ αισθητήρων ροής (5 τεμάχια).
- Δεν περιλαμβάνει τα αναλώσιμα (υδατοπαγίδες, φίλτρα ασθενών, κυκλώματα ασθενών. Κτλ.).

11. Συντήρηση των τεσσάρων ψυγείων συντήρησης και δύο καταψυκτών του τμήματος Αιμοδοσίας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ION PLUS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 2.091,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

Με σκοπό την διατήρηση της καλής λειτουργίας και απόδοσης των τεσσάρων ψυγείων συντήρησης και δύο καταψυκτών του τμήματος Αιμοδοσίας του Ιδρύματος, η δεύτερη των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την συντήρηση αυτού με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

Θα πραγματοποιούνται από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό τα εξής:

- Επίσκεψη τεχνικού της εταιρείας ανά δίμηνο
- Γενικός έλεγχος των οργάνων και καθαρισμός αυτών
- Ρύθμιση οργάνων
- Έλεγχος των ψυκτικών υγρών και συμπλήρωση αυτών χωρίς χρέωση
- Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών οσάκις χρειασθεί θα γίνεται χωρίς επι πλέον χρέωση

Όποια ανταλλακτικά απαιτηθεί να τοποθετηθούν θα χρεώνονται ξεχωριστά χωρίς χρέωση εργασίας

Θα τηρείται και θα εκδίδεται κάθε φορά Δελτίο Τεχνικών Εργασιών το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό & τον προϊστάμενο Βιοϊατρικής τεχνολογίας του Νοσοκομείου.

12. α. Συντήρηση συστήματος Αξονικής Τομογραφίας τύπου CT LIGHTSPEED (ID no. H2180CT04)

β. Της κάμερας ξηράς εκτύπωσης KODAK DRYVIEW 8100 και του σταθμού εργασίας ADVANTAGE WORKSTASION (ID no. H2180DW05)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: GE Healthcare AE

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 72.111,21 με ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ).

Με σκοπό την διατήρηση της καλής λειτουργίας και απόδοσης του συστήματος Αξονικής Τομογραφίας τύπου CT LIGHTSPEED (ID no. H2180CT04), της κάμερας ξηράς εκτύπωσης KODAK DRYVIEW 8100 και του σταθμού εργασίας ADVANTAGE WORKSTASION (ID no. H2180DW05) που είναι εγκατεστημένα στο Ακτινολογικό Τμήμα του Ιδρύματός, η δεύτερη των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την συντήρησή τους με τους εξής όρους:

Θα πραγματοποιούνται τέσσερις προληπτικές συντηρήσεις, για τον Αξονικό Τομογράφο, ανά τρίμηνο με παροχή ανταλλακτικών, ακτινολογικών λυχνιών και εργασιών εκτός των αναλωσίμων (CD, δισκετών, φίλμς, σκιαγραφικά, μαγνητικό δίσκο, οπτικό δίσκο κ.λ.π.)

Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών που πιθανόν συμβούν πέρα από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες προληπτικής συντήρησης, η εταιρεία υποχρεούται εντός είκοσι-τεσσάρων ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτής, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Θα τηρείται και θα εκδίδεται κάθε φορά Δελτίο Τεχνικών Εργασιών το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό της εταιρείας, την προϊστάμενη του τμήματος και τον προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Η συμβαλλόμενη εταιρεία φέρει ακέραια την ευθύνη ποινική ή αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό της εταιρείας, του Νοσοκομείου ή και σε τρίτους η οποία αποδεικνύεται εμπεριστατωμένα από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια της εταιρείας ή των συνεργατών της.

Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν.

Το ετήσιο κόστος της συντήρησης για το συγκρότημα του Αξονικού τομογράφου και της κάμερας ξηράς εκτύπωσης KODAK DRYVIEW 8100 είναι: 72.111,21€ με Φ.Π.Α.

Η συντήρηση για την κάμερα ξηράς εκτύπωσης KODAK DRYVIEW 8100 θα αφορά παροχή ανταλλακτικών, προληπτική συντήρηση (δύο φορές ετησίως), εργασιών εκτός των αναλωσίμων.

Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ

1. Συντήρηση ακτινολογικού μηχανήματος BUCKY DIAGNOST OPTIMUS 65

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:7.000,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ανάδοχος Εταιρία υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης συντήρησης τα κάτωθι:

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού και να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα.

2. Η συντήρηση και η επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και διακριβωμένα όργανα μετρήσεων και ελέγχου από εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου του κάθε μηχανήματος.

Οι συντηρήσεις θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά :

- Καθαρισμό, έλεγχο, ρυθμίσεις ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού τμήματος καθώς και χρήσεις λογισμικού
- Λίπανση, ευθυγράμμιση όλων των κινούμενων μηχανικών τμημάτων και ρυθμίσεις αυτών.
- Πρόληψη, αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση λόγω φθοράς ή καταστροφής ανταλλακτικών , υλικών κλπ, για την καλή λειτουργία του.
- Έλεγχο τροφοδοτικού συστήματος.
- Γενικό έλεγχο και δοκιμές του μηχανήματος σε κατάσταση λειτουργίας – αναγκαίων ρυθμίσεων του μηχανήματος, επαναφορά παραμέτρων ποιοτικής απεικόνισης στις προδιαγεγραμμένες ανοχές και παράδοση του μηχανήματος σε σωστή και πλήρη λειτουργία.

3. Ο αριθμός των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης ορίζεται σε τέσσερις (4) ανά έτος, βάσει οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου. Οι ημερομηνίες των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται μεταξύ της αναδόχου Εταιρίας και της Υ. Μονάδας, ώστε να μην επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της Υ. Μονάδας.

4. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες από 08:00 έως 22:00, εξαιρουμένων εορτών & αργιών και το Σάββατο θα γίνονται από 08:00 έως 20:00 χωρίς επιπλέον χρέωση.
5. Η ανάδοχος Εταιρία, υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε κάθε κλήση της Υ. Μονάδας όλες τις ημέρες του χρόνου χωρίς καμία επιβάρυνση στην αποκατάσταση των βλαβών, το ταχύτερο δυνατόν από τη λήψη της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής ή μέσω fax ειδοποίησης της Υ. Μονάδας και εντός (48) σαράντα οχτώ ωρών.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή διόρθωση βλαβών (service report). Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση.
8. Η Υ. Μονάδα και το προσωπικό της είναι υποχρεωμένα να τηρούν τις υποδείξεις του Συντηρητή σε ότι αφορά τον άρτιο χειρισμό των μηχανημάτων σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

2. Συντήρηση Μαστογράφου SENO 800T

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 6.190,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ανάδοχος εταιρία θα είναι υπεύθυνη για την προληπτική συντήρηση και επισκευή βλαβών του Μαστογράφου, τύπου GE SENOGRAPHE 800T έτους κατασκευής το 2001, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας Υ. Μονάδα Νάουσας.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος και θα περιλαμβάνει δύο (2) προληπτικές συντηρήσεις το χρόνο.

Η εξαμηνιαία συντήρηση θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά :

- Καθαρισμό και έλεγχο ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού τμήματος.
- Λίπανση όλων των κινούμενων μηχανικών τμημάτων και ρυθμίσεις αυτών.
- Αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση λόγω φθοράς ή καταστροφής ανταλλακτικών , υλικών κλπ, για την καλή λειτουργία του.
- Έλεγχο τροφοδοτικού συστήματος.
- Γενικό έλεγχο ορθής λειτουργίας – αναγκαίων ρυθμίσεων του μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένου Ποιοτικού Ελέγχου του μηχανήματος και παράδοση του μηχανήματος σε καλή λειτουργία.

Η αξία των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή των βλαβών, εκτός της ακτινολογικής λυχνίας και των παντός άλλου είδους αναλωσίμων (φίλμς, κασσέτες, χαρτί εκτύπωσης, κλπ), επιβαρύνει τον Ανάδοχο χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση (έξοδα ταξιδιού, τεχνικά κλπ) για την Υγειονομική Μονάδα.

Τα αναγκαία υλικά που απαιτεί η εξαμηνιαία προληπτική συντήρηση επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.

Τα αναγκαία υλικά για την αποκατάσταση των βλαβών καθώς και τα αναλώσιμα (ακτινολογική λυχνία) να είναι συμβατά για το εν λόγω μηχάνημα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος.

Θα κατατεθεί , εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, τιμοκατάλογος αναλωσίμων για όσο διαρκεί η παρούσα σύμβαση, χωρίς οι τιμές να είναι δεσμευτικές για την Υ.Μ.

Ο Ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να διατηρεί αποθέματα ανταλλακτικών στις αποθήκες της, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων Πελατών του.

Ο Ανάδοχος εταιρία οφείλει να ενημερώνει την Υ.Μ. σχετικά με τις βελτιώσεις-αναβαθμίσεις των μηχανημάτων, που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος και να προβαίνει στις απαιτούμενες βελτιώσεις - αναβαθμίσεις, με την σύμφωνη γνώμη των οριζόμενων υπευθύνων υπαλλήλων της Υ. Μονάδας, χωρίς καμιά πρόσθετη επιβάρυνση για την Υ.Μ.

3. Συντήρηση μηχανήματος Οστεοπόρωσης LUNAR DPX BRAVO

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 6.190,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ανάδοχος εταιρία θα είναι υπεύθυνη για την προληπτική συντήρηση και επισκευή βλαβών του μηχανήματος μέτρησης οστικής πυκνότητας, τύπου DPX BRAVO , του Ακτινολογικού Εργαστηρίου , το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος και θα περιλαμβάνει μία (1) προληπτική συντήρηση το χρόνο.

Η ετήσια σύμβαση πλήρους συντήρησης (CLASSIC) θα περιλαμβάνει την πλήρη συντήρηση του συστήματος και ειδικότερα :

Αξία εργασιών προληπτικής συντήρησης (1 ανά έτος).

Αξία εργασιών αποκατάστασης εκτάκτων βλαβών.

Αξία απαραίτητων ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των ανωτέρω βλαβών.

Προνομιακές τιμές για την προμήθεια αναλωσίμων (gel, χαρτί, probe covers κλπ)

Εξαιρούνται :

Παντός τύπου αναλώσιμα υλικά (χαρτί εκτύπωσης, gels, κεφαλές εκτυπωτών κλπ).
Ακτινολογική λυχνία.

Η αξία των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή των βλαβών, εκτός των αναλωσίμων, θα επιβαρύνει την ανάδοχο εταιρία χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση (έξοδα ταξιδιού, τεχνικά κλπ) για το Νοσοκομείο.

Τα αναγκαία υλικά που απαιτεί η ετήσια προληπτική συντήρηση επιβαρύνουν την ανάδοχο εταιρία.

Θα κατατεθεί τιμοκατάλογος αναλωσίμων υλικών για όσο διαρκεί η παρούσα σύμβαση, χωρίς οι τιμές να είναι δεσμευτικές για το Νοσοκομείο.

Η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να διατηρεί αποθέματα ανταλλακτικών στις αποθήκες της, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων πελατών της.

4. Συντήρηση ακτινολογικού ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝ/ΓΙΚΟ C-ARM BV 25

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:6.600,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ανάδοχος Εταιρία υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης συντήρησης τα κάτωθι:

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού και να προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα μηχανήματα.
2. Η συντήρηση και η επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και διακριβωμένα όργανα μετρήσεων και ελέγχου από εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου του κάθε μηχανήματος.

Οι συντηρήσεις θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά :

- Καθαρισμό, έλεγχο, ρυθμίσεις ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού τμήματος καθώς και χρήσεις λογισμικού
- Λίπανση, ευθυγράμμιση όλων των κινούμενων μηχανικών τμημάτων και ρυθμίσεις αυτών.
- Πρόληψη, αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση λόγω φθοράς ή καταστροφής ανταλλακτικών , υλικών κλπ, για την καλή λειτουργία του.
- Έλεγχο τροφοδοτικού συστήματος.
- Γενικό έλεγχο και δοκιμές του μηχανήματος σε κατάσταση λειτουργίας – αναγκαίων ρυθμίσεων του μηχανήματος, επαναφορά παραμέτρων ποιοτικής απεικόνισης στις προδιαγεγραμμένες ανοχές και παράδοση του μηχανήματος σε σωστή και πλήρη λειτουργία.

Η αξία των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή των βλαβών, καθώς και της λυχνίας Ακτίνων-X και των λοιπών αναλωσίμων, επιβαρύνει την Υγειονομική Μονάδα.

Τα αναγκαία υλικά (λιπαντικά, καθαριστικά, κλπ) που απαιτούν οι προληπτικές συντηρήσεις επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.

3. Ο αριθμός των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης ορίζεται σε τέσσερις (4) ανά έτος, βάσει οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου. Οι ημερομηνίες των επισκέψεων προληπτικής

συντήρησης θα συμφωνούνται μεταξύ της αναδόχου Εταιρίας και της Υ. Μονάδας, ώστε να μην επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της Υ. Μονάδας.

4. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες από 08:00 έως 22:00, εξαιρουμένων εορτών & αργιών και το Σάββατο θα γίνονται από 08:00 έως 20:00 χωρίς επιπλέον χρέωση.

5. Η ανάδοχος Εταιρία, υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε κάθε κλήση της Υ. Μονάδας όλες τις ημέρες του χρόνου χωρίς καμία επιβάρυνση στην αποκατάσταση των βλαβών, το ταχύτερο δυνατόν από τη λήψη της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής ή μέσω fax ειδοποίησης της Υ. Μονάδας και εντός (48) σαράντα οχτώ ωρών.

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή διόρθωση βλαβών (service report). Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης μετά από κάθε σχετική κλήση.

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές για τη βελτίωση υπάρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των μηχανημάτων, που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς έξτρα χρέωση.

8. Η Υ. Μονάδα και το προσωπικό της είναι υποχρεωμένα να τηρούν τις υποδείξεις του Συντηρητή σε ότι αφορά τον άρτιο χειρισμό των μηχανημάτων σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

5. Συντήρηση δύο (2) Αναισθησιολογικών μηχανημάτων ULTRACARE ADS

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 6.500,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ανάδοχος εταιρία θα είναι υπεύθυνη για την προληπτική συντήρηση και επισκευή βλαβών των δύο αναισθησιολογικών μηχανημάτων Spacelabs Ultra Care ADS, τα οποία είναι εγκατεστημένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας στα χειρουργεία καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης συντήρησης.

Ο αριθμός των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης ορίζεται σε δύο (2) ανά έτος, βάσει οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου. Η πρώτη επίσκεψη θα περιλαμβάνει έλεγχο καλής λειτουργίας και η δεύτερη θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες για την συντήρηση των αναισθησιολογικών μηχανημάτων Spacelabs Ultra Care ADS :

- Πλήρης αποσυναρμολόγηση του συστήματος αναπνοής ασθενούς & καθαρισμός του,
- Αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός κανίστρου,
- Αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός διαδρομής & εκπνευστικής βαλβίδας,
- Αντικατάσταση βαλβίδας υπερπίεσης(pop off valve),
- Ρύθμιση βαρομετρικής πίεσης, ανάλογη με το υψόμετρο του Νοσοκομείου.
- Αντικατάσταση αισθητήρων ροής, με κωδικό είδους : 1503-3856-000 & περιγραφή : XDRC Flow Non Excel BCG,
- Αντικατάσταση και ρύθμιση κυττάρου οξυγόνου,
- Καθαρισμός συστήματος παράκαμψης CO₂,
- Έλεγχος και καθαρισμός κυκλικού συστήματος,
- Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων,
- Αντικατάσταση ελαστικών δακτυλιδίων στεγανοποίησης, (με κωδικό είδους : ST3010, και περιγραφή : O Ring 113),
- Ρύθμιση βαρομετρικής πίεσης,
- Αντικατάσταση συσσωρευτού (με κωδικό:1503-3045-000, Περιγραφή : UC,BTRY W/HARN 12V),
- Μέτρηση φόρτισης.

Αναφορικά με το Monitor, θα αντικαθίστανται :

- Το σετ καπνογραφίας με κωδικό : 8001760 και περιγραφή : Kit PM M-GAS S/5 AS/3 CC5,
- Τα φίλτρα,
- Θα πραγματοποιείται η ρύθμιση και η δοκιμή, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού Οίκου.

Τελικός έλεγχος και δοκιμές σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου Spacelabs Αμερικής.

Οι ημερομηνίες των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται μεταξύ της αναδόχου Εταιρίας και της Υ. Μονάδας, ώστε να μην επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της Υ. Μονάδας.

Εάν κατά την διάρκεια της συντήρησης προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, θα αντιμετωπίζεται αναλόγως, εκτός και αν χρειαστούν ανταλλακτικά, που δεν καλύπτονται μέσα από την σύμβαση, και σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρξει προσφορά για τα επιπλέον ανταλλακτικά, & την επιπλέον εργασία για την τοποθέτησή τους.

Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

1. Ράμμος Δημήτριος

2. Τζίμπουλας Θωμάς

3. Σκούφιας Στυλιανός



**Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ**

Κηφισίας 54, Καλαμαριά, Τ.Κ. 551 34, Θεσσαλονίκη ΤΗΛ 2310 933 308 FAX 2310 951 167 E-mail dulgeri@otenet.gr

ΠΡΟΣ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θεσσαλονίκη, 01 Φεβρουαρίου 2016

Σχετικά:

Ανακοίνωση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών με αριθμ. πρωτοκόλλου 886/29.01.2016 για την παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (50421000-2) και συγκεκριμένα (α/α: 5. Συντήρηση έξι (6) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης του οίκου Gambro».

Αξιότιμοι κύριοι / ες,

Αναφερόμενοι στην παραπάνω ανακοίνωση του Νοσοκομείου σας, σας υποβάλλουμε τις παρακάτω προτάσεις:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ
ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GAMBRO

Τα υπό ανάθεση σε συντήρηση μηχανήματα είναι:

A/A	ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	SERIAL NUMBER
1	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO ΤΥΠΟΥ AK200S ULTRA	18553
2	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO ΤΥΠΟΥ AK200	4218
3	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO ΤΥΠΟΥ AK200	5732
4	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO ΤΥΠΟΥ AK200	5734
5	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO ΤΥΠΟΥ AK200	5784
6	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO ΤΥΠΟΥ HFM	1245



Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κηφισίας 54, Καλαμαριά, Τ.Κ. 551 34, Θεσσαλονίκη ΤΗΛ 2310 933 308 FAX 2310 951 167 E-mail dulgeri@otenet.gr

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να διαθέτει:

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ISO 9001/2008 και ISO 13485/2012 που αφορά την εγκατάσταση και συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά εκπαίδευσης του κατασκευαστικού οίκου, ότι οι τεχνικοί του Συντηρητή έχουν εκπαιδευτεί στα υπό ανάθεση μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού.
3. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ Τμήμα Service, στελεχωμένο με πτυχιούχους ηλεκτρονικούς ανώτερων σχολών (ΤΕΙ). Πτυχία και πίνακας προσωπικού θεωρημένος από την Επιθεώρηση Εργασίας θα πρέπει να κατατίθενται με την προσφορά.

Προληπτικές – Επανορθωτικές Συντηρήσεις

1. Οι προληπτικές συντηρήσεις θα πραγματοποιούνται δύο (2) φορές ετησίως, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
2. Οι προληπτικές συντηρήσεις θα προγραμματίζονται σε συνεννόηση με το τμήμα Τεχνητού Νεφρού και την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του τμήματος.
3. Κάθε είδους συντήρηση, έλεγχος, ρύθμιση και επισκευή θα καταχωρείται σε Δελτίο Επισκευής, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί και τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί, και θα προσυπογράφεται μετά την κάθε καταχώρηση από τον τεχνικό της εταιρείας και τον υπεύθυνο τεχνικό του Νοσοκομείου.
4. Η προσέλευση του συντηρητή σε περίπτωση βλάβης θα είναι άμεση. Όταν η αναγγελία βλάβης (προφορική ή γραπτή) πραγματοποιηθεί μέχρι τις δώδεκα το μεσημέρι (12:00 μμ) η προσέλευση του θα γίνεται αυθημερόν. Διαφορετικά την επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι τις δέκα το πρωί (10:00 πμ). Οι επισκευές θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες από 08:00 έως 16:00, εξαιρουμένων εορτών & αργιών.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του συντηρητή οι ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Κακή παροχή τροφοδοσίας ρεύματος (πτώση τάσεως 220 V AC/50 Hz, απότομες διακυμάνσεις δικτύου κ.λπ.) του Νοσοκομείου ή της ΔΕΗ.
2. Κακή ποιότητα παροχής ή μη επαρκής τροφοδοσία νερού από το σύστημα κεντρικής επεξεργασίας νερού του Νοσοκομείου.
3. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής των μηχανημάτων από θεομηνίες (σεισμός, θύελλες, πλημμύρα, φωτιά, κεραυνός, κ.λπ.)
4. Από κακή χρήση των μηχανημάτων από το προσωπικό του Νοσοκομείου ή τρίτους καθώς επίσης από πτώση ή χτυπήματα των μηχανημάτων.
5. Κακόβουλες ενέργειες τρίτων.



ΤΕΧΝΟΙΑΤΡΙΚΗ



Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κηφισίας 54, Καλαμαριά, Τ.Κ. 551 34, Θεσσαλονίκη ΤΗΛ 2310 933 308 FAX 2310 951 167 E-mail dulgeri@otenet.gr

6. Οι εργασίες αποσύνδεσης και εγκατάστασης των μηχανημάτων σε νέους χώρους.

7. Χρήση ακατάλληλων υλικών για την απολύμανση, για τον καθαρισμό απασβέστωσης καθώς επίσης και η ελλιπής διαδικασία απασβέστωσης ή καθαρισμού, πέραν από τις οδηγίες του κατασκευαστή όπως αναφέρονται στα τεχνικά εγχειρίδια.

8. Οι εργασίες απολυμάνσεων γενικά.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις και εφόσον είναι δυνατή η επισκευή των μηχανημάτων ο συντηρητής μπορεί να αναλάβει την αποκατάσταση των βλαβών με ξεχωριστή δαπάνη βάσει των τότε ισχύουσων τιμών του Συντηρητή.

Με τιμή,
Για την Εταιρεία
«ΤΕΧΝΟΙΑΤΡΙΚΗ»

Κ.ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΤΕΧΝΟΙΑΤΡΙΚΗ
Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 54 Τ.Κ. 551 34 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2310 933 308 FAX 2310 951 167
Δ.Ο.Μ. 898933254 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Μαρία Δουλγκέρη

Διαχειρίστρια