



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**3<sup>Η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ**

Βέροια, 25 Φεβρουαρίου 2016

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ** :Περιοχή Ασωμάτων, Βέροια  
**Τ.Κ.** : 591 00

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

**Συνεδρίασης της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας Σάκων για ούρα (CPV 33141615-4), του ΠΠΥΦΥ 2014**

-----

Σήμερα στις 25 Φεβρουαρίου 2016 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας **Σάκων για ούρα** (CPV 33141615-4), προϋπολογισμού 18.318,24 €, σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014, η οποία έχει συγκροτηθεί δυνάμει της αριθμ. 579 και με αριθμ. πρωτ. 9795/15-10-2015 απόφαση Διοικήτριας του Γ.Ν. Ημαθίας αποτελούμενη από τους:

1. Φωτιάδη Κωνσταντίνο, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής
2. Μέγα Ασπασία, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής
3. Νομικού Μαρία, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής

προκειμένου να προχωρήσει στην εξέταση των παρατηρήσεων των εταιριών μετά την αριθμ.πρωτ. 52/07.01.2016 δημόσια διαβούλευση του από 23.12.2015 Πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Διαπιστωθείσης απαρτίας η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη των εργασιών και αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις της εταιρίας ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε. (αριθμ.πρωτ.εισρ.298/14.01.2016) κατέληξε στη σύνταξη των παρακάτω Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας **Σάκων για ούρα** (CPV 33141615-4), προϋπολογισμού 18.318,24 €, σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014.

**1.ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - ΟΥΡΟΜΕΤΡΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 400ML**

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - ΟΥΡΟΜΕΤΡΑ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΓΚΟΥ ΟΥΡΩΝ). ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ (ΣΚΛΗΡΟ ΔΟΧΕΙΟ) 400-500ml ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 5ml, ΜΕ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΕΝΩΣΗΣ & ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 2600ml ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 100ml ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ ΚΕΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΩΛΗΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΨΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ.

Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ.Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ.

**2. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ 2000ML**

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000ml, ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΣΦΑΛΗ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100εκ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΡΥΓΧΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΥΚΡΙΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 100ml. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΡΥΠΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ.

Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

### **3. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ 2000ML ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ**

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000ml, ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΣΦΑΛΗ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100εκ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΡΥΓΧΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΥΚΡΙΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 100ml. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΡΥΠΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΔΟΧΟ ΚΥΣΤΗ.

Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ.

### **4. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ 2000ML ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ & ΚΑΝΟΥΛΑ**

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000ml, ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΣΦΑΛΗ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100εκ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΡΥΓΧΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΥΚΡΙΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 100ml. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΡΥΠΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΔΟΧΟ ΚΥΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ, ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΗ.

Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ.

### **5. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ 2000ML ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ**

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000ml, ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΣΦΑΛΗ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100εκ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΡΥΓΧΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΥΚΡΙΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 100ml. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΡΥΠΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ, ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΗ.

Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ.

### **6. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 4000ML**

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3500 - 4000 ml, ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΣΦΑΛΗ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100εκ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΡΥΓΧΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΥΚΡΙΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 100ml. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΡΥΠΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΔΟΧΟ ΚΥΣΤΗ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΕΡΑΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΗ ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΥΡΩΝ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΧΩΡΟ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.

Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ.

### **7. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΙ**

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΙ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 100ml. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΥΟ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΑ ΟΥΡΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΗΛΥΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ.

Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ. Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ.

Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

1. Φωτιάδης Κωνσταντίνος

2. Μέγα Ασπασία

3. Νομικού Μαρία

