



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΒΕΡΟΙΑ 14.1.2019
Αριθμ. Πρόσκλησης 8

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ασωμάτων
Τ.Κ.: 591 00
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23313-51157
FAX: 23310-59314
e-mail: prom2@verhospi.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ :	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Πάγιου Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας.
ΣΧΕΤ :	α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας β. Το αρ.119/10.12.2018 αίτημα του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου

Παρακαλούμε να αποσταλεί οικονομική προσφορά προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, τα υλικά είναι άκρως απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων και των εργαστηρίων του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ υλικό πολλαπλών χρήσεων

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	M/M	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ (ΣΕΤ)	CPV ΕΙΔΟΥΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(€)
1	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)	ΣΕΤ (29ΤΕΜ)	1	33169000-2	1400	1736

- Οι προσφορές να αποστέλλονται μέχρι και 18/1/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στο e mail prom2@verhospi.gr.
- Η τιμή προσφοράς να μην υπερβαίνει αυτή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του για κάθε είδος καθώς και η τιμή του.
- Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης να αναφέρεται εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα .

- Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE, και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ, ο κωδικός εμπορίου και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.
- Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για έξι (6) μήνες.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών και δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

1. Χειρουργικά εργαλεία κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα (StainlessSteel) που η σύσταση τους, να συμφωνεί κατασκευαστικά με τα Διεθνή DIN17442/ISO7153, να αντέχουν στην αποστείρωση και στην πολλαπλή χρήση. Τα προσφερόμενα χειρουργικά εργαλεία να φέρουν χαραγμένα στο μέταλλό τους: το σήμα του εργοστασίου, τον κωδικό αριθμό του εργοστασίου (partnumber) καθώς και το CEMARK, την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι απολύτως εγγυημένα για το ατραυματικό φινίρισμά τους, τη σωστή ευθυγράμμιση των σκελών τους, την άριστη λειτουργία των αρθρώσεών τους, ώστε να εξασφαλίζεται μαλακό άνοιγμα, σταθερό και ισχυρό κλείσιμο σε λαβίδες και βελονοκάτοχα (ώστε να μην στρίβουν οι βελόνες).
3. Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι ματ, ώστε να μην αντανακλούν στο φως της χειρουργικής λυχνίας και να παρεμποδίζουν την όραση του χειρουργού.
4. Να αναφερθεί η θερμοκρασία αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού για κάθε εργαλείο
5. Να συνοδεύονται από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστή, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση
6. Να έχουν εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αναλυτική κατάσταση ειδών

A/A	ΕΙΔΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ
1	ΛΑΒΙΔΑ ΡΟΥΧΩΝ Backhaus	Από ανοξείδωτο ατσάλι. Μήκους= 11,5 cm / 4 ^{1/2} "	5
2	ΛΑΒΙΔΑ ΒΑΦΗΣ (ΤΟΛΥΠΟΛΑΒΙΔΑ)	Από ανοξείδωτο ατσάλι. Μήκους= 25,00 cm / 9 ^{3/4} "	1
3	ΛΑΒΗ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ για λεπίδα No 21	Από ανοξείδωτο ατσάλι Μήκους=12,00 cm	1
4	ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ	Από ανοξείδωτο ατσάλι Standard modell Μήκους=14,5cm / 5 ^{3/4} "	1

5	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ	Από ανοξείδωτο ατσάλι Standard modell Μήκους=14,5 cm / 5 3/4'' Οδόντες: 1:2	1
6	ΛΑΒΙΔΑ Adson ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ	Από ανοξείδωτο ατσάλι Μήκους=12,00cm / 4 / 3/4''	1
7	Mosquito ΚΥΡΤΟ	Από ανοξείδωτο ατσάλι Μήκους=14,00 cm / 5 1/2''	4
8	Mosquito ΕΥΘΥ	Από ανοξείδωτο ατσάλι Μήκους=14,5cm / 5 3/4''	4
9	ΨΑΛΙΔΙ Lexer ΕΥΘΥ	Από ανοξείδωτο ατσάλι Για την κοπή ραμμάτων από μετάξι, νάυλον Μήκους= 16,00cm 6 / 1/4''	1
10	ΨΑΛΙΔΙ ΟΞΥ	Μήκους= 14,5cm / 5 3/4'' Από ανοξείδωτο ατσάλι.	1
11	ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΡΤΗ Kelly	Από ανοξείδωτο ατσάλι. Ανατομικός σχεδιασμός Κυρτά άκρα για την συμπίεση αγγείων και την συγκράτηση ευαίσθητων ιστών Μήκους=14,00 cm/5 1/2''	2
12	ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ MAYO HEGAR χωρίς αύλακα	Από ανοξείδωτο ατσάλι Μήκους= 16,00cm / 6 1/4''	1
13	Adson ΚΥΡΤΗ	Από ανοξείδωτο ατσάλι Μήκους=18,5cm / 7 1/4''	1
14	Adson ΕΥΘΕΙΑ	Από ανοξείδωτο ατσάλι Μήκους=18,5cm / 7 1/4''	1
15	ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Weitlaner	Από ανοξείδωτο ατσάλι Για την συγκράτηση των πλευρών της τομής κατά την διάρκεια της επέμβασης Μήκους= 16,00 cm 6 1/4'' Οδόντες: 3:4	1

17	ΚΥΤΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	Από ανοξειδωτο ατσάλι. Να διαθέτει λαβές ασφαλείας Κλιπ για ασφαλές κλείσιμο Διαστάσεων: 30,00cm x 20,00cm x 9,00cm περίπου.	1
18	ΜΠΩΛ (ΚΑΨΑ)	Από ανοξειδωτο ατσάλι Διαστάσεων :0,88cm X 0,46cm Χωριτικότητα: 170ml Γιά ιατρικά διαλύματα	1
19	ΜΠΩΛ (ΚΑΨΑ)	Από ανοξειδωτο ατσάλι Διαστάσεων :100cm X 0,53cm Χωριτικότητα: 360ml Γιά ιατρικά διαλύματα	1