



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
3<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 12 Ιουνίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 7509

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ασωμάτων  
Τ.Κ. : 591 00  
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό  
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Πασιόπουλος  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51157  
FAX : 2331 0 59315

Προς :  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**Θέμα: Διευκρίνιση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια α) Φίλτρων και γραμμών με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ενός (1) φορητού μηχανήματος Αιμοδιαδιήθησης – Αιμοκάθαρσης» και β) Διαλυμάτων**

Σχετικό: Η υπ' αριθμ. 13/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Σας ενημερώνουμε ότι, όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια είδους: «Διαλύματα», εκ παραδρομής δεν αποτυπώθηκε στη διακήρυξη η σωστή ζητούμενη σύνθεση για το K<sup>++</sup>. Ο Πίνακας των ζητούμενων συνθέσεων έχει ως εξής:

ΕΙΔΗ	Na <sup>++</sup>	K <sup>++</sup>	Ca <sup>++</sup>	Mg <sup>++</sup>	Cl <sup>-</sup>	Bicarbonate
Σύνθεση	138-140 mmol/L	0 - 4 mmol/L	1,25-1,75 mmol/L	0,5-0,75 mmol/L	109,5-116 mmol/L	30-35 mmol/L

Εκ των παραπάνω, παρακαλούμε όπως οι προσφέροντες για το εν λόγω είδος να λάβουν υπόψη τα ανωτέρω.



Ο Διοικητικός Διευθυντής

Ηλίας Καλαϊτσίδης