



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΒΕΡΟΙΑ, 08.05.2020
Αριθμ. Πρόσκλησης : 347

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ασωμάτων
Τ.Κ.: 591 00
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Άννα Τσανακτσίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23313-51157
FAX: 23310-59315
e-mail: prom7@verhospi.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ:	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Ειδών Ακτινοπροστασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας.
ΣΧΕΤ :	α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας β. Τα αρ. 81/13.04.2020, 84/13.04.2020 & 85/13.04.2020 αιτήματα του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου

Παρακαλούμε να αποσταλεί οικονομική προσφορά προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια **«Ειδών Ακτινοπροστασίας»** με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, τα υλικά είναι άκρως απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων και των εργαστηρίων του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	CPV ΕΙΔΟΥΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	ΠΟΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΥΣΤΑ-ΓΙΛΕΚΟ, ΠΡΟΣΘΙΑΣ & ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 1. Οι ποδιές να είναι πρόσθιας και οπίσθιας κάλυψης . Το υλικό ακτινοπροστασίας να είναι ισοδύναμο με 0,50 mm Pb για την πρόσθια επιφάνεια, 0,25 mm Pb για την οπίσθια επιφάνεια του γιλέκου και 0,50 mm Pb για τη φούστα, το βάρος να μην υπερβαίνει τα 6 kg/ m2 2. Το υλικό ακτινοπροστασίας να είναι επενδεδυμένο με υλικό μη υδατοδιαπερατό , και εύκολα καθαριζόμενο. 3. Να προσαρμόζεται στο σωματότυπο του χρήστη με ζώνη οσφύος και κλείστρο ή Velcro 4. Ζητούμενα μεγέθη : Κατόπιν συνεννόησης με τους χρήστες κατά την παραγγελία	5	38434540-3	380,00€	1.900,00€

<p>ΓΥΑΛΙΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ</p> <p>1. Το υλικό ακτινοπροστασίας να είναι ισοδύναμο με 0,75 mm Pb και 0,50 mm Pb στα πλάγια .</p> <p>2. Το βάρος τους να είναι μικρότερο ή ίσο των 100 gr.</p> <p>3. Να είναι επενδεδυμένο με υλικό ανθεκτικό, μη αποροφ/ικό και εύκολα καθαριζόμενο και πλενόμενο.</p> <p>4. Να συνοδεύονται από ιμάντα συγκράτησης και θήκη αποθήκευσης.</p> <p>5. Να μπορούν να προσαρμοστούν και σε χρήστες με γυαλιά οφθαλμολογικής διόρθωσης.</p> <p>Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ <u>ΑΠΛΑ ΓΥΑΛΙΑ</u> & ΓΙΑ ΤΑ <u>ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ</u></p>	3	38434540-3	120,00	360,00€
<p>ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ</p> <p>1. Το υλικό ακτινοπροστασίας να είναι ισοδύναμο με 0,75 mm Pb</p> <p>2. Το βάρος της να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερο</p> <p>3. Το υλικό της να είναι ανθεκτικό, μη απορροφητικό και εύκολα καθαριζόμενο και πλενόμενο</p> <p>4. Να μπορεί να προσαρμοστεί και σε χρήστες με γυαλιά οφθαλμολογικής διόρθωσης</p>	2	38434540-3	180,00€	360,00€
<p>Γενικές Παρατηρήσεις</p> <p>1. Απαιτείται εγγύηση για την ποιότητα κατασκευής τους τουλάχιστον 24 μηνών.</p> <p>2. Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 και CE mark, σύμφωνα με τα τελευταία standards της Ευρωπαϊκής Ένωσης</p> <p>3. Να συνοδεύονται από βεβαίωση ανεξάρτητου εργαστηρίου ιατρικής φυσικής για την παρεχόμενη ακτινοπροστασία και απορρόφηση ακτινοβολίας -X σε ακτινολογικές ενέργειες (εύρος 45- 120 kV).</p> <p>4. Οι δύο επικρατέστερες εταιρείες πριν την κατοχύρωση της σύμβασης , θα πρέπει να δειγματίσουν τα προς προμήθεια είδη τους</p> <p>5. Δεκτές θα γίνουν ποδιές που περιέχουν μόλυβδο (LEAD). Ειδάλλως, αν προτείνετε ποδιές light-weight lead ή από lead free υλικά, πρέπει αυτές να συμμορφώνονται με το IEC 61331-1:2014, μέρη 1 και 3.</p>				

- Οι προσφορές να αποστέλλονται μέχρι και 15/05/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. στο email prom7@verhospi.gr.
- Η τιμή προσφοράς να μην υπερβαίνει αυτή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του για κάθε είδος καθώς και η τιμή του.
- Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης να αναφέρεται εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα .
- Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE, και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ, ο κωδικός εμπορίου και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.
- Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για έξι (6) μήνες.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών και δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ



ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ