



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΒΕΡΟΙΑ, 19.01.2021
Αριθμ. Πρόσκλησης : 29

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ασωμάτων
Τ.Κ.: 591 00
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Άννα Τσανακτσίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23313-51136
FAX: 23310-59315
e-mail: prom7@verhospi.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ:	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας.
ΣΧΕΤ :	α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας β. Το αρ. 01/14.01.2021 αίτημα του Ακτινολογικού τμήματος

Παρακαλούμε να αποσταλεί οικονομική προσφορά προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια **«τροχήλατου ακτινοπροστατευτικού πετάσματος»** με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, τα υλικά είναι άκρως απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων και των εργαστηρίων του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	CPV ΕΙΔΟΥΣ
1	ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΗΤΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1. Το τροχήλατο πέτασμα να είναι διαστάσεων Υ:180cm x Π:120cm περίπου. 2. Να διαθέτει μολυβδύαλο στο πάνω μέρος του, διαστάσεων Υ:30cm x Π: 40cm περίπου. 3. Να προσφέρει πιστοποιημένη προστασία ισοδυνάμου μολύβδου μεγαλύτερη ή ίση των 0.50 mmPb σε ακτινολογικές ενέργειες 45-150kV σε ολόκληρη την επιφάνεια συμπεριλαμβανομένης και της μολυβδύαλου. 4. Να είναι στιβαρής κατασκευής αλλά και εύκολο στη μετακίνησή του. 5. Να διαθέτει χειρολαβές για την εύκολη μετακίνησή του. 6. Να κινείται σε σύστημα 4 τροχών (κάστρορες), δύο (2) εκ των οποίων να διαθέτουν φρένο ακινητοποίησης. 7. Η επιφάνειά του να μπορεί να καθαρίζεται με κοινά καθαριστικά ή απολυμαντικά του νοσοκομείου.	2	39313000-9

	<p>8. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει πιστοποίηση (conformity statement) από τον κατασκευαστή του ότι είναι κατασκευασμένο σε εναρμόνιση με τους "κανόνες σωστής πρακτικής και ακτινοπροστασίας ακολουθώντας τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας περί ιοντιζουσών ακτινοβολιών.</p> <p>9. Ο προμηθευτής του πετάσματος να διαθέτει ISO-9001-2015 ή και ISO 13485: 2016 με πεδίο εφαρμογής την ακτινοπροστασία.</p> <p>10. Να προσφέρεται με εγγύηση καλής λειτουργίας 1έτους τουλάχιστον</p>		
--	---	--	--

- Οι προσφορές να αποστέλλονται μέχρι και 22/01/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. στο email prom7@verhospil.gr.
- Η τιμή προσφοράς να μην υπερβαίνει αυτή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του για κάθε είδος καθώς και η τιμή του.
- Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης να αναφέρεται εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα .
- Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE, και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ, ο κωδικός εμπορίου και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.
- Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για έξι (6) μήνες.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών και δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ