



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οδός Βέροιας-Ασωμάτων
 (περιοχή Παπάγου)
Τ.Κ. : 591 00
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Αικ. Μπορτένα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 23313-51157 / 51314
e-mail: : prom6@verhospi.gr

Βέροια, 9 Φεβρουαρίου 2021
αρ. προσκλ. 8/2021
αρ. πρωτ. 2132/9-2-2021

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την προμήθεια «Αναλώσιμων Μέσων Ατομικής Προστασίας από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19» του Γ.Ν. Ημαθίας »

ΣΧΕΤΙΚΑ:

- ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
- η Π.Ν.Π (ΦΕΚ 64/Α'/14.03.2020, άρθ. 2, παρ. 8) "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19" όπως κυρώθηκε με το άρθ. 3 του Ν. 4682/2020 και ισχύει σήμερα,
- το άρθ. 17 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α'/23-12-2020) "Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας, προσωπικής υγιεινής και αποφυγή αθέμιτων πρακτικών",
- η Κατευθυντήρια Οδηγία 24 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ " "Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID 19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του",
- η με αριθ. 246/1734/2-2-2021 Απόφαση Διοικητή του Γ. Ν. Ημαθίας σχετικά με συγκρότηση Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Αναλώσιμων Μέσων Ατομικής Προστασίας από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19» του Γ. Ν. Ημαθίας - Υγ. Μον. Βέροιας και Π.Ν.Π (ΦΕΚ 64/Α'/14.03.2020, άρθ. 2, παρ. 8) "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19" όπως κυρώθηκε με το άρθ. 3 του Ν. 4682/2020 και ισχύει σήμερα,
- η με αρ. 4/4-2-2021 (θέμα 2) πράξη του Δ.Σ. περί αναγνώρισης αναγκαιότητας, προμήθειας Αναλώσιμων Μέσων Ατομικής Προστασίας από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19, έγκρισης πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με απευθείας ανάθεση κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης και ορισμού μελών Επιτροπής Αξιολόγησης

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά και λόγω των αναγκών σε αναλώσιμο υλικό ατομικής προστασίας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του κορονοϊού COVID-19 και προκειμένου στην αποτροπή της διασποράς του, γνωστοποιεί ότι προβαίνει σε **Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την προμήθεια « Αναλώσιμων Μέσων Ατομικής Προστασίας από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19 » (CPV 35113410-6), για την κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Ημαθίας (Υγ. Μον. Βέροιας και Νάουσας), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, συνολικού προϋπολογισμού 59.999,49 € χωρίς Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).**

Κατόπιν τούτου, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε **σε σφραγισμένο φάκελο** τα παρακάτω:

- I. την «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», σε δύο αντίγραφα,
- II. την «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», σε δύο αντίγραφα και
- III. τα «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**» της προμήθειας, τα οποία περιλαμβάνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωση.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», κατατίθενται τα εξής:

A. Η πλήρης τεχνική περιγραφή για τα υπό προμήθεια είδη στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά των ειδών, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.

B. Έγγραφο δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, β) η προσφορά του ισχύει για διάστημα τριών (3) μηνών από την επομένη της ημέρας διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι η ημερομηνία πρόσκλησης).

Οι Εταιρείες Εμπορίας και Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων οφείλουν να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας (ISO) σύμφωνα με την Ε3/833/99 Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την 1348/2004 αντίστοιχη καθώς και Πιστοποιητικό Σήμανσης CE Mark. Για τα προαναφερόμενα ισχύει το άρθρο 309 του Ν. 4412/2016.

Με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», κατατίθενται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένα ως εξής:

- Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Θα δίνεται τιμή για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η συγκεκριμένη προμήθεια και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
- Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους.

Σύμφωνα με τα άρθρα 13 & 14 του Ν. 3918/2-3-2011, οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», αφορούν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνουν αναλυτικότερα:

- 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του (για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς)¹ από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας,
- 2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, και είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του ή είναι έκδοσης 3μήνου πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (2) εκδίδονται με βάση

¹ (να αποσταλεί το ανάλογο παραστατικό που βεβαιώνει το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα)

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η έκδοση και προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (άρθρ. 72, παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016) η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ και η οποία καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Γ.Ν. Ημαθίας.

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Η πληρωμή του αναδόχου, θα γίνει από το Νοσοκομείο Ημαθίας μετά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την οριστική παραλαβή του συνόλου της υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή του νοσοκομείου, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα παραστατικά (βάσει του Ν. 4152/13).

ΛΟΙΠΑ

Ενστάσεις κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης υποβάλλονται με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται μέσα σε **σφραγισμένο φάκελο**, σε δύο (2) αντίγραφα, **στον οποίο θα αναγράφονται** ευκρινώς:

- α.** η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα και **το αντικείμενο της προμήθειας,**
- β.** ο **πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας** που διενεργεί τη διαδικασία,
- γ.** τα **στοιχεία του αποστολέα.**

Το είδος της προμήθειας θα αφορά την **κάλυψη του Γ.Ν. Ημαθίας - Υγ. Μον. Βέροιας και Νάουσας και η παράδοση θα εκτελεσθεί έως ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.**

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Παρασκευή, 19-2-2021 (ώρα 14:00)

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η Δευτέρα, 22-2-2021 (ώρα 10:00 π.μ.)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ

ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ / ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΒΕΡΟΙΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΑΟΥΣΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ Μ/Μ ΠΡΟ ΦΠΑ (€) |
|-----|---|---|-----|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΥΡΕΩΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΕΛΑΦΡΙΑ, ΑΝΕΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ Ή ΣΤΕΦΑΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ. ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ. ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | TEM | 40 | 100 | 140 | 1,4400 |
| 2 | ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ LARGE ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ | ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΧ, ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE, ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ). ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2016/425 ΕΕ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΑΜΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Ή ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΦΙΔΕΞΙΑ, ΜΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΣΕ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ WATERPROOF ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 15223:2016. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΓΑΝΤΙΟΥ, ΟΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΥΔΡΑ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΛΛΑ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Π.Χ. ΚΟΥΤΙ 100 TEM) | TEM | 0 | 5.000 | 5.000 | 0,0640 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-------|-------|-------|---------------|
| 3 | ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕΔΙΟΥΜ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ | ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 2 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ, ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΔΙΟΥΜ . ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΛΛΑ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Π.Χ. ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | ΤΕΜ | 0 | 5.000 | 5.000 | 0,0640 |
| 4 | ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ SMALL ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ | ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 2 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ, ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ SMALL . ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΛΛΑ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Π.Χ. ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ) | ΤΕΜ | 0 | 5.000 | 5.000 | 0,0640 |
| 5 | ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ | ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΣΚΟΥΦΟΣ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ . ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι, ΣΧΗΜΑΤΟΣ "ΜΠΕΡΕ" ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 52 ΕΚ., ΑΠΟ ΥΓΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΡΡ, ΝΟΝ- WOVEN) LATEX-FREE, ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΕΙ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΝΕΤΟ, ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ, ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΚΟ. ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΤΕΜ | 1.000 | 6.300 | 7.300 | 0,0241 |
| 6 | ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FFP2 ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ | ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2, ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ . ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ, 3ΠΤΥΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ. ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΜΠΥΛΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ Μ.Α.Π. (Π.Χ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ). ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΣΚΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ EN 149:2001, ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CE, Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ, ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN 149:2001 ΚΑΙ A1:2009. ΝΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΤΕΜ | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 2,250 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 7 | ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FFP3 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ | ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP3, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ. ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ Ή ΜΗ, 3ΠΤΥΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ. ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΜΠΥΛΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ Μ.Α.Π. (Π.Χ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ). ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΠΝΟΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΣΚΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝ 149:2001, ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CE, Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ, ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 149:2001 ΚΑΙ Α1:2009. ΝΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | TEM | 200 | 200 | 400 | 4,50 |
| 8 | ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FFP3 ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ | ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP3, ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ. ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ Ή ΜΗ, 3ΠΤΥΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ. ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΜΠΥΛΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ Μ.Α.Π. (Π.Χ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ). ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΣΚΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝ 149:2001, ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CE, Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ, ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 149:2001 ΚΑΙ Α1:2009. ΝΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | TEM | 300 | 100 | 400 | 6,50 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|-----|--------|--------|--------|---------------|
| 9 | ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 3PLY ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ | ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ, 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ, ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΗ (ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ), ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ, ΥΨΗΛΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 99,8% ΒΦΕ, ΣΤΟ 1 micro, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ, ΜΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ (ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ). ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN-14683, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II. ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΑΛΛΑ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Π.Χ. ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ) | ΤΕΜ | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 0,0450 |
| 10 | ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ ONE-SIZE. ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΑΝΙΚΙΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΑΝΣΕΤΑ, ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΛΑΤΗΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ, ΥΓΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ, ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I. ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΤΕΜ | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 1,850 |
| 11 | ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: EXTRA LARGE, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ, ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – FFP ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, 5 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΣΗΠΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΙΚΡΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ LATEX. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN 13795. ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΤΕΜ | 100 | 500 | 600 | 4,50 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|-----|--------|--------|--------|---------------|
| 12 | ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΤΑΣ | ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΤΑΣ (ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΝΗΜΗΣ 40 ΕΚ.) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ, ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΕΙΑ). ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | TEM | 0 | 40 | 40 | 0,3490 |
| 13 | ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ | ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ. ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ (ΣΑΓΡΕ). ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | TEM | 40.000 | 35.000 | 75.000 | 0,0580 |
| 14 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΥΝΕΚ (ΜΕΓΕΘΟΣ 3ΧΛ) | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΥΝΕΚ (ΜΕΓΕΘΟΣ 3ΧΛ). ΟΛΟΣΩΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΥΝΕΚ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΠΕΛΟ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ-ΜΑΝΣΕΤΑ ΣΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3, ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ EN 14126-B. ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | TEM | 1.000 | 300 | 1.300 | 8,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΥΝΕΚ (ΜΕΓΕΘΟΣ 2ΧΛ) | ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 14 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ, ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 2ΧΛ. ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | TEM | 650 | 250 | 900 | 8,00 |
| 16 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΥΝΕΚ (ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΛ) | ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 14 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ, ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΛ. ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | TEM | 500 | 200 | 700 | 8,00 |
| 17 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΥΝΕΚ (ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE) | ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 14 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ, ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE. ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | TEM | 500 | 100 | 600 | 8,00 |
| 18 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΤΙΩΝ (ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΤΙΩΝ (ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ). ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ. ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ. ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | TEM | 50 | 50 | 100 | 0,980 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 19 | ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ (1 ΛΙΤΡΟ) | ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ (1 ΛΙΤΡΟ). ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ ΧΕΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. ΥΓΡΟ Ή ΓΕΛΗ, ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 70-80% v/v Ή ΤΗΝ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 70-75%, v/v (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Ο.Υ. ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ). ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ 30'' ΕΩΣ 1', ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ (HYDROGENPEROXIDE, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUMCHLORIDE, IODINE Κ.Α.), ΜΕ ΕΝΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (Π.Χ. ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ). ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ Η ΣΥΧΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ TB, ΜΥΚΗΤΕΣ, ΙΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ HBV, HIV ΚΑΙ ΕΛΥΤΡΟΦΟΡΩΝ). ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΕ ΩΣ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ ΧΕΡΙΩΝ. ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | TEM | 550 | 350 | 900 | 3,00 |
|----|-------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------------|

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η συσκευασία των ειδών θα πρέπει είναι του εργοστασίου παραγωγής
2. Να αναγράφονται οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή/και χειρισμού καθώς και οι ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
3. Τα ζητούμενα αποστειρωμένα είδη θα πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelf life) τουλάχιστον ενός (1) έτους.
4. Στην ετικέτα/συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τα ακόλουθα: α. η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ», β. η μέθοδος αποστείρωσης, γ. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα, δ. η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση.
5. **Τα ζητούμενα δείγματα δεν επιστρέφονται**