



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τηλ: 23313-51133
E-mail: k.topouzis@verhospi.gr
Ιστοσελίδα: www.verhospi.gr

Ημερομηνία 12-01-2022

Αρ. Πρόσκλησης: 504

Προς
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την Προμήθεια δύο (2) Τροχήλατων κλειστού τύπου μεταφοράς Αποστειρωμένου Υλικού για της ανάγκες της νέας Πτέρυγας της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας

Σχετικά:

1. Ο Ν.4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
2. Ο Ν. 3329/05 όπως ισχύει σήμερα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεχνική – οικονομική προσφορά , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: k.topouzis@verhospi.gr, για την Προμήθεια δύο (2) Τροχήλατων κλειστού τύπου μεταφοράς Αποστειρωμένου Υλικού για της ανάγκες της νέας Πτέρυγας της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας

Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Επιπλέον με την προσφορά να κατατεθούν και τα κάτωθι :

- I. τα **δικαιολογητικά** της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Αναλυτικότερα:

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

- Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή μεταγενέστερο, εκδιδόμενο από ανεξάρτητο οργανισμό για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ή κατά περίπτωση ισοδύναμο.
- Βεβαίωση από αρμόδιο οργανισμό ότι ο οικονομικός φορέας εφαρμόζει σύστημα αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ/Π.ΟΙΚ./1348/2004, ή κατά περίπτωση ισοδύναμο.
- Πιστοποιητικό Σήμανσης CE Mark.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το Νοσοκομείο μετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων και την οριστική παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή του νοσοκομείου, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα παραστατικά (βάσει του Ν.4152/13).

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 19-01-2022 και ώρα 13.00μμ.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να είναι κατασκευασμένο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ώστε να είναι ελαφρύ, βάρους μικρότερου από 70 κιλά.
2. Να είναι κλειστό, τροχήλατο και να διαθέτει δύο θύρες οι οποίες να κλείνουν στεγανά (dust proof). Οι θύρες να ανοίγουν κατά 270° και να ασφαλίζουν στην εξωτερική πλευρά των πλάγιων τοιχωμάτων του τροχήλατου με μαγνήτες.
3. Να διαθέτει δύο μετακινούμενα ράφια από ανοξείδωτο χάλυβα καθώς και βάση. Η χωρητικότητά του να είναι έξι (6) αποστειρωτικές μονάδες (600x300x300mm).
4. Οι εξωτερικές του διαστάσεις να είναι μικρότερες από ΠxBxY:1000x750x1600mm.
5. Να διαθέτει τέσσερις τροχούς διαμέτρου 160 mm και πάνω από αυτούς προστατευτικές ελαστικές ράβδους κατά των προσκρούσεων.
6. Να διαθέτει χειρολαβές προώθησης.
7. Να έχει εσωτερικές διαστάσεις 900x650x1250(Y) mm περίπου.

8. Προμηθευτής και κατασκευαστής να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001. Επιπλέον ο προμηθευτής να διαθέτει ISO 14001 & ISO 13485.
9. Να έχει εγγύηση δύο (2) ετών.