



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΒΕΡΟΙΑ, 24.06.2022
 Αριθμ. Πρόσκλησης : **214Ε**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ασωμάτων
Τ.Κ.: 591 00
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Άννα Τσανακτσίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23313-51157, 51314
e-mail: prom7@verhospi.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ :	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας.
ΣΧΕΤ :	α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας β. Το με αρ. 09/10.06.22 αίτημα της Χειρουργικής κλινικής (επανάληψη αιτήματος με τροποποιημένες προδιαγραφές) γ. την υπ' αριθμ. 07/17.06.2022(θέμα 1 ^ο) πράξη του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας περί έγκρισης σκοπιμότητας της προμήθειας

Παρακαλούμε να αποσταλεί οικονομική προσφορά προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών , με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, τα υλικά είναι άκρως απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων και των εργαστηρίων του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	CPV ΕΙΔΟΥΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.	ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΡΕΓ ΜΕ ΚΑΘΗΤΡΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ PULL, 24FR Ο καθητήρας να είναι κατασκευασμένος από διαφανή πολύ μαλακή σιλικόνη υψηλής διαύγειας σε διάμετρο 14, 20, 24fr, ο οποίος να φέρει εξωτερική διαγράμμιση ανά 10mm για εκτίμηση βάθους. Το τελικό άκρο να είναι τύπου μανιταριού, διαμέτρου 30fr & πάχους 2mm με δυνατότητα σύγκλισης δια της έλξεως. Ο καθητήρας να καταλήγει σε ενσωματωμένο διαστολέα δέρματος κωνικού σχήματος, μεταβλητής διαμέτρου από 2-16fr & να φέρει ενσωματωμένη θηλιά περίδεσης ισχυρής έλξεως.	10	33141200-2	99,00€	990,00€

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	CPV ΕΙΔΟΥΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	<p>Να φέρει δίσκο συγκράτησης κατασκευασμένο από σιλικόνη με μηχανισμό σταθεροποίησης secure lock χωρίς να απαιτεί την τοποθέτηση ράμματος ή τη χρήση άλλου συνδετικού.</p> <p>Να φέρει 6 υποαλλεργικά , ανατομικά πέλματα πάχους 3mm για την ανατομική καθήλωση του στο δέρμα.</p> <p>Να φέρει 6 αεραγωγούς – οπές για τον αερισμό του δέρματος,</p> <p>Να διατίθεται με ακτινοσκοιερή λωρίδα για άμεσο ακτινολογικό έλεγχο.</p> <p>Να φέρει αποσπώμενη κεφαλή σίτισης με ασφαλές σύστημα σύνδεσης με τον καθετήρα, η οποία να φέρει 2 αυλούς για σίτιση και χορήγηση φαρμάκων με ενσωματωμένες τάπες φραγής.</p> <p>Να διατίθεται και με κεφαλή σίτισης ENFit®.</p> <p>Το σύστημα να διαθέτει λοιπά εξαρτήματα (χειρουργικό πεδίο, γάζες, νυστέρι, συνδετικό luer lock για σύνδεση με αντλία σίτισης, σύριγγα, βελόνα)</p> <p>Να φέρει βρόγχο σύλληψης διαμέτρου καθετήρα 1.8mm & άνοιγμα θηλιάς 30mm</p>				

- Οι προσφορές να αποστέλλονται μέχρι και **29.06.2022** ημέρα **Τετάρτη** στο email prom7@verhospi.gr.
- Η τιμή προσφοράς να μην υπερβαίνει αυτή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του για κάθε είδος καθώς και η τιμή του .
- Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης να αναφέρεται εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα .
- Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE, και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ, ο κωδικός εμπορίου και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.
- Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για έξι (6) μήνες.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών και δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ