



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΒΕΡΟΙΑ, 11-10-2022
Αριθμ. Πρόσκλησης : 457

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ασωμάτων
Τ.Κ.: 591 00
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κωνσταντία Σαλαμανίκα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23313-51314
ΦΑΧ: 23310-59315
e-mail: prom4@verhospi.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ :	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας – Υγ. Μονάδα Βέροιας.
ΣΧΕΤ :	α.Ν.4412/16 και οι λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας
	β. Το υπ'αριθμ. 98/29-09-2022 αίτημα του Χειρουργείου
	γ. Την υπ'αριθμ. 21/05-10-2022 (θέμα 1ο) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Ημαθίας περί έγκρισης σκοπιμότητας της προμήθειας

Παρακαλούμε να αποσταλεί οικονομική προσφορά προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια του παρακάτω είδους, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, τα υλικά είναι άκρως απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων και των εργαστηρίων του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	CPV ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	M/M	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ GETINGE ULTRASONIC 300 TYPE: S300H	24455000-8	12	LT	15,00€

Βέροια 29/9/2022

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ**

- 1) Να είναι συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό και καθαριστικό χειρουργικών εργαλείων για βυθισμό σε πλυντήριο υπερήχων.
- 2) Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες, άλατα αμμωνίου και χλώριο.
- 3) Να είναι βακτηριοκτόνο (EN 13727 και EN 14561), μυκητοκτόνο (EN 13624 και EN 14562) και ιοκτόνο HIV, HBV, HCV (EN 14476 και EN 17111) σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου Phase2 Step1 και Phase2 Step2 εντός 5-15 λεπτών max. Να υποβληθούν μελέτες αποτελεσματικότητας.
- 4) Να είναι κατάλληλο και για πολύωρη εμβάπτιση (να το προτείνει ο κατασκευαστικός οίκος στο τεχνικό του φυλλάδιο) και χαμηλού αφρισμού ώστε να μην απαιτείται ξέβγαλμα των εργαλείων εάν ακολουθεί αυτοματοποιημένη επανεπεξεργασία.
- 5) Να μην είναι επικίνδυνο για τον χρήστη στις προτεινόμενες δοσολογίες χρήσης και να κατατεθεί το οικοτοξικολογικό προφίλ του προϊόντος στα Ελληνικά (αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν να κατατεθεί και το Αγγλικό κείμενο).
- 6) Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. και να κατατεθούν.
- 7) Να δοθεί για οικονομική αξιολόγηση το κόστος διαλύματος χρήσης έπειτα από την προτεινόμενη αραιώση για το σύνολο του ζητούμενου απολυμαντικού φάσματος για δράση στα 15 λεπτά
- 8) Να διατεθεί σε συσκευασία 1lt με ενσωματωμένο σύστημα δοσομέτρησης για ευκολία στην διαχείριση του δοχείου και ελεγχόμενη και ασφαλή δοσομέτρηση αυτού.
- 9) Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους:
 - α) το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά
 - β) το Αγγλικό και Ελληνικό επικαιροποιημένο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την Κανονισμό EC 1907/2006 και τις επικαιροποιήσεις αυτού
 - γ) αντίγραφο της σήμανσης CE από τον κοινοποιημένο Οργανισμό
 - δ) αντίγραφο της καταχώρησης σε ΕΜΧΠ και ΕΟΦ (μητρώο ιατροτεχνολογικών)
 - ε) τα κατασκευαστικά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και ότι άλλο ζητείται άλλο από τις προδιαγραφές του είδους.

Μειοδοτικό θα είναι το σκεύασμα που πληροί τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και αποδίδει το χαμηλότερο κόστος διαλύματος χρήσης για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα έλεγχου σε χρόνο 15 λεπτών.

Η προϊσταμένη


 3η Υ.Π.Ε. (ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ)
 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 Υ.Π.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 ΚΑΡΑΒΑΤΙΔΟΥ & ΓΟΥΦΟΥΡΑ
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 Χ/Ο - ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟΥ

- Οι προσφορές να αποστέλλονται μέχρι και **17-10-2022, ημέρα Δευτέρα** στο email prom4@verhospi.gr.
- Η τιμή προσφοράς να μην υπερβαίνει αυτή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του για κάθε είδος καθώς και η τιμή του.
- Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης, ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης να αναφέρεται εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα .
- Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE, και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ, ο κωδικός εμπορίου και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.
- Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για έξι (6) μήνες.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών και δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ**

ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ