



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**3<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ**  
**(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ**  
**(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)**

**ΒΕΡΟΙΑ, 11-10-2022**  
**Αριθμ. Πρόσκλησης : 458**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** Ασωμάτων  
**Τ.Κ.:** 591 00  
**ΤΜΗΜΑ:** Οικονομικού  
**ΓΡΑΦΕΙΟ:** Προμηθειών  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** Κωνσταντία Σαλαμανικά  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ:** 23313-51314  
**FAΧ:** 23310-59315  
**e-mail:** [prom4@verhospri.gr](mailto:prom4@verhospri.gr)

**ΠΡΟΣ:**

**ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

ΘΕΜΑ :	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της <b>ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΜΩΝ</b> για την προμήθεια <b>ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ</b> για τις ανάγκες του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας – Υγ. Μονάδα Βέροιας.
ΣΧΕΤ :	α.Ν.4412/16 και οι λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας
	β. Το υπ'αριθμ. 92/22-09-2022 αίτημα του Χειρουργείου
	γ. Την υπ'αριθμ. 20/29-09-2022 (θέμα 1ο) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Ημαθίας περί έγκρισης σκοπιμότητας της προμήθειας

Παρακαλούμε να αποσταλεί οικονομική προσφορά προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια του παρακάτω είδους, με τη διαδικασία της **ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΜΩΝ** και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, τα υλικά είναι άκρως απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων και των εργαστηρίων του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	CPV ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ/Μ
1	ΛΑΒΙΔΑ ΚΑΨΟΥΛΟΡΗΞΗΣ ΤΥΠΟΥ INAMURA	44511000-5	1	TEM
2	ΑΜΦΙΧΕΙΡΟΣ ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΥΣΗΣ 23G		2	TEM
3	ΑΜΦΙΧΕΙΡΟΣ ΣΤΥΛΕΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G		2	TEM
4	ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥΣ		1	TEM
5	ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ BARRAQUER		3	TEM
6	ΛΑΒΙΔΑ ΤΥΠΟΥ COLIBRI ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (MICRO COLIBRI)		1	TEM

Βεροια 22/9/2022

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- 1) Λαβίδα καψουλόρηξης **τύπου Inamura** κατασκευασμένη από τιτάνιο με κυλινδρικό κορμό χειρισμού συνολικού μήκους 110mm, άκρα επαφής με γράμμωση και αιχμηρά. Να εκτελεί χιαστή κίνηση των άκρων της εύρους 1,5mm. Να διαθέτει κυρτό άξονα με σημείο περιστροφής 9,5mm . Τα άκρα να είναι γωνιωμένα κατά 45° από τον άξονα.
- 2) Αμφίχειρος στυλεός πλύσης 23G κατασκευασμένος από τιτάνιο με 0,65mm διάμετρο αυλού, με δύο πλαινές οπές πλύσης 0,45mm. Ο άξονας να είναι κεκαμμένος με μήκος αυλού 15mm. Το χειριστήριο να είναι κυλινδρικό συνολικού μήκους 107mm.
- 3) Αμφίχειρος στυλεός αναρρόφησης 23G κατασκευασμένος από τιτάνιο με 0,65mm διάμετρο αυλού και άκρα τύπου ζαγρέ. Να διαθέτει οπή αναρρόφησης 0,3mm και κεκαμμένο αυλό μήκους 11mm. Το χειριστήριο να είναι κυλινδρικό συνολικού μήκους 103mm.
- 4) Λαβίδα συγκράτησης για αναδιπλούμενους ενδοφακούς με περιστροφικά και λεία άκρα υψηλής λείανσης συνολικού μήκους 108mm. Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και το σώμα να διαθέτει οπές αποσυμπίεσης.
- 5) Βλεφαροδιαστολέας τύπου Barraquer κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι. Να διαθέτει παραθυροειδή άκρα , περιστροφικό πλαίσιο 14mm συνολικού μήκους 38mm.
- 6) Λαβίδα **τύπου COLIBRI** μικρού μεγέθους (**micro colibri**) για λεπτούς χειρισμούς , με 1Χ2 οδοντωτά άκρα 0,12mm, με πλατφόρμα χειρισμού 5mm και συνολικό μήκος 87mm. Το κυρίως σώμα να διαθέτει οπή αποφόρτισης πίεσης, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.

Η Διευθύντρια της Οφθ/κής

3η Υ.Π.Ε. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ  
ΚΑΛΟΤΙΜΩΤΗ ΕΛΕΝΗ  
ΕΠΙΜ. Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΑΜΚΑ: 02109300524 ΤΣΑΥ: 820066

- Οι προσφορές να αποστέλλονται μέχρι και **21-10-2022, ημέρα Παρασκευή** στο email [prom4@verhospi.gr](mailto:prom4@verhospi.gr).
- Η τιμή προσφοράς να μην υπερβαίνει αυτή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του για κάθε είδος καθώς και η τιμή του.
- Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης, ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης να αναφέρεται εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα .
- Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE, και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ, ο κωδικός εμπορίου και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.
- Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για έξι (6) μήνες.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών και δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ**

**ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ**