



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΒΕΡΟΙΑ, 01-12-2022
Αριθμ. Πρόσκλησης : 560

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ασωμάτων
Τ.Κ.: 591 00
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κωνσταντία Σαλαμανίκα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23313-51137
e-mail: prom4@verhospi.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ :	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ για τις ανάγκες του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας – Υγ. Μονάδα Βέροιας.
ΣΧΕΤ :	α. Ν.4412/16 και οι λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας
	β. Το υπ'αριθμ. 122/15-11-2022 αίτημα του Χειρουργείου
	γ. Την υπ'αριθμ. 26/30-11-2022 (θέμα 1ο) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Ημαθίας περί έγκρισης σκοπιμότητας της προμήθειας

Παρακαλούμε να αποσταλεί οικονομική προσφορά προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια του παρακάτω είδους, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, τα υλικά είναι άκρως απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων και των εργαστηρίων του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	CPV ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	M/M	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 61MM ΜΕ ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 58MM ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΣΕΤΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΡΙΠΛΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΚΛΙΠ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 3D ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ (2,5% ΒΑΝΑΔΙΟ - 3% ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ). ΤΟ ΚΛΙΠ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΟΣ ΠΟΔΟΣ 4.3 ΧΙΛ ΚΑΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΣΕΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ: 1,5MM ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, 1,8MM ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΚΑΙ 2MM ΓΙΑ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12 ΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ	33162200-5	3	TEM	299,50€

2	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 55ΜΜ, ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΧΗ ΙΣΤΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ, ΙΣΧΥΡΑ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ (ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 2,5% ΒΑΝΑΔΙΟ - 3% ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ), ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΛΙΠ 4,3ΜΜ ΚΑΙ ΕΞΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 55ΜΜ. ΤΑ ΚΛΙΠ ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ	33162200-5	13	ΤΕΜ	120,00€
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠ.77 ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 64/5-8-2021 ΤΗΣ ΕΚΑΠΥ, ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΛΑΠ/ΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ					

- Οι προσφορές να αποστέλλονται μέχρι και **07-12-2022, ημέρα Τετάρτη** στο email prom4@verhospi.gr.
- Η τιμή προσφοράς να μην υπερβαίνει αυτή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του για κάθε είδος καθώς και η τιμή του.
- Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης, ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης να αναφέρεται εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα .
- Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE, και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ, ο κωδικός εμπορίου και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.
- Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για έξι (6) μήνες.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών και δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
α/α

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ