



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**3<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ**  
**(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ**  
**ΥΓΕΙΟΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ** : Οδός Βέροιας-Ασωμάτων  
 (περιοχή Παπάγου)  
**Τ.Κ.** : 59100  
**ΤΜΗΜΑ** : Οικονομικό  
**ΓΡΑΦΕΙΟ** : Προμηθειών  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ** : Κωνσταντία Σαλαμανίκα  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ** : 23313-51137, 51157  
**e-mail** : prom4@verhospi.gr

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Βέροια, 22-01-2024**  
**Αριθμ. Πρόσκλησης: 42**

**ΠΡΟΣ**

**ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ & ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ »**

**ΣΧΕΤ :**

- ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016) περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
- η με αρ. πρωτ. 2501/3-8-2022 (618Λ46ΜΨΙΦ-Τ00) Εγκύκλιος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Εναρμόνιση των φορέων υγείας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα»
- τα με αρ. αιτήματος 32, 33 & 34/13-10-2023 & 02/02-01-2024 του Τ.Ε.Π.-Ε.Ι., 356/20-12-2023 του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου & 21/20-10-2023 του Ορθοπεδικού τμήματος, της Υγ. Μονάδας Βέροιας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας,
- οι με αρ. 24/25-10-2023 (θέμα 2<sup>ο</sup>), 33/27-12-2023 (θέμα 1<sup>ο</sup>) & 02/18-01-2024 (θέμα 1<sup>ο</sup>) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας περί αναγνώρισης αναγκαιότητας και έγκρισης σκοπιμότητας της προμήθειας

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και προκειμένου η Υγειονομική Μονάδα Βέροιας να προμηθευτεί το είδος που αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί, προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής. Το αναφερόμενο είδος αποτελεί απαραίτητο

υλικό για τη λειτουργία του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας – Υγ. Μον. Βέροιας και παρακαλείσθε για την υποβολή των οικονομικών προσφορών σας.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	CPV	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ ΤΥΠΟΥ HALSEY ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 13cm	44511000-5	TEM	2	10,00	20,00
2	ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ FRAZIER ΓΙΑ ΜΥΤΗ-ΑΥΤΙ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ Νο8	44511000-5	TEM	10	12,00	120,00
3	ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ FRAZIER ΓΙΑ ΜΥΤΗ-ΑΥΤΙ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ Νο10	44511000-5	TEM	4	12,00	48,00
4	ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ FRAZIER ΓΙΑ ΜΥΤΗ-ΑΥΤΙ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ Νο12	44511000-5	TEM	2	12,00	24,00
5	ΧΩΝΑΚΙ ΩΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 3mm	44511000-5	TEM	10	3,00	30,00
6	ΧΩΝΑΚΙ ΩΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 4mm	44511000-5	TEM	10	3,00	30,00
7	ΧΩΝΑΚΙ ΩΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 5mm	44511000-5	TEM	10	3,00	30,00
8	ΨΑΛΙΔΙ GOLDMANN-FOX ΚΥΡΤΟ, ΟΔΟΝΤΩΤΟ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 13 ή 14cm	44511000-5	TEM	2	50,00	100,00
9	ΨΑΛΙΔΙ IRISS CHERE ΚΥΡΤΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 11,5cm	44511000-5	TEM	2	25,00	50,00
10	ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΥΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΥΣΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 14cm ΜΕ ΜΥΤΗ ≈3mm	44511000-5	TEM	8	6,00	48,00
11	ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΡΤΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 18cm	44511000-5	TEM	3	10,00	30,00
12	ΛΑΒΙΔΑ ΩΤΩΝ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙ ΤΥΠΟΥ HARTMANN ΜΕ ΜΥΤΗ 4mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 9cm ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ	44511000-5	TEM	10	30,00	300,00

13	<p><b>ΨΑΛΙΔΙ ΜΕΤΖΕΝΒΑΥΜ ΚΥΡΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 16cm ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΡΩΝ: ΑΜΒΛΥ/ΑΜΒΛΥ</b></p> <p>- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ (StainlessSteel) ΠΟΥ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ, ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΝ17442/ΙΣΟ7153 ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ.</p> <p>- ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΧΑΡΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΤΟΥ: ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ (partnumber)ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ CE MARK, ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.</p> <p>- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΤΟΥ, ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΛΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ, ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΕ ΛΑΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ (ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΡΙΒΟΥΝ ΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ).</p> <p>- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ.</p> <p>- ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.</p>	44511000-5	TEM	10	14,70	147,00
14	<p><b>ΚΑΘΡΕΠΤΑΚΙ ΛΑΡΥΓΓΙΚΟ Νο8 26mm</b></p>	44511000-5	TEM	25	5,00	125,00
15	<p><b>ΣΑΝΙΔΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ</b></p> <p>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΗDPE (High Density Polyethylene). ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥ, ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ.</p> <p>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ≈183 x 56 x 0,5cm</p> <p>ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 180Kgr</p>	33141620-2	TEM	1	152,00	152,00

16	<p><b>ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΡΙΝΟΣ</b>  - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΜΠΤΟ, ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ (High Definition)  -ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ  - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΤΣΑΛΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΕΝΟ  - ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΗΓΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ  - ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΙΚΟΝΑ  - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ  - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ  - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΟΡΑΣΕΩΣ 0°, <b>ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ≈3mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140mm</b>  - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΟ  - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)  - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ EN ISO 13485:2016 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)  - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ISO 9001:2015 &amp; ΔΥ8δ/1348 ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕ ΠΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)</p>	33100000-1	TEM	1	1.500,00	1.500,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>					<b>2.754,00</b>	
<b>ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ PROSPECTUS</b>						

- Οι προσφορές παρακαλούμε να αποσταλούν έως και την **Παρασκευή 26-01-2024**, σε μορφή PDF, στην ηλεκτρονική διεύθυνση **protokollo@verhospi.gr**.
- Η τιμή προσφοράς να είναι σύμφωνη ή και χαμηλότερη με/από το **Παρατηρητήριο Τιμών (Π.Τ.)** Προμηθειών Υγείας της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Α/Α του πίνακα και ο Α/Α του Π.Τ. για το κάθε είδος, καθώς και η τιμή του.
- Αν το είδος δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.

- Να αναγράφεται ο **αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης**, να αναφέρεται το ποσοστό **ΦΠΑ (%)** του κάθε είδους και ο **χρόνος παράδοσής** του.
- **Παρακαλούμε να αναφέρεται εάν το είδος είναι ετοιμοπαράδοτο.**
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να **παραδώσει το υπό προμήθεια είδος το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας** της Αναθέτουσας Αρχής προς αυτόν. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Τα είδη θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στις αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής ή στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με έξοδα και ευθύνη του Ανάδοχου.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να **αποστείλει με την προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση** με την οποία να δηλώνεται :
  - α)** (στην περίπτωση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων) η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν που προσφέρεται καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο συμμετέχων ο κατασκευαστής, υποχρεούται επιπροσθέτως να επισυνάπτει προς την αναθέτουσα αρχή **βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή** ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα / διανομέα, (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα) και την εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων,
  - β)** ότι αποδέχεται όλους τους όρους της πρόσκλησης,
  - γ)** ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης,
  - δ)** ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης,
  - ε)** ότι η προσφορά του **ισχύει για διάστημα έξι (6) μηνών** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και
  - στ)** το χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού.
- Οι Ανάδοχοι/Προμηθευτές ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ειδικά αυτών που εισέρχονται είτε μόνιμα είτε προσωρινά στο ανθρώπινο σώμα, θα πρέπει για τη διασφάλιση μέγιστης ασφάλειας, **να υποδεικνύουν μέσω εντολής, εξουσιοδότησης ή άλλου νόμιμου βεβαιωτικού εγγράφου**, ότι έχει συναφθεί συμφωνία και συνεργάζονται επίσημα με τον εκάστοτε Κατασκευαστή και ότι υπάρχει τεχνική υποστήριξη, κατάλληλη εκπαίδευση, διαδικασίες ιχνηλασιμότητας, απόσυρσης, ανάκλησης προϊόντων και πρόβλεψη σχετικά με καταγγελίες και αναφορές που υποβάλλουν επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ασθενείς και χρήστες, σχετικά με ύποπτα περιστατικά που αφορούν τεχνολογικό προϊόν για το οποίο έχει οριστεί εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.
- Ζητείται **να δηλώνεται υπεύθυνα** ότι τα είδη συνοδεύονται **από πιστοποιητικά σήμανσης CE** και πως η εταιρεία διακίνησης εφαρμόζει **πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας** και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και **ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις** του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία και η τιμή ανά τεμάχιο. Να αναγράφεται ο κωδικός εμπορίου και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους εάν υφίσταται.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών του συμμετέχοντα και των προσφερόμενων ειδών καθώς και δειγμάτων αυτών.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ**

**ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ**