



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οδός Βέροιας-Ασωμάτων
(περιοχή Παπάγου)
Τ.Κ. : 59100
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κων. Σαλαμανίκα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331351137 / 2331351157
e-mail : prom4@verhospi.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βέροια, 24-01-2024
Αριθμ. Πρόσκλησης: 44

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ»

ΣΧΕΤ :

- ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016) περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
- η με αρ. πρωτ. 2501/3-8-2022 (618Λ46ΜΨΙΦ-Τ00) Εγκύκλιος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Εναρμόνιση των φορέων υγείας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα»,
- τα με αρ. αιτήματος 02, 03, 06, 07, 08/04-01-2024 & 17/11-01-2024 του Χειρουργείου, της Υγ. Μονάδας Βέροιας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας,
- η με αρ. 02/18-01-2024 (θέμα 1^ο) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας περί αναγνώρισης αναγκαιότητας και έγκρισης σκοπιμότητας της Ανάθεσης

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και προκειμένου η Υγειονομική Μονάδα Βέροιας να προμηθευτεί το είδος που αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), παρακαλείσθε για την υποβολή οικονομικής προσφοράς.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μ/Μ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) Μ/Μ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ ΦΠΑ
1	ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ «Υ» ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	33160000-9	ΤΕΜ	100	1,60	160,00
2	ΣΕΤ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 6Χ11cm ΜΕ ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΟΠΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΩΝΟ 4Χ3,5cm ΑΠΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΤΥΧΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΤΑΛΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ: MEDIUM	33184100-4	ΤΕΜ	10	37,00	370,00
3	ΣΕΤ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 6Χ13cm ΜΕ ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΟΠΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΩΝΟ 4,5Χ4,1cm ΑΠΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΤΥΧΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΤΑΛΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ: LARGE	33184100-4	ΤΕΜ	10	37,00	370,00
4	ΣΕΤ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5Χ10cm ΜΕ ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΟΠΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΩΝΟ 5Χ4,1cm ΑΠΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΤΥΧΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΤΑΛΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΚΟΤΣΙΔΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ: X LARGE	33184100-4	ΤΕΜ	5	37,00	185,00
Α/Α 2, 3, 4: ΤΟΣΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΚΩΝΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΙΣΧΥΡΗ ΜΗΝΗΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΛΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΞΕΦΤΙΖΟΥΝ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΕΞΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,53mm ±1 ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΝΗΜΑΤΟΣ 0,15mm ±0,03 ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΡΩΝ 0,9Χ0,6mm						

5	<p>ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΠΟ ΛΑΤΕΧ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, ΜΕ ΡΕΒΕΡ.</p> <p>ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ≈282mm ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ≈295mm. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ: 0,17mm (ΔΑΧΤΥΛΑ), 0,14mm (ΠΑΛΑΜΗ), 0,14mm (ΜΑΝΣΕΤΑ) ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ: 78-88mm (No 6.5), 84-94mm (No 7), 90-100mm (No 7.5). ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE & AQL 0.65. ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ) PROSPECTUS ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ.</p> <p>ΜΕΓΕΘΟΣ: No 6.5, 7, 7.5</p>	33141420-0	TEM	800	0,4199	335,92
6	<p>ΑΣΚΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 400ml</p> <p>-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ</p> <p>-ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ</p> <p>-ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ</p> <p>-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ</p> <p>-ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΒΛΙΣΤΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ 5ΕΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ. ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ</p>	33160000-9	TEM	60	5,15	309,00
	<p>ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (STERRAD)</p> <p>- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ, Η ΜΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΟΥΛΕΦΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ.</p> <p>- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΟΥΣ 60gr ΑΝΑ m² ΤΟ ΠΟΛΥ.</p> <p>- ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΔΙΟΔΟ ΣΤΟ ΕΚΝΕΦΩΜΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STERRAD.</p> <p>- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.</p> <p>- ΝΑ ΕΙΝΑΙ 100% ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ.</p> <p>- ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6mm.</p> <p>- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΣΧΙΣΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ.</p>					

<p>- ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΡΙΣΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ.</p> <p>- ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ.</p> <p>- Ο ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΕΜΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΡΙΝΗΣ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΣ, ΤΥΠΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΠΥΚΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ.</p> <p>- ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΕΩΣ, Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ, Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ STERRAD.</p> <p>- ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ EN 868-1, EN 868-5 ΚΑΙ EN 868-9, ΚΑΙ ISO 11607.</p> <p>- ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ</p> <p>- ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ STERRAD.</p> <p>- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:</p>						
7	75mm X 70M	33160000-9	ΡΟΛΟ	4	20,00	80,00
8	150mm X 70M		ΡΟΛΟ	4	26,30	105,20
9	200mm X 70M		ΡΟΛΟ	4	35,76	143,04
					ΣΥΝΟΛΟ	2.058,16

- Οι προσφορές παρακαλούμε να αποσταλούν έως τη **Δευτέρα 29-01-2024 και ώρα 11:00**, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@verhospi.gr.
- Η τιμή προσφοράς να είναι σύμφωνη ή και χαμηλότερη με/από το **Παρατηρητήριο Τιμών** (Π.Τ.) Προμηθειών Υγείας της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Α/Α του πίνακα και ο Α/Α του Π.Τ. για το κάθε είδος, καθώς και η τιμή του.
- Αν το είδος δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Να αναγράφεται ο **αριθμός και η ημερομηνία Πρόσκλησης**, να αναφέρεται το ποσοστό **ΦΠΑ (%)** του κάθε είδους και ο **χρόνος παράδοσης** του.
- **Παρακαλούμε να αναφέρεται εάν το είδος είναι ετοιμοπαράδοτο.**
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να **παραδώσει το αντικείμενο της Ανάθεσης το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας** της Αναθέτουσας

Αρχής (Α.Α.) προς αυτόν. Η παράδοση θα πραγματοποιείται για το σύνολο της ποσότητας ή τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Το υπό Ανάθεση αντικείμενο θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται, θα γίνεται στις αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής ή στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με έξοδα και ευθύνη του Ανάδοχου.

- Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κατακυρώσει για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της Προμήθειας που αναφέρεται στα έγγραφα της παρούσας Πρόσκλησης.
- Ο Συμμετέχων υποχρεούται να **αποστείλει με την προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση** με την οποία να δηλώνεται :
 - α)** (στην περίπτωση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων) η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν που προσφέρεται καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο συμμετέχων ο κατασκευαστής, υποχρεούται επιπροσθέτως να επισυνάπτει προς την αναθέτουσα αρχή **βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή** ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα / διανομέα, (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα) και την εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων,
 - β)** ότι αποδέχεται όλους τους όρους της Πρόσκλησης,
 - γ)** ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης,
 - δ)** ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της Ανάθεσης,
 - ε)** ότι η προσφορά του **ισχύει για διάστημα έξι (6) μηνών** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (σε τυχόν νέα ανάγκη της Α.Α. για το Αντικείμενο της Πρόσκλησης, στο χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς του μειοδότη-Αναδόχου, η Κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προκύψει από τις διαδικασίες της παρούσας) και
 - στ)** το χρόνο παράδοσης του υπό Ανάθεση Αντικειμένου.
- Οι Ανάδοχοι/Προμηθευτές Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, ειδικά αυτών που εισέρχονται είτε μόνιμα είτε προσωρινά στο ανθρώπινο σώμα, θα πρέπει για τη διασφάλιση μέγιστης ασφάλειας, **να υποδεικνύουν μέσω εντολής, εξουσιοδότησης ή άλλου νόμιμου βεβαιωτικού εγγράφου**, ότι έχει συναφθεί συμφωνία και συνεργάζονται επίσημα με τον εκάστοτε Κατασκευαστή και ότι υπάρχει τεχνική υποστήριξη, κατάλληλη εκπαίδευση, διαδικασίες ιχνηλασιμότητας, απόσυρσης, ανάκλησης προϊόντων και πρόβλεψη σχετικά με καταγγελίες και αναφορές που υποβάλλουν επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ασθενείς και χρήστες, σχετικά με ύποπτα περιστατικά που αφορούν τεχνολογικό προϊόν για το οποίο έχει οριστεί εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.
- Ζητείται **να δηλώνεται υπεύθυνα** ότι τα είδη συνοδεύονται **από πιστοποιητικά σήμανσης CE** και πως η εταιρεία διακίνησης εφαρμόζει **πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας** και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων

και ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου Αντικειμένου, η ποσότητα (ανά συσκευασία) και η τιμή (ανά συσκευασία / τεμάχιο). Να αναγράφεται ο κωδικός εμπορίου και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους εάν υφίσταται.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών του συμμετέχοντα και των προσφερόμενων ειδών καθώς και δειγμάτων αυτών.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΗΜΑΘΙΑΣ**

ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ