



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οδός Βέροιας-Ασωμάτων
(περιοχή Παπάγου)
Τ.Κ. : 59100
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κων. Σαλαμανίκα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331351137 / 2331351313
e-mail : prom4@verhospi.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Πρόσκλησης: 367/02-08-2024

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ»

ΣΧΕΤ :

- ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016) περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
- η με αρ. πρωτ. 2501/3-8-2022 (618Λ46ΜΨΙΦ-Τ00) Εγκύκλιος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Εναρμόνιση των φορέων υγείας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα»,
- τα με αρ. αιτήματος 1143/08-07-2024 & 1158/18-07-2024 της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Υγ. Μονάδας Βέροιας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας,
- οι με αρ. 23/17-07-2024 (θέμα 1^ο) & 25/31-07-2024 (θέμα 1^ο) Πράξεις Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας περί αναγνώρισης αναγκαιότητας και έγκρισης σκοπιμότητας της Ανάθεσης

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και προκειμένου η Υγειονομική Μονάδα Βέροιας να προμηθευτεί το είδος που αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), παρακαλείσθε για την υποβολή οικονομικής προσφοράς.

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ/Μ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
1	ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ	44115200-1	1	TEM	17,000	17,00
2	ΠΕΡΤΣΙΝΙΑ ΚΟΥΤΙ 4mm X 1,5cm	44115200-1	100	TEM	0,144	14,40
3	ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ	44115200-1	1	TEM	11,450	11,45
4	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ WD-40 ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 450ml	44115200-1	5	TEM	11,400	57,00
5	ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Φ 115	44115200-1	10	TEM	0,900	9,00
6	ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Φ 115	44115200-1	5	TEM	1,490	7,45
7	ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ ΦΙΛΙΕΡΑΣ ΔΕΞΙΑ 1+1/4"	44115200-1	1	TEM	39,000	39,00
8	ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 4 ΙΝΤΣΩΝ	44115200-1	1	TEM	169,000	169,00
9	ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2"	44115200-1	3	TEM	0,670	2,01
10	ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2"	44115200-1	10	TEM	0,990	9,90
11	ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛ.-ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2"	44115200-1	10	TEM	1,190	11,90
12	ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2"	44115200-1	10	TEM	3,940	39,40
13	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2"	44115200-1	10	TEM	0,940	9,40
14	ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 1/2"	44115200-1	10	TEM	1,200	12,00
15	ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ 1/2"	44115200-1	10	TEM	0,740	7,40
16	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΣΩΜΑΤΩΝ 1/2"	44115200-1	10	TEM	7,700	77,00
17	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ 2,5mm κουτί	44115200-1	1	TEM	5,390	5,39
18	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ 0,75ml	44115200-1	6	TEM	3,390	20,34
19	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΖΕΥΓΑΡΙ	44115200-1	4	TEM	2,490	9,96
20	ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΩΝ 1/4"	44115200-1	10	TEM	1,240	12,40
21	ΓΡΑΣΟ ΓΡΑΦΙΤΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚ. ΤΩΝ 800GRAM	44115200-1	3	TEM	9,790	29,37
22	ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΒΡΥΣΕΣ CIBERIO CIM 1/2" ΜΠΛΕ	44115200-1	3	TEM	11,910	35,73

23	<p>ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΗ EM 4350</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατάλληλο για: Μέτρηση μεγεθών τετράγωνης κυματομορφής • Τάση AC: 4V – 40V – 400V – 600V • Τάση Dc: 400mV – 4V – 40V – 400V – 600V • Ένταση AC: 40A – 400A – 600A • Ένταση Dc: 40A – 400A – 600A • Αντίσταση: 400Ω – 4ΚΩ-40ΚΩ – 400ΚΩ – 4ΜΩ – 40ΜΩ • Χωρητικότητα: 4 0nf – 400nf – 4μf – 40μf – 400μf – 4mf – 40mf • Συχνότητα (Hz): 9.999Hz up to 9.999 MHz • Θερμοκρασία: -20 έως 1000 Celcius 	31600000-2	1	TEM	75,000	75,00
24	<p>ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ηλεκτρικών επαφών 400ml.</p> <p>Η σύνθεση του να καθαρίζει λάδι, βρωμιές, υπολείμματα ροής και υγρασίας από ευαίσθητα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά όργανα και εξοπλισμό. Να διεισδύει γρήγορα σε δυσπρόσιτα σημεία, στεγνώνει γρήγορα και δεν αφήνει υπολείμματα. Κατάλληλο για ηλεκτρονικό εξοπλισμό, επαφές, πλαστικά και λάστιχο. Με διπλό σύστημα ψεκασμού, ευρύς ψεκασμός και ψεκασμός ακριβείας.</p> <p>Χαρακτηριστικές Εφαρμογές: Ηλεκτρικά εξαρτήματα, κάρτες κυκλωμάτων, διακόπτες, εκτυπωτές & φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, όργανα ακριβείας.</p> <p>Σπρέι καθαρισμού ηλεκτρικών επαφών 400ml. Η σύνθεση του να καθαρίζει λάδι, βρωμιές, υπολείμματα ροής και υγρασίας από ευαίσθητα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά όργανα και εξοπλισμό. Να διεισδύει γρήγορα σε δυσπρόσιτα σημεία, στεγνώνει γρήγορα και δεν αφήνει υπολείμματα. Κατάλληλο για ηλεκτρονικό εξοπλισμό, επαφές, πλαστικά και λάστιχο. Με διπλό σύστημα ψεκασμού, ευρύς ψεκασμός και ψεκασμός ακριβείας.</p> <p>Χαρακτηριστικές Εφαρμογές: Ηλεκτρικά εξαρτήματα, κάρτες κυκλωμάτων, διακόπτες, εκτυπωτές & φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, όργανα ακριβείας.</p>	31600000-2	5	TEM	8,000	40,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ						721,50

- Οι προσφορές παρακαλούμε να αποσταλούν έως και την **Πέμπτη 08-08-2024**, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@verhospi.gr
- Η τιμή προσφοράς να είναι σύμφωνη ή και χαμηλότερη με/από το **Παρατηρητήριο Τιμών (Π.Τ.) Προμηθειών Υγείας της ΕΠΥ** και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Α/Α του πίνακα και ο Α/Α του Π.Τ. για το κάθε είδος, καθώς και η τιμή του.
- Αν το είδος δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.

- Να αναγράφεται ο **αριθμός και η ημερομηνία Πρόσκλησης**, να αναφέρεται το ποσοστό **ΦΠΑ (%)** του κάθε είδους και ο **χρόνος παράδοσής** του.
- **Παρακαλούμε να αναφέρεται εάν το είδος είναι ετοιμοπαράδοτο.**
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να **παραδώσει το αντικείμενο της Ανάθεσης το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας** της Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) προς αυτόν. Η παράδοση θα πραγματοποιείται για το σύνολο της ποσότητας ή τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Το υπό Ανάθεση αντικείμενο θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται, θα γίνεται στις αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής ή στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με έξοδα και ευθύνη του Ανάδοχου.
- Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κατακυρώσει για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της Προμήθειας που αναφέρεται στα έγγραφα της παρούσας Πρόσκλησης.
- Ο Συμμετέχων υποχρεούται να **αποστείλει με την προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση** με την οποία να δηλώνεται :
 - α)** (στην περίπτωση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων) η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν που προσφέρεται καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο συμμετέχων ο κατασκευαστής, υποχρεούται επιπροσθέτως να επισυνάπτει προς την αναθέτουσα αρχή **βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή** ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα / διανομέα, (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα) και την εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων,
 - β)** ότι αποδέχεται όλους τους όρους της Πρόσκλησης,
 - γ)** ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης,
 - δ)** ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της Ανάθεσης,
 - ε)** ότι η προσφορά του **ισχύει για διάστημα έξι (6) μηνών** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (σε τυχόν νέα ανάγκη της Α.Α. για το Αντικείμενο της Πρόσκλησης, στο χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς του μειοδότη-Αναδόχου, η Κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προκύψει από τις διαδικασίες της παρούσας) και
 - στ)** το χρόνο παράδοσης του υπό Ανάθεση Αντικειμένου.
- Οι Ανάδοχοι/Προμηθευτές Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, ειδικά αυτών που εισέρχονται είτε μόνιμα είτε προσωρινά στο ανθρώπινο σώμα, θα πρέπει για τη διασφάλιση μέγιστης ασφάλειας, **να υποδεικνύουν μέσω εντολής, εξουσιοδότησης ή άλλου νόμιμου βεβαιωτικού εγγράφου**, ότι έχει συναφθεί συμφωνία και συνεργάζονται επίσημα με τον εκάστοτε Κατασκευαστή και ότι υπάρχει τεχνική υποστήριξη, κατάλληλη εκπαίδευση, διαδικασίες ιχνηλασιμότητας, απόσυρσης, ανάκλησης προϊόντων και πρόβλεψη σχετικά με καταγγελίες και αναφορές που υποβάλλουν επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ασθενείς

και χρήστες, σχετικά με ύποπτα περιστατικά που αφορούν τεχνολογικό προϊόν για το οποίο έχει οριστεί εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.

- Ζητείται να **δηλώνεται υπεύθυνα** ότι τα είδη συνοδεύονται από **πιστοποιητικά σήμανσης CE** και πως η εταιρεία διακίνησης εφαρμόζει **πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας** και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και **ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις** του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου Αντικειμένου, η ποσότητα (ανά συσκευασία) και η τιμή (ανά συσκευασία / τεμάχιο). Να αναγράφεται ο κωδικός εμπορίου και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους εάν υφίσταται.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών του συμμετέχοντα και των προσφερόμενων ειδών καθώς και δειγμάτων αυτών.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ**

ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ